

Relatório de Esclarecimento

| Informações do Esclarecimento | |
|-------------------------------|---|
| Número Licitação | 033/2026 |
| Fornecedor | SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA |
| CNPJ/CPF | 05869012000170 |
| Situação | Aguardando Resposta |
| Data/Hora Cadastro | 20/05/2026 10:31 |
| Data/Hora Envio | 20/05/2026 10:36 |
| Documento Identificação | 26089461865 |
| Usuário Responsável | DANIEL DONISETTE CORREIA |
| Conteúdo | Esclarecimento: O descritivo do item 10 – Centrífuga, menciona os rotores e adaptadores abaixo: Questionamos se TODOS os rotores e adaptadores, devem ser fornecidos com o equipamento, tendo em vista o alto custo para o fornecimento e sendo o espectro de utilização muito amplo? 1 Rotor de ângulo fixo até 5.000 rpm e força centrífuga de 3372xg 1 Rotor Horizontal até 3500 rpm e força centrífuga de 2422xg Adaptadores: Rotor Ângulo Fixo: 20x5ml + 8x15ml + 12x10ml + 6x50ml Rotor Horizontal: 28x5ml + 4x50ml + 28x10ml + 4x100ml + 28x15ml |
| Anexo | Esclarecimento 33.2026.pdf |

| Respostas | | | |
|--|---------------------|----------|-------|
| Data/Hora Resposta | Usuário Responsável | Resposta | Anexo |
| Nenhuma resposta registrada até o momento. | | | |



Equipamentos para Laboratórios

Solab Equipamentos para Laboratórios Eireli EPP.

CNPJ: 05.869.012/0001-70

Rua Luiz Silveira Pedreira, 340

Bairro: Campim Fino Uninorte

IE: 535.376.571.116

Piracicaba SP

CEP: 13.413-099

www.solabcientifica.com.br

TECNOLOGIA SOLAB

Piracicaba, 20 de maio de 2026.

DECLARAÇÃO

A empresa Solab Equipamentos para Laboratórios Eireli, inscrita no CNPJ nº 05.869.012/0001-70, com sede à Rua Luiz Silveira Pedreira, 340, Distrito Industrial Uninorte, Piracicaba/SP, CEP: 13413-009, solicita esclarecimentos para o item 10 do PE 33/2026

Esclarecimento:

O descritivo do item 10 – Centrifuga, menciona os rotores e adaptadores abaixo:

Questionamos se TODOS os rotores e adaptadores, devem ser fornecidos com o equipamento, tendo em vista o alto custo para o fornecimento e sendo o espectro de utilização muito amplo?

1 Rotor de ângulo fixo até 5.000 rpm e força centrífuga de 3372xg

1 Rotor Horizontal até 3500 rpm e força centrífuga de 2422xg

Adaptadores:

Rotor Ângulo Fixo: 20x5ml + 8x15ml + 12x10ml + 6x50ml

Rotor Horizontal: 28x5ml + 4x50ml + 28x10ml + 4x100ml + 28x15ml

Atenciosamente

“Obrigado por escolher a Solab”

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br

Pedido de Esclarecimento SOLAB - PE 033/2026 - SES-PRO-2023/50291

HEMO Planejamento SES/MT <planejamentohemo@ses.mt.gov.br>

21 de maio de 2026 às 08:16

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Cc: Coordenadoria da Hemorrede - MT MT-Hemocentro <redehemo@ses.mt.gov.br>, HEMO Planejamento SES/MT <planejamentohemo@ses.mt.gov.br>, Gabinete do Secretário Adjunto de Unidades Especializadas <gabespecializadas@ses.mt.gov.br>, MT - HEMOCENTRO <hemo@ses.mt.gov.br>, Cleuza Maria dos Santos <cleuzasantos@ses.mt.gov.br>, Fernando Henrique Modolo <fernandomodolo@ses.mt.gov.br>, Patrícia Dourado Neves <patriciadourado@ses.mt.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Fernando Henrique Modolo** <fernandomodolo@ses.mt.gov.br>

Date: qui., 21 de mai. de 2026 às 08:14

Subject: Fwd: Pedido de Esclarecimento SOLAB - PE 033/2026 - SES-PRO-2023/50291

To: HEMO Planejamento SES/MT <planejamentohemo@ses.mt.gov.br>

Cc: Apoio Logístico - Hemocentro <galhemo@ses.mt.gov.br>, Coordenadoria Técnica-MT - Hemocentro <codthemo@ses.mt.gov.br>

Olá, Bom dia!

Segue parecer da área técnica, referente ao questionamento da empresa SOLAB.

Atenciosamente;

----- Forwarded message -----

De: **Gerencia Diagnóstico** <gdlhemo@ses.mt.gov.br>

Date: qui., 21 de mai. de 2026 às 08:10

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento SOLAB - PE 033/2026 - SES-PRO-2023/50291

To: Fernando Henrique Modolo <fernandomodolo@ses.mt.gov.br>

Prezados gestores da equipe de Apoio ao Pregão,

Esclarecimento: O **descritivo do item 10 – Centrifuga**, menciona os rotores e adaptadores abaixo:

Questionamos se TODOS os rotores e adaptadores, devem ser fornecidos com o equipamento, tendo em vista o alto custo para o fornecimento e sendo o espectro de utilização muito amplo? 1 Rotor de ângulo fixo até 5.000 rpm e força centrífuga de 3372xg 1 Rotor Horizontal até 3500 rpm e força centrífuga de 2422xg
Adaptadores: Rotor Ângulo Fixo: 20x5ml + 8x15ml + 12x10ml + 6x50ml Rotor Horizontal: 28x5ml + 4x50ml + 28x10ml + 4x100ml + 28x15ml

Em resposta ao pedido de esclarecimentos sobre a necessidade de envio de todos os adaptadores para os volumes correspondentes especificados para a empresa **SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO:**

Esta área técnica se manifesta que é necessário e indispensável que **se envie todos os rotores para cada uma das centrífugas :**

01 Rotor de ângulo fixo até 5.000 rpm e força centrífuga de 3372xg

01 Rotor Horizontal até 3500 rpm e força centrífuga de 2422xg

Esta área técnica se manifesta que é necessário e indispensável que **se envie todos os adaptadores para cada uma das centrífugas de acordo com os volumes correspondentes :**

Adaptadores para: Rotor Ângulo Fixo: 20x5ml + 8x15ml + 12x10ml + 6x50ml

Adaptadores para: Rotor Horizontal: 28x5ml + 4x50ml + 28x10ml + 4x100ml + 28x15ml

Salientamos que o **NÃO** fornecimentos dos rotores e seus respectivos adaptadores torna inviável a aquisição das centrífuga descrita no item 10.




Atenciosamente,

Em qua., 20 de mai. de 2026 às 16:03, Fernando Henrique Modolo <fernandomodolo@ses.mt.gov.br> escreveu:
Olá, Boa tarde!
Segue para respostas.

Atenciosamente;
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fernando Henrique Modolo

Diretor do Hemocentro-MT

 (65) 98145-0107
 fernandomodolo@ses.mt.gov.br
 Rua 13 de junho, 1055 – Centro Sul,
CEP: 78020-000 | Cuiabá - MT

SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
**Mato
Grosso**

Erika Ferreira de Siqueira Moreira

Gerência de Diagnóstico Laboratorial

 (65) 98415-1493
 gdlhemo@ses.mt.gov.br
 Rua 13 de junho, 1055 – Centro Sul,
CEP: 78020-000 | Cuiabá - MT




SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
**Mato
Grosso**

Fernando Henrique Modolo

Diretor do Hemocentro-MT




 (65) 98145-0107
 fernandomodolo@ses.mt.gov.br
 Rua 13 de junho, 1055 – Centro Sul,
CEP: 78020-000 | Cuiabá - MT

SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
**Mato
Grosso**

Clénza Maria

 planejamentohemo@ses.mt.gov.br
 (65) 3623-0044
 Rua 13 de Junho, 1058,
Centro Sul - Cuiabá - MT



Detalhe Esclarecimento

| Data/Hora Criação | Data/Hora Envio | Empresa | Situação |
|--------------------------|------------------------|---|-----------------|
| 20/05/2026 10:31:11 | 20/05/2026 10:36:00 | SOLAB EQUIPAMENTO S PARA LABORATÓRIO S LTDA | Respondido |

Assunto Esclarecimento

Esclarecimento: O descritivo do item 10 – Centrifuga, menciona os rotores e adaptadores abaixo: Questionamos se TODOS os rotores e adaptadores, devem ser fornecidos com o equipamento, tendo em vista o alto custo para o fornecimento e sendo o espectro de utilização muito amplo? 1 Rotor de ângulo fixo até 5.000 rpm e força centrífuga de 3372xg 1 Rotor Horizontal até 3500 rpm e força centrífuga de 2422xg Adaptadores: Rotor Ângulo Fixo: 20x5ml + 8x15ml + 12x10ml + 6x50ml Rotor Horizontal: 28x5ml + 4x50ml + 28x10ml + 4x100ml + 28x15ml

[Visualizar Anexo](#)

Respostas Esclarecimento

Responsável

KELLY FERNANDA GONÇALVES

Data/Hora Resposta

21/05/2026 09:00:01

Segue resposta a solicitação de esclarecimentos .

 [E-mail RESPOSTA DA ÁREA - Pedido de Esclarecimento SOLAB.pdf](#)

Responsável

KELLY FERNANDA GONÇALVES

Data/Hora Resposta

21/05/2026 09:00:11

Segue resposta a solicitação de esclarecimentos .