



Governo do Estado de Mato Grosso
SES-Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Atenção e Vigilância em Saúde
Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso-LACEN/MT

PARECER TÉCNICO

Em resposta a proposta comercial referente ao item Microscópio - Biológico Trinocular apresentada pela empresa **Nexcope Importação e Exportação Ltda**, a equipe de profissionais microscopistas após análise técnica vem esclarecer que os produtos ofertados pelas empresas em questão, não atendem todas as especificações técnicas necessárias para um bom rendimento técnico. Considerando que não possui as seguintes características: Iluminação com controle de brilho automático, diminuição da altura da platina em 5 cm, para trocas de lâmina sem precisar tirar o braço do apoio da bancada e com lâmpada que virtualmente não queima com tempo de duração aproximado de 60 mil horas conforme solicitado pela área técnica.

Cuiabá, 07 de maio de 2024

Arlei Takiuchi

Médico Patologista – CRM/MT 3768

UMEQ/LACEN-MT/SES

ARLEY TAKIUCHI
Médico Patologista
CRM/MT 3768
UMEQ-LACEN

DR. ARLEY TAKIUCHI
Médico Patologista
CRM/MT 3768
UMEQ-LACEN