



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 01168/2026/GDLHEMO/SES

Cuiabá/MT, 12 de março de 2026

Assunto: PARECER TÉCNICO do 2º colocado BIOMÉDICA

Memorando nº 08/GDL/MT-Hemocentro/2026 Cuiabá-MT, 12 de março de 2026.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2025/09801

Pregão Eletrônico n.º 008/2026

Processo: **SES-PRO-2025/09801**

Modalidade: **Pregão Eletrônico n.º 008/2026**

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de kits de reagentes e insumos necessários para a realização de exames de agregação plaquetária, com a disponibilização de equipamentos (analisadores) em regime de comodato, sem ônus para a Contratante, incluindo a instalação, manutenção preventiva e corretiva, calibração e treinamento de pessoal, a fim de atender as demandas do MT-HEMOCENTRO, sob a gestão da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

1. Relatório

Trata-se de solicitação de análise técnica da proposta do 2º colocado apresentada pela empresa **BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUP. HOSPITALARES LTDA** inscrita no CNPJ nº **01.299.509/0001-40**, encaminhada no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 008/2026**, referente ao **Processo SES-PRO-2025/09801**.

A análise técnica foi solicitada com base na Portaria nº 628/2025/GBSES/MT, para emissão de parecer técnico quanto à conformidade dos produtos ofertados com as especificações estabelecidas no Termo de Referência e no Edital.

A empresa apresentou proposta para fornecimento de equipamento em formato de comodato e fornecimento dos reagentes, insumos destinados à realização de testes de agregação plaquetária de acordo com a ordem de fornecimento do MT HEMOCENTRO

Classif. documental: 842.12



Assinado com senha por ERIKA FERREIRA DE SIQUEIRA MOREIRA - 12/03/2026 às 16:45:48 e PENNSYLVANIA MARINHO BORRALHO - 12/03/2026 às 16:57:19.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 35200232-8811 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=35200232-8811>



SESMAN202601168A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Os produtos apresentados são da marca Chrono-Log, que possui autorização da ANVISA.

2. Análise técnica

Após análise da documentação técnica apresentada na proposta comercial, foram observados os seguintes aspectos:

- Os reagentes ofertados são compatíveis com a metodologia de agregação plaquetária, utilizada na avaliação da função plaquetária e diagnóstico de distúrbios hemorrágicos.
- Os kits apresentados possuem finalidade diagnóstica específica para testes de agregação plaquetária, assim como o equipamento apresentado, conforme exigido no objeto do processo.
- Os produtos informados possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme indicado na proposta.

Além disso, os reagentes são produzidos por fabricante reconhecido internacionalmente na área de diagnóstico laboratorial especializado, o que indica adequação técnica para utilização em serviços de hemoterapia e hematologia.

3. Conclusão

Diante da análise da proposta e das informações técnicas apresentadas, verifica-se que os produtos ofertados atendem às especificações técnicas previstas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 008/2026, estando adequados para utilização na realização de exames de agregação plaquetária no MT-Hemocentro.

Assim, este parecer técnico é **FAVORÁVEL** à aceitação da proposta apresentada pela empresa **BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUP. HOSPITALARES LTDA**, no que se refere aos aspectos técnicos dos produtos ofertados.

Ressalta-se que a avaliação aqui realizada se refere exclusivamente aos critérios técnicos dos produtos e equipamentos, cabendo aos demais setores competentes a análise quanto aos aspectos administrativos, jurídicos e financeiros do processo licitatório.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ERIKA FERREIRA DE SIQUEIRA MOREIRA
GERENTE
GERENCIA DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL

PENNSYLVANIA MARINHO BORRALHO
PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS
GERENCIA DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL



Assinado com senha por ERIKA FERREIRA DE SIQUEIRA MOREIRA - 12/03/2026 às 16:45:48 e PENNSYLVANIA MARINHO BORRALHO - 12/03/2026 às 16:57:19.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 35200232-8811 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=35200232-8811>



SESMAN202601168A