

Relatório de Esclarecimento

Informações do Esclarecimento	
Número Licitação	033/2026
Fornecedor	LOCCUS DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF	05094718000108
Situação	Aguardando Resposta
Data/Hora Cadastro	13/05/2026 16:20
Documento Identificação	18548028874
Usuário Responsável	LUIS EDUARDO ARAÚJO
Conteúdo	Gostaríamos de solicitar esclarecimentos referentes às especificações técnicas do produto solicitado. Item 26 – Centrífuga laboratorial Qual o volume exato dos tubos com os quais o equipamento deve ser compatível? Os esclarecimentos são de suma importância para aumentar a oferta e disputa pelo item, além da disponibilidade do produto adequado.
Anexo	(não há.)

Respostas			
Data/Hora Resposta	Usuário Responsável	Resposta	Anexo
Nenhuma resposta registrada até o momento.			

Pedido de Esclarecimento - PE 033/2026 - SES-PRO-2023/50291

HEMO Planejamento SES/MT <planejamentohemo@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

15 de maio de 2026 às 09:39

----- Forwarded message -----

De: **Fernando Henrique Modolo** <fernandomodolo@ses.mt.gov.br>

Date: qui., 14 de mai. de 2026 às 17:40

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - PE 033/2026 - SES-PRO-2023/50291

To: Apoio Logístico - Hemocentro <galhemo@ses.mt.gov.br>

Cc: Gerencia Diagnóstico <gdlhemo@ses.mt.gov.br>, HEMO Planejamento SES/MT

<planejamentohemo@ses.mt.gov.br>, Coordenadoria Técnica-MT - Hemocentro <codthemo@ses.mt.gov.br>

Em relação ao Pregão Eletrônico n.º 033/2026, SES-PRO-2023/50291, cujo objeto é a “Aquisição de Equipamentos (MÉDICO, HOSPITALAR e LABORATORIAL) e Materiais Permanentes, conforme especificação/descrição das Propostas de Aquisição de Equipamento/Material Permanente cadastradas junto ao Ministério da Saúde sob os nº 04441.389000/1220-05 e 04441.389000/1230-01, para atender às demandas da abertura de novos serviços hospitalares, visando ampliar a cobertura hemoterápica de leitos públicos ofertados por serviço de banco de sangue público”, encaminhamos o Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa LOCCUS DO BRASIL LTDA., para análise e manifestação.

Diante da solicitação apresentada, seguem as especificações a serem acrescentadas ao edital, conforme resposta técnica encaminhada pela área demandante.

Centrífuga laboratorial para tubos:

Tensão: Bivolt automático.

Potência: 600w.

Frequência: 50/60 hz.

Corrente: 110V 5,0A / 220V 3,0A.

Capacidade: 28 tubos com as capacidades de **4ml, 5ml, 8ml, 10ml e 15ml.**

Rotação: programável de 100 a 3.500 RPM (resolução de 100 em 100 RPM).

Fixação: tipo ventosa.

Ruído: Baixo Nível de Ruído.

Força (G): máxima 3.200g.

Tempo de centrifugação: programável de 00:01 a 99:59 minutos.

Motor: indução trifásico

Rotor: Horizontal Basculante

Sistema de fechamento: Fechadura eletrônica com solenoide para abertura automática da tampa do equipamento, e sensor de segurança para evitar que o equipamento seja ligado com a tampa aberta.

Sistema de parada: Em níveis

Sistema de aceleração: Em níveis conforme programação

Pintura: Eletrostática texturizada de fácil limpeza.

Garantia: Garantia de 12 meses de fábrica.

Em qui., 14 de mai. de 2026 às 17:36, Apoio Logístico - Hemocentro <galhemo@ses.mt.gov.br> escreveu:

Segue especificações adequadas para aquisição de centrífuga laboratorial para tubos. **Retificação da capacidade de tubos**

Centrífuga laboratorial para tubos:

Tensão: Bivolt automático.

Potência: 600w.

Frequência: 50/60 hz.

Corrente: 110V 5,0A / 220V 3,0A.

Capacidade: 28 tubos com as capacidades de **4ml, 5ml, 8ml, 10ml e 15ml.**

Rotação: programável de 100 a 3.500 RPM (resolução de 100 em 100 RPM).

Fixação: tipo ventosa.

Ruído: Baixo Nível de Ruído.

Força (G): máxima 3.200g.

Tempo de centrifugação: programável de 00:01 a 99:59 minutos.

Motor: indução trifásico

Rotor: Horizontal Basculante

Sistema de fechamento: Fechadura eletrônica com solenoide para abertura automática da tampa do equipamento, e sensor de segurança para evitar que o equipamento seja ligado com a tampa aberta.

Sistema de parada: Em níveis

Sistema de aceleração: Em níveis conforme programação

Pintura: Eletrostática texturizada de fácil limpeza.

Garantia: Garantia de 12 meses de fábrica.

Atenciosamente,

Em qui., 14 de mai. de 2026 às 17:15, Gerencia Diagnóstico <gdlhemo@ses.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Diretor,

Segue especificações adequadas para aquisição de centrífuga laboratorial para tubos.

Centrifuga laboratorial para tubos:

Tensão: Bivolt automático.

Potência: 600w.

Frequência: 50/60 hz.

Corrente: 110V 5,0A / 220V 3,0A.

Capacidade: 28 tubos de 4ml até 5ml; 28 de 8ml,10ml ou 15ml;

Rotação: programável de 100 a 3.500 RPM (resolução de 100 em 100 RPM).

Fixação: tipo ventosa.

Ruído: Baixo Nível de Ruído.

Força (G): máxima 3.200g.

Tempo de centrifugação: programável de 00:01 a 99:59 minutos.

Motor: indução trifásico

Rotor: Horizontal Basculante

Sistema de fechamento: Fechadura eletrônica com solenoide para abertura automática da tampa do equipamento, e sensor de segurança para evitar que o equipamento seja ligado com a tampa aberta.

Sistema de parada: Em níveis

Sistema de aceleração: Em níveis conforme programação

Pintura: Eletrostática texturizada de fácil limpeza.

Garantia: Garantia de 12 meses de fábrica.

Atenciosamente,

Em qui., 14 de mai. de 2026 às 15:52, Fernando Henrique Modolo <fernandomodolo@ses.mt.gov.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Fernando Henrique Modolo

Diretor do Hemocentro-MT

☎ (65) 98145-0107

✉ fernandomodolo@ses.mt.gov.br

📍 Rua 13 de junho, 1055 – Centro Sul,

CEP: 78020-000 | Cuiabá - MT

SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
**Mato
Grosso**

--

Erika Ferreira de Siqueira Moreira

Gerência de Diagnóstico Laboratorial

☎ (65) 98415-1493

✉ gdlhemo@ses.mt.gov.br

📍 Rua 13 de junho, 1055 – Centro Sul,
CEP: 78020-000 | Cuiabá - MT

SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
**Mato
Grosso**

Géssica Burgo Pessoas

Coordenadora Administrativa do HEMOCENTRO

☎ (65) 3623-0044

✉ galhemo@ses.mt.gov.br

📍 Rua 13 de junho, 1055 – Centro Sul,
CEP: 78020-000 | Cuiabá - MT

SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
**Mato
Grosso**

Fernando Henrique Modolo

Diretor do Hemocentro-MT

☎ (65) 98145-0107

✉ fernandomodolo@ses.mt.gov.br

📍 Rua 13 de junho, 1055 – Centro Sul,
CEP: 78020-000 | Cuiabá - MT

SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
**Mato
Grosso**

--
Atenciosamente,

**Planejamento
MT-Hemocentro**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Detalhe Esclarecimento

Data/Hora Criação	Data/Hora Envio	Empresa	Situação
13/05/2026 16:20:01	-	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Respondido

Assunto Esclarecimento

Gostaríamos de solicitar esclarecimentos referentes às especificações técnicas do produto solicitado. Item 26 – Centrífuga laboratorial Qual o volume exato dos tubos com os quais o equipamento deve ser compatível? Os esclarecimentos são de suma importância para aumentar a oferta e disputa pelo item, além da disponibilidade do produto adequado.

Respostas Esclarecimento

Responsável

KELLY FERNANDA GONÇALVES

Data/Hora Resposta

18/05/2026 15:30:02

Segue resposta a solicitação de esclarecimento. Informamos que o descritivo será incluso no edital, através de ADENDO.

[file_download](#) E-mail RESPOSTA DA ÁREA - Pedido de Esclarecimento.pdf