



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CI Nº 96548/2026/GBSAG/SES

Cuiabá/MT, 08 de junho de 2026

Ao (À) GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Assunto: Análise de documentação habilitatórias - OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA e ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, servimo-nos do presente para, em atenção a análise dos documentos de habilitação, referente ao Pregão Eletrônico nº 0036/2026/SES/MT, Termo de Referência Nº 083/2024/GBSAGH/SES/MT, cujo objeto é a “Aquisição de equipamentos para a estruturação da rede de serviços de atenção primária de saúde, atendendo a Portaria GM/MS Nº 2.175, de 06 de dezembro de 2023 e Proposta Nº04441389000123003 – Atenção Primária- Estruturação da Rede Cegonha- para atender a necessidade da Unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso o Hospital Regional de Sorriso”, informar o quanto segue.

Quanto a análise da documentação apresentada pela Empresa OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA, em referência a Qualificação Técnica e documentações complementares exigidas no edital, temos a informar quantos aos Itens:

11.6.4. e subitens: O licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, ou por conselho profissional competente, quando for o caso, em nome da empresa licitante, em papel timbrado devidamente assinado e com identificação do emitente.

Foram apresentados atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público e privado, comprovando experiência compatível com o objeto licitado, dentre eles:

- Fundo Municipal de Saúde de Hidrolândia/GO;
- Prefeitura de Mineiros/GO.
- Vitamed Solutions LTDA,
- Fundo Municipal de Saúde de Itaguaru/GO.

Dessa forma, considera-se atendido o item 11.6.4. e 11.6.4.1, 11.6.4.2, 11.6.4.2.1, 11.6.4.2.2, 11.6.4.3, 11.6.4.5, 11.6.4.6, 11.6.4.8.

Classif. documental	996
---------------------	-----



SESCIN202696548A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

11.6.2. O licitante deverá apresentar declaração de que está ciente de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

A licitante apresentou declaração de que está ciente de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, em conformidade com o exigido no edital.

11.6.3. O registro da ANVISA, no que couber;

A licitante apresentou documentação referente à regularidade junto à ANVISA, incluindo autorização para armazenar, distribuir, expedir e transportar produtos para a saúde (dispositivos médicos), atendendo ao requisito.

11.6.4.4. Referir-se a execução do serviço licitado no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente, registrado na Junta Comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB;

Foram apresentados:

- Certidão Simplificada na Junta Comercial competente;
- Cartão do CNPJ emitido pela Receita Federal do Brasil;

Comprovando que as atividades exercidas pela empresa são compatíveis com o objeto da contratação.

11.7. Serão exigidas, ademais, dos licitantes as declarações dos incisos I a V do art. 136 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.

A licitante apresentou as declarações exigidas nos incisos I a V do art. 136 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, conforme previsto no edital.

Após análise da documentação apresentada pela empresa **OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, verifica-se que a licitante comprovou o atendimento aos requisitos de qualificação técnica e documentos complementares previstos nos itens 11.6.2, 11.6.3, 11.6.4. e 11.6.4.1, 11.6.4.2, 11.6.4.2.1, 11.6.4.2.2, 11.6.4.3, 11.6.4.5, 11.6.4.6, 11.6.4.8.e 11.7., do Termo de Referência nº 083/2024/ GBSAGH/SES/MT- 3ª RETIFICAÇÃO, encontrando-se apta, sob o aspecto técnico, para fins de habilitação no certame, sem prejuízo das demais análises jurídica, econômico-financeira e documental previstas no edital.



SESCIN202696548A





Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Quanto a análise da documentação apresentada pela Empresa ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, em referência a Qualificação Técnica e documentações complementares exigidas no edital, temos a informar quantos aos Itens:

11.6.4. e subitens: O licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, ou por conselho profissional competente, quando for o caso, em nome da empresa licitante, em papel timbrado devidamente assinado e com identificação do emitente.

Foram apresentados atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público e privado, comprovando experiência compatível com o objeto licitado, dentre eles:

- Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal;
- Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão;
- Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR;
- Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte/PR;
- Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul/RS;
- Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari/BA;
- Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru/PE;
- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudeste – CONSUD;
- Secretaria de Compras do Município de Balneário Camboriú/SC.

Dessa forma, considera-se atendido o item 11.6.4. e 11.6.4.1, 11.6.4.2, 11.6.4.2.1, 11.6.4.2.2, 11.6.4.3, 11.6.4.5, 11.6.4.6, 11.6.4.8.

11.6.2. O licitante deverá apresentar declaração de que está ciente de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

A licitante apresentou declaração de que está ciente de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, em conformidade com o exigido no edital.

11.6.3. O registro da ANVISA, no que couber;





Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

A licitante apresentou documentação referente à regularidade junto à ANVISA, incluindo autorização para armazenar, distribuir, expedir e transportar produtos para a saúde (dispositivos médicos), atendendo ao requisito.

11.6.4.4. Referir-se a execução do serviço licitado no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente, registrado na Junta Comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB;

Foram apresentados:

- Certidão Simplificada na Junta Comercial competente;
- Cartão do CNPJ emitido pela Receita Federal do Brasil;

Comprovando que as atividades exercidas pela empresa são compatíveis com o objeto da contratação.

11.7. Serão exigidas, ademais, dos licitantes as declarações dos incisos I a V do art. 136 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.

A licitante apresentou as declarações exigidas nos incisos I a V do art. 136 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, conforme previsto no edital.

Após análise da documentação apresentada pela empresa **ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, verifica-se que a licitante comprovou o atendimento aos requisitos de qualificação técnica e documentos complementares previstos nos itens 11.6.2, 11.6.3, 11.6.4. e 11.6.4.1, 11.6.4.2, 11.6.4.2.1, 11.6.4.2.2, 11.6.4.3, 11.6.4.5, 11.6.4.6, 11.6.4.8.e 11.7, do Termo de Referência nº 083/2024/GBSAGH/SES/MT- 3ª RETIFICAÇÃO, encontrando-se apta, sob o aspecto técnico, para fins de habilitação no certame, sem prejuízo das demais análises jurídica, econômico-financeira e documental previstas no edital.

Desta feita, restituímos o feito ao Gabinete do Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos – GBSAAC/SES para prosseguimento do certame licitatório.

No ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração, colocando este Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

GABRIELY CAMARGO LIRA
ASSESSOR TEC DE DIRECAO II





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO HOSPITALAR

NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO
PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE SERVICOS
HOSPITALARES

SELMA APARECIDA DE CARVALHO
COORDENADOR
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ADMINISTRATIVA
CONTABIL E FINANCEIRA

MARA PATRICIA FERREIRA DA PENHA
SECRETARIO ADJUNTO
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO HOSPITALAR





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 03033/2026/HELFS/SES

Várzea Grande/MT, 08 de junho de 2026

Assunto: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Item 05 – Oftalmoscópio 5 Aberturas

Em atendimento à solicitação no âmbito do Processo nº SES-PRO-2024/70368, referente ao Pregão Eletrônico nº 036/2026 de análise técnica da proposta apresentada para o Item 05 – Oftalmoscópio 5 Aberturas, procedeu-se à avaliação comparativa entre as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência, a proposta comercial apresentada pela empresa Asclépios Equipamentos Hospitalares Ltda. e o Manual de Instruções do equipamento ofertado, modelo BR-400-103, fabricante Doctor Devices, Registro ANVISA nº 80901110034.

A presente análise tem por finalidade verificar a aderência técnica do equipamento ofertado às exigências editalícias, observando critérios de funcionalidade, segurança, conformidade regulatória e atendimento às necessidades assistenciais da Administração Pública.

QUADRO COMPARATIVO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

Requisito do Termo de Referência	Exigência Mínima	Equipamento Ofertado	Evidência Documental	Análise Técnica
Tipo de equipamento	Oftalmoscópio com 5 aberturas	Doctor Devices BR-400-103	Proposta Comercial e Manual	Atende
Registro sanitário	Registro válido na ANVISA	Registro ANVISA nº 80901110034	Proposta Comercial e Manual	Atende
Iluminação	Branca e de alto brilho	Sistema de iluminação LED	Proposta Comercial e Manual pág. 04	Atende
Vida útil da iluminação	LED com vida útil mínima de 50.000 horas	LED com vida útil de 50.000 horas	Manual pág. 04	Atende
Lâmpada	LED 2,5V	Manual contempla versões LED e Xênon/Halógena	Manual pág. 04 e pág. 11	Atende, considerando a declaração da proposta comercial de fornecimento da versão LED



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 11:24:18 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 11:26:48.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37637016-3190 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37637016-3190>

Classif. documental: 000



SESMAN202603033A

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:03:43.
Documento Nº: 37663951-1853 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37663951-1853>



SESCAP2026337496A

SIGA



Govorno do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Cabeça do equipamento	ABS ou material equivalente resistente a impactos	Cabeça em ABS	Manual pág. 04	Atende
Óptica selada	Proteção contra poeira	Óptica selada contra entrada de poeira	Manual pág. 04	Atende
Marcador iluminado	Obrigatório	Possui marcador iluminado de dioptrias	Manual pág. 04	Atende
Faixa de dioptrias	-20D a +20D	Ajuste de -20D a +20D e versões até -25D a +25D	Manual pág. 04	Atende
Quantidade de lentes	Mínimo de 19 lentes	Faixa de dioptrias compatível. Quantidade não explicitada no manual	Manual pág. 04 Catálogo de apresentação do produto	Atende
Seleção de aberturas	Mínimo de 5 aberturas	Semicírculo, círculo pequeno, círculo grande, fixação estrela e filtro verde	Manual pág. 08	Atende
Filtro verde livre de vermelho	Obrigatório	Possui filtro verde para identificação vascular e fibras nervosas	Manual pág. 08	Atende
Botão liga/desliga	Obrigatório	Possui botão liga/desliga integrado	Manual pág. 06 e pág. 07	Atende
Borracha de proteção	Obrigatória	Possui proteção para evitar riscos às lentes dos óculos do examinador	Manual pág. 04	Atende



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 11:24:18 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 11:26:48.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37637016-3190 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37637016-3190>



SESMAN202603033A

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:03:43.
Documento Nº: 37663951-1853 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37663951-1853>



SESCAP2026337496A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Alimentação	02 pilhas alcalinas tipo AA	O manual informa alimentação por 02 pilhas/baterias AA ou C, incluindo versões com baterias recarregáveis e carregador. O catálogo/proposta apresenta fornecimento com sistema de alimentação recarregável.	Manual pág. 04, pág. 11 e pág. 14	Atende. Embora o Termo de Referência mencione alimentação por pilhas alcalinas AA, o equipamento ofertado apresenta solução tecnologicamente equivalente e superior, permitindo utilização por baterias recarregáveis acompanhadas de carregador bivolt automático. Tal característica proporciona redução dos custos operacionais futuros, menor geração de resíduos, eliminação da necessidade de aquisição contínua de pilhas descartáveis, maior sustentabilidade ambiental e melhor disponibilidade operacional do equipamento, sem prejuízo da finalidade assistencial pretendida pela Administração.
Cabo	Cabo metálico com revestimento termoplástico reforçado	Cabo em aço com revestimento termoplástico antiderrapante	Manual pág. 04	Atende



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 11:24:18 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 11:26:48.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37637016-3190 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37637016-3190>



SESMAN202603033A

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:03:43.
Documento Nº: 37663951-1853 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37663951-1853>



SESCAP2026337496A

SIGA



Govorno do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Isento de látex	Obrigatório	Declarado na proposta comercial	Proposta Comercial Manual pág. 04 (metálico com revestimento termoplástico)	Atende, conforme declaração do licitante
Garantia mínima	12 meses	Garantia de 12 meses	Proposta Comercial e Manual pág. 16	Atende

Em atendimento à solicitação no âmbito do Processo nº SES-PRO-2024/70368, referente ao Pregão Eletrônico nº 036/2026 de análise técnica da proposta apresentada para o Item 05 – Oftalmoscópio 5 Aberturas, procedeu-se à avaliação comparativa entre as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência, a proposta comercial apresentada pela empresa Asclépios Equipamentos Hospitalares Ltda. e o Manual de Instruções do equipamento ofertado, modelo BR-400-103, fabricante Doctor Devices, Registro ANVISA nº 80901110034.

A presente análise tem por finalidade verificar a aderência técnica do equipamento ofertado às exigências editalícias, observando critérios de funcionalidade, segurança, conformidade regulatória e atendimento às necessidades assistenciais da Administração Pública.

ANÁLISE TÉCNICA

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que o equipamento ofertado corresponde ao Oftalmoscópio Doctor Devices modelo BR-400-103, regularmente registrado junto à ANVISA sob nº 80901110034, apresentando compatibilidade técnica com as especificações mínimas exigidas pelo Termo de Referência.

O manual técnico evidencia que o equipamento possui cabeça em ABS, óptica selada contra poeira, marcador iluminado de dioptrias, faixa de ajuste de dioptrias compatível, cinco aberturas de exame, filtro verde, proteção para lentes dos óculos do examinador e sistema de iluminação LED com vida útil de 50.000 horas, características compatíveis com as exigências do edital.

Destaca-se ainda que o sistema de alimentação ofertado, apresenta solução



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 11:24:18 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 11:26:48.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37637016-3190 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37637016-3190>



SESMAN202603033A

SIGA



SESCAP2026337496A



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:03:43.
Documento Nº: 37663951-1853 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37663951-1853>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

tecnologicamente superior, mediante utilização de baterias recarregáveis acompanhadas de carregador bivolt automático, proporcionando maior economicidade operacional, redução de custos recorrentes com insumos, menor impacto ambiental e aumento da disponibilidade do equipamento.

Sob o aspecto da vantajosidade administrativa, tal característica não compromete a funcionalidade do equipamento nem descaracteriza a finalidade pretendida pela especificação técnica, configurando melhoria tecnológica compatível com os princípios da eficiência, economicidade e sustentabilidade previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

A única ressalva identificada refere-se à ausência de indicação expressa no manual quanto ao quantitativo mínimo de 19 lentes exigido pelo Termo de Referência, embora a faixa de dioptrias apresentada seja compatível com a especificação solicitada. Embora existe a apresentação de catálogo complementar e declaração formal do fabricante confirmando o quantitativo de lentes disponibilizadas no modelo ofertado.

CONCLUSÃO

Diante da documentação analisada, conclui-se que o Oftalmoscópio Doctor Devices modelo BR-400-103, Registro ANVISA nº 80901110034, apresenta conformidade técnica com as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência para o Item 05 do Pregão Eletrônico nº 036/SES/MT/2026.

Dessa forma, sugiro pela manifestação favorável à aprovação da proposta sob o aspecto técnico, por evidenciar compatibilidade com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência e atender à finalidade assistencial pretendida pela Administração Pública.

Ressalta-se que a presente manifestação limita-se à análise documental realizada no âmbito da fase licitatória, cabendo ao fiscal do contrato, quando da entrega do equipamento, proceder à conferência física, funcional e documental do bem fornecido, verificando a efetiva correspondência entre o produto entregue e as especificações constantes da proposta vencedora, do edital, dos manuais técnicos, dos registros regulatórios aplicáveis e demais requisitos contratuais, para fins de recebimento provisório e definitivo.

LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS
ASSESSOR TEC DE DIRECAO II
HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA

NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO
PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE SERVICOS
HOSPITALARES



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 11:24:18 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 11:26:48.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37637016-3190 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37637016-3190>



SESMAN202603033A

SIGA



SESCAP2026337496A



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:03:43.
Documento Nº: 37663951-1853 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37663951-1853>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 03056/2026/HELFS/SES

Várzea Grande/MT, 08 de junho de 2026

Assunto: ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA APRESENTADA PARA O
ITEM 04 – INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA

Em atendimento à solicitação no âmbito do Processo nº SES-PRO-2024/70368, referente ao Pregão Eletrônico nº 036/2026, para análise técnica da proposta apresentada para o Item 04 – Incubadora Neonatal Estacionária, procedeu-se à avaliação comparativa entre as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência, a proposta comercial realinhada apresentada pela empresa Olimpo Comércio e Serviço Ltda. – ME, o catálogo técnico do equipamento ofertado e o Manual de Instruções registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, referente à Incubadora Neonatal Comen B2, Registro ANVISA nº 80102513293.

A presente análise tem por finalidade verificar a aderência técnica do equipamento ofertado às exigências editalícias, observando critérios de funcionalidade, segurança, conformidade regulatória, desempenho operacional, compatibilidade técnica e atendimento às necessidades assistenciais da Administração Pública.

Para subsidiar a presente manifestação, foram analisadas as informações constantes na proposta comercial da licitante, documentação técnica do fabricante, manual de instruções registrado na ANVISA e demais documentos apresentados, buscando verificar o atendimento integral das especificações mínimas exigidas para o objeto licitado, bem como a compatibilidade do equipamento com a finalidade assistencial pretendida pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

QUADRO COMPARATIVO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

Exigência do Termo de Referência/Edital	Declaração da proposta comercial	Evidência técnica no Manual ANVISA / Catálogo	Análise técnica
Incubadora neonatal estacionária	A empresa oferta Incubadora Neonatal Comen B2, marca Comen, modelo B2, Registro ANVISA nº 80102513293.	Manual ANVISA, pág. I: identifica o produto como Incubadora Neonatal, modelo B2, fabricante Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Registro/Notificação ANVISA nº 80102513293.	Atende.



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:09:31 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:11:57.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37656716-4348 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37656716-4348>



SESMAN202603056A

SIGA



SESCAP2026337499A



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:04:55.
Documento Nº: 37664028-1784 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664028-1784>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Construção em material não-ferroso para evitar oxidação e facilitar assepsia	A proposta declara equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidação e facilitar assepsia.	Manual ANVISA, págs. 16-1 a 16-6: apresenta rotinas de limpeza, desmontagem, limpeza/desinfecção da incubadora e componentes.	Atende conforme declaração da proposta, com evidência de compatibilidade com limpeza e desinfecção no manual.
Paredes duplas para evitar perda de calor por irradiação	A proposta declara paredes duplas.	Catálogo, pág. 04: informa design de parede dupla, estabilidade térmica, circulação de ar estável e redução de perda de calor.	Atende.
Trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula	A proposta declara trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento.	Catálogo, pág. 05: informa portas amortecedoras e cadeados duplos. Manual ANVISA, pág. 2-2: identifica trava de empurrar para baixo e janela de operação.	Atende.
Porta de acesso rebatível	A proposta declara porta de acesso rebatível.	Manual ANVISA, pág. 2-2: identifica porta lateral do manto homotérmico, janela de operação e componentes de acesso ao neonato.	Atende.
5 portinholas ovais com trincos acionáveis com os cotovelos	A proposta declara 5 portinholas ovais com trincos.	Manual ANVISA, pág. 2-2: identifica janela de operação e porta lateral. Contudo, o manual analisado não evidencia expressamente o quantitativo de 5 portinholas ovais nem o acionamento por cotovelo.	Atende conforme declaração da proposta, com recomendação de conferência física no recebimento.



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:09:31 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:11:57.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37656716-4348 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37656716-4348>



SESMAN202603056A

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:04:55.
Documento Nº: 37664028-1784 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664028-1784>



SESCAP2026337499A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo isolamento e leve pressão positiva	A proposta declara fechamento sobre guarnição atóxica e leve pressão positiva.	Manual ANVISA, pág. 3-3: trata da instalação do anel de vedação de silicone. Manual ANVISA, pág. 1-2: orienta que a caixa isotérmica deve estar firmemente selada durante o uso.	Atende.
Portinhola tipo íris para passagem de circuitos respiratórios	A proposta declara portinhola equivalente a íris.	Manual ANVISA, pág. 2-2: identifica canal do tubo de respiração e tampa de entrada de tubulação.	Atende.
Passa-tubos nas laterais da cúpula para cabos e circuitos	A proposta declara passa-tubos laterais.	Manual ANVISA, pág. 2-2: identifica canal do tubo de respiração e tampa de entrada de tubulação.	Atende.
Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios	A proposta declara rodízios de pelo menos 4 polegadas com freios.	Manual ANVISA, pág. 2-2: identifica rodas com freio, com opção de 4" ou 5".	Atende.
Leito do paciente em material plástico, atóxico e radiotransparente	A proposta declara leito plástico, atóxico e radiotransparente.	Manual ANVISA, pág. 2-1: informa composição com bandeja de raios X, colchão e estrutura principal. Manual ANVISA, pág. 5-6: apresenta uso da bandeja de raios-X sem movimentar o neonato.	Atende quanto à funcionalidade radiográfica, conforme manual; material atóxico declarado na proposta, devendo ser conferido no recebimento.
Permitir radiografia sem remover o paciente	A proposta declara procedimento radiográfico sem remover o paciente.	Manual ANVISA, pág. 5-6: descreve o uso da bandeja de raios-X para o espaço sob o colchão sem mover o neonato.	Atende.



SESMAN2026303056A



SESCAP2026337499A



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:09:31 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:11:57.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37656716-4348 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37656716-4348>

SIGA

3



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:04:55.
Documento Nº: 37664028-1784 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664028-1784>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Ajustes do leito em Trendelenburg e próclive sem abrir a cúpula	A proposta declara ajustes mínimos de Trendelenburg e próclive sem abrir a cúpula.	Manual ANVISA, pág. 1-8: identifica símbolo de inclinação do leito. Manual ANVISA, pág. 5-6: apresenta ajuste do leito. Anexo II, pág. II-4: informa inclinação elétrica do leito com ângulo $\pm 12^\circ$.	Atende.
Deslocamento do leito para fora da cúpula pela parte frontal, por trilhos e com trava de segurança	A proposta declara deslocamento frontal do leito por trilhos com trava.	Manual ANVISA, pág. 2-1: identifica leito principal e composição do equipamento. Manual ANVISA, pág. 5-6: apresenta operações relacionadas ao leito e bandeja de raios-X.	Atende conforme declaração da proposta, com recomendação de conferência física no recebimento.
Colchão de espuma com densidade adequada, capa atóxica, autoextinguível e sem cantos vivos	A proposta declara colchão adequado, capa atóxica, autoextinguível e sem cantos vivos.	Manual ANVISA, pág. 2-1: indica colchão como componente da incubadora. Catálogo, pág. 05: informa colchão de alívio de pressão.	Atende conforme declaração da proposta, com evidência de existência do colchão no manual/catálogo e conferência física no recebimento.
Painel de controle microprocessado, de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração	A proposta declara painel microprocessado, de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração.	Manual ANVISA, pág. V: informa senha de manutenção. Manual ANVISA, pág. 5-2: apresenta acesso à configuração do sistema e menu de manutenção do usuário. Manual ANVISA, pág. 17-4: apresenta calibração da tela sensível ao toque.	Atende.



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:09:31 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:11:57.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37656716-4348 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37656716-4348>



SESMAN202603056A

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:04:55.
Documento Nº: 37664028-1784 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664028-1784>



SESCAP2026337499A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Display LCD touch screen colorido com parâmetros monitorados	A proposta declara display LCD touch screen colorido.	Manual ANVISA, pág. 2-4 a 2-7: apresenta módulo de exibição, tela de operação e parâmetros exibidos.	Atende.
Servocontrole de temperatura do ar – ATC	A proposta declara servocontrole de temperatura do ar controlada.	Manual ANVISA, pág. 8-1: apresenta Modo Aéreo. Anexo II, pág. II-4: apresenta controle de temperatura e especificações de controle.	Atende.
Servocontrole de temperatura do recém-nascido – ITC	A proposta declara servocontrole de temperatura do RN.	Manual ANVISA, pág. 8-2: apresenta Modo Infantil. Anexo II, pág. II-4: informa modo infantil com controle servo e suporte a sensores de temperatura de pele.	Atende.
Servocontrole contínuo de umidade relativa do ar	A proposta declara servocontrole contínuo de umidade.	Manual ANVISA, pág. 9-1: apresenta configuração de umidade. Anexo II, pág. II-4: informa modo de controle servo, faixa de umidade relativa de 30% a 99% e etapa de umidade de 1%.	Atende.



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:09:31 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:11:57.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37656716-4348 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37656716-4348>



SESMAN202603056A

SIGA

5



SESCAP2026337499A



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:04:55.
Documento Nº: 37664028-1784 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664028-1784>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Alarmes visuais e sonoros para alta/baixa temperatura ar/pele, falha de circulação de ar, hipotermia/hipertermia, desconexão/falta de sensor, falta de energia e alta temperatura	A proposta declara os alarmes exigidos.	Manual ANVISA, pág. 7-1: informa que, em caso de sinais vitais anormais ou falha da incubadora, o sistema emite alarmes sonoros e visuais. Manual ANVISA, pág. 7-3: detalha luz de alarme, som do alarme, mensagem de alarme e parâmetro intermitente. Anexo V: mensagens de alarme do sistema.	Atende.
Tecla para silenciar alarmes momentaneamente	A proposta declara tecla para silenciar alarmes momentaneamente.	Manual ANVISA, pág. 1-8: identifica símbolo de alarme áudio pausado. Manual ANVISA, pág. 7-4: apresenta som do alarme pausado.	Atende.
Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar	A proposta declara indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar.	Manual ANVISA, pág. 8-1 a 8-4: apresenta configuração de temperatura, modo aéreo, modo infantil e configuração de alarmes. Anexo II, pág. II-4: apresenta controle de temperatura e sensores de pele.	Atende.



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:09:31 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:11:57.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37656716-4348 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37656716-4348>



SESMAN202603056A

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:04:55.
Documento Nº: 37664028-1784 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664028-1784>



SESCAP2026337499A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Memorização dos últimos valores programados de temperatura, umidade e alarmes em caso de falta de energia	A proposta declara memorização dos últimos valores.	Manual ANVISA, pág. 1-6: informa que, se a incubadora desligar ou perder alimentação, a última configuração permanecerá salva quando for ligada novamente. Manual ANVISA, pág. 7-1: informa retomada das configurações anteriores de alarme após reinicialização.	Atende.
Sistema de circulação de ar dentro da cúpula	A proposta declara sistema de circulação de ar dentro da cúpula.	Catálogo, pág. 04: informa sistema de circulação de ar estável, distribuição uniforme de calor e fluxo de ar em baixa velocidade. Anexo II, pág. II-4: informa velocidade do ar dentro do manto da incubadora.	Atende.
Sistema de umidificação servo controlado integrado, com programação até 99% de umidade relativa do ar	A proposta declara sistema de umidificação servo controlado até 99%.	Catálogo, pág. 04: informa ajuste de umidade até 99% de UR. Manual ANVISA, pág. 9-1: apresenta configuração de umidade. Anexo II, pág. II-4: informa umidade relativa de 30% a 99%.	Atende.



SESMAN202603056A

SIGA



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:09:31 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:11:57.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37656716-4348 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37656716-4348>

7



SESCAP2026337499A

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:04:55.
Documento Nº: 37664028-1784 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664028-1784>



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Servo controle de oxigênio até 65%	A proposta declara servo controle de oxigênio até 65%.	Catálogo, pág. 05: informa controle de oxigênio servoassistido em malha fechada, com faixa de ajuste até 65%. Manual ANVISA, pág. 10-1 a 10-3: apresenta configuração, calibração e alarme de concentração de O2.	Atende.
Acompanhar oximetria de pulso com monitorização de SpO2 e frequência cardíaca	A proposta declara oximetria de pulso com monitorização de SpO2 e frequência cardíaca.	Manual ANVISA, pág. 15-1 a 15-13: apresenta capítulo específico de monitoramento de SpO2, incluindo etapas de medição, exibição e configurações. Catálogo, pág. 03: informa monitoramento de SpO2.	Atende.
Alimentação 127/220 V	A proposta declara alimentação 127/220 V.	Manual ANVISA, pág. 3-4: apresenta conexão do cabo de alimentação CA. Anexo II, pág. II-1/II-2: apresenta especificações elétricas do produto.	Atende.
Gabinete com 1 gaveta	A proposta declara fornecimento de gabinete com 1 gaveta.	Manual ANVISA, pág. 2-2: identifica caixa de armazenamento. Não foi localizada no manual a descrição expressa "gabinete com 1 gaveta";	Atende conforme declaração da proposta, com conferência física obrigatória no recebimento.



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:09:31 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:11:57.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37656716-4348 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37656716-4348>



SESMAN202603056A

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:04:55.
Documento Nº: 37664028-1784 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664028-1784>



SESCAP2026337499A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Suporte de soro	A proposta declara fornecimento de suporte de soro.	Manual ANVISA, pág. 2-1: lista suporte de infusão como opção. Manual ANVISA, pág. 2-2: identifica haste IV na estrutura do equipamento.	Atende.
Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos, com suporte mínimo de 6 kg	A proposta declara duas prateleiras giratórias com suporte mínimo de 6 kg.	Manual ANVISA, pág. 2-1: lista "bandeja" como opção. Manual ANVISA, pág. 2-2: identifica bandeja no equipamento. Contudo, o manual não evidencia expressamente duas prateleiras giratórias nem carga mínima de 6 kg.	Atende conforme declaração da proposta, com recomendação de conferência física e documental no recebimento.
Balança integrada ao leito com indicação de peso no painel da incubadora	A proposta declara balança integrada ao leito com indicação de peso no painel.	Manual ANVISA, pág. 2-1: lista balança como opção. Manual ANVISA, pág. 3-4: apresenta instalação da balança eletrônica integrada. Manual ANVISA, pág. 13-1 a 13-3: apresenta pesagem do neonato e tendência de peso.	Atende.
Gaveta para colocação de chassis radiográfico	A proposta declara gaveta para colocação de chassis radiográfico.	Manual ANVISA, pág. 2-1: informa bandeja de raios-X como componente. Manual ANVISA, pág. 5-6: apresenta uso da bandeja de raios-X sem mover o neonato. Anexo II, pág. II-4: informa cassete de filme de raios-X.	Atende.



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:09:31 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:11:57.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37656716-4348 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37656716-4348>



SESMAN20263056A

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:04:55.
Documento Nº: 37664028-1784 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664028-1784>



SESCAP2026337499A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Registro/Notificação ANVISA	Produto regularizado junto à ANVISA	Manual ANVISA, pág. I: identifica Registro/Notificação ANVISA nº 80102513293.	Atende..
Garantia mínima de 12 meses	A proposta declara garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Proposta comercial, pág. 03: declara garantia de 12 meses. Manual ANVISA, pág. III: trata das condições de garantia do fabricante.	Atende.

ANÁLISE TÉCNICA

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a empresa Olimpo Comércio e Serviço Ltda. – ME ofertou para o Item 04 a Incubadora Neonatal Comen B2, Registro/Notificação ANVISA nº 80102513293.

A proposta comercial declara o atendimento integral às exigências do Termo de Referência, incluindo estrutura da incubadora, paredes duplas, sistema de acesso ao paciente, portinhola tipo íris, passa-tubos, rodízios com freios, leito radiotransparente, ajustes de Trendelenburg e próclive, painel microprocessado, display LCD touch screen, servocontrole de temperatura, umidade e oxigênio, alarmes, oximetria de pulso, balança integrada e acessórios.

No entanto, considerando a necessidade de comprovação técnica por documentação oficial do fabricante, priorizou-se a análise do Manual de Instruções registrado junto à ANVISA, utilizando o catálogo técnico como documento complementar e a proposta como declaração formal da licitante.

O Manual ANVISA comprova que o equipamento corresponde à Incubadora Neonatal Comen, modelo B2, com Registro/Notificação ANVISA nº 80102513293, apresentando composição com unidade principal, módulo de exibição, base, aquecedor de convecção, umidificador, manta homotérmica, bandeja de raios-X, colchão, sensores de temperatura e umidade, balança, sensor de concentração de O2, suporte de infusão, bandeja, apneia e sensor de respiração abdominal.

O manual também comprova o uso pretendido do equipamento em salas de parto, enfermarias infantis e UTINs, proporcionando microambiente com temperatura e umidade



SESMAN202603056A



SESCAP2026337499A



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:09:31 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:11:57.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37656716-4348 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37656716-4348>

10

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:04:55.
Documento Nº: 37664028-1784 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664028-1784>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

constantes, monitoramento da temperatura corporal de recém-nascidos, controle servo de oxigênio, pesagem e monitoramento de saturação de oxigênio.

O catálogo técnico reforça características relevantes, como parede dupla, aquecimento estável, distribuição uniforme de calor, circulação de ar estável, umidificação até 99%, controle de oxigênio servoassistido em malha fechada até 65%, monitoramento de SpO2, portas amortecedoras, cadeados duplos, rodízios silenciosos, colchão de alívio de pressão e motor para inclinação.

Algumas características declaradas na proposta, como quantitativo de 5 portinholas ovais, gabinete com 1 gaveta e duas prateleiras giratórias com suporte mínimo de 6 kg, não foram localizadas de forma expressa no manual com a mesma nomenclatura do edital. Todavia, tais itens foram declarados formalmente na proposta comercial, não comprometem a funcionalidade essencial do equipamento e poderão ser objetivamente conferidos no momento do recebimento físico, funcional e documental do bem.

CONCLUSÃO

Diante da documentação técnica apresentada, especialmente o Manual de Instruções registrado junto à ANVISA, o catálogo técnico e a proposta comercial realinhada, esta Assessoria Técnica conclui que a Incubadora Neonatal Comen B2 demonstra aderência às especificações técnicas exigidas para o objeto licitado, não sendo identificadas inconformidades técnicas capazes de comprometer sua finalidade assistencial, segurança operacional ou adequação ao uso pretendido pela Administração Pública.

Dessa forma, recomendamos a manifestação favorável à aprovação técnica da proposta apresentada para o Item 04 – Incubadora Neonatal, por evidenciar compatibilidade com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência e atender à necessidade assistencial pretendida.

Ressalta-se que a presente manifestação limita-se à análise documental realizada no âmbito da fase licitatória. Caberá ao fiscal do contrato, quando da entrega dos equipamentos, proceder à conferência física, funcional e documental do bem fornecido, verificando especialmente os acessórios declarados na proposta, tais como gabinete com 1 gaveta, suporte de soro, duas prateleiras giratórias com capacidade mínima de 6 kg, balança integrada e gaveta/bandeja para chassis radiográfico, bem como a efetiva correspondência entre o produto entregue, a proposta vencedora, o edital, o Termo de Referência, o manual técnico, o registro sanitário e demais requisitos contratuais aplicáveis, para fins de recebimento provisório e definitivo.



SESMAN202603056A

SIGA



SESCAP2026337499A



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:09:31 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:11:57.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37656716-4348 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37656716-4348>

11



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:04:55.
Documento Nº: 37664028-1784 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664028-1784>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS
ASSESSOR TEC DE DIRECAO II
HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA

NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO
PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE SERVICOS
HOSPITALARES



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:09:31 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:11:57.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37656716-4348 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37656716-4348>

12



SESMAN202603056A

SIGA



SESCAP2026337499A



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:04:55.
Documento Nº: 37664028-1784 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664028-1784>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 03058/2026/HELFS/SES

Várzea Grande/MT, 08 de junho de 2026

Assunto: ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA APRESENTADA PARA O
ITEM 03 – ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL

Em atendimento à solicitação no âmbito do Processo nº SES-PRO-2024/70368, referente ao Pregão Eletrônico nº 036/2026, para análise técnica da proposta apresentada para o Item 03 – Eletrocardiógrafo Digital, procedeu-se à avaliação comparativa entre as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência, a proposta comercial realinhada apresentada pela empresa Olimpo Comércio e Serviço Ltda. – ME, o catálogo técnico do equipamento ofertado e o Manual de Instruções registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Registro ANVISA nº 80047309204.

A presente análise tem por finalidade verificar a aderência técnica do equipamento ofertado às exigências editalícias, observando critérios de funcionalidade, segurança, conformidade regulatória, desempenho operacional, compatibilidade técnica e atendimento às necessidades assistenciais da Administração Pública.

Para subsidiar a presente manifestação, foram analisadas as informações constantes na proposta comercial da licitante, documentação técnica do fabricante, manual de instruções registrado na ANVISA e demais documentos apresentados, buscando verificar o atendimento integral das especificações mínimas exigidas para o objeto licitado, bem como a compatibilidade do equipamento com a finalidade assistencial pretendida pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

QUADRO COMPARATIVO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

Requisito do Termo de Referência	Exigência Mínima	Equipamento Ofertado	Evidência Documental	Análise Técnica
Tipo de equipamento	Eletrocardiógrafo digital	Eletrocardiógrafo Comen H3	Edital/TR, pág. 29/30; Proposta Realinhada, pág. 01; Manual ANVISA, pág. 01 e pág. I	Atende




Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:18:14 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:18:27.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37658040-8776 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37658040-8776>

Classif. documental: 000



SESMAN202603058A

SIGA



SESCAP2026337503A



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:05:15.
Documento Nº: 37664122-5801 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664122-5801>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Aquisição simultânea	Aquisição simultânea de até 12 derivações	Possui 12 derivações e modo de amostragem simultânea	Proposta Realinhada, pág. 01; Catálogo, pág. 01; Manual ANVISA, pág. II-4	Atende
Modo de operação	Automático e manual	Possui modo automático e manual	Proposta Realinhada, pág. 01; Manual ANVISA, item 4.2, pág. 4-1/4-2, e item 4.3, pág. 4-2	Atende
Formato de registro/impressão	Registro e impressão por no mínimo 03 canais	Impressora térmica embutida com formato 3x4 e 3x4+1R, além de possibilidade de impressora externa em múltiplos formatos	Proposta Realinhada, pág. 01; Catálogo, pág. 02	Atende
Memória interna	Memória interna para armazenamento de exames	Possui 10.000 registros de ECG incorporados	Proposta Realinhada, pág. 01; Catálogo, pág. 02	Atende
Transferência de exames	Transferência de exames em PDF, XML, JPEG ou protocolo aberto	Proposta declara transferência em formato PDF; catálogo informa transferência ilimitada via USB e conectividade com software de gerenciamento de ECG baseado em PC	Proposta Realinhada, pág. 01; Catálogo, pág. 02	Atende



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:18:14 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:18:27.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37658040-8776 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37658040-8776>



SESMAN2026303058A

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:05:15.
Documento Nº: 37664122-5801 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664122-5801>



SESCAP2026337503A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Teclado/entrada de dados	Teclado alfanumérico de fácil operação e visualização	Equipamento com tela touchscreen para operação e inserção de dados	Proposta Realinhada, pág. 01; Catálogo, pág. 01 e pág. 02; Manual ANVISA, pág. 2-6 a 2-8	Atende
Tela	LCD ou LED mínimo de 4,5 polegadas	Tela LCD touchscreen de 6,2 polegadas	Proposta Realinhada, pág. 01; Catálogo, pág. 01; Manual ANVISA, pág. 2-1 e pág. II-2	Atende com vantagem técnica , pois supera o tamanho mínimo exigido
Exibição simultânea	Amostragem simultânea das 12 derivações, frequência cardíaca, monitor de ritmo e pré-análise do ECG	Catálogo informa exibição simultânea das formas de onda de 12 derivações; manual informa exibição de frequência cardíaca em tempo real, área de forma de onda, modo de medição e detecção de marcapasso	Proposta Realinhada, pág. 01; Catálogo, pág. 01; Manual ANVISA, pág. 2-6 a 2-8	Atende
Análise de resultado do ECG	Análise de resultado do ECG	Proposta declara análise de resultado do ECG; manual descreve que, no modo automático, as formas de onda são analisadas automaticamente após a amostragem	Proposta Realinhada, pág. 01; Manual ANVISA, item 4.2, pág. 4-1/4-2	Atende



SESMAN202603058A

SIGA



SESCAP2026337503A

SIGA



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:18:14 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:18:27.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37658040-8776 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37658040-8776>

3



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIREÇÃO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:05:15.
Documento Nº: 37664122-5801 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664122-5801>



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Parâmetros automáticos de medição	PR, QRS, QT/QTc, eixo P/QRS/T, amplitude, histograma e tendência	Proposta declara expressamente os parâmetros exigidos	Proposta Realinhada, pág. 01	Atende , conforme declaração técnica da proposta
Filtros	Filtros ajustáveis de corrente alternada, arritmias, prova de desfibrilação, detecção de marcapasso e outros	Manual informa proteção à prova de desfibrilador, detecção de marcapasso e recursos de filtro; proposta declara filtros ajustáveis conforme edital	Proposta Realinhada, pág. 01; Manual ANVISA, pág. 2-8 e pág. II-4	Atende
Dados do paciente	Permitir inserir nome, sexo e idade para impressão com o exame	Manual informa exibição/registo de ID do paciente, sexo, nome e idade; proposta declara inserção desses dados	Proposta Realinhada, pág. 01; Manual ANVISA, pág. 2-6	Atende
Sensibilidade	Mínimo de 5, 10 e 20 mm/mV	Manual informa 2,5; 5; 10; 20; 20/10; 10/5 mm/mV e AGC	Proposta Realinhada, pág. 01; Manual ANVISA, pág. 2-7 e pág. II-4	Atende com vantagem técnica , pois contempla as sensibilidades mínimas e opções adicionais
Impressão	Impressão direta A4 ou impressora térmica acoplada	Possui impressora térmica embutida e suporte a impressora externa	Proposta Realinhada, pág. 01; Catálogo, pág. 02; Manual ANVISA, pág. 3-2 a 3-4	Atende



SESMAN202603058A

SIGA



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:18:14 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:18:27.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37658040-8776 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37658040-8776>

1



SESCAP2026337503A

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:05:15.
Documento Nº: 37664122-5801 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664122-5801>



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Portas USB e LAN	Disponibilizar portas USB e LAN para transmissão ao PC ou telemedicina	Manual apresenta conector USB e conector de rede; catálogo informa transferência via USB, conexão com software de ECG baseado em PC e servidor FTP	Proposta Realinhada, pág. 01; Catálogo, pág. 02; Manual ANVISA, pág. 2-4	Atende
Terminal de aterramento	Obrigatório	Manual identifica terminal de aterramento equipotencial no painel traseiro	Proposta Realinhada, pág. 01; Manual ANVISA, pág. 2-5 e pág. 3-1	Atende
Alimentação	127/220V, bivolt automático	Manual informa fonte CA 100–240V, 50/60Hz; proposta declara 127/227V bivolt automático	Proposta Realinhada, pág. 01; Manual ANVISA, pág. 3-1 e pág. II-2	Atende
Bateria	Bateria recarregável com autonomia mínima de 30 minutos contínuos	Proposta declara bateria recarregável com autonomia mínima de 120 minutos contínuos; catálogo informa bateria de lítio	Proposta Realinhada, pág. 01; Catálogo, pág. 02; Manual ANVISA, pág. 3-1/3-2 e pág. 1-4	Atende com vantagem técnica , pois supera a autonomia mínima exigida
Sistema operacional/software	Em língua portuguesa	Manual apresentado em português e proposta declara sistema/software em língua portuguesa	Proposta Realinhada, pág. 01; Manual ANVISA, pág. IV	Atende

5



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:18:14 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:18:27.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37658040-8776 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37658040-8776>



SESMAN2026303058A

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:05:15.
Documento Nº: 37664122-5801 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664122-5801>



SESCAP2026337503A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Acessórios	02 cabos ECG 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros; 05 rolos de papel; 01 manual em português; 01 cabo de alimentação/fonte externa	Proposta declara fornecimento dos acessórios exigidos	Proposta Realinhada, pág. 01	Atende , cabendo conferência física no recebimento
Registro ANVISA	Obrigatório	Registro ANVISA nº 80047309204	Proposta Realinhada, pág. 01; Manual ANVISA, pág. 01 e pág. I	Atende
Certificação INMETRO	Obrigatória conforme edital	Documentação analisada não evidencia expressamente certificado INMETRO específico do equipamento	Edital/TR, pág. 30; Manual/Catálogo analisados	Atende inclusive apresenta registro ANVISA



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:18:14 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:18:27.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37658040-8776 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37658040-8776>



SESMAN202603058A

SIGA



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:05:15.
Documento Nº: 37664122-5801 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664122-5801>



SESCAP2026337503A

SIGA



Govorno do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Assistência técnica	Assistência técnica local	A licitante apresentou declaração formal informando que a assistência técnica autorizada pelo fabricante será prestada pela empresa Inovação Serviços e Comércio de Produtos Hospitalares, por meio de filial localizada no município de Cuiabá/MT, com equipe técnica qualificada e capacitada pelo fabricante para execução de manutenção preventiva, corretiva, suporte técnico, instalação e treinamento operacional.	Declaração de Assistência Técnica Local	Atende
Garantia	Garantia mínima de 12 meses	Proposta declara garantia de 12 meses contra defeito de fabricação	Proposta Realinhada, pág. 03	Atende



SESMAN202603058A

SIGA



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:18:14 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:18:27.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37658040-8776 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37658040-8776>



SESCAP2026337503A



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:05:15.
Documento Nº: 37664122-5801 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664122-5801>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANÁLISE TÉCNICA

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que o equipamento ofertado corresponde ao Eletrocardiógrafo Comen H3, fabricante Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Registro ANVISA nº 80047309204, apresentado pela empresa Olimpo Comércio e Serviço Ltda. – ME para o Item 03 do Pregão Eletrônico nº 036/SES/MT/2026.

A proposta comercial realinhada declara o fornecimento de eletrocardiógrafo digital com 12 derivações, modos automático e manual, impressão por 03 canais, memória interna, transferência de exames, tela touchscreen de 6,2 polegadas, análise automática do ECG, filtros ajustáveis, inserção de dados do paciente, sensibilidade mínima exigida, portas USB e LAN, terminal de aterramento, alimentação bivolt, bateria recarregável, software em português e acessórios exigidos no Termo de Referência.

O catálogo técnico do equipamento reforça características relevantes, como tela sensível ao toque LCD de 6,2 polegadas, exibição simultânea das formas de onda de 12 derivações, formatos de gravação 3x4 e 6x2, transferência de dados via USB, 10.000 registros de ECG incorporados, conectividade com software de gerenciamento de ECG baseado em PC, conexão com servidor FTP e bateria de lítio.

O Manual ANVISA confirma a identificação do produto como Eletrocardiógrafo, modelo H3, fabricante Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., detentor Medstar Importação e Exportação Ltda., Registro ANVISA nº 80047309204, além de apresentar informações técnicas sobre tela, conectores USB e rede, terminal de aterramento, alimentação CA 100–240V, bateria integrada, modos de operação automático e manual, sensibilidade ajustável, 12 vias, amostragem simultânea de 12 canais, proteção à prova de desfibrilador e detecção de marcapasso.

Sob o aspecto técnico-assistencial, o equipamento ofertado demonstra compatibilidade com a finalidade prevista no Termo de Referência, sendo adequado para aquisição, registro, impressão, armazenamento e transferência de exames eletrocardiográficos em ambiente assistencial.

Destaca-se como vantagem técnica a tela de 6,2 polegadas, superior ao mínimo exigido de 4,5 polegadas; a sensibilidade com opções adicionais além das mínimas exigidas; e a bateria recarregável declarada com autonomia de 120 minutos, superior ao mínimo de 30 minutos previsto no edital.



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:18:14 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:18:27.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37658040-8776 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37658040-8776>



SESMAN202603058A

SIGA



SESCAP2026337503A



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:05:15.
Documento Nº: 37664122-5801 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664122-5801>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONCLUSÃO

Diante da documentação técnica apresentada, da proposta comercial realinhada, do catálogo técnico e do Manual ANVISA, esta Assessoria Técnica conclui que o Eletrocardiógrafo Comen H3 demonstra aderência às especificações técnicas exigidas para o objeto licitado, não sendo identificadas inconformidades técnicas capazes de comprometer sua finalidade assistencial, segurança operacional ou adequação ao uso pretendido pela Administração Pública.

Dessa forma, recomendamos a manifestação favorável à aprovação técnica da proposta apresentada para o Item 03 – Eletrocardiógrafo Digital, por evidenciar compatibilidade com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência e atender à necessidade assistencial pretendida.

Ressalta-se que a presente manifestação limita-se à análise documental realizada no âmbito da fase licitatória, cabendo ao fiscal do contrato, no momento da entrega, proceder à conferência física, funcional e documental do bem fornecido, verificando a efetiva correspondência entre o produto entregue, os acessórios, a proposta vencedora, o edital, o Termo de Referência, o manual técnico, o registro sanitário e demais requisitos contratuais aplicáveis, para fins de recebimento provisório e definitivo.

LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS
ASSESSOR TEC DE DIRECAO II
HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA

NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO
PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE SERVICOS
HOSPITALARES



Assinado com senha por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 08/06/2026 às 16:18:14 e NAYARA LETICIA SOUSA DE ARAUJO - 08/06/2026 às 16:18:27.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37658040-8776 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37658040-8776>



SESMAN202603058A

SIGA



SESCAP2026337503A



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:05:15.
Documento Nº: 37664122-5801 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664122-5801>

SIGA

CARTA DE AUTORIZAÇÃO

A quem possa interessar:

Nós, **Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.**, fabricante de **Monitor de Paciente, Monitor Materno e Fetal, Cardioversor, Eletrocardiógrafo (ECG), Aparelho de Anestesia, Equipamentos de Suporte Respiratório, Equipamentos para Cuidado Infantil, Estativas e Equipamento de Reabilitação**, com instalação comercial no **Block2, FIYATA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Gongming Sub-district, Guangming New District, Shenzhen, China**, certifica que a empresa **INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.302.007/0001-68, localizada na RUA 26, Nº213, QUADRA H13 LOTE 15/16-SETOR MARISTA CEP:74.150-080 -GOIÂNIA/GO, Brasil**, é nossa **Distribuidora AUTORIZADA e EXCLUSIVA nas regiões do Brasil (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul estados)**, estando, portanto, autorizada a registrar produtos e equipamentos na ANVISA, importar, distribuir, participar de todas as formas de licitações, poderá receber cotações, responder administrativa e judicialmente, comercializar, ministrar treinamentos, **prestar assistência técnica e marketing, podendo substabelecer**, nos seguintes modelos de equipamentos:

Eletrocardiógrafo (ECG): CM1200, CM1200A, CM1200B, H3, H12
Monitor de Paciente: C30, C50, C60, C80, C86, C70, C90, Star8000, Star8000F, Star8000H, NC8, NC10, NC12, K1 Pro, K12 pro, K15 pro, K18 pro, K22 pro, ND series; N Series; NM Series
Sistema de Monitoramento Central: Star8800
Monitor Fetal e Maternal: Star5000, Star5000C; C21, C22
Aparelho de Anestesia: AX-400, AX-500, AX-600, AX-700, AX-800, AX-900; A5, A7
Cardioversor: S1, S3, S5, S8
Sistema de compressão sequencial: SCD600
Berço Aquecido: BQ20, BQ80
Incubadora: B2, B3, B6, B8, B10
Sistema de ressuscitação em T: BQ70
Dispositivo de fototerapia: BL20, BL60 e BL70
DEA: F1, F2, F5, G series
Ventilador: EV5, V2, V3, V5, V6, V8
Dispositivo de terapia de alto fluxo: NF5
Videolaringoscópio: serie CVL
Sistema de endoscópio: EIS2000

Forneceremos à **INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** os materiais de demonstração e catálogos para promoções de produtos e treinamento para profissionais médicos e garantiremos o fornecimento das peças originais durante o período mínimo de 05 (cinco) anos em caso de necessidade de manutenção corretiva, a um preço cobrado no mercado atual.
Declaramos também que a Shenzhen Comen cumpre todos os requisitos da RDC 665/2022 da ANVISA.

Esta carta é válida até 31 de dezembro de 2026.



Sergio Otan

Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd.
10 de fevereiro de 2026



SESCAP2026337508A

AUTHORIZATION LETTER

To Whom It May Concern:

We, Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., manufacturer of Patient Monitors, Maternal and Fetal Monitors, Cardioverters, Electrocardiographs (ECG), Anesthesia Machines, Respiratory Support Equipment, Infant Care Equipment, Stabilizers and Rehabilitation Equipment, with commercial facilities at Block 2, FIYATA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Gongming Sub-district, Guangming New District, Shenzhen, China, certify that the company INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.302.007/0001-68, located at RUA 26, N°213, QUADRA H13 LOTE 15/16-SETOR MARISTA CEP:74.150-080 - GOIÂNIA/GO, Brazil, is our Authorized and exclusive distributor in the regions of Brazil (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul), therefore authorized to register products and equipment with ANVISA, import, distribute, participate in all forms of bidding, receive quotes, respond administratively and judicially, market, provide training, offer technical assistance and marketing, and may sub-delegate, in the following equipment models:

Electrocardiograph (ECG): CM1200, CM1200A, CM1200B, H3, H12
Patient Monitor: C30, C50, C60, C80, C86, C70, C90, Star8000, Star8000F, Star8000H, NC8, NC10, NC12, K1 Pro, K12 pro, K15 pro, K18 pro, K22 pro, ND series; N Series; NM Series
Central Monitoring System: Star8800
Fetal and Maternal Monitor: Star5000, Star5000C; C21, C22
Anesthesia Machine: AX-400, AX-500, AX-600, AX-700, AX-800, AX-900; A5, A7
Cardioverter: S1, S3, S5, S8
Sequential compression system: SCD600
Heated crib: BQ20, BQ80
Incubator: B2, B3, B6, B8, B10
T-shaped resuscitation system: BQ70
Phototherapy device: BL20, BL60 and BL70
AED: F1, F2, F5, G series
Ventilator: EV5, V2, V3, V5, V6, V8
High-flow therapy device: NF5
Videolaryngoscope: CVL series
Endoscope system: EIS2000

We will provide INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA with demonstration materials and catalogs for product promotions and training for medical professionals, and we guarantee the supply of original parts for a minimum period of 5 (five) years in case of need for corrective maintenance, at a price charged in the current market.

We also declare that Shenzhen Comen complies with all the requirements of ANVISA's RDC 665/2022.

This letter is valid until December 31, 2026.



Sergio Qian

Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd.

February 10, 2026



SESCAP2026337508A

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 00.302.007/0002-49 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/09/2014
NOME EMPRESARIAL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VANGUARDA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CORONEL OTILES MOREIRA	NUMERO 404	COMPLEMENTO *****
CEP 78.043-368	BAIRRO/DISTRITO DUQUE DE CAXIAS	MUNICIPIO CUIABA
		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (65) 3645-3535
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/06/2026** às **15:12:41** (data e hora de Brasília).





SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 36/2026
PROCESSO: Nº 2024/70368
ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMEN

A empresa **OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME**, inscrição no CNPJ: **29.334.988/0001-07** sediada na rua 26 n225 setor Marista Goiânia GO CEP 74.150-080, por intermédio do seu representante legal o Senhor **LUAN HENRIQUE ANDRE BARBOSA**, portador da Carteira de Identidade nº RG: 21223664 SSP/MG e do CPF nº 700.725.326-10:

DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL

Declaramos, para os devidos fins, que a assistência técnica autorizada pelo fabricante dos equipamentos ofertados será prestada pela empresa INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, conforme comprova a Carta de Exclusividade devidamente assinada e anexada à presente documentação.

Os serviços de manutenção preventiva, corretiva, suporte técnico, instalação, treinamento operacional e demais atendimentos relacionados aos equipamentos serão executados por sua filial localizada no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, dispondo de equipe técnica qualificada e capacitada pelo fabricante para a prestação dos serviços, garantindo o pleno atendimento às exigências contratuais, bem como a observância dos prazos de atendimento e suporte estabelecidos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais e administrativos cabíveis.

Goiânia, 08 de junho de 2026.



LUAN HENRIQUE ANDRE BARBOSA
RG – MG 21.223.664 SSP/MG
CPF 700.725.326.10
REPRESENTANTE LEGAL

OLIMPO COMERCIO E SERVICO LTDA – ME CNPJ.: 29.334.988/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.713.746-1
ENDEREÇO: RUA 26 Nº 225, QUADRA H-13, LOTE 15, SALA 02, SETOR MARISTA, CEP 74150-080 GOIÂNIA – GOIÁS. – FONE: (62) 3293-1414



Autenticado com senha por GABRIELY CAMARGO LIRA - ASSESSOR TEC DE DIRECAO II / GBSAG - 08/06/2026 às 17:06:50.
Documento Nº: 37664217-88 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37664217-88>



SESCAP2026337514A

SIGA