



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

Esclarecimento de Edital

Informações do Edital			
Número do Edital: 0043/2024			
Número do Processo: 0061490/2023			
Dados do Fornecedor			
Razão Social:	MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP	CPF/CNPJ:	01405834000140
Email:	info@mtbtecnologia.com.br		
Dados do Usuário			
Nome:	Michelle Rafaela Teixeira Calçada	CPF:	48041535860
Email:	licitacao@mtbtecnologia.com.br		
Dados do Esclarecimento			
Data da Criação:	21/05/2024 09:04:25		
Conteúdo do Esclarecimento:			
<p>Prezados, bom dia!</p> <p>Pedido de esclarecimento, Ref.: ITENS 1, 3 E 5</p> <p>O descritivo técnico solicita: "GATEWAY VIRTUAL" e "LICENÇAS PARA ATENDER OS MONITORES". Todavia, essa solicitação está aberta e pode causar erros de formação/compatibilidade com os sistemas requisitados. Poderiam esclarecer tal ponto, por favor?</p> <p>Além disso, nos acessórios para o parâmetro de oximetria, questionamos, serão aceitos cabos do tipo inteiriço, que não utilizam extensor e possuem comprimento de pelo menos 2 metros? Além disso, em relação ao sensor para paciente adulto, serão aceitos apenas do tipo clipe?</p> <p>Ref.: ITENS 2 E 4</p> <p>O descritivo técnico solicita: "GATEWAY VIRTUAL" e "LICENÇAS PARA ATENDER OS MONITORES". Todavia, essa solicitação está aberta e pode causar erros de formação/compatibilidade com os sistemas requisitados. Poderiam esclarecer tal ponto, por favor?</p> <p>Aguardo retorno, Atenciosamente.</p>			
Data da Resposta:	23/05/2024 10:02:08		
Resposta do Esclarecimento:			
<p>O pedido de esclarecimento foi analisado pela e Equipe da SES, transcrição:</p> <p>Em atenção aos questionamentos da empresa MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP sobre a alteração na descrição do Lote único dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 – Monitores Multiparâmetros, gostaríamos de informar que, infelizmente, não poderemos aceitar seus pedidos neste momento.</p> <p>Pedido 01 – ITENS 1, 3 e 5 - O descritivo técnico solicita: "GATEWAY VIRTUAL" e "LICENÇAS PARA ATENDER OS MONITORES". Todavia, essa solicitação está aberta e pode causar erros de formação/compatibilidade com os sistemas requisitados. Poderiam esclarecer tal ponto, por favor?</p> <p>Pedido 02 – ITENS 2 e 4 descritivos técnico solicita: "GATEWAY VIRTUAL" e "LICENÇAS PARA ATENDER OS MONITORES". Todavia, essa solicitação está aberta e pode causar erros de formação/compatibilidade com os sistemas requisitados. Poderiam esclarecer tal ponto, por favor?</p> <p>Resp: A implementação de gateways virtuais e licenças para monitores multiparâmetros é crucial para garantir uma operação eficiente e segura em diversos cenários, especialmente em ambientes hospitalares e de saúde.</p> <p>Gateways Virtuais: Conectividade Segura: Estabelecem conexões seguras entre dispositivos médicos, protegendo dados confidenciais de pacientes contra acessos não autorizados e ciberataques. Agregação de Dados: Centralizam e organizam dados provenientes de diferentes dispositivos, facilitando a análise e o monitoramento centralizado</p>			



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

Esclarecimento de Edital

do estado dos pacientes.

Escalabilidade Flexível: Permite a integração de novos dispositivos sem a necessidade de investimentos em infraestrutura física, adaptando-se às necessidades crescentes da organização.

Redução de Custos: Eliminam a necessidade de gateways físicos, otimizando o uso de recursos e reduzindo os custos de manutenção.

Licenças para Monitores Multiparâmetros:

Acesso Autorizado: Permite o acesso autorizado à central de monitorização, garantindo que apenas profissionais qualificados tenham acesso às informações dos pacientes.

Funcionalidades Completas: Desbloqueiam o acesso a recursos avançados da central de monitorização, como análise de alarmes, tendências de dados e relatórios detalhados.

Segurança Aprimorada: Contribuem para a segurança do sistema, limitando o acesso a funcionalidades sensíveis e protegendo contra erros humanos.

Conformidade Regulatória: Atendem às exigências regulatórias e garantem a conformidade com as normas de segurança de dados e privacidade do paciente.

Benefícios Conjuntos:

Melhoria na Qualidade do Cuidado: Facilitam a tomada de decisões clínicas precisas e oportunas, contribuindo para a qualidade do cuidado ao paciente.

Otimização do Fluxo de Trabalho: Agilizam o fluxo de trabalho, reduzindo o tempo gasto na coleta e análise de dados.

Maior Eficiência Operacional: Permitem a otimização dos recursos humanos e materiais, aumentando a eficiência operacional da equipe de saúde.

Redução de Erros Médicos: Minimizam o risco de erros médicos ao fornecer informações precisas e em tempo real sobre o estado dos pacientes.

Concluimos, informando que a implementação de gateways virtuais e licenças para monitores multiparâmetros é um investimento fundamental para garantir a segurança, eficiência e qualidade do cuidado ao paciente em ambientes de saúde. As vantagens proporcionadas por essas soluções contribuem para a otimização do fluxo de trabalho, a redução de custos e a melhoria dos resultados clínicos.

Além disso, nos acessórios para o parâmetro de oximetria, questionamos, serão aceitos cabos do tipo inteiriço, que não utilizam extensor e possuem comprimento de pelo menos 2 metros? Além disso, em relação ao sensor para paciente adulto, serão aceitos apenas do tipo clipe?

Resp: No edital solicita de 03 mts, além de pedir o sensor clip e boca de sapo no qual nos atende.

Acreditamos que a descrição atual atende às necessidades de todos os envolvidos e garante a lisura da licitação, sendo que as alterações na descrição já foram finalizadas e o processo está em andamento.

Att