



Governo do Estado de Mato Grosso  
SES – Secretaria de Estado de Saúde  
Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar

**PARECER TÉCNICO Nº 019/2024/GBSAGH/SES-MT**

Cuiabá-MT, 07 de maio de 2024.

**SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS – SUAC/SES**

Sra. Ideuzete Maria da Silva  
Pregoeira – SUAC/SES.

**ASSUNTO: PARECER TÉCNICO PE 026/2024**

**Senhora Pregoeira,**

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação da empresa classificada, referente ao Processo SES-PRO-2023/44832 Pregão Eletrônico nº 026/2024, cujo objeto é “Aquisição de **“Equipamento Médico-Hospitalar”** para atender as necessidades do Hospital Central de Alta Complexidade vinculado à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, nos termos constante no **ANEXO III – LISTA 13 (REFRIGERAÇÃO, FISIO E FOTOTERAPIA)**”, quanto aos itens em referência a qualificação técnica e documentações complementares exigidas no edital, análise da proposta/catálogo apresentada.

Considerando que toda a documentação analisada foi encaminhada para análise em meio digital, via e-mail.

Considerando que os documentos de regularidade das empresas foram conferidos pela pregoeira.

Informamos abaixo a relação dos itens da vencedora no certame a Empresa **HD – MIYAHARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.220.317/0001-40**, onde foram conferidos digitalmente AFE Autorização de Funcionamento e atestado de capacidade técnica pertinente e compatível com o objeto dos seguintes equipamentos:

**ITEM 03 "CICLOERGÔMETRO"**

**ITEM 06 "FOTOTERAPIA"**

Diante do exposto, informamos que os itens 03 e 06 estão tecnicamente habilitados, **ATENDEM** ao descritivo do edital.

Quanto ao **ITEM 04 "ELETROESTIMULADOR "**, de acordo com o manual desse fornecedor os equipamentos de TENS e FES, são separados para atender a especificação terão que fornecer 2 equipamentos um de Tens e outro de FES.

Solicitamos no edital a especificações de uma frequência de 0,5 a 250 Hz o equipamento apresentando vai de 4 Hz a 200 Hz.

Solicitamos no edital uma corrente máxima e 250 mA e o equipamento ofertado está de 69 mA para uma resistência de referência de 1 Kohms,



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SES – Secretaria de Estado de Saúde**  
**Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar**

Diante do exposto, informamos que os itens 04 não estão tecnicamente habilitados, **NÃO ATENDE** ao descritivo do edital.

Sem mais, estando a empresa **APTA** a seguir com o certame somente com os itens **03 e 06**.

Em tempo, solicitamos que este parecer seja juntado aos autos do SES-PRO-2023/44832.

 Documento assinado digitalmente  
**DANIELLE APARECIDA RIBEIRO DA COSTA LEITE**  
Data: 08/05/2024 14:25:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**DANIELLE A. RIBEIRO DA COSTA  
LEITE**  
Assessora Técnica de Direção II

 Documento assinado digitalmente  
**LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS**  
Data: 07/05/2024 18:42:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS**  
Assessor Técnico de Direção II  
Responsável Técnico Engenharia Clínica

Membro da Comissão do Grupo de Trabalho  
(Portaria Nº 654/2023/GBSES)  
Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão  
Hospitalar - SES/MT

  
**OBERDAN FERREIRA COUTINHO LIRA**  
Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar - Interino