



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Memorando nº07/GDL/MT-Hemocentro/2026 Cuiabá-MT, 11 de março de 2026.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2025/09801
Pregão Eletrônico n.º 008/2026

Processo: **SES-PRO-2025/09801**

Modalidade: **Pregão Eletrônico nº 008/2026**

Objeto da contratação: **Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de kits de reagentes e insumos necessários para a realização de exames de agregação plaquetária, com disponibilização de equipamentos (analisadores) em regime de comodato, incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva, calibração e treinamento de pessoal, para atendimento das demandas do MT-Hemocentro.**

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a Equipe de Apoio Pregão, solicitando a análise para a emissão de parecer técnico, a fim de verificar se os produtos ofertados atendem às condições exigidas no TR e Edital.

1. Relatório

Trata-se de solicitação de análise técnica da proposta apresentada pela empresa **NL Comércio Exterior LTDA (Nome Fantasia: NL Diagnóstica)**, inscrita no CNPJ nº **52.541.273/0001-47**, encaminhada no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 008/2026**, referente ao **Processo SES-PRO-2025/09801**.

A análise técnica foi solicitada com base na **Portaria nº 628/2025/GBSES/MT**, que estabelece o prazo de até **03 (três) dias úteis** para emissão de parecer técnico quanto à conformidade dos produtos ofertados com as especificações estabelecidas no **Termo de Referência e no Edital**.

2. Análise técnica

Após análise da proposta comercial e da documentação técnica apresentada pela empresa proponente, verificou-se que parte dos itens ofertados atende às especificações relacionadas aos reagentes utilizados em testes de agregação plaquetária.

Entretanto, durante a análise comparativa com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, constatou-se não conformidade em relação ao Item 07, descrito conforme segue:

Item 07 – Código 0009478



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
MT-HEMOCENTRO

Descrição: Insumos para agregação plaquetária – tipo: **conjunto completo de Luciferina/Luciferase;**

Apresentação: liofilizado;

Observações: equipamento em regime de comodato;

Quantidade/Concentração: Kit Chrono-Lume contendo Luciferina 0,2 mg, 22.000 unidades de D-Luciferase, sulfato de magnésio, albumina de soro humano, estabilizadores e tampão.

Durante a avaliação da proposta apresentada pela empresa NL Comércio Exterior LTDA, verificou-se que não foi identificado na proposta técnica o fornecimento do conjunto completo de Luciferina/Luciferase (Kit Chrono-Lume) conforme especificado no Termo de Referência.

Dessa forma, a proposta apresentada não contempla o item em conformidade com as especificações técnicas exigidas, configurando não atendimento ao Item 07 do Termo de Referência.

Este insumo é utilizado em metodologias de luminescência, sendo fundamental para a avaliação da liberação de ATP plaquetário, etapa importante na análise funcional das plaquetas em exames de agregação plaquetária.

3. Conclusão

Diante da análise técnica da proposta apresentada pela empresa **NL Comércio Exterior LTDA**, verificou-se que, embora alguns reagentes ofertados estejam relacionados à metodologia de agregação plaquetária, a proposta não atende integralmente às especificações técnicas previstas no Termo de Referência, em razão do **não atendimento ao Item 07 (Código 0009478)**, referente ao **Conjunto completo de Luciferina/Luciferase – Kit Chrono-Lume**.


Assim, este parecer técnico é **DESFAVORÁVEL** a aceitação da proposta, no que se refere à conformidade técnica integral com as exigências do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 008/2026.

Ressalta-se que esta análise se refere exclusivamente aos aspectos técnicos dos insumos ofertados e equipamentos, cabendo aos demais setores competentes a avaliação dos demais requisitos administrativos, jurídicos e financeiros do processo licitatório.



Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Erika Ferreira de Siqueira
Gerência de Diagnóstico Laboratorial
HEMOCENTRO

Erika Ferreira de Siqueira
Gerência de Diagnóstico Laboratorial
MT – Hemocentro



Pennsylvânia Marinho Borralho
Farmacêutica/ Bioquímica - CRF 721
HEMOCENTRO
Pennsylvânia Marinho Borralho
Farmacêutica/ Bioquímica
MT - Hemocentro