



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar
Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares
Coordenadoria de Acompanhamento da Execução de Serviços Hospitalares

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA - Pregão Eletrônico nº 37/2024

Cuiabá/MT, 07 de julho de 2025

Em atenção à solicitação de análise da proposta apresentada pela empresa **HOSPIMETAL**, referente ao edital do **Pregão Eletrônico nº 37/2024**, destinado à aquisição de mobiliário hospitalar, especificamente da **Cama Fowler Infantil Monitorada**, venho por meio deste formalizar a **manifestação NÃO FAVORÁVEL**.

A análise técnica foi conduzida com base nas especificações exigidas para a aquisição de **cama hospitalar infantil**. Sendo solicitadas **54 unidades** pelo Hospital Central de Alta Complexidade do Mato Grosso.

A manifestação **NÃO FAVORÁVEL** fundamenta-se nas discrepâncias encontradas na comparação entre as especificações solicitadas e as condições da proposta apresentada pela empresa, conforme segue abaixo:

- As especificações mínimas exigidas no edital incluem, entre outros requisitos, **altura mínima de 1,72 m e largura mínima de 1,02 m**. Contudo, a proposta da empresa HOSPIMETAL apresenta camas com dimensões inferiores, sendo **1,65 m de altura e 0,80 m de largura**, não atendendo aos critérios técnicos exigidos.

Considerando a análise técnica realizada e a justificativa para a aquisição de mobiliário hospitalar para o Hospital Central de Alta Complexidade do Mato Grosso, venho formalizar o **parecer NÃO FAVORÁVEL** à proposta da empresa **HOSPIMETAL**.

Lídia Macedo Bonifacio
Matrícula 353596 – Enfermeira
COAESH



SESDIC202582727