



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE



Gabinete de Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos-GBSAAC
Superintendência de Aquisições e Contratos-SUAC

1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0109/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2023/16714

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, por intermédio da Pregoeiro, abaixo assinado, comunica aos interessados que os itens 22,23,24,25 e 26 do APENDICE I do Edital do Pregão em epigrafe, foi RETIFICADO conforme abaixo:

APENDICE I

(Anexo do Termo de Referência)

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – LISTA 06

22	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA (ESPIRALADA) COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 6.0. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ESPIRAL EM AÇO INOX, ESTÉRIL, SEM LATEX, LINHA DE INFLAÇÃO, VÁLVULAS, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LÚMEN PARA OXIGENAÇÃO, COM INTERMEDIÁRIO UNIVERSAL. ENCAIXE DE SERINGA LUER E LUER-LOCK, CONECTOR BRANCO COLOCADO. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	656
23	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA (ESPIRALADA) COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 6.5. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ESPIRAL EM AÇO INOX, ESTÉRIL, SEM LATEX, LINHA DE INFLAÇÃO, VÁLVULAS, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LÚMEN PARA OXIGENAÇÃO, COM INTERMEDIÁRIO UNIVERSAL. ENCAIXE DE SERINGA LUER E LUER-LOCK, CONECTOR BRANCO COLOCADO. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	656
24	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA (ESPIRALADA) COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 7.0. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ESPIRAL EM AÇO INOX, ESTÉRIL, SEM LATEX, LINHA DE INFLAÇÃO, VÁLVULAS, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LÚMEN PARA OXIGENAÇÃO, COM INTERMEDIÁRIO UNIVERSAL. ENCAIXE DE SERINGA LUER E LUER-LOCK, CONECTOR BRANCO COLOCADO. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE	UND	1242

Palácio Paiaguás, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05),
Centro Político Administrativo, CEP: 78.049-902 • Cuiabá • Mato Grosso • www.saude.mt.gov.br

Edital 002/2024 – Processo: SES-PRO-2023/45523- Página 1 de 2



Assinado com senha por KELLY FERNANDA GONCALVES - PREGOEIRA OFICIAL SES-MT / COAQUS - 10/05/2024 às 10:50:42.
Documento Nº: 17068170-3572 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=17068170-3572>



SESDIC202436017

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE



Gabinete de Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos-GBSAAC
Superintendência de Aquisições e Contratos-SUAC

	VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
25	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA (ESPIRALADA) COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 7.5. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ESPIRAL EM AÇO INOX, ESTÉRIL, SEM LATEX, LINHA DE INFLAÇÃO, VÁLVULAS, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LÚMEN PARA OXIGENAÇÃO, COM INTERMEDIÁRIO UNIVERSAL. ENCAIXE DE SERINGA LUER E LUER-LOCK, CONECTOR BRANCO COLOCADO. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	1553
26	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA (ESPIRALADA) COM BALÃO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 8.0. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, ESPIRAL EM AÇO INOX, ESTÉRIL, SEM LATEX, LINHA DE INFLAÇÃO, VÁLVULAS, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, RADIOPACA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LÚMEN PARA OXIGENAÇÃO, COM INTERMEDIÁRIO UNIVERSAL. ENCAIXE DE SERINGA LUER E LUER-LOCK, CONECTOR BRANCO COLOCADO. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UND	1530

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial /SES- MT

Palácio Paiaguás, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05),
Centro Político Administrativo, CEP: 78.049-902 • Cuiabá • Mato Grosso • www.saude.mt.gov.br
Edital 002/2024 – Processo: SES-PRO-2023/45523- Página 2 de 2



Assinado com senha por KELLY FERNANDA GONCALVES - PREGOEIRA OFICIAL SES-MT / COAQUIS - 10/05/2024 às 10:50:42.
Documento Nº: 17068170-3572 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=17068170-3572>



SESDIC202436017

SIGA