



Governo do Estado de Mato Grosso
SES-Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Atenção e Vigilância em Saúde
Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso-LACEN/MT

PARECER TÉCNICO

Em resposta a proposta comercial referente ao item 02 **CABINE DE FLUXO LAMINAR** apresentada pela empresa **Mundial Científica LTDA**, a equipe de profissionais após análise técnica vem esclarecer que o produto ofertado pela empresa em questão não atende plenamente todas as especificações técnicas: **dimensões externas: 1315x1350x750mm e dimensões internas: 640x1320x560mm**, conforme solicitado em termo de referência. Portanto nossa equipe técnica decidiu reprovar a proposta da empresa acima citada.

Cuiabá, 08 de agosto de 2024



Doracilde Terumi Takahara
Farmacêutica/Bioquímica

Micobacterologia – LACEN MT/SES CRF/MT