



# DOCUMENTOS DA EMPRESA

**ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA,**  
inscrita no CNPJ nº 01.035.382/0001-51.



PRODUTOS MÉDICOS E DE  
AUXÍLIO HUMANO LTDA.

## ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO

**A**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES.**  
**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024/SES/MT.**

A empresa Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda., inscrita no CNPJ Nº 01.035.382/0001-51, sediada na Av Venezuela, Nº 27 Sala 902 Parte - Saude - Rio de Janeiro - CEP 20.081-311 – RJ, representada neste ato por sua representante legal a Sra. Sheila Vasques Tavares, portadora da Carteira de Identidade nº 071.█.10-8, e do CPF nº 008█.917-07, vem requerer a Vossa Senhoria sua habilitação no Credenciamento nº 03/2024, com vistas o Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para fornecimento de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) customizado (intraauriculares, intracanaís, microcanaís), AASI retroauriculares e Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM)".

Declaramos que aceitamos os valores e condições estabelecidas conforme Edital.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2024.

SHEILA VASQUES

TAVARES:008█91707

Digitally signed by SHEILA  
VASQUES

TAVARES:00█091707

Date: 2024.06.25 06:53:03 -03'00'

Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda

Sheila Vasques Tavares

Procuradora

RG Nº 07█310-8 IFP

CPF Nº 008.█.917-07



PRODUTOS MÉDICOS E DE  
AUXÍLIO HUMANO LTDA.

## REQUERIMENTO PARA CREDENCIAR NO CHAMAMENTO PÚBLICO

**A,  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES.  
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024/SES/MT.**

A empresa Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda., inscrita no CNPJ Nº 01.035.382/0001-51, sediada na Av Venezuela, Nº 27 Sala 902 Parte - Saude - Rio de Janeiro - CEP 20.081-311 – RJ, por seu representante legal, infra-assinado, residente e domiciliado na Rua São Luiz Gonzaga, nº 653 Bloco 02 - Apto 1204, São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20910-061, através do presente instrumento, vem requerer o credenciamento para o **CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 03/2024**, visando a **“Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para fornecimento de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) customizado (intraauriculares, intracanaís, microcanaís), AASI retroauriculares e Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM).**

Declaro que assumo o compromisso de prestar os serviços nas condições e preços preestabelecidos pela SES/MT, para atender o Contrato de Credenciamento.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2024.

SHEILA VASQUES

TAVARES:0[REDACTED]07

Digitally signed by SHEILA

VASQUES

TAVARES:0[REDACTED]07

Date: 2024.06.18 11:33:07 -03'00'

Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda

Sheila Vasques Tavares

Procuradora

RG Nº 0[REDACTED]0-8 IFP

CPF Nº 0[REDACTED]-07

**ATOMED – PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**

Av Venezuela, 27 – Sala 902 Parte – Saúde – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.081-311 – Tel. (21) 2104-9120





Pelo presente instrumento,

**Demant Participações Ltda**, com sede na Av. Venezuela nº 27 – Sala 902 – Parte – Saúde – Rio de Janeiro – Cep. 20.081-311 – RJ, inscrita no C.N.P.J/MF sob o nº 40.206.963/0001-60, neste ato representada por seu administrador Morten Hellberg Pedersen, dinamarquês, casado, economista, residente e domiciliado na Ladeira do Ascurra, nº 67, Cosme Velho, Cep 22.241-320 – RJ.

**Centro Auditivo Telex Ltda**, com sede na Av. Venezuela nº 27 – Sala 901 - Saúde – Rio de Janeiro – Cep. 20.081-311 – RJ, inscrita no C.N.P.J/MF sob o nº 33.060.302/0001-04, neste ato representado por seu diretor, Morten Hellberg Pedersen, dinamarquês, casado, economista, residente e domiciliado na Ladeira do Ascurra, nº 67, Cosme Velho, Cep 22.241-320 – RJ.

Únicas sócias da **Atomed - Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda**, com sede na Rua Xavier da Silveira, 45 – sobreloja 202 – Copacabana – Rio de Janeiro – Cep. 22061-010 – RJ, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 01.035.382/0001-51, cujos atos constitutivos encontram-se arquivados na **JUCERJA, sob o nº 33205464561**, por despacho de 09 de janeiro de 1996, e última alteração contratual arquivada na **JUCERJA, sob o nº 00004065260**, por despacho de **12 de maio de 2021**, têm entre si, justos e acordados o que se segue:

1 – Alterar o endereço da empresa Atomed Produtos Médicos e de Auxilio Humano Ltda da Rua Xavier da Silveira, 45 – sobreloja 202 – Copacabana – Rio de Janeiro – Cep. 22061-010 – RJ **para Av. Venezuela nº 27 – Sala 902 – Parte – Saúde – Rio de Janeiro – Cep. 20.081-311- RJ.**

2 – Em vista da deliberação acima, o Contrato Social, passará a vigorar com a seguinte redação consolidada:

A sociedade tem a denominação de **ATOMED - PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**, regendo-se pelas disposições do presente instrumento e da legislação em vigor, tendo sede, foro e domicílio legal nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Venezuela nº 27 – Sala 902 – Parte – Saúde – Rio de Janeiro – Cep. 20.081-311- RJ, podendo a qualquer tempo, a critério dos sócios quotistas, abrir, manter e encerrar filiais, agências, escritórios sucursais, representações ou quaisquer dependências, em território nacional ou exterior, sendo indeterminado o seu prazo de duração.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL**

A sociedade tem por objetivo a importação, exportação, comércio de aparelhos para surdez, de aparelhos de medição de capacidade auditiva, de aparelhos e equipamentos odontológicos, de aparelhos e equipamentos médicos e hospitalares, bem como suas peças e acessórios; serviço de assistência técnica e manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos de medição de capacidade auditiva.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL**

O capital da sociedade é de R\$ 255.500,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), já inteiramente integralizado em moeda corrente nacional, dividido 255.500 cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), assim distribuído:

- a) **Centro Auditivo Telex Ltda.** detém 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); e
- b) **Demant Participações Ltda**, detém 5.500 (cinco mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

## **CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Único – Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

## **CLÁUSULA QUINTA – CESSÃO DE QUOTAS**

forma transferir as suas quotas a terceiros sem prévio e expresso consentimento dos demais sócios que deverão intervir com anuentes no instrumento de venda, cessão ou transferência, sendo-lhes garantido, sempre o direito de preferência, que poderá ser exercido ou não por qualquer dos quotistas. No caso em que o sócio deseje exercer o seu direito de preferência, será sempre observado o critério da proporcionalidade com relação ao número de quotas que possua na data do evento, o que determinará, conseqüentemente, a quantidade de quotas a ser adquirida.

## **CLÁUSULA SEXTA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

A administração da sociedade será exercida pelo Sr. **MORTEN HELLBERG PEDERSEN**, dinamarquês, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, na Ladeira do Ascurra nº 67 – Cosme Velho – RJ – Cep. 22241-320, portador da carteira de identidade de estrangeiro nº V166416-I, expedido pelo CIMCRE/CGPMAF e CPF/MF nº 213.██████08-81, **o qual utilizará a denominação de Diretor Executivo**, declarando não está incurso em nenhum crime previsto em lei que o impeça de exercer qualquer atividade mercantil.

Parágrafo Primeiro – Compete ao Diretor – Executivo o uso da firma da sociedade e representação desta, em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros, podendo, para tanto, contrair obrigações, abrir e operar contas bancárias, transigir, ceder e renunciar direitos e praticar, enfim, todos os atos normais de gerência necessários a consecução dos fins sociais.

Parágrafo Segundo – Para a execução dos atos abaixo especificados, o Diretor – Executivo deverá obrigatoriamente obter o consentimento prévio do sócio majoritário, sendo nulos, de pleno direito, quaisquer atos praticados em desobediência a esta cláusula:

- a) aquisição, cessão ou alienação de bens imóveis;
- b) compra ou alienação de ações, quotas ou participações no capital de qualquer outra sociedade, ou qualquer outro tipo de investimento público ou privado;
- c) a constituição de ônus e/ou gravames sobre quaisquer dos bens da sociedade;
- d) a contratação de empréstimos ou a abertura de linha de crédito bancárias.

Parágrafo Terceiro – O Diretor – Executivo poderá outorgar procurações, em nome da sociedade, por período determinado e limitado os

competência.

Parágrafo Quarto – São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e inoperantes com relação a sociedade, os atos de qualquer quotista, diretor, procurador ou funcionário que a envolvam em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais. A sociedade somente poderá prestar fianças, avais ou outras garantias em favor de terceiros, após terem sido previamente aprovadas por resolução dos quotistas.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

As deliberações sociais, particularmente as referentes a alterações deste Contrato Social, nomeação ou destituição dos administradores, bem como a determinação de suas remunerações e a aprovação de suas contas, a incorporação, fusão, ou dissolução da sociedade, nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas, cessão do estado de liquidação e o pedido de concordata serão tomadas através de votos representando a totalidade do capital social, sendo que cada quota corresponderá a um voto em todas as decisões sociais.

Parágrafo Único – As deliberações dos sócios serão tomadas em reuniões previamente convocadas por qualquer sócio e realizadas pessoalmente, ou através de qualquer meio eletrônico de comunicação, devendo a matéria objeto da deliberação ser consignada por escrito e firmada por todos os sócios.

## **CLÁUSULA OITAVA – EXERCÍCIO SOCIAL**

Findo o exercício social que coincidirá com ano civil, proceder-se-á, com observância das prescrições legais ao levantamento do Balanço Geral e o Lucro Líquido eventualmente apurado, após as amortizações e deduções que os sócios decidirem efetuar, será entre os mesmos rateados em proporção às quotas que possuem.

## **CLÁUSULA NONA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE**

No caso de insolvência, impedimento ou retirada de qualquer dos sócios, a Sociedade não se dissolverá, cabendo aos sócios remanescentes a apuração dos haveres do sócio impedido ou retirante. Será levantado então um Balanço Geral para a apuração dos haveres do sócio impedido ou retirante, sendo o pagamento efetuado a ele ou ao seu sucessor em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de igual valor, sem juros e correção monetária, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após o encerramento do Balanço.

Os casos omissos serão regulados pela Legislação em vigor aplicável, elegendo as partes contratantes o foro da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como único competente para conhecer e julgar qualquer ação ou questão decorrente da execução ou interpretação de qualquer cláusula ou condição do presente Contrato Social, com expressa renúncia de qualquer outro foro, por mais especial que possa ser.

E, por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 01 (uma) via, de igual teor, na presença das duas testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2023.

MORTEN HELLBERG  
PEDERSEN:21[REDACTED]460881

Digitally signed by MORTEN HELLBERG PEDERSEN:2130[REDACTED]881  
Date: 2023.11.08 14:27:32 -03'00'

Centro Auditivo Telex Ltda.

MORTEN HELLBERG  
PEDERSEN:21[REDACTED]60881

Digitally signed by MORTEN HELLBERG PEDERSEN:21[REDACTED]60881  
Date: 2023.11.08 14:27:48 -03'00'

Demant Participações Ltda.

Administrador – Diretor Executivo:

MORTEN HELLBERG  
PEDERSEN:213[REDACTED]0881

Digitally signed by MORTEN HELLBERG PEDERSEN:21[REDACTED]881  
Date: 2023.11.08 14:28:05 -03'00'

Morten Hellberg Pedersen  
CPF/MF 213.[REDACTED]08-81

Testemunhas:

SHEILA VASQUES  
TAVARES:0[REDACTED]07

Digitally signed by SHEILA VASQUES TAVARES:0[REDACTED]07  
Date: 2023.11.08 14:29:02 -03'00'

1. Sheila Vasques Tavares  
CPF/MF 0[REDACTED]-07

ALESSANDRA DA SILVA  
AGAREZ:02[REDACTED]53732

Digitally signed by ALESSANDRA DA SILVA AGAREZ:026[REDACTED]3732  
Date: 2023.11.08 15:19:04 -03'00'

2. Alessandra da Silva Agarez  
CPF/MF 02[REDACTED].537-32

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

NIRE: 332.0546456-1 Protocolo: 2023/00880393-7 Data do protocolo: 13/11/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/11/2023 SOB O NÚMERO 00005872811 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C1A60E24A1717ED6DAE53390BD8AB0C44A716A7207C8FD4D3A3E7CFA6AE0B44

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



# IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, NIRE 33.2.0546456-1, PROTOCOLO 2023/00880393-7, ARQUIVADO EM 16/11/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005872811, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 213.004.608-81	MORTEN HELLBERG PEDERSEN



16 de novembro de 2023.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

NIRE: 332.0546456-1 Protocolo: 2023/00880393-7 Data do protocolo: 13/11/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/11/2023 SOB O NÚMERO 00005872811 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C1A60E24A1717ED6DAE53390BD8AB0C44A716A7207C8FD4D3A3E7CFCA6AE0B44

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 8/8



# Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

09/01/1996 - 33205464561 - 102\* - 01/02/2000 - 00001049704 - 105\* - 04/09/2000 - 00001099805 - 105\* - 27/01/2003 - 00001300483 - 105\* -  
27/05/2003 - 00001323417 - 105\* - 18/07/2003 - 00001333118 - 105\* - 13/12/2004 - 00001480536 - 105\* - 16/09/2005 - 00001552406 - 105\* -  
10/05/2011 - 00002179085 - 105\* - 29/06/2020 - 00003888886 - 002 - 12/05/2021 - 00004065260 - 002 - 16/11/2023 - 00005872811 - 002 -

### Art.1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: xxxxxxxxxxx-xx

Participação no capital:

R\$ 0,00

Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data da Notificação:

xx/xx/xxxx

### Liquidante:

CPF/CNPJ: xxxxxxxxxxx-xx

Participação no Capital:

0.00

Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



2024/00540992-0

Local, data

Rio de Janeiro, 26 de Junho de 2024

Gabriel Oliveira de Souza Voi

SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma





# SERVIÇO NOTARIAL - RJ

Claudio Antonio Mattos de Souza  
Tabelião

Tânia Castro Góes  
Substituta

10º OFÍCIO DE NOTAS  
Valéria C. A. Corrêa Monteiro  
Tabeliã Substituta  
Mat. 941638

Av. Nilo Peçanha, 26 - A - Loja, Sobreloja, 2º e 3º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-100  
Tel./Fax: (21) 2544-3023 / 2524-5332 / 2215-1021 / 2215-2858 / 2215-2859 / 2235-3050

TRASLADO

LIVRO: 8092

FOLHA: 8

ATO: 7

Procuração bastante que faz na forma abaixo:

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (06.12.2022), no Estado do Rio de Janeiro, perante mim Valéria Cristina Ramos Corrêa Monteiro, matrícula 94/4638, Tabeliã substituta do 10º Ofício de Notas, com sede na Av Nilo Peçanha nº 26, Centro, compareceu como **Outorgante: CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA**, com sede nesta Cidade, na Av. Venezuela, nº 27/901 - Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.060.302/0001-04, neste ato, representada pelo seu diretor **MORTEN HELLBERG PEDERSEN**, filho de Birgitte Hellberg Larsen e Harry Havgod Pedersen, nascido em 22/11/1963, dinamarquês, casado, economista, portador da carteira de identidade de estrangeiro nº V166416-I, expedida pelo CGPI/DIREX/DPF expedida em 25/11/2020, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.08-81, com endereço comercial na Av. Venezuela, nº 27/901 - Saúde, endereço eletrônico não informado, nos termos de seu estatuto social já arquivado nestas Notas. Reconhecido como o próprio pelos documentos exibidos, e por este público instrumento, ela Outorgante, nomeia e constitui sua bastante procuradora, **SHEILA VASQUES TAVARES**, brasileira, solteira, Gerente, portadora do RG nº 07-10-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 008-7-07, residente e domiciliada na Rua São Luiz Gonzaga, nº 653 - Bloco 2 - Apartamento 1204 - São Cristóvão - Cidade do Rio de Janeiro - RJ, a qual confere poderes especiais para participar de licitações em todas as modalidades, incluindo pregão, representar a outorgante junto as repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas, assinando propostas, declarações, contratos, documentos diversos, além todo e qualquer documento exigido no processo licitatório, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, desistir de sua interposição, participar de lances na modalidade Pregão e qualquer outra modalidade que assim exija, podendo ainda representar a outorgante nas repartições públicas e privadas para legalização da empresa, podendo atender a fiscalização, assinar notificação e auto de infração, dar quitação, requerer e retirar certidões negativas de débito, representar a outorgante como Preposto nos processos judiciais, além de assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento deste mandato, podendo substabelecer todos os poderes constante deste mandato. A presente procuração terá validade até o dia 31-12-2024. Lavrada sob minuta. Assim o disse do

que dou fé, e me pediu este instrumento que lhe li, aceita e assina dispensando a presença e assinatura das testemunhas, nos termos do artigo 240, da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça. Foram-me apresentados e ficam arquivados nestas Notas, os seguintes documentos: originais e cópias autenticadas das carteiras de identidade e CPF dos representantes da outorgante. Certifico que pelo presente ato são devidas as custas da Tabela VII, II, letra "a", R\$303,99, comunicação R\$29,76, arquivamento R\$12,84, 20% para o FETJ R\$69,31, 5% para o FUNPERJ R\$17,32, 5% para o FUNPERJ R\$17,32, 4% FUNARPEN R\$13,86, ISS R\$18,24, 2% PMCMV e atos Gratuitos R\$6,07, que serão recolhidas na forma determinada pela Corregedoria-Geral de Justiça, Dist. R\$34,77. Eu, **Valéria Cristina Ramos Corrêa Monteiro**, Matrícula nº 94/4638, Tabeliã substituta, lavrei, li e encerro o presente ato, colhendo as assinaturas. **OUTORGANTE: CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA /** Representada pelo seu diretor **MORTEN HELLBERG PEDERSEN**. Traslada nesta data. Eu, [assinatura] a digitei e conferi. E eu, [assinatura] Tabeliã Substituta, subscrevo e assino em público e raso.

1º OFÍCIO DE NOT.  
Valéria C. & Corrêa Monte.  
Tabeliã Substituta  
Mat. 94/4638

1º OFÍCIO DE NOT.  
Valéria C. & Corrêa Monte.  
Tabeliã Substituta  
Mat. 94/4638

Em testemunho [assinatura] verdade.

1º OFÍCIO DE NOT.  
Valéria C. & Corrêa Monte.  
Tabeliã Substituta  
Mat. 94/4638

 Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**EEJA53186-PIU**  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tj.jus.br/sitepublico>

# SERVIÇO NOTARIAL - RJ

Claudio Antonio Mattos de Souza  
Tabellão

Tânia Castro Góes  
Substituta

16º OFÍCIO DE NOTAS  
Valéria C. R. Corrêa Monteiro  
Tabellã Substituta  
Mat 94/463P

Av. Nilo Peçanha, 26 - A - Loja, Sobreloja, 2º e 3º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-100  
Tel./Fax: (21) 2644-3023 / 2624-6332 / 2215-1021 / 2215-2858 / 2215-2859 / 2235-3050

TRASLADO

LIVRO: 8092

FOLHA: 3

ATO: 2

Procuração bastante que faz na forma abaixo:

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (06.12.2022), no Estado do Rio de Janeiro, perante mim Valéria Cristina Ramos Corrêa Monteiro, matrícula 94/4638, Tabellã substituta do 10º Ofício de Notas, com sede na Av Nilo Peçanha nº 26, Centro, compareceu como **Outorgante: ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA**, com sede nesta Cidade, na Rua Xavier da Silveira, 45 – sobreloja 202 – Copacabana - inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.035.382/0001-51, neste ato, representada pelo seu diretor **MORTEN HELLBERG PEDERSEN**, filho de Birgitte Hellberg Larsen e Harry Havgod Pedersen, nascido em 22/11/1963, dinamarquês, casado, economista, portador da carteira de identidade de estrangeiro nº V166416-l, expedida pelo CGPI/DIREX/DPF expedida em 25/11/2020, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.██████8-81, com endereço comercial na Av. Venezuela, nº 27/901 – Saúde, endereço eletrônico não informado, nos termos de seu estatuto social já arquivado nestas Notas. Reconhecido como o próprio pelos documentos exibidos, e por este público instrumento, ela Outorgante, nomeia e constitui sua bastante procuradora, nomeia e constitui sua bastante procuradora, **SHEILA VASQUES TAVARES**, brasileira, solteira, Gerente, portadora do RG nº 071██████10-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 008.930.917-07, residente e domiciliada na Rua São Luiz Gonzaga, nº 653 – Bloco 2 - Apartamento 1204 – São Cristóvão – Cidade do Rio de Janeiro – RJ, a qual confere poderes especiais para participar de licitações em todas as modalidades, incluindo pregão, representar a outorgante junto as repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas, assinando propostas, declarações, contratos, documentos diversos, além todo e qualquer documento exigido no processo licitatório, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, desistir de sua interposição, participar de lances na modalidade Pregão e qualquer outra modalidade que assim exija, podendo ainda representar a outorgante nas repartições públicas e privadas para legalização da empresa, podendo atender a fiscalização, assinar notificação e auto de infração, dar quitação, requerer e retirar certidões negativas de débito, representar a Outorgante como Preposto nos processos judiciais, além de assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento deste mandato, podendo substabelecer todos os poderes constante deste mandato. A presente procuração terá validade até o dia 31-

12-2024. Lavrada sob minuta. Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento que lhe li, aceita e assina dispensando a presença e assinatura das testemunhas, nos termos do artigo 240, da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça. Foram-me apresentados e ficam arquivados nestas Notas, os seguintes documentos: originais e cópias autenticadas das carteiras de identidade e CPF dos representantes da outorgante. Certifico que pelo presente ato são devidas as custas da Tabela VII, II, letra "a", R\$303,99, comunicação R\$29,76, arquivamento R\$12,84, 20% para o FETJ R\$69,31, 5% para o FUNPERJ R\$17,32, 5% para o FUNPERJ R\$17,32, 4% FUNARPEN R\$13,86, ISS R\$18,24, 2% PMCMV e atos Gratuitos R\$6,07, que serão recolhidas na forma determinada pela Corregedoria-Geral de Justiça, Dist. R\$34,77. Eu, **Valéria Cristina Ramos Corrêa Monteiro**, Matrícula nº 94/4638, Tabeliã substituta, lavrei, li e encerro o presente ato, colhendo as assinaturas.

**OUTORGANTE: ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA /**

Representada pelo seu diretor **MORTEN HELLBERG PEDERSEN**. Trasladada nesta

data. Eu, Valéria C. R. Corrêa Monteiro a digitei e conferi. E eu, Morten Hellberg Pedersen Tabeliã Substituta, Valéria C. R. Corrêa Monteiro assinou em público e raso.

10º OFÍCIO DE NOTA  
Valéria C. R. Corrêa Monteiro  
Tabeliã Substituta  
Matr. 94/4638

10º OFÍCIO DE NOTA  
Valéria C. R. Corrêa Monteiro  
Tabeliã Substituta  
Matr. 94/4638

Em testemunho Valéria C. R. Corrêa Monteiro

verdade. Morten Hellberg Pedersen

10º OFÍCIO DE NOTA  
Valéria C. R. Corrêa Monteiro  
Tabeliã Substituta  
Matr. 94/4638



Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**EEJA53691-PR1**  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tj.jus.br/sitpublico>

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.035.382/0001-51</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>09/01/1996</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV VENEZUELA</b>	NÚMERO <b>00027</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 902 PARTE</b>	
CEP <b>20.081-311</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAUDE</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LEGALIZACAO.TELEX@DEMANT.COM</b>		TELEFONE <b>(21) 2104-9120/ (21) 9430-1160</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/09/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/11/2023 às 09:17:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA**  
**CNPJ: 01.035.382/0001-51**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:53:23 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2024.

Código de controle da certidão: **C6D6.F649.8C09.48C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CND N° 0050303555**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **24/06/2024** Hora da emissão: **09:46:51**

Nome/denominação do sujeito passivo: **ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA**  
CNPJ: **01.035.382/0001-51**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **22/08/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2A2BUUT2U72UU2AL**



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 27/02/2024, em referência ao pedido 62937/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

**CNPJ:**

01.035.382/0001-51

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

85.79827.8

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

**Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.**

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

**CÓDIGO CERTIDÃO: URT6.5210.7161.004R**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 27/02/2024 às 13:32:17.0

Esta certidão tem validade até 25/08/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 01/03/2024 às 11:04:48.6



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 05-2024/2116451

Código de verificação de autenticidade: 99dd7976d5ada6b2cc8c43f12228f7b7

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: 01.035.382/0001-51

CAD-ICMS: Ativo

NOME / RAZÃO SOCIAL: ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 23/05/2024 ÀS 19:37:31

VÁLIDA ATÉ: 21/08/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

### OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ([www.fazenda.rj.gov.br](http://www.fazenda.rj.gov.br)).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.035.382/0001-51  
**Razão Social:** ATOMED PROD MEDICOS E AUXILIO HUMANO LTD  
**Endereço:** - AVENIDA VENEZUELA 27 SALA 902 PARTE - / SAUDE / RIO DE JANEIRO / RJ / 20081-311

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/06/2024 a 10/07/2024

**Certificação Número:** 2024061103310085540073

Informação obtida em 11/06/2024 09:30:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 01.035.382/0001-51, inscrição municipal nº 0.200.239-6, com endereço no(a) AV VENEZUELA, nº 27 - SALA 902 PARTE - RJ Cep: 20081-311, certifica que

## NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

### Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 08/03/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 23/06/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).

Ivo Marinho de Barros Junior  
Procurador-Coordenador  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.772-6



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E  
PLANEJAMENTO  
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO **8935955105**  
ÓRGÃO **FP/REC-RIO/CIS/F**  
CONTROLE **208722027**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

**ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA**  
**AVN VENEZUELA 000027 SALA 902 PARTE**  
**SAUDE RIO DE JANEIRO 20081-311 RJ**

CNPJ

**01.035.382/0001-51**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**0.200.239-6**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1**

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 2024.

HORA: 09:01:45

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.035.382/0001-51

Certidão nº: 30397003/2024

Expedição: 02/05/2024, às 08:51:25

Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.035.382/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**Secretaria de Estado de Fazenda**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

**CNPJ/CPF**

01.035.382/0001-51

**Inscrição Estadual**

85.798.278

**Data da concessão da inscrição**

24/10/1996

**Nome empresarial**

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

**Título do estabelecimento**

**Natureza Jurídica**

Sociedade Empresária Limitada

**Tipo de unidade principal**

Unidade Operacional

**Regime de apuração**

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

**Endereço do estabelecimento**

AVN Venezuela, 00027 SALA 902 PARTE  
SAÚDE - RIO DE JANEIRO RJ 20.081-311

**Situação cadastral**

Habilitada

**Data da situação cadastral**

24/10/1996

**Atividades econômicas (CNAE)**

**Principal**

46.45-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

**Secundárias**

47.73-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

95.21-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

**Unidade de cadastro**

AFR 64.09 - Capital

**Tipo da Inscrição**

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

**Observação**

Regime normal desde 24/10/1996. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.



**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Subsecretaria de Tributação e Fiscalização**  
**Coordenadoria do ISS e Taxas**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
0.200.239-6	26/11/1996

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	01.035.382/0001-51
ATIVIDADES ECONÔMICAS	243256 - REPARACAO DE APARELHOS E EQUIP MEDICO E HOSPITALAR 352110 - INSTRUMENTO E MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR -COM ATAC 399116 - IMPORTACAO E EXPORTACAO 437026 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS-COM VAR 437077 - APARELHOS E EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES -COM VAR
RESTRIÇÕES	VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL SIMPLES ESCRITORIO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	1
ENDEREÇO COMPLETO	AVN VENEZUELA, 27, SALA 902 PARTE SAUDE 20081-311
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	16/11/2023

Aprovado pela Resolução SMF N° 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia **17/11/2023** às **09:18**.

# 2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2024.2994483.837-1

**REQUERIDA EM: 13/05/2024**

**957508**

00/67 Pag: 0001

MODELO(A)>> CERTIFICA A a L <<

PARA FINS DE: CONCORRÊNCIA E LICIT

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

# C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Recisórias;
- B - Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
- C - Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
- D - Ações Acidentárias;
- E - Retificações, Averbacões e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
- F - Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
- G - Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
- H - Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
- I - Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- J - Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
- K - Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
- L - Ações de competência da Justiça Itinerante desde:  
SEIS DE MAIO DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ SEIS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (06/05/2004 a 06/05/2024) dele(s).

.--.--.--.--.--.--.**NADA CONSTA.**--.--.--.--.--.--.  
Relativamente ao Nome de **ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMAN**  
O LTDA Qualificação: 01035382000151 (conforme requerido).

EMITIDA EM: 15/05/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

**EU REGISTRADOR ASSINO.**

**T O T A L R\$: 0.00**

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral de Justiça  
Codigo Identificador de Certidao  
**CABP78720-IRJ**  
Consulte a validade do CIC em:  
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.



Nº do Pedido:  
2024666877187

CERP:  
d5ac9097-4c14-4c8a-8b8a-b23  
179b4fb2c



Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartorioj, disponível na apple store ou Google Play

## CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

### CERTIDÃO NEGATIVA

**JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II**, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data contra o nome **Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda, CPF/CNPJ 01.035.382/0001-51**. O referido é verdade e dou fé. Cidade de Rio de Janeiro, aos dez (10) dias do mês de junho (6) de dois mil e vinte e quatro (2024). Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 6% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + RESSAG + ISS - TOTAL R\$ = 185,08. Eu, Elenice Araújo da Silva - Mat. 94-1741, assino.

Finalidade: Concorrência e Licitação

**A PRESENTE CERTIDÃO NÃO PODE SER MATERIALIZADA POR SERVIÇO EXTRAJUDICIAL, EM RESPEITO AO PROVIMENTO CNJ 46/2015, AO PROVIMENTO CGJ-RJ 37/2013 E À NOTA INTEGRANTE 28, DA TABELA 22 DA LEI 3.350/1999, INSERIDA PELA LEI 7.128/2015**

1º RCPN e de interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro  
Oficial Registrador: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II  
Município: RIO DE JANEIRO/RJ  
Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador  
Site: 1rcpn.com.br  
Telefone: (21) 3386-1504  
Email: atendimento@1rcpn.com.br

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**EESY45598-JLY**  
Consulte a validade do selo em:

<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselos/>

**Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**2º OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS**  
**OFICIAL: MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO**  
**SUBSTITUTOS: ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS**  
**EUGÊNIO BUZHAR GERAISSATI**  
**MARCUS FERNANDO M. A. BRANDÃO**  
**JANE BARROS DA SILVA LISBOA**  
 Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro - Tel.: 2533-1424 - CEP:20011-001

## CERTIDÃO

**M.<sup>a</sup> DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO**, Oficial do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, NADA CONSTA na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, NADA CONSTA em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1.783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **CONTRA O NOME: ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA-CNPJ: 01.035.382/0001-51**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, dez de junho de dois mil e vinte e quatro. TAB\_6\_2= R\$127,31= EMOL.: R\$127,31 + SELO:R\$2,59 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$25,46 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,63 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB\_6\_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,54 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$6,83= TOTAL = R\$185,08. Eu JANE BARROS DA SILVA LISBOA, Substituta Legal - Cadastro:94-23562 assino pelo Oficial.

DOCUMENTO ENTREGUE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER ASSINATURA MANUSCRITA NÃO SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVENIR-SE CONTRA O CÂNCER

BUSCA PROCEDIDA POR IGOR GOMES HENRIQUES



Poder Judiciário - TJERJ  
 Corregedoria Geral da Justiça  
 Selo de Fiscalização Eletrônico  
**EESJ 77726 FKB**

Consulte a validade do selo em:  
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>

Finalidade:Concorrência e Licitação

MATRICULA:0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

**CONSIDERANDO** a decisão proferida na Reclamação para Garantia das Decisões 0002154-83.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional da Justiça -CNJ, cuja classe do feito foi alterada para CUMPRDEC;

**CONSIDERANDO** que o CNJ definiu o serviço público de controle de distribuição de feitos e de emissão de certidões dos processos judiciais como um serviço propriamente judicial, não extrajudicial, indelegável a particulares;

**CONSIDERANDO** que o registro de distribuição de habilitações para casamento é atribuição extrajudicial;

**CONSIDERANDO** o art. 11 do Livro III da Resolução OE/TJRJ nº 5/77 (Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro – CODJERJ);

**CONSIDERANDO** o decidido no processo SEI nº 2023-06089701;

**CONSIDERANDO** o decidido no processo SEI nº 2023-06095071;

**CONSIDERANDO** que é necessária a manutenção de um dos serviços, para padronização dos bancos de dados e assunção de acervo até que o TJERJ tenha condições técnicas de absorção;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** DESATIVAR os Serviços do 1º, 3º, 4º e 9º Ofícios do Registro de Distribuição da Capital, a partir de 1 de novembro de 2023.

**Art. 2º.** Os livros dos Serviços desativados deverão ser encerrados no dia 31/10/2023, fazendo constar o número deste Provimento.

**Art. 3º.** TRANSFERIR, a partir de 1 de novembro de 2023, acervos e atribuições judiciais dos Serviços do 1º, 3º, 4º e 9º Ofícios do Registro de Distribuição da Capital, para o Serviço do 2º Ofício do Registro de Distribuição da mesma Comarca.

**§1º** As certidões de distribuições judiciais requeridas aos 1º, 3º, 4º e 9º Ofícios do Registro de Distribuição da Capital no dia 31/10/2023 serão emitidas pelo 2º Ofício do Registro de Distribuição da mesma Comarca.

**§2º** O serviço do 2º Ofício de Registro de Distribuição da Comarca da Capital funcionará na Rua do Carmo, 8, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro.

**§3º** O prazo para fornecimento das certidões requeridas ao 2º Ofício de Registro de Distribuição da Comarca da Capital será estendido para dez dias úteis, durante o mês de novembro de 2023.

**§4º** As certidões de distribuição de feitos judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro somente serão requeridas ou requisitadas por meio do formulário próprio existente no portal institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

**Art. 4º.** TRANSFERIR, a partir de 1 de novembro de 2023, acervos e atribuições extrajudiciais dos Serviços do 3º e 4º Ofícios do Registro de Distribuição da Capital, para os Serviços do 5º e 6º Ofícios do Registro de Distribuição da mesma Comarca, respectivamente.

**§1º.** A partir de 1 de novembro de 2023, as habilitações para casamento serão anotadas pelos Oficiais dos 5º e 6º Ofícios do Registro de Distribuição, cabendo àquele as oriundas dos RCPNs de numeração ímpar e a este as dos RCPNs de numeração par.

**Art. 5º.** SUSPENDER as atividades do Serviço do 2º Ofício do Registro de Distribuição da Comarca da Capital dos dias 30 de outubro a 3 de novembro de 2023 face a mudança de instalações físicas.

**Art. 6º.** DETERMINAR que as providências para o implemento do presente Provimento ocorram sob a supervisão da Divisão de Fiscalização Extrajudicial.

**Art. 7º.** Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, na data da assinatura digital.

**Desembargador Marcus Henrique Pinto Basilio**  
**Corregedor-Geral da Justiça**

id: 6767831

**PROCESSO SEI: 2023-06072646**

**AVISO CGJ nº 632/2023**

Avisa sobre a obrigatória observância do estabelecido no artigo 34 do Ato Normativo Conjunto nº 13/2018, bem como no inciso II do artigo 371 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça - Parte Judicial.

O **CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, Desembargador Marcus Henrique Pinto Basílio, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XVIII, do artigo 22, da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 6.956/2015);

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33205464561	CNPJ 01.035.382/0001-51	
NOME EMPRESARIAL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 202203
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B8.A7.BF.BC.C7.C5.B7.FF.73.88.1B.9B.AC.34.84.AF.22.F0.D4.DC	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	079[REDACTED]5704	VIVIAN PINHEIRO ANDRADE EICH: 07[REDACTED]85704	703000950292907021 9	06/06/2022 a 06/06/2023	Não
Diretor	21[REDACTED]60881	MORTEN HELLBERG PEDERSEN: 2[REDACTED]460881	210274838670391587 724356387325677088 24	18/11/2022 a 18/11/2023	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

B8.A7.BF.BC.C7.C5.B7.FF.73.88.1B.  
9B.AC.34.84.AF.22.F0.D4.DC-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/04/2023 às 17:23:36

3B.3F.FD.9E.36.E2.29.91  
08.1C.5E.8C.C8.D3.42.7B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.035.382/0001-51
Número de Ordem do Livro:	202203		

### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	07 [REDACTED] 57-04
Nº de Série do Certificado	7030009502929070219
Nome do Signatário	VIVIAN PINHEIRO ANDRADE EICH:07955585704
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	06/06/2022 a 06/06/2023

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	21 [REDACTED] 08-81
Nº de Série do Certificado	21027483867039158772435638732567708824
Nome do Signatário	MORTEN HELLBERG PEDERSEN:21300460881
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	18/11/2022 a 18/11/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.035.382/0001-51  
Número de Ordem do Livro: 202203  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R\$ 49.924.431,52	R\$ 56.871.143,43
CIRCULANTE		R\$ 30.410.817,78	R\$ 36.226.750,99
CAIXA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
BANCOS		R\$ 582.018,42	R\$ 1.866.863,91
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 128.304,15	R\$ 155.940,88
CONTAS A RECEBER - CLIENTES		R\$ 18.006.833,36	R\$ 23.203.495,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 128.731,41	R\$ 54.618,37
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 271.767,78	R\$ 588.882,44
ESTOQUES		R\$ 11.201.831,38	R\$ 10.245.362,17
OUTROS		R\$ 91.131,28	R\$ 111.387,71
NAO CIRCULANTE		R\$ 19.513.613,74	R\$ 20.644.392,44
REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ 17.298.866,54	R\$ 18.701.666,30
CREDITOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 17.253.791,39	R\$ 18.656.591,15
DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS		R\$ 45.075,15	R\$ 45.075,15
PERMANENTE		R\$ 2.214.747,20	R\$ 1.942.726,14
IMOBILIZADO		R\$ 3.626.249,93	R\$ 3.666.752,82
(-) DEPRECIACAO		R\$ (1.411.502,73)	R\$ (1.724.026,68)
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 49.924.431,52	R\$ 56.871.143,43
CIRCULANTE		R\$ 7.167.908,55	R\$ 5.496.826,79
FORNECEDORES		R\$ 4.720.676,47	R\$ 3.216.242,08
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 427.228,05	R\$ 899.879,54
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 382.698,14	R\$ 170.660,93
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 1.135.281,38	R\$ 996.216,49
PROVISAO IRPJ E CSLL		R\$ 238.521,23	R\$ 0,50
ADIANTAMENTO A CLIENTES		R\$ 263.503,28	R\$ 213.827,25
NAO CIRCULANTE		R\$ 20.287,06	R\$ 87.096,21
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 20.287,06	R\$ 87.096,21
CREDITOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 20.287,06	R\$ 87.096,21
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 42.736.235,91	R\$ 51.287.220,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 255.500,00	R\$ 255.500,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 42.480.735,91	R\$ 51.031.720,43
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.A7.BF.BC.C7.C5.B7.FF.73.88.1B.9B.AC.34.84.AF.22.F0.D4.DC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.035.382/0001-51
Número de Ordem do Livro:	202203		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS BRUTAS		R\$ 55.456.681,78	R\$ 55.081.894,72
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (16.153.154,32)	R\$ (10.392.177,20)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (410.661,07)	R\$ (743.926,63)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 38.892.866,39	R\$ 43.945.790,89
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (20.383.981,45)	R\$ (18.865.389,77)
LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS		R\$ 18.508.884,94	R\$ 25.080.401,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.731.771,14)	R\$ (12.183.095,63)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (7.354.975,80)	R\$ (8.717.888,43)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.573.705,96)	R\$ (1.738.032,58)
(-) FINANCEIRAS		R\$ (1.203.038,59)	R\$ (871.036,99)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (224.292,24)	R\$ (312.523,95)
(-) DESPESA OCUPACAO		R\$ (55.122,24)	R\$ (48.171,73)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (320.636,31)	R\$ (495.441,95)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 68.178,03	R\$ 31.842,53
FINANCEIRAS		R\$ 68.178,03	R\$ 31.842,53
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 7.845.291,83	R\$ 12.929.148,02
LUCRO ANTES IRPJ E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 7.845.291,83	R\$ 12.929.148,02
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (715.002,48)	R\$ (1.165.278,57)
LUCRO ANTES DO IRPJ		R\$ 7.130.289,35	R\$ 11.763.869,45
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.962.117,95)	R\$ (3.212.884,93)
LUCRO (PREJUIZO) EXERCICIO		R\$ 5.168.171,40	R\$ 8.550.984,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.A7.BF.BC.C7.C5.B7.FF.73.88.1B.9B.AC.34.84.AF.22.F0.D4.DC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.035.382/0001-51
Número de Ordem do Livro:	202203		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
NIRE	33205464561
CNPJ	01.035.382/0001-51
Número de Ordem	202203
Natureza do Livro	DIARIO
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/01/1996
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	126617

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	202203
Quantidade total de linhas do arquivo digital	126617
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.A7.BF.BC.C7.C5.B7.FF.73.88.1B.9B.AC.34.84.AF.22.F0.D4.DC-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



PRODUTOS MÉDICOS E DE  
AUXÍLIO HUMANO LTDA.

## DECLARAÇÃO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda., inscrita no CNPJ Nº 01.035.382/0001-51, por intermédio da sua representante legal a Sra. Sheila Vasques Tavares, portadora da Carteira de Identidade Nº 0 [REDACTED] 0-8 expedida pelo IFP e do CPF Nº 0 [REDACTED] -07, demonstra os índices abaixo relacionados referente ao Balanço Patrimonial do ano de 2022:

Ativo Circulante - R\$ 36.226.750,99  
Realizável a Longo Prazo - R\$ 18.701.666,30  
Passivo Circulante - R\$ 5.496.826,79  
Exigível a Longo Prazo - R\$ 87.096,21  
Ativo Total R\$ 56.871.143,43

Índice de Liquidez Corrente: (AC/PC) = 6,59  
Índice de Liquidez Geral: (AC+RLP) / (PC+ELP) = 9,84  
Índice de Solvência Geral: (AT/PC+ELP) = 10,35

**Esta declaração tem validade até 30/04/2024**

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2023.

SHEILA VASQUES  
TAVARES:0 [REDACTED] 07  
Digitally signed by SHEILA  
VASQUES TAVARES:0 [REDACTED] 07  
Date: 2023.11.17 14:58:07 -03'00'

Sheila Vasques Tavares  
Procuradora  
CPF Nº 0 [REDACTED] -07

VIVIAN PINHEIRO  
ANDRADE  
EICH:079 [REDACTED] 5704  
Digitally signed by VIVIAN  
PINHEIRO ANDRADE  
EICH:079 [REDACTED] 5704  
Date: 2023.11.21 10:17:40 -03'00'

Vivian Pinheiro Andrade EICH  
Contadora  
CRC – RJ-132566/O-4

**ATOMED – PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**

Av Venezuela, 27 – Sala 902 Parte – Saúde – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.081-311 – Tel. (21) 2104-9120

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33205464561	CNPJ 01.035.382/0001-51	
NOME EMPRESARIAL ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 202304
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1A.A3.6F.DB.85.63.0B.FB.6D.E9.5F.B4.55.83.2B.01.92.77.22.29	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	07██████5704	VIVIAN PINHEIRO ANDRADE EICH: 07██████85704	791146633761470118 7	13/06/2023 a 13/06/2024	Não
Diretor	2██████60881	MORTEN HELLBERG PEDERSEN: 21██████60881	167427413724837903 359409871928033501 834	07/11/2023 a 06/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1A.A3.6F.DB.85.63.0B.FB.6D.E9.5F.B4.  
55.83.2B.01.92.77.22.29-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2024 às 14:23:28

9A.DC.78.57.C2.83.92.D6  
D2.EE.02.C4.7B.83.F0.77

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.035.382/0001-51
Número de Ordem do Livro:	202304		

### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	079[REDACTED]57-04
Nº de Série do Certificado	7911466337614701187
Nome do Signatário	VIVIAN PINHEIRO ANDRADE EICH:07955585704
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	13/06/2023 a 13/06/2024

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	213.004.608-81
Nº de Série do Certificado	167427413724837903359409871928033501834
Nome do Signatário	MORTEN HELLBERG PEDERSEN:21300460881
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	07/11/2023 a 06/11/2024

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.035.382/0001-51  
Número de Ordem do Livro: 202304  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R\$ 56.871.143,43	R\$ 70.178.926,32
CIRCULANTE		R\$ 36.226.750,99	R\$ 43.229.821,51
CAIXA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
BANCOS		R\$ 1.866.863,91	R\$ 1.944.601,90
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 155.940,88	R\$ 1.644.867,50
CONTAS A RECEBER - CLIENTES		R\$ 23.203.495,51	R\$ 23.119.964,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 54.618,37	R\$ 55.051,05
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 588.882,44	R\$ 2.963.629,87
ESTOQUES		R\$ 10.245.362,17	R\$ 13.417.323,57
OUTROS		R\$ 111.387,71	R\$ 84.183,42
NAO CIRCULANTE		R\$ 20.644.392,44	R\$ 26.949.104,81
REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ 18.701.666,30	R\$ 24.255.124,10
CREDITOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 18.656.591,15	R\$ 24.210.048,95
DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS		R\$ 45.075,15	R\$ 45.075,15
PERMANENTE		R\$ 1.942.726,14	R\$ 2.693.980,71
IMOBILIZADO		R\$ 3.666.752,82	R\$ 4.985.080,45
(-) DEPRECIACAO		R\$ (1.724.026,68)	R\$ (2.291.099,74)
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 56.871.143,43	R\$ 70.178.926,32
CIRCULANTE		R\$ 5.496.826,79	R\$ 5.466.212,68
FORNECEDORES		R\$ 3.216.242,08	R\$ 2.845.796,86
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 899.879,54	R\$ 988.185,76
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 170.660,93	R\$ 207.752,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 996.216,49	R\$ 1.007.562,51
PROVISAO IRPJ E CSLL		R\$ 0,50	R\$ 0,50
ADIANTAMENTO A CLIENTES		R\$ 213.827,25	R\$ 416.914,71
NAO CIRCULANTE		R\$ 87.096,21	R\$ 165.665,79
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 87.096,21	R\$ 165.665,79
CREDITOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 87.096,21	R\$ 165.665,79
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 51.287.220,43	R\$ 64.547.047,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 255.500,00	R\$ 255.500,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 51.031.720,43	R\$ 64.291.547,85
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.A3.6F.DB.85.63.0B.FB.6D.E9.5F.B4.55.83.2B.01.92.77.22.29-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.035.382/0001-51  
Número de Ordem do Livro: 202304  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS BRUTAS		R\$ 55.081.894,72	R\$ 67.058.316,11
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (10.392.177,20)	R\$ (11.798.579,89)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (743.926,63)	R\$ (1.926.934,00)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 43.945.790,89	R\$ 53.332.802,22
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (18.865.389,77)	R\$ (26.915.235,62)
LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS		R\$ 25.080.401,12	R\$ 26.417.566,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.183.095,63)	R\$ (11.166.999,55)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (8.717.888,43)	R\$ (6.975.020,26)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.738.032,58)	R\$ (1.591.523,57)
(-) FINANCEIRAS		R\$ (871.036,99)	R\$ (1.149.334,12)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (312.523,95)	R\$ (567.073,06)
(-) DESPESA OCUPACAO		R\$ (48.171,73)	R\$ (53.058,97)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (495.441,95)	R\$ (830.989,57)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 31.842,53	R\$ 1.844.593,11
FINANCEIRAS		R\$ 31.842,53	R\$ 1.844.593,11
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 12.929.148,02	R\$ 17.095.160,16
LUCRO ANTES IRPJ E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 12.929.148,02	R\$ 17.095.160,16
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (1.165.278,57)	R\$ (1.013.007,52)
LUCRO ANTES DO IRPJ		R\$ 11.763.869,45	R\$ 16.082.152,64
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (3.212.884,93)	R\$ (2.822.325,22)
LUCRO (PREJUIZO) EXERCICIO		R\$ 8.550.984,52	R\$ 13.259.827,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.A3.6F.DB.85.63.0B.FB.6D.E9.5F.B4.55.83.2B.01.92.77.22.29-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.035.382/0001-51
Número de Ordem do Livro:	202304		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
NIRE	33205464561
CNPJ	01.035.382/0001-51
Número de Ordem	202304
Natureza do Livro	DIARIO
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/01/1996
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	184537

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	202304
Quantidade total de linhas do arquivo digital	184537
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.A3.6F.DB.85.63.0B.FB.6D.E9.5F.B4.55.83.2B.01.92.77.22.29-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



PRODUTOS MÉDICOS E DE  
AUXÍLIO HUMANO LTDA.

## DECLARAÇÃO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda, inscrita no CNPJ Nº 01.035.382/0001-51, por intermédio da sua representante legal a Sra. Sheila Vasques Tavares, portadora da Carteira de Identidade Nº 0[REDACTED]0-8 expedida pelo IFP e do CPF Nº 0[REDACTED]-07, demonstra os índices abaixo relacionados referente ao Balanço Patrimonial do ano de 2023:

Ativo Circulante - R\$ 43.229.821,51  
Realizável a Longo Prazo - R\$ 24.255.124,10  
Passivo Circulante - R\$ 5.466.212,68  
Exigível a Longo Prazo - R\$ 165.665,79  
Ativo Total R\$ 70.178.926,32

Índice de Liquidez Corrente: (AC/PC) = 7,91  
Índice de Liquidez Geral: (AC+RLP) / (PC+ELP) = 11,98  
Índice de Solvência Geral: (AT/PC+ELP) = 12,84

**Esta declaração tem validade até 30/04/2025**

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2024.

SHEILA VASQUES  
TAVARES:008930  
91707

Digitally signed by SHEILA  
VASQUES  
TAVARES:0[REDACTED]07  
Date: 2024.05.13 13:27:34  
-03'00'

Sheila Vasques Tavares  
Procuradora  
CPF Nº 0[REDACTED]-07

VIVIAN PINHEIRO  
ANDRADE  
EICH:07[REDACTED]85704

Assinado de forma digital por  
VIVIAN PINHEIRO ANDRADE  
EICH:07955585704  
Dados: 2024.05.02 08:10:32 -03'00'

Vivian Pinheiro Andrade EICH  
Contadora  
CRC – RJ-132566/O-4

**ATOMED – PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**

Av Venezuela, 27 – Sala 902 Parte – Saúde – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.081-311 – Tel. (21) 2104-9120



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: VIVIAN PINHEIRO ANDRADE EICH
REGISTRO.....	: RJ-132566/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.555.857-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 13/06/2024 as 10:40:04.

Válido até: 11/09/2024.

Código de Controle: 433174.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa **ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**, estabelecida na Avenida Venezuela, Nº 27 Sala 902 Parte - Saúde - Rio de Janeiro - CEP 20.081-311 – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº **01.035.382/0001-51**, nos forneceu Aparelhos Auditivos, Sistema FM e Microfone Remoto nas quantidades solicitadas, dentro dos prazos previstos e com a qualidade exigida, não existindo até o presente momento nada que a desabone.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos e datamos a presente.

Lajeado/RS, 24 de novembro de 2023.

Ito Jose

Lanius:267 [REDACTED] 034

Assinado de forma digital por Ito  
Jose Lanius:267 [REDACTED] 034  
Dados: 2023.11.24 13:25:25 -03'00'

Ito José Lanius  
Diretor Presidente - FundeF



# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda



## ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	PROCESSO DE CONCESSÃO	ÚLTIMO PROCESSO DE DEFERIMENTO	IRLF/GRLF
0200239-6	01.035.382/0001-51	04/236.207/1996	04/915.573/2023	GRLF1 - Centro

### CONCEDIDO A

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

### PARA SE ESTABELEECER NO

Avenida Venezuela, 00027, SALA 902 PARTE, Saúde

### COM AS SEGUINTE ATIVIDADES DO CÓDIGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)

3.52.11.0 - INSTRUMENTO E MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR-COMERCIO ATACADISTA  
2.43.25.6 - REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO E HOSPITALAR  
4.37.02.6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-COMERCIO VAREJISTA  
4.37.07.7 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - COMERCIO VAREJISTA  
3.99.11.6 - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

### COM AS SEGUINTE RESTRIÇÕES

VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA  
VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL  
VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL  
VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL  
VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL  
SIMPLES ESCRITORIO

### OBSERVAÇÕES

A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.

Códigos CNAE's: 4645-1/01, 3319-8/00, 4773-3/00, 4619-2/00

Rio de Janeiro, 16 de Novembro de 2023

Deferido automaticamente conforme decreto 41827/2016



Secretaria Municipal de Saúde.

Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária - IVISA-Rio

prefeitura.rio/vigilanciasanitaria



# LICENCIAMENTO SANITÁRIO

## Nº 09/97/004849/2024

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO

### IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Inscrição Municipal: **2002396**

CNPJ: **01.035.382/0001-51**

Razão Social: **ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA**

Endereço: **AVN VENEZUELA, 27 SALA 902 PARTE - SAUDE, CEP: 20081-311, Rio de Janeiro - RJ**

### Atividades

243256 - REPARACAO DE APARELHOS E EQUIP MEDICO E HOSPITALAR

352110 - INSTRUMENTO E MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR -COM ATAC

Distribuir produtos para a saúde

399116 - IMPORTACAO E EXPORTACAO

437026 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS-COM VAR

437077 - APARELHOS E EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES -COM VAR

Complexidade: **Mínima**

Risco: **Baixo**

M<sup>2</sup>: **50 a 100 m<sup>2</sup>**

Concessão: **01/05/2024**

Vigência: **30/04/2025**

Situação: **Ativa**

### CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

A empresa declara atender aos requisitos mínimos exigidos pela legislação sanitária vigente para o exercício das atividades pretendidas.

### Protocolo eletrônico nº 09/97/004849/2024

Esta Licença foi concedida de acordo com o art. 6º, inciso I, do Decreto Rio nº 45.585, de 27 de dezembro de 2018, e terá validade até o dia 30 de abril do exercício seguinte, devendo ser revalidada até o último dia útil do mesmo mês, na forma prevista no art. 8º do referido ato normativo

Emitido no dia **23/01/2024 às 06:01 (data e hora de Brasília).**

Este documento pode ser validado através do site

<http://sisvisa.rio.rj.gov.br/ValidacaoDocumento> ou através do QRCode

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1369832231

vladimir benito filho ltda / 51.218.110/0001-65

25351.804636/2023-79 / 1369832231

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1343153239

POLYMEDICAL IMPORTACAO E COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 85.032.019/0002-53

25351.821235/2023-83 / 8282888

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1377855236

BBT TRANSPORTES LTDA / 04.283.508/0001-03

25351.812050/2023-88 / 1303359

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1357406231

GPM LOGISTICA LTDA / 47.822.109/0001-78

25351.817970/2023-92 / 8282857

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1369835230

25351.817924/2023-93 / 3127506

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1369788231

FREEPELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 44.965.227/0001-47

25351.817716/2023-94 / 8282809

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMBALAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

FABRICAR: CORRELATOS

REEMBALAR: CORRELATOS

861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - FABRICAR / 1369569238

DISTRI THECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP / 13.316.834/0001-52

25351.614031/2023-98 / 4061743

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENAR (SOMENTE MATRIZ) / 0993103235

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 4.738, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 11.206.099/0001-07

25351.684499/2017-00 / 2098056

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1323627235

H EGIDIO TRADE IMPORTAÇÕES & EXPORTAÇÕES LTDA / 47.255.183/0001-50

25351.366780/2023-01 / 4058287

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0591641232

MRM HOSPITALAR LTDA / 20.920.517/0001-06

25351.661304/2015-02 / 8129357

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

FABRICAR: CORRELATOS

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1323204237

l&A de souza química automotiva - me / 19.642.091/0001-97

25351.494991/2016-02 / 3071573

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

FABRICAR: SANEANTE DOMIS.

FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.

REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1333870230

FIRMO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 31.739.921/0001-02

25351.150593/2019-13 / 7641996

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

FRACIONAMENTO: -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1406205231

H EGIDIO TRADE IMPORTAÇÕES & EXPORTAÇÕES LTDA / 47.255.183/0001-50

25351.366787/2023-15 / 8272006

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0591655233

SKINSTORE S.A. / 12.979.552/0001-72

25351.505591/2011-18 / 8078130

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1392010233

F M IORI LUCHEZI TROMBINI E CIA LTDA / 20.011.018/0001-04

25351.254740/2014-19 / 7178645

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1406730238

MEIRELES FARMA LTDA / 45.876.545/0001-02

25351.527129/2022-25 / 7911084

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1406006238

SKINSTORE S.A. / 12.979.552/0001-72

25351.505560/2011-33 / 2060019

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPORTAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

IMPORTAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1392028230

QUALYNUTRI NUTRACEUTICOS LTDA / 28.104.240/0001-55

25351.379498/2020-33 / 4026931

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1220498238

CANJAO FARMACIA LTDA / 10.742.279/0001-32

25351.398047/2010-39 / 0680084

COMÉRCIO: CORRELATOS / COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1322889236

GILMARIA FRANCISCA COELHO LTDA / 23.177.615/0001-93

25351.644066/2015-41 / 7420715

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1405581239

SKINSTORE S.A. / 12.979.552/0001-72

25351.861840/2020-44 / 1243391

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

IMPORTAR: MEDICAMENTO

7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1392011230

DROGARIA ANDRADE LTDA - ME / 03.053.786/0001-01

25351.174780/2002-44 / 0205480

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

7112 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1205939237

GHS DOS SANTOS COSMETICOS / 14.190.104/0001-10

25351.328533/2020-56 / 4019714

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1323456236

LABORATORIOS B BRAUN SA / 31.673.254/0010-95

25351.362757/2015-60 / 8122561

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMBALAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EXPORTAR: CORRELATOS

FABRICAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

REEMBALAR: CORRELATOS

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1323353232

BTY IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 45.717.975/0001-73

25351.792108/2023-60 / 4063866

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1333997230

EVOLUT TRADING LTDA / 47.351.503/0001-75

25351.808696/2023-61 / 4064003

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1398182231

FARMACIA SANTA CLARA PORTEIRAS LTDA / 09.127.324/0001-60

25351.682226/2014-70 / 7327807

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL



DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -  
FRACIONAMENTO: -  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1405824239

H EGIDIO TRADE IMPORTAÇÕES & EXPORTAÇÕES LTDA / 47.255.183/0001-50  
25351.366786/2023-71 / 1294522  
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO  
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO  
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO  
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS -  
AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0591653231

WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA /  
06.256.377/0001-92  
25351.135427/2006-72 / 8030508  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EMBALAR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
EXPORTAR: CORRELATO  
FABRICAR: CORRELATO  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1322904235

M O QUEIROZ LTDA / 31.111.414/0002-00  
25351.350772/2021-73 / 7801094  
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE  
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL  
FRACIONAMENTO: -  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1406116238

Centaur Fabricacao e Comercio Atacadista e Varesjista de Cosmeticos Ltda /  
04.438.488/0001-94  
25351.312665/2012-74 / 2064299  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE  
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -  
ENDEREÇO MATRIZ / 1397126230

AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP / 13.598.814/0001-11  
25351.372238/2013-76 / 8096986  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1333832231

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA / 01.035.382/0001-51  
25351.191523/2002-77 / 8011346  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1333778236

BUIATTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 41.420.423/0001-48  
25351.702997/2014-79 / 2077914  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE  
TRANSPORTAR: COSMÉTICO / PERFUME / PRODUTOS DE HIGIENE  
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -  
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1333457235

SUNGUIDER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 00.606.287/0001-06  
25351.464868/2023-80 / 3124146  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.  
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO  
DE ATIVIDADES / 1323172238

FL SHELF REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS  
LTDA / 42.043.318/0001-08  
25351.429234/2023-81 / 3123860  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.  
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO  
DE ATIVIDADES / 1333837232

H EGIDIO TRADE IMPORTAÇÕES & EXPORTAÇÕES LTDA / 47.255.183/0001-50  
25351.366784/2023-81 / 3123081  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.  
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.  
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO  
DE ATIVIDADES / 0591645238

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
/ 11.206.099/0001-07  
25351.369750/2012-82 / 3051600  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.  
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO  
DE ATIVIDADES / 1322993238

DROGARIA TOTAL NEI FARMA LTDA / 45.412.798/0001-17  
25351.413987/2014-83 / 7238343  
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE  
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1405438231

BUIATTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 41.420.423/0001-48  
25351.702975/2014-87 / 1130312  
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO  
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS -  
AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1333742231

IPX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 38.462.895/0001-59  
25351.238176/2023-88 / 8268749  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE  
ATIVIDADES / 0536993238

AMANDA A. CAMILO LTDA / 48.096.343/0001-28  
25351.505509/2023-90 / 7572408  
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE  
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL  
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -  
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0998563234

**RESOLUÇÃO-RE Nº 4.739, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023**

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA  
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o  
art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de  
Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas  
constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO / 57.508.426/0111-02  
25351.825347/2023-11 /  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1386448231  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
A declaração do Anexo I da RDC nº 275/2019 apresentada não contém as assinaturas dos  
representantes, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019. Ambas as assinaturas possuem  
o mesmo certificado digital.

DOM SERVICOS DE SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 26.388.523/0001-40  
25351.817801/2023-52 /  
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1369658231  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta  
o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme  
disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. O relatório apresentado somente  
menciona a classe de produtos para saúde em sua conclusão.

WALDIR SOUSA DE OLIVEIRA NETO LTDA / 52.173.627/0001-48  
25351.788330/2023-68 /  
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1310409234  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
Não apresentação do formulário de petição devidamente preenchido, contrariando o art.  
11 da RDC nº 275/2019. O documento não está assinado pelos representantes da  
empresa.

Irmãos Mattar & Cia LTDA / 25.102.146/0101-31  
25351.820392/2023-71 /  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1373507233  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta  
o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme  
disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Adicionalmente, a empresa não  
possui AFE para a classe de produtos para saúde em sua matriz.

SANDRA SUPERMERCADOS LTDA / 71.409.395/0001-29  
25351.817981/2023-72 /  
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1369846231  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos  
técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local  
competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme  
estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização  
emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário

DOM SERVICOS DE SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 26.388.523/0001-40  
25351.817796/2023-88 /  
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR  
(SOMENTE MATRIZ) / 1369652232  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta  
o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme  
disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. O relatório apresentado somente  
menciona a classe de produtos para saúde em sua conclusão.

**RESOLUÇÃO-RE Nº 4.740, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023**

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA  
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art.  
144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria  
Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das  
Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

DROGARIA RAMOS E RODRIGUES LTDA / 36.120.531/0001-65  
25351.074002/2020-38 / 7707163  
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1326713230  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:  
Não apresentação da cópia do ato público que originou a alteração solicitada. A empresa  
deve peticionar alteração de endereço conforme disposto na RDC nº 275/2019.

M J FERREIRA LIMA & CIA LTDA / 17.442.982/0001-74  
25351.003314/2020-67 / 7700884  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1220556238  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

**CNPJ**

01.035.382/0001-51

**Nome Fantasia**

ATOMED

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**

AV VENEZUELA 27 SALA 902 PARTE - SAUDE CEP: 20.081-311

**Cidade/UF**

RIO DE JANEIRO/RJ

**Responsável Técnico**

MARCELLA VIDAL DE FREITAS DOS SANTOS

**Responsável Legal**MORTEN HELLBERG  
PEDERSEN

## Dados do Cadastro

**Cadastro N°**

8.01134-6

**Data do Cadastro**

02/09/2002

**Situação**

Ativa

**N° do Processo**25351.191523/2002-77**Cadastro**8 - Produtos para Saúde  
(Correlatos)**Atividades / Classes****Distribuir**

- Correlatos

**Importar**

- Correlatos

Voltar

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	33.060.302/0001-04
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.03.560-2
Nome do Dispositivo Médico	Familia de Aparelhos auditivos intraauriculares Oticon Own
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10356029029
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351638373202301
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: SBO HEARING A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C009035 - Endereço: KONGEBAKKEN 9, DK-2765 SMØRUM, DINAMARCA 1
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	30/10/2023
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	220014BR_IFU_EduMic_MDR.pdf	1380796237 - 05/12/2023 15:40:43
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	220040BR_IFU_2.4G_Remote_Contr ol_3.0_MDR.pdf	1380796237 - 05/12/2023 15:40:43
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	220281BR_IFU_2.4G_Connectclip_1.0_MDR (1).pdf	1380796237 - 05/12/2023 15:40:43
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	249739BR_IFU_OT_Own_Custom_H 2-22.pdf	1380796237 - 05/12/2023 15:40:43
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	214157BR_IFU_2.4G_TV_Adapter_3.0_MDR.pdf	1380796237 - 05/12/2023 15:40:42
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	210154BR_IFU_Oticon_Cros.pdf	1380796237 - 05/12/2023 15:40:41

Modelo Produto Médico
248822 OWN 1, KIT 10 75 C001
248824 OWN 1, KIT 10 90 C001
248828 OWN 1, KIT 10 NFM 75 C001
248829 OWN 1, KIT 10 NFM 90 C001
248832 OWN 2, KIT 10 75 C001
248834 OWN 2, KIT 10 90 C001

248838 OWN 2, KIT 10 NFM 75 C001
248839 OWN 2, KIT 10 NFM 90 C001
248842 OWN 3, KIT 10 75 C001
248844 OWN 3, KIT 10 90 C001
248848 OWN 3, KIT 10 NFM 75 C001
248849 OWN 3, KIT 10 NFM 90 C001
248852 OWN 4, KIT 10 75 C001
248854 OWN 4, KIT 10 90 C001
248858 OWN 4, KIT 10 NFM 75 C001
248823 OWN 1 KIT IIC 10 75 C005
248825 OWN 1 KIT IIC 10 90 C005
248833 OWN 2, KIT IIC 10 75 C005
248835 OWN 2, KIT IIC 10 90 C005
248843 OWN 3, KIT IIC 10 75 C005
248845 OWN 3, KIT IIC 10 90 C005
248853 OWN 4, KIT IIC 10 75 C005
248855 OWN 4, KIT IIC 10 90 C005
248863 OWN 5, KIT IIC 10 75 C005
248865 OWN 5, KIT IIC 10 90 C005
248830 OWN 1, KIT 10 NFM 75 PB C001
248831 OWN 1, KIT 10 NFM 90 PB C001
248841 OWN 2, KIT 10 NFM 90 PB C001
248840 OWN 2, KIT 10 NFM 75 PB C001
248850 OWN 3, KIT 10 NFM 75 PB C001
248851 OWN 3, KIT 10 NFM 90 PB C001
248861 OWN 4, KIT 10 NFM 90 PB C001
248860 OWN 4, KIT 10 NFM 75 PB C001
248871 OWN 5, KIT 10 NFM 90 PB C001
248870 OWN 5, KIT 10 NFM 75 PB C001
248826 OWN 1, KIT 10 75 PB C001
248827 OWN 1, KIT 10 90 PB C001
248836 OWN 2, KIT 10 75 PB C001
248837 OWN 2, KIT 10 90 PB C001
248846 OWN 3, KIT 10 75 PB C001
248847 OWN 3, KIT 10 90 PB C001
248856 OWN 4, KIT 10 75 PB C001
248857 OWN 4, KIT 10 90 PB C001
248866 OWN 5, KIT 10 75 PB C001

248867 OWN 5, KIT 10 90 PB C001
246475 OWN 1, KIT 312 NFM L C001
246477 OWN 1, KIT 312 NFM R C001
246479 OWN 1, KIT 312 NFM 90 R C001
246481 OWN 1, KIT 312 NFM 90 L C001
246483 OWN 1, KIT 312 2.4G NFM L C001
246485 OWN 1, KIT 312 2.4G NFM R C001
246487 OWN 1, KIT 312 2.4G NFM 90 R C001
246489 OWN 1, KIT 312 2.4G NFM 90 L C001
246491 OWN 1, KIT 312 2.4G NFM L C005
246492 OWN 1, KIT 312 2.4G NFM R C005
246493 OWN 1, KIT 312 NFM L C005
246494 OWN 1, KIT 312 NFM R C005
246495 . OWN 2, KIT 312 NFM L C001
246497 OWN 2, KIT 312 NFM R C001
246499 OWN 2, KIT 312 NFM 90 R C001
246501 OWN 2, KIT 312 NFM 90 L C001
246503 OWN 2, KIT 312 2.4G NFM L C001
246505 OWN 2, KIT 312 2.4G NFM R C001
246507 OWN 2, KIT 312 2.4G NFM 90 R C001
246509 OWN 2, KIT 312 2.4G NFM 90 L C001
246511 OWN 2, KIT 312 2.4G NFM L C005
246512 OWN 2, KIT 312 2.4G NFM R C005
246513 OWN 2, KIT 312 NFM L C005
246514 OWN 2, KIT 312 NFM R C005
246515 OWN 3, KIT 312 NFM L C001
246517 OWN 3, KIT 312 NFM R C001
246519 OWN 3, KIT 312 NFM 90 R C001
246521 OWN 3, KIT 312 NFM 90 L C001
246523 OWN 3, KIT 312 2.4G NFM L C001
246525 OWN 3, KIT 312 2.4G NFM R C001
246527 OWN 3, KIT 312 2.4G NFM 90 R C001
246529 OWN 3, KIT 312 2.4G NFM 90 L C001
246531 OWN 3, KIT 312 2.4G NFM L C005
246532 OWN 3, KIT 312 2.4G NFM R C005
246533 OWN 3, KIT 312 NFM L C005
246534 OWN 3, KIT 312 NFM R C005
246535 OWN 4, KIT 312 NFM L C001

246537 OWN 4, KIT 312 NFM R C001
246539 OWN 4, KIT 312 NFM 90 R C001
46541 OWN 4, KIT 312 NFM 90 L C001
46543 OWN 4, KIT 312 2.4G NFM L C001
246545 OWN 4, KIT 312 2.4G NFM R C001
246547 OWN 4, KIT 312 2.4G NFM 90 R C001
246549 OWN 4, KIT 312 2.4G NFM 90 L C001
246551 OWN 4, KIT 312 2.4G NFM L C005
246552 OWN 4, KIT 312 2.4G NFM R C005
246553 OWN 4, KIT 312 NFM L C005
246554 OWN 4, KIT 312 NFM R C005
46555 OWN 5, KIT 312 2.4G NFM 90 L C001
246557 OWN 5, KIT 312 NFM R C001
246559 OWN 5, KIT 312 NFM 90 R C001
246561 OWN 5, KIT 312 NFM 90 L C001
246563 OWN 5, KIT 312 2.4G NFM L C001
246565 OWN 5, KIT 312 2.4G NFM R C001
246567 OWN 5, KIT 312 2.4G NFM 90 R C001
246569 OWN 5, KIT 312 2.4G NFM 90 L C001
246571 OWN 5, KIT 312 2.4G NFM L C005
246572 OWN 5, KIT 312 2.4G NFM R C005
246573 OWN 5, KIT 312 NFM L C005
246574 OWN 5, KIT 312 NFM R C005
246476 OWN 1, KIT 312 NFM PB L C001
246478 OWN 1, KIT 312 NFM PB R C001
246480 OWN 1, KIT 312 NFM 90 PB R C001
246482 OWN 1, KIT 312 NFM 90 PB L C001
246496 OWN 2, KIT 312 NFM PB L C001
246500 OWN 2, KIT 312 NFM 90 PB R C0

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	33.060.302/0001-04
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.03.560-2
Nome do Dispositivo Médico	FAMILIA OPN , SIYA E JET RETROAURICULAR
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10356020103
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351227686201600
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: SBO HEARING A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C009035 - Endereço: KONGEBAKKEN 9, DK-2765 SMØRUM, DINAMARCA 1
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	22/08/2016
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	226968BR_IFU_Opn_S_Opn_Play_Ruby_miniRITE_R_MDR (1).pdf	0689091249 - 23/05/2024 10:39:25
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	227095BR_IFU_Opn_S_Opn_Play_Opn_Siya_Ruby_BTE_BTE_PP_MDR.pdf	0689091249 - 23/05/2024 10:39:25
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	210154BR_IFU_Oticon_Cros.pdf	0689091249 - 23/05/2024 10:39:24
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	214157BR_IFU_2.4G_TV_Adapter_3.0_MDR.pdf	0689091249 - 23/05/2024 10:39:24
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	220014BR_IFU_EduMic_MDR.pdf	0689091249 - 23/05/2024 10:39:24
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	220040BR_IFU_2.4G_Remote_Controller_3.0_MDR.pdf	0689091249 - 23/05/2024 10:39:24
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	220281BR_IFU_2.4G_Connectclip_1.0_MDR (1).pdf	0689091249 - 23/05/2024 10:39:24
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	255520BR_IFU_Jet_BTE_BTE_PP_H2-22.pdf	0689091249 - 23/05/2024 10:39:23

Modelo Produto Médico	
229698	OTICON OPN S 3 MINIRITE R C090
229699	OTICON OPN S 3 MINIRITE R C092
229700	OTICON OPN S 3 MINIRITE R C091

229701	OTICON OPN S 3 MINIRITE R C093
229702	OTICON OPN S 3 MINIRITE R C044
229703	OTICON OPN S 3 MINIRITE R C094
229704	OTICON OPN S 3 MINIRITE R C063
229960	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE R C090
229961	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE R C093
229962	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE R C044
229963	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE R C094
229964	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE R C063
SIYA 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C092	
SIYA 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C093	
SIYA 2, BTE 13 PP 2.4G 105 C091	
SIYA 2, BTE 13 PP 2.4G 105 C092	
SIYA 2, BTE 13 PP 2.4G 105 C093	
SIYA 2, MINIRITE T 312 2.4G C090	
SIYA 2, MINIRITE T 312 2.4G C092	
SIYA 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C063	
SIYA 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C090	
SIYA 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C091	
Oticon Opn 2 miniRITE 312 100	
Oticon Opn 2 miniRITE 312 105	
Oticon Opn 2 miniRITE 312 2.4G NFM PB	
Oticon Opn 2 miniRITE 312 60	
Oticon Opn 2 miniRITE 312 85	
Oticon Opn 2 miniRITE 60	
Oticon Opn 2 miniRITE 85	
Oticon Opn 2 miniRITE	
Oticon Opn 2 PP	
Oticon Opn 2	
Oticon Opn 3 miniRITE 100	
Oticon Opn 3 miniRITE 105	
Oticon Opn 3 miniRITE 312 100	
SIYA 2, BTE 13 PP 2.4G 105 C063	
Oticon Opn 3 miniRITE 312 105	
Oticon Opn 3 miniRITE 312 2.4G NFM PB	
Oticon Opn 3 miniRITE 312 60	
Oticon Opn 3 miniRITE 312 85	
Oticon Opn 3 miniRITE 60	

Oticon Opn 3 miniRITE 85
Oticon Opn 3 miniRITE
Oticon Opn 3 PP
Oticon Opn 3
SIYA 1, BTE 13 2.4G 85 C063
SIYA 1, BTE 13 2.4G 85 C090
SIYA 1, BTE 13 2.4G 85 C091
SIYA 1, BTE 13 2.4G 85 C093
SIYA 1, BTE 13 PP 2.4G 105 C063
SIYA 1, BTE 13 PP 2.4G 105 C090
SIYA 1, BTE 13 PP 2.4G 105 C091
SIYA 1, BTE 13 PP 2.4G 105 C092
SIYA 1, BTE 13 PP 2.4G 105 C093
SIYA 1, MINIRITE T 312 2.4G C063
SIYA 1, MINIRITE T 312 2.4G C090
SIYA 1, MINIRITE T 312 2.4G C091
SIYA 1, MINIRITE T 312 2.4G C092
SIYA 1, MINIRITE T 312 2.4G C093
SIYA 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C063
SIYA 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C090
SIYA 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C091
SIYA 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C092
SIYA 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C093
SIYA 2, BTE 13 2.4G 85 C063
SIYA 2, BTE 13 2.4G 85 C090
SIYA 2, BTE 13 2.4G 85 C091
SIYA 2, BTE 13 2.4G 85 C093
SIYA 2, BTE 13 PP 2.4G 105 C090
229095 OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C058 TAR
229331 IRL, OPN 1 BTE 13 PP 2.4G 105 C090
229332 IRL, OPN 3 BTE 13 PP 2.4G 105 C090
229333 IRL, OPN 2 BTE 13 PP 2.4G 105 C090
Opn 2 miniRITE 312 105
OPN PLAY 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C045
OPN PLAY 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C046
OPN PLAY 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C058
OPN PLAY 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C093
OPN PLAY 1, MINIRITE T 312 2.4G C046

OPN PLAY 1, MINIRITE T 312 2.4G C057
OPN PLAY 1, MINIRITE T 312 2.4G C058
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C048 TAR
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C057 TAR
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C079
OPN PLAY 2, MINIRITE 312 2.4G C058
OPN PLAY 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C090
OPN PLAY 2, MINIRITE T 312 2.4G C093
OPN S 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C063
OPN S 1, MINIRITE T 312 2.4G C044
OPN S 1, MINIRITE T 312 2.4G C063
OPN S 2, BTE PP 13 2.4G 105 C044
212800 IRL, OPN S 1 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C091
212801 IRL, OPN S 1 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C093
212293 IRL, OPN S 3 MINIRITE R LI-ION 2.4G C091
212294 IRL, OPN S 3 MINIRITE R LI-ION 2.4G C093
212296 IRL, OPN S 3 MINIRITE R LI-ION 2.4G C094
212297 IRL, OPN S 3 MINIRITE R LI-ION 2.4G C063
212789 IRL, OPN S 1 BTE PP 13 2.4G 105 C092
212790 IRL, OPN S 1 BTE PP 13 2.4G 105 C091
212791 IRL, OPN S 1 MINIRITE T 312 2.4G C090
212792 IRL, OPN S 1 MINIRITE T 312 2.4G C092
212793 IRL, OPN S 1 MINIRITE T 312 2.4G C091
212794 IRL, OPN S 1 MINIRITE T 312 2.4G C093
212795 IRL, OPN S 1 MINIRITE T 312 2.4G C044
212796 IRL, OPN S 1 MINIRITE T 312 2.4G C094
212797 IRL, OPN S 1 MINIRITE T 312 2.4G C063
212799 IRL, OPN S 1 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C092
OPN S 2, BTE PP 13 2.4G 105 C092
OPN S 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C092
OPN S 2, MINIRITE T 312 2.4G C063
OPN S 3, MINIRITE R LI-ION 2.4G C090
OPN S 3, MINIRITE R LI-ION 2.4G C094
SIYA 1, BTE 13 2.4G 85 C092
SIYA 2, BTE 13 2.4G 85 C092
SIYA 2, MINIRITE T 312 2.4G C063
SIYA 2, MINIRITE T 312 2.4G C091
SIYA 2, MINIRITE T 312 2.4G C093

OPN PLAY 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C048	
183765	IRL, OPN 1 MRITE 312 2.4G NFM PB C090
183766	IRL, OPN 1 MRITE 312 2.4G NFM PB C092
183767	IRL, OPN 1 MRITE 312 2.4G NFM PB C091
183768	IRL, OPN 1 MRITE 312 2.4G NFM PB C093
183770	IRL, OPN 1 MRITE 312 2.4G NFM PB C094
183771	IRL, OPN 1 MRITE 312 2.4G NFM PB C044
183772	IRL, OPN 1 MRITE 312 2.4G NFM PB C063
183773	IRL, OPN 1 MRITE 312 2.4G NFM PB C068
183776	IRL, OPN 2 MRITE 312 2.4G NFM PB C090
183777	IRL, OPN 2 MRITE 312 2.4G NFM PB C092
183779	IRL, OPN 2 MRITE 312 2.4G NFM PB C091
183780	IRL, OPN 3 MRITE 312 2.4G NFM PB C090
183781	IRL, OPN 3 MRITE 312 2.4G NFM PB C092
183782	IRL, OPN 3 MRITE 312 2.4G NFM PB C091
183783	IRL, OPN 3 MRITE 312 2.4G NFM PB C044
191172	IRL, OPN 3 MRITE 312 2.4G NFM PB C093
191173	IRL, OPN 2 MRITE 312 2.4G NFM PB C094
191174	IRL, OPN 2 MRITE 312 2.4G NFM PB C093
191175	IRL, OPN 3 MRITE 312 2.4G NFM PB C094
191176	IRL, OPN 3 MRITE 312 2.4G NFM PB C063
191177	IRL, OPN 2 MRITE 312 2.4G NFM PB C044
191178	IRL, OPN 2 MRITE 312 2.4G NFM PB C063
191189	IRL, OPN 1 MINIRITE T 312 2.4G C090
212278	IRL, OPN S 1 MINIRITE R LI-ION 2.4G C092
212279	IRL, OPN S 1 MINIRITE R LI-ION 2.4G C091
212280	IRL, OPN S 1 MINIRITE R LI-ION 2.4G C093
212282	IRL, OPN S 1 MINIRITE R LI-ION 2.4G C094
212283	IRL, OPN S 1 MINIRITE R LI-ION 2.4G C063
212285	IRL, OPN S 2 MINIRITE R LI-ION 2.4G C092
212286	IRL, OPN S 2 MINIRITE R LI-ION 2.4G C091
212287	IRL, OPN S 2 MINIRITE R LI-ION 2.4G C093
212289	IRL, OPN S 2 MINIRITE R LI-ION 2.4G C094
212290	IRL, OPN S 2 MINIRITE R LI-ION 2.4G C063
212292	IRL, OPN S 3 MINIRITE R LI-ION 2.4G C092
212803	IRL, OPN S 1 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C094
212804	IRL, OPN S 1 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C063

212806	IRL, OPN S 2 BTE PP 13 2.4G 105 C092
212807	IRL, OPN S 2 BTE PP 13 2.4G 105 C091
212809	IRL, OPN S 3 BTE PP 13 2.4G 105 C092
212810	IRL, OPN S 3 BTE PP 13 2.4G 105 C091
212812	IRL, OPN S 2 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C092
212813	IRL, OPN S 2 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C091
212814	IRL, OPN S 2 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C093
212816	IRL, OPN S 2 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C094
212817	IRL, OPN S 2 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C063
212819	IRL, OPN S 3 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C092
212820	IRL, OPN S 3 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C091
212821	IRL, OPN S 3 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C093
212823	IRL, OPN S 3 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C094
212824	IRL, OPN S 3 MINIRITE 312 2.4G NFM PB C063
212825	IRL, OPN S 2 MINIRITE T 312 2.4G C090
212826	IRL, OPN S 2 MINIRITE T 312 2.4G C092
212827	IRL, OPN S 2 MINIRITE T 312 2.4G C091
212828	IRL, OPN S 3 MINIRITE T 312 2.4G C090
212829	IRL, OPN S 3 MINIRITE T 312 2.4G C092
212830	IRL, OPN S 3 MINIRITE T 312 2.4G C091
228722	OTICON OPN S 1 BTE PP C090
228723	OTICON OPN S 1 BTE PP C092
228724	OTICON OPN S 1 BTE PP C091
228725	OTICON OPN S 1 BTE PP C093
228726	OTICON OPN S 1 BTE PP C044
228727	OTICON OPN S 1 BTE PP C094
228728	OTICON OPN S 1 BTE PP C063
228729	OTICON OPN S 2 BTE PP C090
228730	OTICON OPN S 2 BTE PP C092
228731	OTICON OPN S 2 BTE PP C091
228732	OTICON OPN S 2 BTE PP C093
228733	OTICON OPN S 2 BTE PP C044
228734	OTICON OPN S 2 BTE PP C094
228735	OTICON OPN S 2 BTE PP C063
228736	OTICON OPN S 3 BTE PP C090
228737	OTICON OPN S 3 BTE PP C092
228738	OTICON OPN S 3 BTE PP C091
228739	OTICON OPN S 3 BTE PP C093

228740	OTICON OPN S 3 BTE PP C044
228741	OTICON OPN S 3 BTE PP C094
228742	OTICON OPN S 3 BTE PP C063
229048	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C090
229049	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C093
229050	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C044
229051	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C094
229052	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C063
229053	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C079
229054	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C047
229055	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C046
229056	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C045
229057	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C048
229058	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C057
229059	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C058
229060	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C090
229061	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C093
229062	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C044
229063	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C094
229064	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C063
229065	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C079
229066	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C047
229067	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C046
229068	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C045
229069	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C048
229070	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C057
229071	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C058
229072	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C090 TAR
229073	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C093 TAR
229074	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C044 TAR
229075	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C094 TAR
229076	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C063 TAR
229077	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C079 TAR
229078	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C047 TAR
229079	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C046 TAR
229080	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C045 TAR
229081	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C048 TAR
229082	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C057 TAR

229083	OTICON OPN PLAY 1 BTE PP C058 TAR
229084	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C090 TAR
229085	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C093 TAR
229086	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C044 TAR
229087	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C094 TAR
229088	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C063 TAR
229089	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C079 TAR
229090	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C047 TAR
229091	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C046 TAR
229092	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C045 TAR
229093	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C048 TAR
229094	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C057 TAR
229334	IRL, OPN 1 BTE 13 PP 2.4G 105 C091
229335	IRL, OPN 2 BTE 13 PP 2.4G 105 C091
229336	IRL, OPN 1 BTE 13 PP 2.4G 105 C092
229337	IRL, OPN 1 BTE 13 PP 2.4G 105 C093
229338	IRL, OPN 1 BTE 13 PP 2.4G 105 C094
229339	IRL, OPN 3 BTE 13 PP 2.4G 105 C063
229340	IRL, OPN 1 BTE 13 PP 2.4G 105 C044
229341	IRL, OPN 3 BTE 13 PP 2.4G 105 C044
229684	OTICON OPN S 1 MINIRITE R C090
229685	OTICON OPN S 1 MINIRITE R C092
229686	OTICON OPN S 1 MINIRITE R C091
229687	OTICON OPN S 1 MINIRITE R C093
229688	OTICON OPN S 1 MINIRITE R C044
229689	OTICON OPN S 1 MINIRITE R C094
229690	OTICON OPN S 1 MINIRITE R C063
229691	OTICON OPN S 2 MINIRITE R C090
229692	OTICON OPN S 2 MINIRITE R C092
229693	OTICON OPN S 2 MINIRITE R C091
229694	OTICON OPN S 2 MINIRITE R C093
229695	OTICON OPN S 2 MINIRITE R C044
229696	OTICON OPN S 2 MINIRITE R C094
229697	OTICON OPN S 2 MINIRITE R C063
266032	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE C094
266033	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE C063
266078	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE T C090
266079	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE T C092

266080	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE T C091
266081	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE T C093
266082	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE T C044
266083	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE T C094
266084	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE T C090
266090	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE T C090
266114	IRL OTICON OPN S 1 BTE PP C090
266115	IRL OTICON OPN S 1 BTE PP C092
266116	IRL OTICON OPN S 1 BTE PP C091
266117	IRL OTICON OPN S 2 BTE PP C090
266118	IRL OTICON OPN S 2 BTE PP C092
266119	IRL OTICON OPN S 2 BTE PP C091
266120	IRL OTICON OPN S 3 BTE PP C090
266121	IRL OTICON OPN S 3 BTE PP C092
266122	IRL OTICON OPN S 3 BTE PP C091
Opn 1 BTE13 PP (105)	
Opn 1 miniRITE 100	
Opn 1 miniRITE 105	
Opn 1 miniRITE 312 100	
Opn 1 miniRITE 312 105	
Opn 1 miniRITE 312 60	
Opn 1 miniRITE 312 85	
Opn 1 miniRITE 60	
Opn 1 miniRITE 85	
Opn 1 miniRITE	
Opn 1 mRITE 312 2.4G NFM PB	
OPN 1, BTE 13 PP 2.4G 105 C044	
OPN 1, BTE 13 PP 2.4G 105 C063	
OPN 1, BTE 13 PP 2.4G 105 C090	
OPN 1, BTE 13 PP 2.4G 105 C091	
OPN 1, BTE 13 PP 2.4G 105 C092	
OPN 1, BTE 13 PP 2.4G 105 C093	
OPN 1, BTE 13 PP 2.4G 105 C094	
OPN 1, MINIRITE T 312 2.4G C044	
OPN 1, MINIRITE T 312 2.4G C063	
OPN 1, MINIRITE T 312 2.4G C090	
OPN 1, MINIRITE T 312 2.4G C091	
OPN 1, MINIRITE T 312 2.4G C092	

OPN 1, MINIRITE T 312 2.4G C093
OPN 1, MINIRITE T 312 2.4G C094
OPN 1, MINIRITE T 312 2.4G
OPN 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C044
OPN 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C063
OPN 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C068
OPN 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C079
OPN 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C090
OPN 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C091
OPN 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C092
OPN 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C093
OPN 1, MRITE 312 2.4G NFM PB C094
Opn 2 BTE13 PP (105)
Opn 2 BTE13 PP
Opn 2 miniRITE 100
Opn 2 miniRITE 105
Opn 2 miniRITE 312 100
Opn 2 miniRITE 312 60
Opn 2 miniRITE 312 85
Opn 2 miniRITE 60
Opn 2 miniRITE 85
Opn 2 miniRITE-T 100
Opn 2 miniRITE-T 105
Opn 2 miniRITE-T 60
Opn 2 miniRITE-T 85
Opn 2 miniRITE-T
Opn 2 mRITE 312 2.4G NFM PB
OPN 2, BTE 13 PP 2.4G 105 C044
OPN 2, BTE 13 PP 2.4G 105 C063
OPN 2, BTE 13 PP 2.4G 105 C090
OPN 2, BTE 13 PP 2.4G 105 C091
OPN 2, BTE 13 PP 2.4G 105 C092
OPN 2, BTE 13 PP 2.4G 105 C093
OPN 2, BTE 13 PP 2.4G 105 C094
OPN 2, BTE 13 PP 2.4G 105
OPN 2, MINIRITE T 312 2.4G C044
OPN 2, MINIRITE T 312 2.4G C063
OPN 2, MINIRITE T 312 2.4G C090

OPN 2, MINIRITE T 312 2.4G C091
OPN 2, MINIRITE T 312 2.4G C092
OPN 2, MINIRITE T 312 2.4G C093
OPN 2, MINIRITE T 312 2.4G C094
OPN 2, MINIRITE T 312 2.4G
OPN 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C044
OPN 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C063
OPN 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C068
OPN 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C079
OPN 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C090
OPN 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C091
OPN 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C092
OPN 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C093
OPN 2, MRITE 312 2.4G NFM PB C094
Opn 2
Opn 2 miniRITE
Opn 3 BTE13 PP (105)
Opn 3 BTE13 PP
Opn 3 miniRITE 100
Opn 3 miniRITE 105
Opn 3 miniRITE 312 100
Opn 3 miniRITE 312 105
Opn 3 miniRITE 312 60
Opn 3 miniRITE 312 85
Opn 3 miniRITE 60
Opn 3 miniRITE 85
Opn 3 miniRITE
OPN 3 miniRITE-T 100
OPN 3 miniRITE-T 105
OPN 3 miniRITE-T 60
OPN 3 miniRITE-T 85
OPN 3 miniRITE-T
Opn 3 mRITE 312 2.4G NFM PB
OPN 3, BTE 13 PP 2.4G 105 C044
OPN 3, BTE 13 PP 2.4G 105 C063
OPN 3, BTE 13 PP 2.4G 105 C090
OPN 3, BTE 13 PP 2.4G 105 C091
OPN 3, BTE 13 PP 2.4G 105 C092

OPN 3, BTE 13 PP 2.4G 105 C093
OPN 3, BTE 13 PP 2.4G 105 C094
OPN 3, BTE 13 PP 2.4G 105
OPN 3, MINIRITE T 312 2.4G C044
OPN 3, MINIRITE T 312 2.4G C063
OPN 3, MINIRITE T 312 2.4G C090
OPN 3, MINIRITE T 312 2.4G C091
OPN 3, MINIRITE T 312 2.4G C092
OPN 3, MINIRITE T 312 2.4G C093
OPN 3, MINIRITE T 312 2.4G C094
OPN 3, MINIRITE T 312 2.4G
OPN 3, MRITE 312 2.4G NFM PB C044
OPN 3, MRITE 312 2.4G NFM PB C063
OPN 3, MRITE 312 2.4G NFM PB C068
OPN 3, MRITE 312 2.4G NFM PB C079
OPN 3, MRITE 312 2.4G NFM PB C090
OPN 3, MRITE 312 2.4G NFM PB C091
OPN 3, MRITE 312 2.4G NFM PB C092
OPN 3, MRITE 312 2.4G NFM PB C093
OPN 3, MRITE 312 2.4G NFM PB C094
Opn 3
Opn miniRITE 60
Opn miniRITE 85
Opn miniRITE
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C044 TAR
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C044
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C045 TAR
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C045
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C046 TAR
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C046
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C047 TAR
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C047
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C048 TAR
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C048
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C057 TAR
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C057
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C058 TAR
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C058

OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C063 TAR
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C063
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C079 TAR
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C079
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C090 TAR
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C090
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C093 TAR
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C093
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C094 TAR
OPN PLAY 1, BTE PP 13 2.4G 105 C094
OPN PLAY 1, MINIRITE 312 2.4G C044
OPN PLAY 1, MINIRITE 312 2.4G C045
OPN PLAY 1, MINIRITE 312 2.4G C046
OPN PLAY 1, MINIRITE 312 2.4G C047
OPN PLAY 1, MINIRITE 312 2.4G C048
OPN PLAY 1, MINIRITE 312 2.4G C057
OPN PLAY 1, MINIRITE 312 2.4G C058
OPN PLAY 1, MINIRITE 312 2.4G C063
OPN PLAY 1, MINIRITE 312 2.4G C079
OPN PLAY 1, MINIRITE 312 2.4G C090
OPN PLAY 1, MINIRITE 312 2.4G C093
OPN PLAY 1, MINIRITE 312 2.4G C094
OPN PLAY 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C044
OPN PLAY 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C047
OPN PLAY 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C057
OPN PLAY 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C063
OPN PLAY 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C079
OPN PLAY 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C090
OPN PLAY 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C094
OPN PLAY 1, MINIRITE T 312 2.4G C044
OPN PLAY 1, MINIRITE T 312 2.4G C045
OPN PLAY 1, MINIRITE T 312 2.4G C047
OPN PLAY 1, MINIRITE T 312 2.4G C048
OPN PLAY 1, MINIRITE T 312 2.4G C063
OPN PLAY 1, MINIRITE T 312 2.4G C079
OPN PLAY 1, MINIRITE T 312 2.4G C090
OPN PLAY 1, MINIRITE T 312 2.4G C093
OPN PLAY 1, MINIRITE T 312 2.4G C094

OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C044 TAR
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C044
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C045 TAR
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C045
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C046 TAR
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C046
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C047 TAR
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C047
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C048
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C057
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C058 TAR
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C058
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C063 TAR
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C063
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C079 TAR
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C090 TAR
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C090
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C093 TAR
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C093
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C094 TAR
OPN PLAY 2, BTE PP 13 2.4G 105 C094
OPN PLAY 2, MINIRITE 312 2.4G C044
OPN PLAY 2, MINIRITE 312 2.4G C045
OPN PLAY 2, MINIRITE 312 2.4G C046
OPN PLAY 2, MINIRITE 312 2.4G C047
OPN PLAY 2, MINIRITE 312 2.4G C048
OPN PLAY 2, MINIRITE 312 2.4G C057
OPN PLAY 2, MINIRITE 312 2.4G C063
OPN PLAY 2, MINIRITE 312 2.4G C079
OPN PLAY 2, MINIRITE 312 2.4G C090
OPN PLAY 2, MINIRITE 312 2.4G C093
OPN PLAY 2, MINIRITE 312 2.4G C094
OPN PLAY 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C044
OPN PLAY 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C045
OPN PLAY 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C046
OPN PLAY 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C047
OPN PLAY 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C048
OPN PLAY 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C057

OPN PLAY 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C058
OPN PLAY 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C063
OPN PLAY 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C079
OPN PLAY 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C093
OPN PLAY 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C094
OPN PLAY 2, MINIRITE T 312 2.4G C044
OPN PLAY 2, MINIRITE T 312 2.4G C045
OPN PLAY 2, MINIRITE T 312 2.4G C046
OPN PLAY 2, MINIRITE T 312 2.4G C047
OPN PLAY 2, MINIRITE T 312 2.4G C048
OPN PLAY 2, MINIRITE T 312 2.4G C057
OPN PLAY 2, MINIRITE T 312 2.4G C058
OPN PLAY 2, MINIRITE T 312 2.4G C063
OPN PLAY 2, MINIRITE T 312 2.4G C079
OPN PLAY 2, MINIRITE T 312 2.4G C090
OPN PLAY 2, MINIRITE T 312 2.4G C094
OPN S 1, BTE PP 13 2.4G 105 C044
OPN S 1, BTE PP 13 2.4G 105 C063
OPN S 1, BTE PP 13 2.4G 105 C090
OPN S 1, BTE PP 13 2.4G 105 C091
OPN S 1, BTE PP 13 2.4G 105 C092
229965 OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE R C079
229966 OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE R C047
229967 OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE R C046
229968 OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE R C045
229969 OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE R C048
229970 OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE R C057
229971 OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE R C058
229972 OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE R C090
229973 OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE R C093
229974 OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE R C044
229975 OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE R C094
229976 OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE R C063
229977 OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE R C079
229978 OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE R C047
229979 OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE R C046
229980 OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE R C045
229981 OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE R C048

229982	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE R C057
229983	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE R C058
233127	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE R C090
233128	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE R C092
233129	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE R C091
233130	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE R C093
233131	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE R C044
233132	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE R C094
233133	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE R C063
233134	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE R C090
233135	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE R C092
233136	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE R C091
233137	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE R C093
233138	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE R C044
233139	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE R C094
233140	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE R C063
233141	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE R C090
233142	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE R C092
233143	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE R C091
233144	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE R C093
233145	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE R C044
233146	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE R C094
233147	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE R C063
237976	OTICON OPN S 1 MINIRITE C090
	OPN S 1, BTE PP 13 2.4G 105 C093
	OPN S 1, BTE PP 13 2.4G 105 C094
	OPN S 1, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C044
	OPN S 1, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C063
	OPN S 1, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C079
	OPN S 1, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C090
	OPN S 1, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C091
	OPN S 1, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C092
	OPN S 1, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C093
	OPN S 1, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C094
	OPN S 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C044
	OPN S 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C090
	OPN S 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C091
	OPN S 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C092

OPN S 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C093
OPN S 1, MINIRITE R LI-ION 2.4G C094
OPN S 1, MINIRITE T 312 2.4G C090
OPN S 1, MINIRITE T 312 2.4G C091
OPN S 1, MINIRITE T 312 2.4G C092
OPN S 1, MINIRITE T 312 2.4G C093
OPN S 1, MINIRITE T 312 2.4G C094
OPN S 2, BTE PP 13 2.4G 105 C063
OPN S 2, BTE PP 13 2.4G 105 C090
OPN S 2, BTE PP 13 2.4G 105 C091
OPN S 2, BTE PP 13 2.4G 105 C093
OPN S 2, BTE PP 13 2.4G 105 C094
OPN S 2, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C044
OPN S 2, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C063
OPN S 2, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C090
OPN S 2, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C091
OPN S 2, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C092
OPN S 2, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C093
OPN S 2, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C094
OPN S 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C044
OPN S 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C063
OPN S 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C090
OPN S 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C091
OPN S 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C093
OPN S 2, MINIRITE R LI-ION 2.4G C094
OPN S 2, MINIRITE T 312 2.4G C044
OPN S 2, MINIRITE T 312 2.4G C090
OPN S 2, MINIRITE T 312 2.4G C091
OPN S 2, MINIRITE T 312 2.4G C092
OPN S 2, MINIRITE T 312 2.4G C093
OPN S 2, MINIRITE T 312 2.4G C094
OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 C044
OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 C063
237977 OTICON OPN S 1 MINIRITE C092
237978 OTICON OPN S 1 MINIRITE C091
237979 OTICON OPN S 1 MINIRITE C093
237980 OTICON OPN S 1 MINIRITE C044
237981 OTICON OPN S 1 MINIRITE C094

237982	OTICON OPN S 1 MINIRITE C063
237983	OTICON OPN S 1 MINIRITE C079
237985	OTICON OPN S 2 MINIRITE C090
237986	OTICON OPN S 2 MINIRITE C092
237987	OTICON OPN S 2 MINIRITE C091
237988	OTICON OPN S 2 MINIRITE C093
237989	OTICON OPN S 2 MINIRITE C044
237990	OTICON OPN S 2 MINIRITE C094
237991	OTICON OPN S 2 MINIRITE C063
237994	OTICON OPN S 3 MINIRITE C090
237995	OTICON OPN S 3 MINIRITE C092
237996	OTICON OPN S 3 MINIRITE C091
237997	OTICON OPN S 3 MINIRITE C093
237998	OTICON OPN S 3 MINIRITE C044
237999	OTICON OPN S 3 MINIRITE C094
238000	OTICON OPN S 3 MINIRITE C063
238357	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE C090
238358	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE C093
238359	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE C044
238360	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE C094
238361	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE C063
238362	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE C079
238363	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE C047
238364	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE C046
238365	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE C045
238366	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE C048
238367	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE C057
238368	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE C058
238369	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE C090
238370	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE C093
238371	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE C044
238372	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE C094
238373	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE C063
238374	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE C079
238375	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE C047
238376	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE C046
238377	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE C045
238378	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE C048

238379 OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE C057
OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 C090
OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 C091
OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 C092
OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 C093
OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 C094
OPN S 3, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C044
OPN S 3, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C063
OPN S 3, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C090
OPN S 3, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C091
OPN S 3, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C092
OPN S 3, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C093
OPN S 3, MINIRITE 312 2.4G NFM PB C094
OPN S 3, MINIRITE R LI-ION 2.4G C044
OPN S 3, MINIRITE R LI-ION 2.4G C063
OPN S 3, MINIRITE R LI-ION 2.4G C091
OPN S 3, MINIRITE R LI-ION 2.4G C092
OPN S 3, MINIRITE R LI-ION 2.4G C093
OPN S 3, MINIRITE T 312 2.4G C044
OPN S 3, MINIRITE T 312 2.4G C063
OPN S 3, MINIRITE T 312 2.4G C090
OPN S 3, MINIRITE T 312 2.4G C091
OPN S 3, MINIRITE T 312 2.4G C092
OPN S 3, MINIRITE T 312 2.4G C093
OPN S 3, MINIRITE T 312 2.4G C094
Opn
Opn 1
Opn1 miniRITE-T 100
Opn1 miniRITE-T 105
Opn1 miniRITE-T 60
Opn1 miniRITE-T 85
Opn1 miniRITE-T
OPN1, BTE 13 PP 2.4G 105
Oticon Opn 1 miniRITE 100
Oticon Opn 1 miniRITE 105
Oticon Opn 1 miniRITE 312 100
Oticon Opn 1 miniRITE 312 105
Oticon Opn 1 miniRITE 312 2.4G NFM PB

Oticon Opn 1 miniRITE 312 60
Oticon Opn 1 miniRITE 312 85
Oticon Opn 1 miniRITE 60
Oticon Opn 1 miniRITE 85
Oticon Opn 1 miniRITE
Oticon Opn 1 PP
Opn 1 BTE13 PP
Oticon Opn 1
Oticon Opn 2 miniRITE 100
Oticon Opn 2 miniRITE 105
238380 OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE C058
238769 OTICON OPN S 1 MINIRITE T C090
238770 OTICON OPN S 1 MINIRITE T C092
238771 OTICON OPN S 1 MINIRITE T C091
238772 OTICON OPN S 1 MINIRITE T C093
238773 OTICON OPN S 1 MINIRITE T C044
238774 OTICON OPN S 1 MINIRITE T C094
238775 OTICON OPN S 1 MINIRITE T C063
238777 OTICON OPN S 2 MINIRITE T C090
238778 OTICON OPN S 2 MINIRITE T C092
238779 OTICON OPN S 2 MINIRITE T C091
238780 OTICON OPN S 2 MINIRITE T C093
238781 OTICON OPN S 2 MINIRITE T C044
238782 OTICON OPN S 2 MINIRITE T C094
238783 OTICON OPN S 2 MINIRITE T C063
238785 OTICON OPN S 3 MINIRITE T C090
238786 OTICON OPN S 3 MINIRITE T C092
238787 OTICON OPN S 3 MINIRITE T C091
238788 OTICON OPN S 3 MINIRITE T C093
238789 OTICON OPN S 3 MINIRITE T C044
238790 OTICON OPN S 3 MINIRITE T C094
238791 OTICON OPN S 3 MINIRITE T C063
239058 OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE T C090
239059 OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE T C093
239060 OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE T C044
239061 OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE T C094
239062 OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE T C063
239063 OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE T C079

239064	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE T C047
239065	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE T C046
239066	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE T C045
239067	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE T C048
239068	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE T C057
239069	OTICON OPN PLAY 1 MINIRITE T C058
239070	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE T C090
239071	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE T C093
239072	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE T C044
239073	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE T C094
239074	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE T C063
239075	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE T C079
239076	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE T C047
239077	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE T C046
239078	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE T C045
239079	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE T C048
239080	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE T C057
239081	OTICON OPN PLAY 2 MINIRITE T C058
250444	OTICON JET 1 BTE PP C090
250445	OTICON JET 1 BTE PP C092
250446	OTICON JET 1 BTE PP C091
250447	OTICON JET 1 BTE PP C093
250448	OTICON JET 1 BTE PP C063
250450	OTICON JET 2 BTE PP C090
250451	OTICON JET 2 BTE PP C092
250452	OTICON JET 2 BTE PP C091
250453	OTICON JET 2 BTE PP C093
266013	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE C090
266014	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE C092
266015	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE C091
266016	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE C093
266017	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE C044
266018	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE C094
266019	IRL OTICON OPN S 1 MINIRITE C063
266020	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE C090
266021	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE C092
266022	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE C091
266023	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE C093

266024	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE C044
266025	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE C094
266026	IRL OTICON OPN S 2 MINIRITE C063
266027	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE C090
266028	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE C092
266029	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE C091
266030	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE C093
266031	IRL OTICON OPN S 3 MINIRITE C044

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	33.060.302/0001-04
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.03.560-2
Nome do Dispositivo Médico	APARELHO AUDITIVO RETROAURICULAR POWER OTICON XCEED/XCEED PLAY
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10356020116
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351592610202020
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: SBO HEARING A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C009035 - Endereço: KONGEBAKKEN 9, DK-2765 SMØRUM, DINAMARCA 1
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	13/07/2020
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	220014BR_IFU_EduMic_MDR.pdf	1146082231 - 23/10/2023 12:33:31
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	210154BR_IFU_Oticon_Cros.pdf	1146082231 - 23/10/2023 12:33:30
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	214157BR_IFU_2.4G_TV_Adapter_3.0_MDR.pdf	1146082231 - 23/10/2023 12:33:30
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	251661BR_IFU_Xceed_SP_UP_Xceed_Play_SP_UP_H1-23_MDR (1).pdf	1146082231 - 23/10/2023 12:33:30
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	220040BR_IFU_2.4G_Remote_Control_3.0_MDR.pdf	1146082231 - 23/10/2023 12:33:29
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	220281BR_IFU_2.4G_Connectclip_1.0_MDR (1).pdf	1146082231 - 23/10/2023 12:33:29

Modelo Produto Médico
Oticon Xceed 1 BTE SP
Oticon Xceed 2 BTE SP
Oticon Xceed 3 BTE SP
Oticon Xceed 1 BTE UP
Oticon Xceed 2 BTE UP
Oticon Xceed 3 BTE UP

Oticon XCEED PLAY 1 BTE UP
Oticon XCEED PLAY 2 BTE UP
Oticon XCEED PLAY 1, BTE SP
Oticon XCEED PLAY 2, BTE SP

## A U T O R I Z A Ç Ã O

**CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA**, estabelecida na Av. Venezuela, 27/901 – Saúde – Rio de Janeiro – RJ., inscrita no CNPJ 33.060.302/0001-04, através da sua representante legal a Sra. Sheila Vasques Tavares, portadora da carteira de identidade nº 0 [REDACTED] 0-8 IFP / RJ e CPF/MF sob o nº 0 [REDACTED] -07, vem através da presente autorizar a empresa **ATOMED PRODUTOS MÉDICOS DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**, estabelecida Av Venezuela, Nº 27 Sala 902 Parte - Saude - Rio de Janeiro - CEP 20.081-311 – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 01.035.382/0001-51, participar do **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024/SES/MT do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, com os REGISTROS / CADASTROS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DO CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA., estando apta para comercializar e dar assistência técnica dos aparelhos.

Aproveitamos para informar que assumimos a integral responsabilidade pelos produtos comercializados pela empresa Atomed, garantindo a entrega dos produtos nos prazos e quantidades estabelecidas na licitação.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2024.

SHEILA VASQUES  
TAVARES:0 [REDACTED] 07

Digitally signed by SHEILA  
VASQUES TAVARES:0 [REDACTED] 07  
Date: 2024.06.18 11:34:00 -03'00'

**Centro Auditivo Telex Ltda**  
Sheila Vasques Tavares  
CPF: 0 [REDACTED] -07

## Guia de Especificações

# Captivate 40 | 20 BTE 105

**Captivate é a próxima geração de aparelhos auditivos da plataforma revolucionária SoundDNA Sonic. O BTE 105 foi desenvolvido para usuários com perda moderada a profunda.** Ele tem a tecnologia Bluetooth Low Energy com 2.4 GHz® tecnologia NFMI, bobina de indução e botão de

pressão duplo para mudança de programa e controle de volume. O Captivate BTE 105 está disponível com o hook e é compatível com o sistema de tubo fino miniFit para uso com uma variedade de moldes personalizados ou domos.

MINIFIT 0.9 MM



CV 40 | 20 B 105

MINIFIT 1.3 MM






CV 40 | 20 B 105

HOOK



CV 40 | 20 B 105

Made for  
iPhone | iPad | iPod



## Recursos Técnicos

- Bluetooth® Low Energy de 2.4 GHz
- NFMI (near-field magnetic induction)
- bateria 13
- Botão de pressão duplo
- Teleshield
- tubo fino miniFit
- Revestimento hidrofóbico
- Classificação IP68

Captivate é um aparelho auditivo Made for iPhone®, compatível com dispositivos que usam o sistema iOS 9.3 ou posterior. Para informação sobre compatibilidade por favor visite o site [www.sonici.global/compatibility](http://www.sonici.global/compatibility).



## Acessórios

- SoundLink 2 app (para iOS e Android™)
- RC-A (controle remoto)
- TV-A (Adaptador de TV)
- SoundClip-A
- Adaptador Entrada Direta de Áudio (DAI) 1000
- Adaptador FM 10

# CAPTIVATE 40|20 BTE 105



— hook  
 — Tubo fino 1.3 mm  
 - - - Tubo fino 0.9 mm

## ACOPLADOR 2CC



	HOOK	TUBO FINO 1.3	TUBO FINO 0.9
OSPL90, pico (dB NPS)	131	129	125
OSPL90, 1600 Hz (dB NPS)	122	113	107
OSPL90, HFA (dB NPS)	126	119	112
Ganho Total, pico (dB)	66	66	62
Ganho Total, 1600 Hz (dB)	57	47	41
Ganho Total, HFA (dB)	62	54	47
Ganho no teste referência (dB)	50	43	36
Corrente em repouso (mA)	1,6	1,6	1,6
Corrente com sinal (mA)	1,9	2,0	2,0
Tamanho da Bateria	13	13	13
Distorção 500/800/1600 Hz (%)	<4/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Faixa de frequência (Hz)	100-5800	100-6700	100-6700
Ruído de Entrada Equivalente <sup>1)</sup> (dB SPL)	14	18	22
Telebobina 1 mA/m 1000 Hz, IEC (dB NPS)	91	-	-
Telebobina HFA SPLITS (dB NPS)	106	100	93

## SIMULADOR DE ORELHA



	HOOK	TUBO FINO 1.3	TUBO FINO 0.9
OSPL90, pico (dB NPS)	138*	132*	128
OSPL90, 1600 Hz (dB NPS)	130	121	115
OSPL90, HFA (dB NPS)	133	126	120
Ganho Total, pico (dB)	73	69	66
Ganho Total, 1600 Hz (dB)	65	56	50
Ganho Total, HFA (dB)	68	62	55
Ganho no teste referência (dB)	56	47	41
Corrente em repouso (mA)	1,6	1,5	1,5
Corrente com sinal (mA)	1,7	1,6	1,6
Tamanho da Bateria	13	13	13
Distorção 500/800/1600 Hz (%)	<7/<4/<2	<3/<2/<2	<2/<2/<2
Faixa de frequência (Hz)	140 – 7290	100 – 7500	100 – 7500
Ruído de Entrada Equivalente <sup>1)</sup> (dB SPL)	18	24	25
Telebobina 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB NPS)	96	-	-
Telebobina HFA SPLITS (dB NPS)	-	-	-

1) Dados técnicos medidos com expansão, correspondem as medidas realizadas na caixa teste.

"2cc" refere-se a um acoplador de acordo com IEC 603185:2006. "Simulador de orelha" refere-se a um acoplador de acordo com IEC 603184:2010. Versões aplicadas: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 601181 /A1:1998, IEC 601187: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.

Ganho Total é medido com o controle do ganho do aparelho auditivo ajustado para sua posição de ativação total em menos de 20 dB e com uma entrada NPS de 70 dB. Isto é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de, e. IEC 60118-0 + A1: 1994, mas sem influência do feedback.

\* Cuidado especial deve ser tomado ao adaptar e usar um aparelho com máxima pressão sonora e capacidade que pode exceder 132 dB NPS (IEC 603184) pois pode haver um risco de perda da audição residual do usuário do aparelho auditivo.

# VISÃO GERAL DOS RECURSOS

	CAPTIVATE 40	CAPTIVATE 20
<b>QUALIDADE SONORA</b>		
Processamento de Sinal		Processamento de Fala Variável
Largura de Banda de Frequência*	8 kHz	8 kHz
Foco no Fonema	●	●
Foco no Envelope	●	●
Aprimoramento de Frequência Baixa	●	●
Transferência de Frequência	●	-
Adaptive Feedback Canceller Pro	●	●
<b>GERENCIAMENTO DE RUÍDO</b>		
SPiN Noise Reduction	●	●
Redução do Ruído de Vento	●	●
Redução do Ruído Suave	●	●
Redução do Ruído de Impulso	●	-
<b>DIRECIONALIDADE</b>		
Direcionalidade SPiN	1 opções Baixo	1 opções Baixo
Direcionalidade Fixa	●	●
Direcionalidade Omni	●	●
<b>COORDENAÇÃO BINAURAL</b>		
Mudança de programa e volume	●	●
Controle da orelha sem telefone	●	●
<b>OPÇÕES DE PROGRAMAÇÃO</b>		
Programa Universal	●	●
Bandas de Adaptação	10	8
Ambientes	10	10
Programa Manual	4	4
Data Logging	●	●
Gerenciador de Adaptação	●	●
Tinnitus SoundSupport	●	●

**Captivate 40|20 B 105 pode ser programado com o EXPRESSfit® Pro 2020.1 ou posterior**

## Condições de Operação

- Temperatura: +1°C até +40°C (+34 °F até +104 °F)
- Umidade: 5 % a 93 %, sem condensação

## Condições de Armazenamento e Transporte

Temperatura e umidade não devem exceder os limites abaixo durante o período de transporte e armazenamento:

- Temperatura: -25°C até +60°C (-13 °F até +140 °F)
- Umidade: 5 % a 93 %, sem condensação

Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, e Apple Watch são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e outros países. A App Store é um serviço da Apple Inc. Android, Google Play, e logo Google Play são marcas registradas do Google LLC.

A marcação Bluetooth® e suas logos são marcas registradas e próprias da Bluetooth SIG, Inc. e seu uso pela empresa Demant A/S foi autorizado por uma licença. Outras nomes e marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários.



**Sonic Innovations, Inc.**  
2501 Cottontail Lane  
Somerset, NJ 08873 USA  
+1 888 423 7834



**Sonic AG**  
Morgenstrasse 131B  
3018 Bern, Switzerland  
+41 31 560 21 21

©2019 Sonic Innovations, Inc. All rights reserved.

**IP68**



Waste from electronic  
equipment must be  
handled according to  
local regulations.



[www.sonici.com](http://www.sonici.com)

**SONIC**  
Everyday Sounds Better

2021-03-03 | 230797 | BR

## Guia de Especificações

# Captivate 40 | 20 miniRITE

**Captivate é a próxima geração de aparelhos auditivos revolucionários da plataforma SoundDNA da Sonic. O miniRITE é um aparelho com receptor no canal desenvolvido para os usuários com perda auditiva moderada a severa.** Ele inclui um 2.4 GHz Bluetooth®

Low Energy e tecnologia NFMI e vem com um botão de pressão único para troca de programa e volume. O miniRITE tem o sistema miniFit, que inclui 4 níveis de potência e com uma grande variedade de domos e moldes personalizados.

RECEPTOR - 60



CV 40|20 MNR

RECEPTOR - 85



CV 40|20 MNR

RECEPTOR - 100







CV 40|20 MNR

RECEPTOR - 105



CV 40|20 MNR

Made for  
 iPhone | iPad | iPod



## Recursos Técnicos

- 2.4 GHz Bluetooth® Low Energy
- NFMI (near-field magnetic induction)
- Bateria tamanho 312
- Botão de Pressão
- Receptores miniFit
- Revestimento hidrofóbico
- Classificação IP68

## Acessórios



- App SoundLink 2 (para iOS e Android™)
- RC-A (Controle Remoto)
- TV-A (Adaptador TV)
- SoundClip-A

Captivate tem o selo Made for iPhone® para aparelho auditivo, compatível com o iOS 9.3 ou posterior. Para informações sobre compatibilidade, por favor visite: [www.sonici.global/compatibility](http://www.sonici.global/compatibility).

# CAPTIVATE 40|20 miniRITE



- Receptor - 60
- - - Receptor - 85
- · - Receptor - 100
- Receptor - 105

## ACOPLADOR 2CC



	RECEPTOR - 60	RECEPTOR - 85	RECEPTOR - 100	RECEPTOR - 105
OSPL90, pico (dB NPS)	105	115	123	126
OSPL90, 1600 Hz (dB NPS)	100	111	122	124
OSPL90, HFA (dB NPS)	102	112	120	122
Ganho máximo, pico (dB)	34	54	57	63
Ganho máximo, 1600 Hz (dB)	27	42	49	57
Ganho máximo, HFA (dB)	28	46	52	57
Ganho no teste referência (dB)	24	34	43	45
Corrente em repouso (mA)	1,5	1,5	1,6	1,6
Corrente com sinal (mA)	1,7	1,7	1,8	1,7
Tamanho da Bateria	312	312	312	312
Distorção 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Faixa de frequência (Hz)	100-7500	100-6900	100-7500	100-6500
Entrada de Ruído Equivalente <sup>1)</sup> dB(SPL)	18	20	17	18

## SIMULADOR DE OUVIDO



	RECEPTOR - 60	RECEPTOR - 85	RECEPTOR - 100	RECEPTOR - 105
OSPL90, pico (dB NPS)	105	115	123	126
OSPL90, 1600 Hz (dB NPS)	100	111	122	124
OSPL90, HFA (dB NPS)	102	112	120	122
Ganho máximo, pico (dB)	34	54	57	63
Ganho máximo, 1600 Hz (dB)	27	42	49	57
Ganho máximo, HFA (dB)	28	46	52	57
Ganho no teste referência (dB)	24	34	43	45
Corrente em repouso (mA)	1,5	1,5	1,6	1,6
Corrente com sinal (mA)	1,7	1,7	1,8	1,7
Tamanho da Bateria	312	312	312	312
Distorção 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Faixa de frequência (Hz)	100-7500	100-6900	100-7500	100-6500
Entrada de Ruído Equivalente <sup>1)</sup> dB(SPL)	18	20	17	18

1) Dados técnicos medidos com expansão, correspondem as medidas realizadas na caixa teste.

"2cc" refere-se a um acoplador de acordo com IEC 60318-5:2006. "Simulador de Ouvido" refere-se a um acoplador de acordo com IEC 60318-4:2010. Versões aplicadas: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.

Ganho máximo foi medido com controle de ganho do aparelho auditivo ajustado para sua posição de ativação total menos 20 dB e com uma entrada de 70 dB SPL. Isso é para obter ganho e resposta igual a resposta de ganho máximo de acordo com a IEC 60118-0+A1:1994 mas sem a influência do feedback.

\* Cuidado especial deve ser tomado ao adaptar usando um aparelho com máxima pressão sonora e capacidade pode exceder 132 dB SPL (IEC 60318-4) pois pode haver um risco de perda da audição remanescente do usuário do aparelho auditivo.

# VISÃO GERAL DOS RECURSOS

	CAPTIVATE 40	CAPTIVATE 20
<b>QUALIDADE SONORA</b>		
Processamento do Sinal	Processamento de Fala Variável	
Largura de Banda de Frequência	8 kHz	8 kHz
Ênfase no Fonema	●	●
Foco no Envelope de Fala	●	●
Incremento em Baixa Frequência	●	●
Transferência de Frequência	●	–
Cancelamento de Feedback Adaptativo Pro	●	●
<b>GERENCIADOR DE RUÍDO</b>		
SPiN Redutor de Ruído	●	●
Redução do Ruído de Vento	●	●
Redutor de Ruídos Suaves	●	●
Redutor de Ruído de Impulso	●	–
<b>DIRECIONALIDADE</b>		
Direcionalidade SPiN	1 opção: Baixa	1 opção: Baixa
Direcionalidade Fixa	●	●
Direcionalidade Omni	●	●
<b>COORDENAÇÃO BINAURAL</b>		
Mudança de Volume e Programa	●	●
Orelha Controle Oposta - Telefone	●	●
<b>OPÇÕES DE PROGRAMAÇÃO</b>		
Programa Universal	●	●
Bandas de Adaptação	10	8
Ambientes	6	6
Programa Auditivo Manual	4	4
Data Logging	●	●
Gerenciador de Adaptação	●	●
Tinnitus SoundSupport	●	●

**Captivate 40|20 MNR pode ser programado com o EXPRESSfit® Pro 2020.1 ou posterior**

#### Condições de Operação

- Temperatura: +1°C até +40°C
- Umidade: 5 % a 93 %, sem condensação

#### Condições de Armazenamento e Transporte

Temperatura e umidade não devem exceder os limites abaixo durante o período de transporte e armazenamento:

- Temperatura: –25°C até +60°C
- Umidade: 5 % a 93 %, sem condensação

Apple, o logo da Apple, iPhone, iPad e iPod touch e Apple Watch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC.

A marca e logomarca Bluetooth® estão registradas e são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e seu uso sob a marca Demant A/S está licenciado. Outras marcas registradas e nomes dos seus respectivos proprietários.



**Sonic Innovations, Inc.**  
2501 Cottontail Lane  
Somerset, NJ 08873 USA  
+1 888 423 7834

**EC REP**

**Sonic AG**  
Morgenstrasse 131B  
3018 Bern, Switzerland  
+41 31 560 21 21

©2019 Sonic Innovations, Inc. Todos os direitos reservados.

**IP68**



Los desechos de los  
equipos electrónicos  
deben cumplir con las  
reglamentaciones locales.



[www.sonici.com](http://www.sonici.com)

**SONIC**  
Everyday Sounds Better

2020-01-27 | 219609 | BR


## CERTIDÃO

O Conselho Regional de Fonoaudiologia - 5ª região, na forma da Lei, certifica, a pedido, que o(a) fonoaudiólogo(a) ROBERVAL SILVA, inscrito(a) desde 25/03/2008, sob o número CRFa 6665-6, está com registro ATIVO e REGULAR perante a Secretaria e a Tesouraria.

Outras informações: Não consta em nosso cadastro nenhum procedimento disciplinar contra o(a) profissional com trânsito em julgado, estando o(a) fonoaudiólogo(a) em pleno gozo de seus direitos profissionais.

Esta certidão foi expedida exclusivamente para fins de comprovação.

Fica resguardado o direito do CREFONO-5 de executar, em qualquer tempo, quaisquer débitos ou processos identificados.



Esta certidão tem validade até o dia 13/07/2024. Declaração Digital número 021360000806852012024 emitida eletronicamente via internet às 13/06/2024 13:52:26. Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CREFONO-5 [www.crefono5.org.br](http://www.crefono5.org.br).

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





República Federativa do Brasil  
Agência Nacional de Telecomunicações

## Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº **17597-20-05812**

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **13/12/2022**

Requerente:

**CNPJ: 33.060.302/0001-04**

**CENTRO AUDITIVO TELEX**

Fabricante:

**OTICON A/S**

**KONGEBAKKEN**

Nº

**DINAMARCA**

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº MT-5120/2020, emitido pelo **MASTER ASSOCIACAO DE AVALIACAO DE CONFORMIDADE TELECOM**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:

**Transceptor de Radiação Restrita II**

Modelo - Nome Comercial (s):

**N01 - (EduMic)**

Características técnicas básicas:

Faixa de Frequências Tx (MHz)	Potência Máxima de Saída (W)	Designação de Emissões	Tecnologias	Tipo de Modulação
2.400,0 a 2.483,5	0,00324	696KF7D	SEQUÊNCIA DIRETA	GFSK

Ensaio de SAR não aplicável.

Observações:

**Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.**

Este certificado substitui o de mesmo número emitido em 03/12/2020

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

**As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. ([www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)).**

Davison Gonzaga da Silva

Gerente de Certificação e Numeração



## CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA - 1ª REGIÃO

Rua Álvaro Alvim, 21/5º andar - Centro - RJ - CEP: 20031-010 - Tel: (21) 2533-2916

### CERTIFICADO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Validade: **31/05/2025**

Razão Social

**ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA**

Representante Legal

**MORTEN HELLBERG PEDERSEN**

Nome Fantasia

Endereço

**Av Venezuela 00027 SALA 902 PARTE**

Bairro

**Saúde**

CEP

**20081-311**

Cidade

**Rio de Janeiro**

UF

**RJ**

Horário de Funcionamento do Serviço de Fonoaudiologia

**SEG A SEX 8 AS 12H**

Registro no Conselho

**PJ-8812**

CNPJ

**01.035.382/0001-51**

Responsável Técnico

**MARCELLA VIDAL DE FREITAS  
DOS SANTOS**

CRFa Nº:

**11944**

Horário de Permanência

**SEG A SEX 08-12HRS**

**Certificamos que a Pessoa Jurídica acima identificada encontra-se regularmente inscrita no Conselho Regional de Fonoaudiologia – 1ª Região, nos termos da Resolução em vigor do Conselho Federal de fonoaudiologia.**

Rio de Janeiro, 19 de março de 2024.

**ESTE CERTIFICADO DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**

Código de autenticidade:

**be15c01a-db7e-491c-86e3-119d8a2a552c**

<https://crfa-rj.implanta.net.br/servicosonline/Publico/ValidarDocumentos/>



CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 1ª REGIÃO

Órgão de fiscalização do exercício profissional da Fonoaudiologia no Estado do Rio de Janeiro, criado pela Lei Federal Nº 6.965/81.

Sítio na internet: [www.crefono1.gov.br](http://www.crefono1.gov.br)

Endereço eletrônico: [contato@crefono1.gov.br](mailto:contato@crefono1.gov.br)



CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA - 1ª REGIÃO  
Rua Álvaro Alvim, 21/5º andar - Centro - RJ - CEP: 20031-010 - Telefax (21) 2533-2916

## CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Certificamos que a Pessoa Jurídica abaixo identificada encontra-se registrada no CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA – 1a. REGIÃO, de acordo com o que estabelece a Lei Nº 6.965/81 e legislação complementar, tendo como atual Responsável Técnico(a) o(a) fonoaudiólogo(a) também abaixo identificado(a), os(as) quais se encontram plenamente regulares junto a este Conselho até a presente data, estando, desta forma, habilitados(as) ao exercício da Fonoaudiologia na jurisdição deste CRFa-1a. Região.

### Pessoa Jurídica

Nome: ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA  
Nº do Registro: PJ-8812  
Data do Registro: 03/08/1998

### Responsável Técnico(a)

Nome: MARCELLA VIDAL DE FREITAS DOS SANTOS  
Nº do Registro: 11944

A presente Certidão é válida até  
31/05/2025.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2024.



A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura foram obtidas por meio de assinatura eletrônica avançada, admitida pela Lei n. 14.063/2020 e regulamentada pelo Decreto n. 10.543/2020. A autenticidade deste pode ser conferida no QR CODE ao lado ou link abaixo.  
Em caso de dúvida acesse nossos canais de atendimento.  
<https://crfa-rj.implanta.net.br/servicosonline/Publico/ValidarDocumentos/>  
Chave de autenticidade: **97387f86-5e81-4f38-a46f-620d56694f59**

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

DATA VALIDADE: 31/05/2025

Razão Social

TEC SERVICOS DE MANUTENCAO EM AUDIOLOGIA LTDA EPP

Representante Legal

Nome Fantasia

Endereço

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 2000 Sala 706, Edifício Centro

Bairro  
JARDIM ACLIMAÇÃO

CEP  
78050280

Cidade  
CUIABÁ

UF  
MT

Horário de Funcionamento do Serviço de Fonoaudiologia

Registro no Conselho  
PJ-10147-6

CNPJ  
04302557000138

Responsável Técnico / CRFa No 6665-6 Horário de  
ROBERVAL SILVA

Certificamos que a Pessoa Jurídica acima citada encontra-se regularmente inscrita junto ao Conselho Regional de Fonoaudiologia - 5ª Região, nos Termos da Resolução CFFa de no 446 26/04/2014.

Declaração Digital - Código de Validação: 031360000975514022024  
Emitida eletronicamente via internet às 13/06/2024 de 12:14.  
Sua autenticidade poderá ser confirmada no site: [www.crefono5.org.br](http://www.crefono5.org.br)  
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



ESTE CERTIFICADO DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

SEDE: Condomínio Absolut Business Style  
Avenida T-4, nº1478, Qd.169-A, Lt.1/2/17/18, Salas 61-A, Setor Bueno  
Cep: 74.230-030 / Goiânia – Goiás  
Fones: (62) 3293-6124 / 3233-3209 / 3233-3620 / 3233-3269  
[www.crefono5.org.br](http://www.crefono5.org.br) @crefono\_5

# Ficha de dados técnicos

## Acessórios sem fio

EduMic é um microfone remoto de 2,4 GHz que dá suporte às crianças com perda auditiva quando a distância, o ruído e a reverberação afetam a escuta e o aprendizado, por exemplo, em uma típica sala de aula. O EduMic transmite som de alta qualidade para um número ilimitado de aparelhos auditivos, garantindo acesso direto à voz do professor, melhorando a compreensão da fala.

### Fácil de usar

O EduMic foi desenvolvido e testado exaustivamente pelos professores para garantir a melhor facilidade de uso. Características:

- Interface intuitiva para o usuário
- Fácil de silenciar
- Diferentes opções de uso

### MultiConnect

O EduMic pode ser pareado a um número ilimitado de aparelhos auditivos da Oticon com 2,4 GHz ao mesmo tempo, possibilitando conectar vários usuários na mesma sala de aula.

### Pareamento automático

O EduMic está sempre pronto para emparelhar. Assim que os aparelhos auditivos estão no modo de pareamento e dentro de 20 cm, o EduMic vai parear automaticamente e conectar-se a eles.

### Mudança automática de programa

O EduMic conecta-se automaticamente com aparelhos auditivos dentro de uma faixa de 20 m, iniciando uma alteração de programa no aparelho auditivo. Assim, os aparelhos auditivos podem se conectar ao EduMic sem usar o botão do aparelho auditivo.

### Mais fontes de entrada de áudio

O áudio de uma conexão de entrada de 3,5 mm é enviado diretamente em estéreo para todos os aparelhos auditivos. Através da conexão FM/DAI e da bobina de indução, o EduMic irá transmitir o som do microfone da sala de aula dos sistemas de teleloop, respectivamente.

### Simplesmente TwinLink: um sistema totalmente integrado

O TwinLink é a tecnologia de baixo consumo de energia de 2,4 GHz da Oticon. O TwinLink está disponível no EduMic e nos aparelhos auditivos da Oticon com receptores integrados de 2,4 GHz. Assim, o EduMic faz parte de uma solução simples e discreta, sem a necessidade de lidar com receptores adicionais.

Para obter mais informações, visite: [www.oticon.global](http://www.oticon.global)

EduMic



EduMic é um microfone remoto projetado para a educação a fim de melhorar a relação sinal/ruído para alunos com aparelhos auditivos da Oticon.



## Incluído:

- Instruções de uso
- Faixa ajustável
- Carregador de parede
- Cabo de carregamento USB
- Cabo de entrada de 3,5 mm
- Capa protetora FM



## Dados técnicos

Nome/modelo regulamentar	EduMic/N01
FCC/IC	FCC ID: U28N01 IC: 1350B-N01
Compatibilidade <sup>1</sup>	Aparelhos auditivos Oticon com receptor sem fio de 2,4 GHz
Dimensões	66 x 30 x 22 mm; peso 36 g
Condições de uso	Operação, armazenamento, e umidade de transporte: 15% a 93% de umidade relativa, sem condensação Temperatura de operação: +5 °C a +40 °C Temperatura de armazenamento: -20 °C a +30 °C Temperatura de transporte: -20 °C a +60 °C Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa
Recursos do sistema	<b>Pareamento automático:</b> O EduMic será pareado automaticamente com aparelhos auditivos no modo de pareamento <b>MultiConnect:</b> O EduMic pode conectar-se a um número ilimitado de aparelhos auditivos <b>Mudança automática de programa:</b> O EduMic iniciará uma alteração de programa nos aparelhos auditivos dentro de uma faixa de 20 m
Tipo de pilha	Bateria recarregável integrada de íons de lítio
Conexão de energia	Carregamento com micro USB
Tempo de operação	No mín. 10 horas quando totalmente carregado
Tempo de carregamento	No máx. 2,5 horas
Tipo de microfone	Microfone direcional de ângulo amplo para dar suporte à colocação na camisa
Plataforma de processamento	Velox S
Processamento Avançado do sSnal	OpenSound Navigator e Gerenciamento de Ruído de Vento (modo de microfone)
Largura de banda de áudio <sup>2</sup>	150 Hz a 10 kHz (modo telecoil: 400 Hz a 9 kHz)
Entrada de áudio (3,5 mm)	Transmissão em estéreo (modo de entrada)
Nível máximo de entrada de linha	2 Vrms (Rin = 3,9kΩ)
Intervalo de pareamento	Pareamento dentro de 20 cm
Pareamentos armazenados	Até 10 conjuntos de aparelhos auditivos são armazenados no EduMic para uma troca de programa automática
Alcance da rede sem fio <sup>3</sup>	Modo de entrada e microfone: Até 20 metros FM e modo telecoil: Até 3 metros
Tecnologia de transmissão	Tecnologia de baixo consumo de energia de 2,4 GHz da Oticon
Emissões	Max. 17 dBm e.i.r.p. em conformidade com todas as normas pertinentes

1. Visite [www.oticon.global/compatibility](http://www.oticon.global/compatibility) para obter mais informações.

2. Desempenho real de áudio dependendo dos aparelhos auditivos do cliente.

3. Entre o EduMic e aparelhos auditivos. Outros dispositivos que operam na banda de 2,4 Ghz podem interferir e reduzir o alcance.

 Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Dinamarca  
[www.oticon.global](http://www.oticon.global)



# Carteira de Trabalho Digital

## Dados Pessoais

Data de emissão: 14/04/2020

Nome Civil: **MARCELLA VIDAL DE FREITAS DOS SANTOS**

CPF: 09 [REDACTED].997-11

Data de Nascimento: 19/01/1982

Sexo: **Feminino**

Nacionalidade: **Brasileira**

Nome da Mãe: **LOURDES VIDAL DE FREITAS**

---

## Contratos de Trabalho

- 01/06/2006 - Aberto

**ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA**

**CNPJ: 01.035.382/0001-51**

Ocupação: **223810 - FONOAUDIOLOGO GERAL**

CASA DA MOEDA DO BRASIL



**CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA**  
**CARTÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E TEM FÉ PÚBLICA**  
 Art. 1º da Lei nº 6.206 de 7 de maio de 1975.



Nome  
**MARCELLA VIDAL DE FREITAS DOS SANTOS**

Inscrição Nº  
**11944**

Excedida em  
**06/01/2022**

Região  
**001 - CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 1ª REGIÃO**

CPF  
**094 [REDACTED] 7-11**

Registro Geral - Nº  
**01 [REDACTED] 591**

*Marcelle Vidal de Freitas dos Santos.*  
 Assinatura do Portador



CASA DA MOEDA DO BRASIL

Filiação  
 Pai  
**ANTONIO CESAR DE FREITAS**

Mãe  
**LOURDES VIDAL DE FREITAS**

Nacionalidade  
**BRASILEIRA**

Naturalidade  
**RIO DE JANEIRO-RJ**

Data de Nascimento  
**19/01/1982**

*Maria Esther de Araujo*  
 MARIA ESTHER DE ARAUJO  
 Presidente




07532-01 RJ



# Informação de Produto

## BTE PP

105



	Oticon Opn Play 1	Oticon Opn Play 2	
<b>Inteligibilidade de Fala</b>	OpenSound Navigator™	Nível 1	Nível 3
	- Equilíbrio - efeito power	100%	50%
	- Max. redutor de ruído	9 dB	3 dB
	OpenSound Optimizer™	•	•
	Speech Guard™ LX	Nível 1	Nível 3
	Spatial Sound™ LX	4 analisadores	2 analisadores
<b>Qualidade Sonora</b>	Speech Rescue™ LX	•	•
	Clear Dynamics	•	-
	Gerenciador de Som Espacial	•	-
	Largura de Banda Adaptação*	10 KHz	8 KHz
	Canais de Processamento	64	48
<b>Conforto Auditivo</b>	Bass Boost (transmissão)	•	•
	Gerenciador Ruído Transiente	4 configurações	On/Off
	Feedback shield LX	•	•
<b>Otimização da Adaptação</b>	Gerenciador de Ruído Vento	•	•
	YouMatic™ LX	3 opções	1 opção
	Bandas de Adaptação	16	12
	REM AutoFit	Verifit®LINK, IMC 2**	Verifit®LINK, IMC 2**
	Modo de Adaptação Pediátrico	•	•
	Faixa de Adaptação DSL ***	•	•
<b>Desenvolvido para crianças</b>	Razão de Adaptação	DSL v5.0, NAL-NL1 + 2, VAC+	DSL v5.0, NAL-NL1 + 2, VAC+
	LED	•	•
	Gaveta de bateria trava resistente	•	•
	Hipoalergênico	•	•
	Classificação IP	IP68	IP68
	Nano Coating	•	•
	Opções de cores	12	12
	Receptor Integrado de 2.4 GHz	•	•
	Compatibilidade DAI/FM	•	•

\* Largura de banda acessível para ganho durante a adaptação

\*\* Inter Module Communication 2

\*\*\* Disponível na Ficha Técnica e no Guia de Produtos Opn Play

### Condições operacionais

Temperatura: +1°C a +40°C

Umidade relativa: 5% a 93%, não condensante

### Condições de armazenamento e transporte

A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante o transporte e o armazenamento.

Temperatura: -25°C a +60°C

Umidade relativa: 5% a 93%, não condensante

O Oticon Opn Play™ BTE PP tem o equilíbrio perfeito entre tamanho, facilidade de uso e potência. É um instrumento pediátrico versátil que atende às necessidades da maioria das crianças - abrangendo perda auditiva de leve a severa.

O OpenSound Navigator™ permite às crianças acesso de 360° em ambientes de audição complexos e simples, maximizando constantemente as oportunidades de aprendizagem.

O OpenSound Optimizer™ identifica de maneira proativa e impede o feedback antes que ocorra, preservando a audibilidade e aumentando a flexibilidade de ajuste.

A tecnologia sem fios TwinLink™ combina a comunicação binaural e conectividade 2.4 GHz com a transmissão estéreo diretamente de dispositivos digitais.

O Oticon Opn Play é alimentado pela plataforma Oticon Velox S™ que oferece velocidade e resolução líderes de mercado e eleva os cuidados auditivos pediátricos a um novo nível.



IP68



Para informações sobre compatibilidade, visite [www.oticon.com.br/connectivity](http://www.oticon.com.br/connectivity)

# Oticon Opn Play 1

# BTE PP

Dados técnicos	Simulador de ouvido Medido de acordo com o IEC 60118-0:1989/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:2005+AMD1:1996/ISO e IEC 60318-4:2010	Acoplador ZCCr Medido de acordo com o ANSI S3.24-2004, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-7:2015 e IEC 60318-4:2010
<p>Medida personalizada</p> <p>Conda miniFit</p> <p><b>Informações técnicas</b> O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.</p> <p><b>Aviso ao fornecedor do aparelho</b> A capacidade de saída máxima do aparelho auditivo pode exceder 132 dB SPL (IEC 711). Deve ser tomado cuidado especial ao selecionar e ajustar o aparelho, pois pode haver risco de prejudicar a audição remanescente do usuário do aparelho auditivo.</p>	<p><b>OSPL90</b></p> <p><b>Ganho total</b></p> <p><b>Resposta de frequência</b></p>	<p><b>OSPL90</b></p> <p><b>Ganho total</b></p> <p><b>Resposta de frequência</b></p>
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90
Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	Pico 1600 Hz HFA-FOG
Ganho de teste de referência	57 dB	50 dB
Faixa de frequência	150-7300 Hz	120-7000 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	97 dB SPL Campo de 1 mA/m 117 dB SPL Campo de 10 mA/m	- 109/109 dB SPL
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	7% 5% < 2%
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni Dir	17 dB SPL 29 dB SPL
Consumo de bateria <sup>3</sup>	Normal Quiesscente	1,8 mA 1,6 mA
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>4</sup>	175	160
Vida útil bateria, em horas (Tamanho da bateria 13 - IEC PR46) <sup>5</sup>	80-105	80-105
IRL (IEC 60118-13:2011)	700/1400/2000 MHz: 18/20/40 dB SPL	700/1400/2000 MHz: 18/20/40 dB SPL

1) Para aparelhos adaptados com Conda miniFit Power  
 2) Medida com controle de ganho do aparelho auditivo definido na posição Ganho Total menos 20dB e com SPL de entrada de 70dB. Esta é a resposta obtida do ganho igual ao ganho de resposta completa, por exemplo, a partir do IEC 60118-0+41:1904 sem influência de feedback.  
 3) A corrente de bateria é medida de acordo com a norma IEC 60118-0:1989/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2004 §6.1.3 depois de um tempo de estabilização de no mínimo 3 minutos.  
 4) Baseado na medição de consumo de bateria padrão (IEC 60118-0 + Al. 1994). A duração real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e som ambiental.  
 5) Redução de bateria mostra um intervalo estimado baseado nos casos mistos de uso de ajuste de amplificação variáveis e níveis de entrada diferentes, incl. transmissão estereó direta a partir de uma TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).

# Oticon Opn Play 2

# BTE PP

Dados técnicos	Simulador de ouvido Medido de acordo com o IEC 60118-0:1989/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:2005+AMD1:1996/ISO e IEC 60318-4:2010	Acoplador ZCCr Medido de acordo com o ANSI S3.24-2004, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-7:2015 e IEC 60318-4:2010
<p>Medida personalizada</p> <p>Conda miniFit</p> <p><b>Informações técnicas</b> O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.</p> <p><b>Aviso ao fornecedor do aparelho</b> A capacidade de saída máxima do aparelho auditivo pode exceder 132 dB SPL (IEC 711). Deve ser tomado cuidado especial ao selecionar e ajustar o aparelho, pois pode haver risco de prejudicar a audição remanescente do usuário do aparelho auditivo.</p>	<p><b>OSPL90</b></p> <p><b>Ganho total</b></p> <p><b>Resposta de frequência</b></p>	<p><b>OSPL90</b></p> <p><b>Ganho total</b></p> <p><b>Resposta de frequência</b></p>
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90
Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	Pico 1600 Hz HFA-FOG
Ganho de teste de referência	57 dB	50 dB
Faixa de frequência	150-7300 Hz	120-7000 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	97 dB SPL Campo de 1 mA/m 117 dB SPL Campo de 10 mA/m	- 109/109 dB SPL
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	7% 5% < 2%
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni Dir	17 dB SPL 29 dB SPL
Consumo de bateria <sup>3</sup>	Normal Quiesscente	1,8 mA 1,6 mA
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>4</sup>	175	160
Vida útil bateria, em horas (Tamanho da bateria 13 - IEC PR46) <sup>5</sup>	80-105	80-105
IRL (IEC 60118-13:2011)	700/1400/2000 MHz: 18/20/40 dB SPL	700/1400/2000 MHz: 18/20/40 dB SPL

1) Para aparelhos adaptados com Conda miniFit Power  
 2) Medida com controle de ganho do aparelho auditivo definido na posição Ganho Total menos 20dB e com SPL de entrada de 70dB. Esta é a resposta obtida do ganho igual ao ganho de resposta completa, por exemplo, a partir do IEC 60118-0+41:1904 sem influência de feedback.  
 3) A corrente de bateria é medida de acordo com a norma IEC 60118-0:1989/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2004 §6.1.3 depois de um tempo de estabilização de no mínimo 3 minutos.  
 4) Baseado na medição de consumo de bateria padrão (IEC 60118-0 + Al. 1994). A duração real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e som ambiental.  
 5) Redução de bateria mostra um intervalo estimado baseado nos casos mistos de uso de ajuste de amplificação variáveis e níveis de entrada diferentes, incl. transmissão estereó direta a partir de uma TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).



Oticon A/S  
Kongebakken 9  
2765 Smørum  
Denmark  
+45 3917 7100

198284BR/2018.12.19



[www.oticon.global](http://www.oticon.global)

**oticon**  
PEOPLE FIRST

# Informação de Produto

## BTE PP

105



	Oticon Opn S 1	Oticon Opn S 2	Oticon Opn S 3	
Inteligibilidade de Fala	OpenSound Navigator™	Nível 1	Nível 2	Nível 3
	- Equilíbrio - efeito power	100%	50%	50%
	- Max. redutor de ruído	9 dB	5 dB	3 dB
	OpenSound Optimizer™	•	•	•
	Speech Guard™ LX	Nível 1	Nível 2	Nível 3
	Spatial Sound™ LX	4 analisadores	2 analisadores	2 analisadores
	Soft Speech Booster LX	•	•	•
Qualidade Sonora	Speech Rescue™ LX	•	•	•
	Clear Dynamics	•	•	-
	Gerenciador de Som Espacial	•	•	-
	Largura de Banda Adaptação*	10 KHz	8 KHz	8 KHz
	Canais de Processamento	64	48	48
Conforto Auditivo	Bass Boost (transmissão)	•	•	•
	Gerenciador Ruído Transiente	4 configurações	On/Off	On/Off
	Feedback shield LX	•	•	•
Personalização & Otimização de Adaptação	Gerenciador de Ruído Vento	•	•	•
	YouMatic™ LX	3 opções	2 opções	1 opção
	Bandas de Adaptação	16	14	12
	Opções de Direcionalidade Múltiplas	•	•	•
	Gerenciamento de Adaptação	•	•	•
	Oticon Firmware Updater	•	•	•
	Razão de Adaptação	VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0
Conexão com o mundo	Transmissão Stereo (2.4 GHz)	•	•	•
	Oticon ON App	•	•	•
	ConnectClip	•	•	•
	Controle Remoto 3.0	•	•	•
	Adaptador de TV 3.0	•	•	•
	Adaptador de Telefone 2.0	•	•	•
	DAI/FM	•	•	•
	Tinnitus SoundSupport™	•	•	•

\* Largura de banda acessível para ajustes de ganho durante a adaptação

**Condições operacionais**  
 Temperatura: +1°C a +40°C  
 Umidade relativa: 5% a 93%, não condensante

**Condições de armazenamento e transporte**  
 A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante o transporte e o armazenamento.  
 Temperatura: -25°C a +60°C  
 Umidade relativa: 5% a 93%, não condensante


Oticon Opn S™ BTE PP tem um design compacto e oferece tanto gancho quanto tubo fino. Possui bobina de indução, botão duplo com status opcional de LED e sistema FM.







OpenSound Navigator™ ajuda os usuários a selecionar e compreender as conversas em todos os tipos de ambientes através do balanceamento de fontes sonoras e redução dos ruídos.

OpenSound Optimizer™ melhora a experiência e o conforto auditivo dos usuários através do bloqueio de feedback e garantia da amplificação desejada das fontes sonoras.







A tecnologia sem fios TwinLink™ combina a comunicação binaural e conectividade 2.4 GHz com o streaming estéreo diretamente de dispositivos digitais.

Oticon Opn S é construído na poderosa plataforma Velox S™ que tem uma arquitetura de firmware programável, que dá suporte para futuras atualizações no desempenho.



Dados técnicos		Simulador de ouvido Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV and IEC 60318-4:2010	Acoplador 2CCr Medido de acordo com o ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-7:2005 and IEC 60318-5:2006
  <p>105</p> <p>Molde personalizado</p> <p>□ Corda miniFit</p> <p><b>Informações técnicas</b> O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.</p> <p><b>Aviso ao fornecedor do aparelho</b> A capacidade de saída máxima do aparelho auditivo pode exceder 132 dB SPL (IEC 711). Deve ser tomado cuidado especial ao selecionar e ajustar o aparelho, pois pode haver risco de prejudicar a audição remanescente do usuário do aparelho auditivo.</p>		<p>OSPL90</p>  <p>Ganho total</p>  <p>Resposta de frequência</p>  <p>— Tubo padrão - - - Tubo fino (tamanho 1/1,3)</p> <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>	<p>OSPL90</p>  <p>Ganho total</p>  <p>Resposta de frequência</p>  <p>— Tubo padrão - - - Tubo fino (tamanho 1/1,3)</p> <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	138 (132 <sup>1</sup> ) dB SPL 130 (121 <sup>1</sup> ) dB SPL 133 (126 <sup>1</sup> ) dB SPL	131 (129 <sup>1</sup> ) dB SPL 123 (113 <sup>1</sup> ) dB SPL 126 (118 <sup>1</sup> ) dB SPL
Ganho total <sup>2</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	73 (69 <sup>1</sup> ) dB 65 (56 <sup>1</sup> ) dB 68 (62 <sup>1</sup> ) dB	66 (66 <sup>1</sup> ) dB 57 (47 <sup>1</sup> ) dB 61 (54 <sup>1</sup> ) dB
Ganho de teste de referência		57 dB	50 dB
Faixa de frequência		150-7300 Hz	120-7000 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	Campo de 1 mA/m Campo de 10 mA/m	97 dB SPL 117 dB SPL	- -
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	DIVISÕES E/D	-	109/109 dB SPL
	500 Hz	7 %	3 %
	800 Hz	5 %	< 2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
	Omni	17 dB SPL	14 dB SPL
Consumo de bateria <sup>3</sup>	Dir	29 dB SPL	27 dB SPL
	Normal	1.8 mA	1.9 mA
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>4</sup>	Quiescente	1.6 mA	1.6 m
Vida útil bateria, em horas (Tamanho da bateria 13 - IEC PR48) <sup>5</sup>		175	160
IRIL (IEC 60118-13:2011)		80-105	
		700/1400/2000 MHz: 18/20/40 dB SPL	

1) Para aparelhos adaptados com Corda miniFit Power  
 2) Medidas com controle de ganho do aparelho auditivo definido na posição Ganho Total menos 20dB e com SPL de entrada de 70dB. Esta é a resposta obtida do ganho igual ao ganho de resposta completa, por exemplo, a partir do IEC 60118-0+A1:1994 sem influência de feedback.  
 3) A corrente da bateria é medida de acordo com a norma IEC 60118-0:1983 / AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 depois de um tempo de estabilização de no mínimo 3 minutos.  
 4) Baseado na medição de consumo de bateria padrão (IEC 60118-0 + A1:1994). A duração real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e som ambiental.  
 5) Real uso da bateria mostra um intervalo estimado baseado nos casos mistos de uso de ajuste de amplificação variável e níveis de entrada diferentes, incl. transmissão estéreo direto a partir de uma TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).

Dados técnicos		Simulador de ouvido Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV and IEC 60318-4:2010	Acoplador 2CCr Medido de acordo com o ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-7:2005 and IEC 60318-5:2006
  <p>105</p> <p>Molde personalizado</p> <p>□ Corda miniFit</p> <p><b>Informações técnicas</b> O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.</p> <p><b>Aviso ao fornecedor do aparelho</b> A capacidade de saída máxima do aparelho auditivo pode exceder 132 dB SPL (IEC 711). Deve ser tomado cuidado especial ao selecionar e ajustar o aparelho, pois pode haver risco de prejudicar a audição remanescente do usuário do aparelho auditivo.</p>		<p>OSPL90</p>  <p>Ganho total</p>  <p>Resposta de frequência</p>  <p>— Tubo padrão - - - Tubo fino (tamanho 1/1,3)</p> <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>	<p>OSPL90</p>  <p>Ganho total</p>  <p>Resposta de frequência</p>  <p>— Tubo padrão - - - Tubo fino (tamanho 1/1,3)</p> <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	138 (132 <sup>1</sup> ) dB SPL 130 (121 <sup>1</sup> ) dB SPL 133 (126 <sup>1</sup> ) dB SPL	131 (129 <sup>1</sup> ) dB SPL 123 (113 <sup>1</sup> ) dB SPL 126 (118 <sup>1</sup> ) dB SPL
Ganho total <sup>2</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	73 (69 <sup>1</sup> ) dB 65 (56 <sup>1</sup> ) dB 68 (62 <sup>1</sup> ) dB	66 (66 <sup>1</sup> ) dB 57 (47 <sup>1</sup> ) dB 61 (54 <sup>1</sup> ) dB
Ganho de teste de referência		57 dB	50 dB
Faixa de frequência		150-7300 Hz	120-7000 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	Campo de 1 mA/m Campo de 10 mA/m	97 dB SPL 117 dB SPL	- -
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	DIVISÕES E/D	-	109/109 dB SPL
	500 Hz	7 %	3 %
	800 Hz	5 %	< 2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
	Omni	17 dB SPL	14 dB SPL
Consumo de bateria <sup>3</sup>	Dir	29 dB SPL	27 dB SPL
	Normal	1.8 mA	1.9 mA
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>4</sup>	Quiescente	1.6 mA	1.6 m
Vida útil bateria, em horas (Tamanho da bateria 13 - IEC PR48) <sup>5</sup>		175	160
IRIL (IEC 60118-13:2011)		80-105	
		700/1400/2000 MHz: 18/20/40 dB SPL	

1) Para aparelhos adaptados com Corda miniFit Power  
 2) Medidas com controle de ganho do aparelho auditivo definido na posição Ganho Total menos 20dB e com SPL de entrada de 70dB. Esta é a resposta obtida do ganho igual ao ganho de resposta completa, por exemplo, a partir do IEC 60118-0+A1:1994 sem influência de feedback.  
 3) A corrente da bateria é medida de acordo com a norma IEC 60118-0:1983 / AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 depois de um tempo de estabilização de no mínimo 3 minutos.  
 4) Baseado na medição de consumo de bateria padrão (IEC 60118-0 + A1:1994). A duração real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e som ambiental.  
 5) Real uso da bateria mostra um intervalo estimado baseado nos casos mistos de uso de ajuste de amplificação variável e níveis de entrada diferentes, incl. transmissão estéreo direto a partir de uma TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).



Oticon A/S  
Kongebakken 9  
2765 Smørum  
Denmark  
+45 3917 7100



# Informação de Produto

## miniRITE

60 85 100 105



	Oticon Opn S 1	Oticon Opn S 2	Oticon Opn S 3	
<b>Inteligibilidade de Fala</b>	OpenSound Navigator™	Nível 1	Nível 2	Nível 3
	- Equilíbrio - efeito power	100%	50%	50%
	- Max. redutor de ruído	9 dB	5 dB	3 dB
	OpenSound Optimizer™	•	•	•
	Speech Guard™ LX	Nível 1	Nível 2	Nível 3
	Spatial Sound™ LX	4 analisadores	2 analisadores	2 analisadores
	Soft Speech Booster LX	•	•	•
	Speech Rescue™ LX	•	•	•
<b>Qualidade Sonora</b>	Clear Dynamics	•	•	-
	Gerenciador de Som Espacial	•	•	-
	Largura de Banda Adaptação*	10 KHz	8 KHz	8 KHz
	Canais de Processamento	64	48	48
	Bass Boost (transmissão)	•	•	•
<b>Conforto Auditivo</b>	Gerenciador Ruído Transiente	4 configurações	On/Off	On/Off
	Feedback shield LX	•	•	•
	Gerenciador de Ruído Vento	•	•	•
<b>Personalização &amp; Otimização de Adaptação</b>	YouMatic™ LX	3 opções	2 opções	1 opção
	Bandas de Adaptação	16	14	12
	Opções de Direcionalidade Múltiplas	•	•	•
	Gerenciamento de Adaptação	•	•	•
	Oticon Firmware Updater	•	•	•
	Razão de Adaptação	VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0	VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0
<b>Conexão com o mundo</b>	Transmissão Stereo (2.4 GHz)	•	•	•
	Oticon ON App	•	•	•
	ConnectClip	•	•	•
	Controle Remoto 3.0	•	•	•
	Adaptador de TV 3.0	•	•	•
	Adaptador de Telefone 2.0	•	•	•
	Tinnitus SoundSupport™	•	•	•

\* Largura de banda acessível para ajustes de ganho durante a adaptação

### Condições operacionais

Temperatura: +1°C a +40°C  
Umidade relativa: 5% a 93%, não condensante

### Condições de armazenamento e transporte

A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante o transporte e o armazenamento.  
Temperatura: -25°C a +60°C  
Umidade relativa: 5% a 93%, não condensante


Oticon Opn S™ miniRITE oferece um design discreto com bateria 312 e botão simples.



OpenSound Navigator™ ajuda os usuários a selecionar e compreender as conversas em todos os tipos de ambientes através do balanceamento de fontes sonoras e redução dos ruídos.

OpenSound Optimizer™ melhora a experiência e o conforto auditivo dos usuários através do bloqueio de feedback e garantia de amplificação desejada das fontes sonoras.

A tecnologia sem fios TwinLink™ combina a comunicação binaural e conectividade 2.4 GHz com a transmissão estéreo diretamente de dispositivos digitais.

Oticon Opn S é construído na poderosa plataforma Velox S™ que tem uma arquitetura de firmware programável, que dá suporte para futuras atualizações no desempenho.





1) Medidas com controle de ganho do aparelho auditivo definido na posição Ganho Total menos 20dB e com SPL de entrada de 70dB. Esta é a resposta obtida do ganho igual ao ganho de resposta completa, por exemplo, a partir do IEC 60118-0+A1:1994 sem influência de feedback.  
 2) A corrente da bateria é medida de acordo com a norma IEC 60118-0:1983 / AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 depois de um tempo de estabilização de no mínimo 3 minutos.  
 3) Baseado na medição de consumo de bateria padrão (IEC 60118-0 + A1:1994). A duração real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e som ambiental.  
 4) Real uso da bateria mostra um intervalo estimado baseado nos casos mistos de uso de ajuste de amplificação variável e níveis de entrada diferentes, incl. transmissão estéreo direto a partir de uma TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).

1) Medidas com controle de ganho do aparelho auditivo definido na posição Ganho Total menos 20dB e com SPL de entrada de 70dB. Esta é a resposta obtida do ganho igual ao ganho de resposta completa, por exemplo, a partir do IEC 60118-0+A1:1994 sem influência de feedback.  
 2) A corrente da bateria é medida de acordo com a norma IEC 60118-0:1983 / AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 depois de um tempo de estabilização de no mínimo 3 minutos.  
 3) Baseado na medição de consumo de bateria padrão (IEC 60118-0 + A1:1994). A duração real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e som ambiental.  
 4) Real uso da bateria mostra um intervalo estimado baseado nos casos mistos de uso de ajuste de amplificação variável e níveis de entrada diferentes, incl. transmissão estéreo direto a partir de uma TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).

# Oticon Opn S 1

# miniRITE 85

# Oticon Opn S 2 & 3

# miniRITE 85

Dados técnicos		Simulador de ouvido Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV and IEC 60318-4:2010	Acoplador 2CC Medido de acordo com o ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-7:2005 and IEC 60318-5:2006
<p>85</p> <p>Domos Bass e Domos Power</p> <p>Domo aberto</p> <p><b>Informações técnicas</b> O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.</p>		<p>OSPL90</p> <p>Ganho total</p> <p>Resposta de frequência</p>	<p>OSPL90</p> <p>Ganho total</p> <p>Resposta de frequência</p>
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	127 dB SPL 120 dB SPL 121 dB SPL	116 dB SPL 111 dB SPL 112 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	66 dB 52 dB 55 dB	54 dB 43 dB 47 dB
Ganho de teste de referência		45 dB	34 dB
Faixa de frequência		120-9500 Hz	100-8500 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	Campo de 1 mA/m Campo de 10 mA/m DIVISÕES E/D	- - -	- - -
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2 % <3 % <2 %	<2 % <2 % <2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni Dir	25 dB SPL 32 dB SPL	20 dB SPL 29 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal Quiescente	1.6 mA 1.5 mA	1.7 mA 1.5 mA
Vida útil bateria, medida laboratório, horas <sup>3</sup>		110	105
Vida útil bateria, horas (Tamanho da bateria 312 - IEC PR41) <sup>4</sup>		55-65	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		800/1400/2000 MHz: 31/<15/<15 dB SPL	

Dados técnicos		Simulador de ouvido Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV and IEC 60318-4:2010	Acoplador 2CC Medido de acordo com o ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-7:2005 and IEC 60318-5:2006
<p>85</p> <p>Domos Bass e Domos Power</p> <p>Domo aberto</p> <p><b>Informações técnicas</b> O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.</p>		<p>OSPL90</p> <p>Ganho total</p> <p>Resposta de frequência</p>	<p>OSPL90</p> <p>Ganho total</p> <p>Resposta de frequência</p>
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	127 dB SPL 120 dB SPL 121 dB SPL	116 dB SPL 111 dB SPL 112 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	66 dB 52 dB 55 dB	54 dB 43 dB 47 dB
Ganho de teste de referência		45 dB	34 dB
Faixa de frequência		120-7500 Hz	100-7500 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	Campo de 1 mA/m Campo de 10 mA/m DIVISÕES E/D	- - -	- - -
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2 % <3 % <2 %	<2 % <2 % <2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni Dir	26 dB SPL 33 dB SPL	21 dB SPL 30 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal Quiescente	1.6 mA 1.5 mA	1.7 mA 1.5 mA
Vida útil bateria, medida laboratório, horas <sup>3</sup>		110	105
Vida útil bateria, horas (Tamanho da bateria 312 - IEC PR41) <sup>4</sup>		55-65	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		800/1400/2000 MHz: 31/<15/<15 dB SPL	

1) Medidas com controle de ganho do aparelho auditivo definido na posição Ganho Total menos 20dB e com SPL de entrada de 70dB. Esta é a resposta obtida do ganho igual ao ganho de resposta completa, por exemplo, a partir do IEC 60118-0+A1:1994 sem influência de feedback.

2) A corrente da bateria é medida de acordo com a norma IEC 60118-0:1983 / AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 depois de um tempo de estabilização de no mínimo 3 minutos.

3) Baseado na medição de consumo de bateria padrão (IEC 60118-0 + A1:1994). A duração real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e som ambiental.

4) Real uso da bateria mostra um intervalo estimado baseado nos casos mistos de uso de ajuste de amplificação variável e níveis de entrada diferentes, incl. transmissão estéreo direto a partir de uma TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).

1) Medidas com controle de ganho do aparelho auditivo definido na posição Ganho Total menos 20dB e com SPL de entrada de 70dB. Esta é a resposta obtida do ganho igual ao ganho de resposta completa, por exemplo, a partir do IEC 60118-0+A1:1994 sem influência de feedback.

2) A corrente da bateria é medida de acordo com a norma IEC 60118-0:1983 / AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 depois de um tempo de estabilização de no mínimo 3 minutos.

3) Baseado na medição de consumo de bateria padrão (IEC 60118-0 + A1:1994). A duração real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e som ambiental.








4) Real uso da bateria mostra um intervalo estimado baseado nos casos mistos de uso de ajuste de amplificação variável e níveis de entrada diferentes, incl. transmissão estéreo direto a partir de uma TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).








# Oticon Opn S 1

# miniRITE 100

# Oticon Opn S 2 & 3








# miniRITE 100








Dados técnicos		Simulador de ouvido Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV and IEC 60318-4:2010	Acoplador 2CC Medido de acordo com o ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-7:2005 and IEC 60318-5:2006
  <p>Domos Bass e Domos Power</p>		  	  
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	132 dB SPL 130 dB SPL 127 dB SPL	122 dB SPL 121 dB SPL 118 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	66 dB 56 dB 59 dB	57 dB 48 dB 51 dB
Ganho de teste de referência		49 dB	42 dB
Faixa de frequência		100-8500 Hz	100-8000 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	Campo de 1 mA/m Campo de 10 mA/m DIVISÕES E/D	- - -	- - -
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<7 % <4 % <2 %	<2 % <2 % <2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni Dir	23 dB SPL 32 dB SPL	19 dB SPL 30 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal Quiescente	1.5 mA 1.5 mA	1.7 mA 1.5 mA
Vida útil bateria, medida laboratório, horas <sup>3</sup>		115	105
Vida útil bateria, horas (Tamanho da bateria 312 - IEC PR41) <sup>4</sup>		50-65	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		800/1400/2000 MHz: 25/<20/<20 dB SPL	

Dados técnicos		Simulador de ouvido Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV and IEC 60318-4:2010	Acoplador 2CC Medido de acordo com o ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-7:2005 and IEC 60318-5:2006
  <p>Domos Bass e Domos Power</p>		  	  
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	132 dB SPL 130 dB SPL 127 dB SPL	122 dB SPL 121 dB SPL 118 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	66 dB 56 dB 59 dB	57 dB 48 dB 51 dB
Ganho de teste de referência		49 dB	42 dB
Faixa de frequência		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	Campo de 1 mA/m Campo de 10 mA/m DIVISÕES E/D	- - -	- - -
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<7 % <4 % <2 %	<2 % <2 % <2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni Dir	23 dB SPL 32 dB SPL	19 dB SPL 30 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal Quiescente	1.5 mA 1.5 mA	1.7 mA 1.5 mA
Vida útil bateria, medida laboratório, horas <sup>3</sup>		115	105
Vida útil bateria, horas (Tamanho da bateria 312 - IEC PR41) <sup>4</sup>		50-65	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		800/1400/2000 MHz: 25/<20/<20 dB SPL	

1) Medidas com controle de ganho do aparelho auditivo definido na posição Ganho Total menos 20dB e com SPL de entrada de 70dB. Esta é a resposta obtida do ganho igual ao ganho de resposta completa, por exemplo, a partir do IEC 60118-0+A1:1994 sem influência de feedback.  
 2) A corrente da bateria é medida de acordo com a norma IEC 60118-0:1983 / AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 depois de um tempo de estabilização de no mínimo 3 minutos.  
 3) Baseado na medição de consumo de bateria padrão (IEC 60118-0 + A1:1994). A duração real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e som ambiental.  
 4) Real uso da bateria mostra um intervalo estimado baseado nos casos mistos de uso de ajuste de amplificação variável e níveis de entrada diferentes, incl. transmissão estéreo direto a partir de uma TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).

1) Medidas com controle de ganho do aparelho auditivo definido na posição Ganho Total menos 20dB e com SPL de entrada de 70dB. Esta é a resposta obtida do ganho igual ao ganho de resposta completa, por exemplo, a partir do IEC 60118-0+A1:1994 sem influência de feedback.  
 2) A corrente da bateria é medida de acordo com a norma IEC 60118-0:1983 / AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 depois de um tempo de estabilização de no mínimo 3 minutos.  
 3) Baseado na medição de consumo de bateria padrão (IEC 60118-0 + A1:1994). A duração real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e som ambiental.  
 4) Real uso da bateria mostra um intervalo estimado baseado nos casos mistos de uso de ajuste de amplificação variável e níveis de entrada diferentes, incl. transmissão estéreo direto a partir de uma TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).

Dados técnicos		Simulador de ouvido Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV and IEC 60318-4:2010	Acoplador 2CC Medido de acordo com o ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-7:2005 and IEC 60318-5:2006
 <p>105</p> 		  	  
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	135 dB SPL 132 dB SPL 130 dB SPL	127 dB SPL 125 dB SPL 122 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	72 dB 65 dB 65 dB	64 dB 57 dB 57 dB
Ganho de teste de referência		58 dB	46 dB
Faixa de frequência		100-8200 Hz	100-7800 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	Campo de 1 mA/m Campo de 10 mA/m DIVISÕES E/D	- - -	- - -
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<2 %	<2 %
	1600 Hz	<3 %	<2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni	18 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	28 dB SPL	29 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	1.6 mA	1.7 mA
	Quiescente	1.5 mA	1.5 mA
Vida útil bateria, medida laboratório, horas <sup>3</sup>		110	105
Vida útil bateria, horas (Tamanho da bateria 312 - IEC PR41) <sup>4</sup>		45-65	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		800/1400/2000 MHz: 31/<16/<16 dB SPL	

Dados técnicos		Simulador de ouvido Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV and IEC 60318-4:2010	Acoplador 2CC Medido de acordo com o ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-7:2005 and IEC 60318-5:2006
 <p>105</p> 		  	  
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	135 dB SPL 132 dB SPL 130 dB SPL	127 dB SPL 125 dB SPL 122 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	72 dB 65 dB 65 dB	64 dB 57 dB 57 dB
Ganho de teste de referência		58 dB	46 dB
Faixa de frequência		100-7500 Hz	100-6500 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	Campo de 1 mA/m Campo de 10 mA/m DIVISÕES E/D	- - -	- - -
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<2 %	<2 %
	1600 Hz	<3 %	<2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni	18 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	28 dB SPL	29 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	1.6 mA	1.7 mA
	Quiescente	1.5 mA	1.5 mA
Vida útil bateria, medida laboratório, horas <sup>3</sup>		110	105
Vida útil bateria, horas (Tamanho da bateria 312 - IEC PR41) <sup>4</sup>		45-65	
IRIL (IEC 60118-13:2011)		800/1400/2000 MHz: 31/<16/<16 dB SPL	

1) Medidas com controle de ganho do aparelho auditivo definido na posição Ganho Total menos 20dB e com SPL de entrada de 70dB. Esta é a resposta obtida do ganho igual ao ganho de resposta completa, por exemplo, a partir do IEC 60118-0+A1:1994 sem influência de feedback.  
 2) A corrente da bateria é medida de acordo com a norma IEC 60118-0:1983 / AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 depois de um tempo de estabilização de no mínimo 3 minutos.  
 3) Baseado na medição de consumo de bateria padrão (IEC 60118-0 + A1:1994). A duração real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e som ambiental.  
 4) Real uso da bateria mostra um intervalo estimado baseado nos casos mistos de uso de ajuste de amplificação variável e níveis de entrada diferentes, incl. transmissão estéreo direto a partir de uma TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).

1) Medidas com controle de ganho do aparelho auditivo definido na posição Ganho Total menos 20dB e com SPL de entrada de 70dB. Esta é a resposta obtida do ganho igual ao ganho de resposta completa, por exemplo, a partir do IEC 60118-0+A1:1994 sem influência de feedback.  
 2) A corrente da bateria é medida de acordo com a norma IEC 60118-0:1983 / AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 depois de um tempo de estabilização de no mínimo 3 minutos.  
 3) Baseado na medição de consumo de bateria padrão (IEC 60118-0 + A1:1994). A duração real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e som ambiental.  
 4) Real uso da bateria mostra um intervalo estimado baseado nos casos mistos de uso de ajuste de amplificação variável e níveis de entrada diferentes, incl. transmissão estéreo direto a partir de uma TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).





Oticon A/S  
Kongebakken 9  
2765 Smørum  
Denmark  
+45 3917 7100





75

90

	Own 1	Own 2	Own 3	
<b>Entendimento da fala</b>	MoreSound Intelligence™	Nível 1	Nível 2	Nível 3
	- Configuração do ambiente	5 Opções	5 Opções	3 Opções
	- Supressão de Ruído Neural, Difícil/Fácil	10 dB / 4 dB	6 dB / 2 dB	6 dB / 0 dB
	- Aprimorador de Som	3 configurações	2 configurações	1 configuração
	MoreSound Amplifier™	•	•	•
	Prevenção de Feedback	MoreSound Optimizer™ & Feedback shield	MoreSound Optimizer™ & Feedback shield	MoreSound Optimizer™ & Feedback shield
	Spatial Sound™ (opcional)*	4 Estimadores	2 Estimadores	2 Estimadores
	Soft Speech Booster	•	•	•
<b>Qualidade sonora</b>	Redução de frequência	Speech Rescue™	Speech Rescue™	Speech Rescue™
	Clear Dynamics	•	•	-
	Prioridade para o melhor ouvido*	◦	◦	-
	Largura de banda de Adaptação**	10 kHz	8 kHz	8 kHz
<b>Conforto auditivo</b>	Canais de Processamento	64	48	48
	Gerenciamento de Ruído Transiente	4 configurações	3 configurações	3 configurações
<b>Personalização e Ajuste de Otimização</b>	Bandas de adaptação	24	20	18
	Gerenciamento de Adaptação	•	•	•
	Razão de adaptação	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0
	Tinnitus SoundSupport™***	◦	◦	◦

\* Requer NFMI

\*\* Largura de banda acessível para ajustes de ganho durante adaptação

\*\*\* Requer NFMI e botão de pressão

• Padrão

◦ Opcional

- Não incluído

**Condições operacionais**

Temperatura: +1°C a +40°C (34°F a 104°F)

Umidade: 5% a 93% umidade relativa, sem condensação

Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

**Condições de armazenamento e transporte**

A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante o transporte e o armazenamento.

**Transporte**

Temperatura: -25°C a +60°C (-13°F a 140°F)

Umidade: 5% a 93% umidade relativa, sem condensação

Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

**Armazenamento**

Temperatura: -25°C a +60°C (-13°F a 140°F)

Umidade: 5% a 93% umidade relativa, sem condensação

Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Oticon Own™ CIC é um modelo intra-auricular pequeno e discreto. Ele é alimentado por baterias descartáveis e possui um botão de pressão opcional.

O MoreSound Intelligence™ analisa o ambiente com extrema rapidez e aplica a funcionalidade de uma Rede Neural Profunda treinada para suprimir o ruído e fornecer melhor acesso a sons significativos.

O MoreSound Amplifier™ analisa detalhes no som e os amplifica de maneira ideal para que o cérebro tenha acesso a informações relevantes.

O Oticon Own é construído na plataforma inovadora Polaris™, que usa uma Rede Neural Profunda para gerenciar de forma rápida e otimizada os sons recebidos com base nas necessidades individuais.



IP68





75

90

	Own 4	Own 5	
<b>Entendimento da fala</b>	OpenSound Navigator™	•	-
	- Máx. remoção de ruído difícil/simples	6 dB / 0 dB	-
	Redução de ruído	-	•
	Protetor de Fala™	•	-
	Compressão única	-	•
	Redução de frequência	Speech Rescue™	Speech Rescue™
<b>Qualidade de sonora</b>	Largura de banda de Adaptação*	8 kHz	8 kHz
	Canais de Processamento	48	48
<b>Conforto auditivo</b>	Gerenciamento de feedback	SuperShield & Feedback shield	SuperShield & Feedback shield
	Gerenciamento de Ruído Transiente	Ligar/Desligar	-
<b>Personalização e Ajuste de Otimização</b>	Bandas de adaptação	14	12
	Gerenciamento de Adaptação	•	•
	Razão de adaptação	NAL-NL1/NAL-NL2, DSL v5.0	NAL-NL1/NAL-NL2, DSL v5.0
	Tinnitus SoundSupport™**	○	○

\* Largura de banda acessível para ajustes de ganho durante adaptação

\*\* Requer NFMI e botão de pressão

- Padrão
- Opcional
- Não incluído

Oticon Own™ CIC é um modelo intra-auricular pequeno e discreto. Ele é alimentado por baterias descartáveis e possui um botão de pressão opcional.

O OpenSound Navigator™ analisa continuamente o ambiente e atenua o ruído perturbador.

O Speech Guard™ fornece sons de fala mais naturais e claros, fazendo com que os detalhes da fala se destaquem mais.

A plataforma Polaris™ oferece tremenda velocidade e capacidade de memória para processamento audiológico.

**Condições operacionais**

Temperatura: +1°C a +40°C (34°F a 104°F)  
 Umidade: 5% a 93% umidade relativa, sem condensação  
 Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

**Condições de armazenamento e transporte**

A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante o transporte e o armazenamento.

**Transporte**








Temperatura: -25°C a +60°C (-13°F a 140°F)  
 Umidade: 5% a 93% umidade relativa, sem condensação  
 Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

**Armazenamento**

Temperatura: -25°C a +60°C (-13°F a 140°F)  
 Umidade: 5% a 93% umidade relativa, sem condensação  
 Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa



IP68








		<b>Simulador de ouvido</b> Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	<b>Acoplador 2CC</b> Medido de acordo com o ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
  <p><b>Informações técnicas</b> O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.</p>		<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p> 	<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p> 
OSPL90	Pico	119 dB SPL	108 dB SPL
	1600 Hz	111 dB SPL	103 dB SPL
	HFA-OSPL90	111 dB SPL	104 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico	57 dB	47 dB
	1600 Hz	51 dB	43 dB
	HFA-FOG	51 dB	43 dB
Ganho de teste de referência		36 dB	27 dB
Faixa de frequência		100-9500 Hz	100-9300 Hz
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 3 %	< 2 %
	1600 Hz	< 3 %	< 2 %
Nível de ruído de entrada equivalente		19 dB SPL	19 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	1.6 mA	1.6 mA
	Quiescente	1.5 mA	1.5 mA
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>3</sup>		65	65
Expectativa de vida útil da bateria, horas (Tamanho da bateria 10 - IEC PR70) <sup>4</sup>		50-60	

1) Medido com o controle de ganho dos aparelhos auditivos na posição total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994, mas sem influência de feedback.

2) A corrente da bateria é medida de acordo com IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 após um tempo de acomodação mínimo de 3 minutos.

3) Com base no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.

4) A vida útil da bateria é mostrada como um intervalo estimado, baseado em uma combinação de casos de uso, com configurações de amplificação variáveis e níveis de entrada variáveis.








		<b>Simulador de ouvido</b> Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	<b>Acoplador 2CC</b> Medido de acordo com o ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
 <p><b>Informações técnicas</b> O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.</p>		<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p> 	<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p> 
OSPL90	Pico	119 dB SPL	109 dB SPL
	1600 Hz	111 dB SPL	103 dB SPL
	HFA-OSPL90	111 dB SPL	104 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico	57 dB	47 dB
	1600 Hz	51 dB	43 dB
	HFA-FOG	51 dB	43 dB
Ganho de teste de referência		36 dB	27 dB
Faixa de frequência		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 3 %	< 2 %
	1600 Hz	< 3 %	< 2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni	19 dB SPL	19 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	1.6 mA	1.6 mA
	Quiescente	1.5 mA	1.5 mA
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>3</sup>		65	65
Expectativa de vida útil da bateria, horas (Tamanho da bateria 10 - IEC PR70) <sup>4</sup>		50-60	

1) Medido com o controle de ganho dos aparelhos auditivos na posição total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994, mas sem influência de feedback.

2) A corrente da bateria é medida de acordo com IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 após um tempo de acomodação mínimo de 3 minutos.

3) Com base no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.

4) A vida útil da bateria é mostrada como um intervalo estimado, baseado em uma combinação de casos de uso, com configurações de amplificação variáveis e níveis de entrada variáveis.








		<b>Simulador de ouvido</b> Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	<b>Acoplador 2CC</b> Medido de acordo com o ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
 <p><b>90</b></p> <p><b>Informações técnicas</b> O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.</p>		<b>OSPL90</b> 	<b>OSPL90</b> 
		<b>Ganho total</b> 	<b>Ganho total</b> 
		<b>Resposta de frequência</b> 	<b>Resposta de frequência</b> 
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	128 dB SPL 124 dB SPL 124 dB SPL	119 dB SPL 116 dB SPL 116 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	64 dB 61 dB 60 dB	56 dB 53 dB 52 dB
Ganho de teste de referência		49 dB	40 dB
Faixa de frequência		100-9500 Hz	100-8700 Hz
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 3 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omi	18 dB SPL	18 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	1.8 mA	2.0 mA
	Quiescente	1.6 mA	1.6 mA
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>3</sup>		55	50
Expectativa de vida útil da bateria, horas (Tamanho da bateria 10 - IEC PR70) <sup>4</sup>		40-55	

1) Medido com o controle de ganho dos aparelhos auditivos na posição total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994, mas sem influência de feedback.

2) A corrente da bateria é medida de acordo com IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 após um tempo de acomodação mínimo de 3 minutos.

3) Com base no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.

4) A vida útil da bateria é mostrada como um intervalo estimado, baseado em uma combinação de casos de uso, com configurações de amplificação variáveis e níveis de entrada variáveis.

		<b>Simulador de ouvido</b> Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	<b>Acoplador 2CC</b> Medido de acordo com o ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
 <p><b>90</b></p>			
<p><b>Informações técnicas</b> O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.</p>		<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p> 	<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p> 
OSPL90	Pico	128 dB SPL	119 dB SPL
	1600 Hz	124 dB SPL	116 dB SPL
	HFA-OSPL90	124 dB SPL	116 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico	64 dB	56 dB
	1600 Hz	61 dB	53 dB
	HFA-FOG	60 dB	52 dB
Ganho de teste de referência		49 dB	40 dB
Faixa de frequência		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 3 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Nível de ruído de entrada equivalente		18 dB SPL	19 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	1.8 mA	2.0 mA
	Quiescente	1.6 mA	1.6 mA
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>3</sup>		55	50
Expectativa de vida útil da bateria, horas (Tamanho da bateria 10 - IEC PR70) <sup>4</sup>		40-55	

1) Medido com o controle de ganho dos aparelhos auditivos na posição total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994, mas sem influência de feedback.

2) A corrente da bateria é medida de acordo com IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 após um tempo de acomodação mínimo de 3 minutos.

3) Com base no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.

4) A vida útil da bateria é mostrada como um intervalo estimado, baseado em uma combinação de casos de uso, com configurações de amplificação variáveis e níveis de entrada variáveis.

**Sede**  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Dinamarca



SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Dinamarca

250007BR / 2022.05.31 / v1



	Own 1	Own 2	Own 3	
<b>Entendimento da fala</b>	MoreSound Intelligence™	Nível 1	Nível 2	Nível 3
	- Configuração do ambiente	5 Opções	5 Opções	3 Opções
	- Orelha Externa Virtual	3 configurações	2 configurações	1 configuração
	- Balanceador Espacial	100%	60%	60%
	- Supressão de Ruído Neural, Difícil/Fácil	10 dB / 4 dB	6 dB / 2 dB	6 dB / 0 dB
	- Aprimorador de Som	3 configurações	2 configurações	1 configuração
	MoreSound Amplifier™	•	•	•
	Prevenção de Feedback	MoreSound Optimizer™ & Feedback shield	MoreSound Optimizer™ & Feedback shield	MoreSound Optimizer™ & Feedback shield
	Spatial Sound™	4 Estimadores	2 Estimadores	2 Estimadores
	Soft Speech Booster	•	•	•
<b>Qualidade sonora</b>	Redução de frequência	Speech Rescue™	Speech Rescue™	Speech Rescue™
	Clear Dynamics	•	•	-
	Prioridade para o melhor ouvido	•	•	-
	Largura de banda de Adaptação*	10 kHz	8 kHz	8 kHz
	BassBoost (em tempo real)**	◦	◦	◦
	Canais de Processamento	64	48	48
<b>Conforto auditivo</b>	Gerenciamento de Ruído Transiente	4 configurações	3 configurações	3 configurações
	Gerenciamento de Ruído de Vento	•	•	•
<b>Personalização e Ajuste de Otimização</b>	Bandas de adaptação	24	20	18
	Opções de direcionalidade múltiplas	•	•	•
	Gerenciamento de Adaptação	•	•	•
	Razão de adaptação	VAC+, NAL-NL1/NAL-NL2, DSL 5.0	VAC+, NAL-NL1/NAL-NL2, DSL 5.0	VAC+, NAL-NL1/NAL-NL2, DSL 5.0
<b>Conectando-se com o mundo</b>	Comunicação sem as mãos**,**	◦	◦	◦
	Transmissão direta**,**	◦	◦	◦
	Oticon ON App e Oticon RemoteCare App**	◦	◦	◦
	ConnectClip**	◦	◦	◦
	EduMic**	◦	◦	◦
	Controle Remote 3.0**	◦	◦	◦
	Adaptor de TV 3.0**	◦	◦	◦
	Tinnitus SoundSupport™*****	◦	◦	◦

\* Largura de banda acessível para ajustes de ganho durante adaptação

\*\* Requer 2,4 GHz

\*\*\* A comunicação em viva-voz está disponível com iPhone 11 ou posterior com iOS 15.2 ou posterior e iPad com iPadOS 15.2 ou posterior

\*\*\*\* De iPhone, iPad, iPod touch, e dispositivos Android™ selecionados

\*\*\*\*\* Requer botão de pressão

• Padrão

◦ Opcional

- Não incluído

**Condições operacionais**

Temperatura: +1°C a +40°C (34°F a 104°F)

Umidade: 5% a 93% umidade relativa, sem condensação

Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

**Condições de armazenamento e transporte**

A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante o transporte e o armazenamento.

**Transporte**

Temperatura: -25°C a +60°C (-13°F a 140°F)

Umidade: 5% a 93% umidade relativa, sem condensação

Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

**Armazenamento**

Temperatura: -25°C a +60°C (-13°F a 140°F)

Umidade: 5% a 93% umidade relativa, sem condensação

Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Os aparelhos Oticon Own™ ITC e ITE meia concha e conchas completas são modelos intra-auriculares que apresentam um botão de pressão opcional e controle de volume. Eles são alimentados por baterias descartáveis e podem ser entregues com uma telebobina ou tecnologia Bluetooth® de Baixo Consumo. Com tecnologia Bluetooth® de Baixo Consumo de Energia, eles podem transmitir diretamente do iPhone, iPad, iPod touch e dispositivos Android™ selecionados compatíveis com ASHA\*\*. Eles são aparelhos auditivos Made for iPhone compatíveis com comunicação em viva-voz.\*\*\*

O MoreSound Intelligence™ cria uma representação mais precisa e natural de sons individuais com contrastes mais claros e distintos, possibilitando acesso a todos os sons relevantes.

O MoreSound Amplifier™ analisa detalhes no som e os amplifica de maneira ideal para que o cérebro tenha acesso a informações relevantes.

O Oticon Own é construído na plataforma inovadora Polaris™, que usa uma Rede Neural Profunda para gerenciar de forma rápida e otimizada os sons recebidos com base nas necessidades individuais.

A Apple, o logotipo da Apple, iPhone, iPad e iPod touch são marcas da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.



Para informação sobre compatibilidade, visite [www.oticon.global/compatibility](http://www.oticon.global/compatibility)







	Own 4	Own 5	
<b>Entendimento da fala</b>	OpenSound Navigator™	•	-
	- Efeito de equilíbrio de energia	40%	-
	- Máx. remoção de ruído difícil/simples	6 dB / 0 dB	-
	Direcionalidade adaptativa multibanda	-	•
	Redução de ruído	-	•
	Protetor de Fala™	•	-
	Compressão única	-	•
	Redução de frequência	Speech Rescue™	Speech Rescue™
<b>Qualidade sonora</b>	Largura de banda de Adaptação*	8 kHz	8 kHz
	BassBoost (em tempo real)**	◦	◦
	Canais de Processamento	48	48
<b>Conforto auditivo</b>	Gerenciamento de feedback	SuperShield & Feedback shield	SuperShield & Feedback shield
	Gerenciamento de Ruído Transiente	Ligar/Desligar	-
	Gerenciamento de Ruído de Vento	•	•
<b>Personalização e Ajuste de Otimização</b>	Bandas de adaptação	14	12
	Opções de direcionalidade múltiplas	•	•
	Gerenciamento de Adaptação	•	•
	Razão de adaptação	NAL-NL1/NAL-NL2, DSL v5.0	NAL-NL1/NAL-NL2, DSL v5.0
<b>Conectando-se com o mundo</b>	Comunicação sem as mãos**,***	◦	◦
	Transmissão direta**,****	◦	◦
	Oticon ON App e Oticon RemoteCare App**	◦	◦
	ConnectClip**	◦	◦
	EduMic**	◦	◦
	Controle Remote 3.0**	◦	◦
	Adaptor de TV 3.0**	◦	◦
	Tinnitus SoundSupport™*****	◦	◦

\* Largura de banda acessível para ajustes de ganho durante adaptação

\*\* Requer 2.4 GHz

\*\*\* A comunicação em viva-voz está disponível com iPhone 11 ou posterior com iOS 15.2 ou posterior e iPad com iPadOS 15.2 ou posterior

\*\*\*\* De iPhone, iPad, iPod touch, e dispositivos Android™ selecionados

\*\*\*\*\* Requer botão de pressão

• Padrão

◦ Opcional

- Não incluído

**Condições operacionais**

Temperatura: +1°C a +40°C (34°F a 104°F)

Umidade: 5% a 93% umidade relativa,

sem condensação

Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

**Condições de armazenamento e transporte**

A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante o transporte e o armazenamento.

**Transporte**

Temperatura: -25°C a +60°C (-13°F a 140°F)

Umidade: 5% a 93% umidade relativa,

sem condensação

Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

**Armazenamento**

Temperatura: -25°C a +60°C (-13°F a 140°F)

Umidade: 5% a 93% umidade relativa,

sem condensação

Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

A Apple, o logotipo da Apple, iPhone, iPad e iPod touch são marcas da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.







Os aparelhos Oticon Own™ ITC e ITE meia concha e conchas completas são modelos intra-auriculares que apresentam um botão de pressão opcional e controle de volume. Eles são alimentados por baterias descartáveis e podem ser entregues com uma telebobina ou tecnologia Bluetooth® de Baixo Consumo. Com tecnologia Bluetooth® de Baixo Consumo de Energia, eles podem transmitir diretamente do iPhone, iPad, iPod touch e dispositivos Android™ selecionados compatíveis com ASHA\*\*. Eles são aparelhos auditivos Made for iPhone compatíveis com comunicação em viva-voz.\*\*\*

O OpenSound Navigator™ fornece acesso à fala em 360°, tornando o ouvinte mais facilmente ciente do que está acontecendo ao seu redor.

O Speech Guard™ fornece sons de fala mais naturais e claros, fazendo com que os detalhes da fala se destaquem mais.

A plataforma Polaris™ oferece tremenda velocidade e capacidade de memória para processamento audiológico.










		<b>Simulador de ouvido</b> Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	<b>Acoplador 2CC</b> Medido de acordo com o ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
 <p><b>75</b></p> <p><b>Informações técnicas</b> O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.</p>		<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p>  <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>	<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p>  <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	120 dB SPL 110 dB SPL 111 dB SPL	109 dB SPL 102 dB SPL 103 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	58 dB 48 dB 48 dB	46 dB 40 dB 40 dB
Ganho de teste de referência		36 dB	26 dB
Faixa de frequência		100-9500 Hz	100-9400 Hz
Saída da bobina de indução	Campo de 1 mA/m (1600 Hz)	79 dB SPL	-
	Campo de 10 mA/m (1600 Hz)	99 dB SPL	-
	DIVISÕES HFA E/D	-	85/85 dB SPL
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 3 %	< 2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni	18 dB SPL	17 dB SPL
	Dir	26 dB SPL	28 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	1.9 mA	2.0 mA
	Quiesscente	1.9 mA	1.9 mA
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>3</sup>		95	90
Expectativa de vida útil da bateria, horas <sup>4</sup>		55-60	

1) Medido com o controle de ganho dos aparelhos auditivos na posição total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994, mas sem influência de feedback.

2) A corrente da bateria é medida de acordo com IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 após um tempo de acomodação mínimo de 3 minutos.

3) Com base no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.

4) A vida útil real da bateria de uso é mostrada como um intervalo estimado com base em casos de uso mistos com configurações de amplificação variáveis e níveis de entrada variáveis, incluindo streaming estéreo direto de uma TV (25% do tempo) e streaming de um telefone celular (6% do tempo).








		<b>Simulador de ouvido</b> Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	<b>Acoplador 2CC</b> Medido de acordo com o ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006	
 <p><b>75</b></p>  <p><b>Informações técnicas</b> O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.</p>		<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p>  <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>	<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p>  <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>	
	OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	120 dB SPL 110 dB SPL 111 dB SPL	109 dB SPL 102 dB SPL 103 dB SPL
	Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	58 dB 48 dB 48 dB	46 dB 40 dB 40 dB
	Ganho de teste de referência		36 dB	26 dB
Faixa de frequência		100-7500 Hz	100-7500 Hz	
Saída da bobina de indução	Campo de 1 mA/m (1600 Hz)	79 dB SPL	-	
	Campo de 10 mA/m (1600 Hz)	99 dB SPL	-	
	DIVISÕES HFA E/D	-	85/85 dB SPL	
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %	
	800 Hz	< 2 %	< 2 %	
	1600 Hz	< 3 %	< 2 %	
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni	18 dB SPL	17 dB SPL	
	Dir	26 dB SPL	27 dB SPL	
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	1.9 mA	2.0 mA	
	Quiesscente	1.9 mA	1.9 mA	
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>3</sup>		95	90	
Expectativa de vida útil da bateria, horas <sup>4</sup>		55-60		

1) Medido com o controle de ganho dos aparelhos auditivos na posição total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994, mas sem influência de feedback.

2) A corrente da bateria é medida de acordo com IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 após um tempo de acomodação mínimo de 3 minutos.

3) Com base no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.

4) A vida útil real da bateria de uso é mostrada como um intervalo estimado com base em casos de uso mistos com configurações de amplificação variáveis e níveis de entrada variáveis, incluindo streaming estéreo direto de uma TV (25% do tempo) e streaming de um telefone celular (6% do tempo).








		<b>Simulador de ouvido</b> Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	<b>Acoplador 2CC</b> Medido de acordo com o ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
 <b>90</b> 		<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p>  <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>	<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p>  <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	129 dB SPL 124 dB SPL 124 dB SPL	119 dB SPL 115 dB SPL 116 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	63 dB 60 dB 59 dB	54 dB 51 dB 51 dB
Ganho de teste de referência		49 dB	39 dB
Faixa de frequência		100-9500 Hz	100-8500 Hz
Saída da bobina de indução	Campo de 1 mA/m (1600 Hz)	90 dB SPL	-
	Campo de 10 mA/m (1600 Hz)	110 dB SPL	-
	DIVISÕES HFA E/D	-	98/98 dB SPL
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 3 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni	15 dB SPL	15 dB SPL
	Dir	24 dB SPL	27 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	2.1 mA	2.4 mA
	Quiésciente	1.9 mA	1.9 mA
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>3</sup>		85	75
Expectativa de vida útil da bateria, horas <sup>4</sup>		40-60	

1) Medido com o controle de ganho dos aparelhos auditivos na posição total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994, mas sem influência de feedback.

2) A corrente da bateria é medida de acordo com IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 após um tempo de acomodação mínimo de 3 minutos.

3) Com base no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.

4) A vida útil real da bateria de uso é mostrada como um intervalo estimado com base em casos de uso mistos com configurações de amplificação variáveis e níveis de entrada variáveis, incluindo streaming estéreo direto de uma TV (25% do tempo) e streaming de um telefone celular (6% do tempo).








		<b>Simulador de ouvido</b> Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	<b>Acoplador 2CC</b> Medido de acordo com o ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
 <p><b>90</b></p>		<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p>  <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>	<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p>  <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	129 dB SPL 124 dB SPL 124 dB SPL	119 dB SPL 115 dB SPL 116 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	63 dB 60 dB 59 dB	54 dB 51 dB 51 dB
Ganho de teste de referência		49 dB	39 dB
Faixa de frequência		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Saída da bobina de indução	Campo de 1 mA/m (1600 Hz)	90 dB SPL	-
	Campo de 10 mA/m (1600 Hz)	110 dB SPL	-
	DIVISÕES HFA E/D	-	98/98 dB SPL
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 3 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni	15 dB SPL	15 dB SPL
	Dir	24 dB SPL	27 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	2.1 mA	2.4 mA
	Quiesscente	1.9 mA	1.9 mA
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>3</sup>		85	75
Expectativa de vida útil da bateria, horas <sup>4</sup>		40-60	

1) Medido com o controle de ganho dos aparelhos auditivos na posição total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994, mas sem influência de feedback.

2) A corrente da bateria é medida de acordo com IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 após um tempo de acomodação mínimo de 3 minutos.

3) Com base no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.

4) A vida útil real da bateria de uso é mostrada como um intervalo estimado com base em casos de uso mistos com configurações de amplificação variáveis e níveis de entrada variáveis, incluindo streaming estéreo direto de uma TV (25% do tempo) e streaming de um telefone celular (6% do tempo).








		<b>Simulador de ouvido</b> Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	<b>Acoplador 2CC</b> Medido de acordo com o ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
 <p><b>100</b></p>		<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p>  <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>	<p><b>OSPL90</b></p>  <p><b>Ganho total</b></p>  <p><b>Resposta de frequência</b></p>  <p>— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m</p>
OSPL90	Pico 1600 Hz HFA-OSPL90	134 dB SPL 134 dB SPL 131 dB SPL	126 dB SPL 126 dB SPL 123 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico 1600 Hz HFA-FOG	72 dB 70 dB 67 dB	64 dB 63 dB 60 dB
Ganho de teste de referência		60 dB	46 dB
Faixa de frequência		100-7500 Hz	100-5400 Hz
Saída da bobina de indução	Campo de 1 mA/m (1600 Hz)	101 dB SPL	-
	Campo de 10 mA/m (1600 Hz)	121 dB SPL	-
	DIVISÕES HFA E/D	-	105/105 dB SPL
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 3 %	< 2 %
	1600 Hz	< 3 %	< 2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni	11 dB SPL	15 dB SPL
	Dir	23 dB SPL	30 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	2.0 mA	2.1 mA
	Quiesscente	1.9 mA	1.9 mA
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>3</sup>		90	85
Expectativa de vida útil da bateria, horas <sup>4</sup>		50-60	

1) Medido com o controle de ganho dos aparelhos auditivos na posição total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994, mas sem influência de feedback.

2) A corrente da bateria é medida de acordo com IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 após um tempo de acomodação mínimo de 3 minutos.

3) Com base no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.

4) A vida útil real da bateria de uso é mostrada como um intervalo estimado com base em casos de uso mistos com configurações de amplificação variáveis e níveis de entrada variáveis, incluindo streaming estéreo direto de uma TV (25% do tempo) e streaming de um telefone celular (6% do tempo).

		<b>Simulador de ouvido</b> Medido de acordo com o IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e IEC 60318-4:2010	<b>Acoplador 2CC</b> Medido de acordo com o ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006
	<b>Informações técnicas</b> O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.	<b>OSPL90</b> 	<b>OSPL90</b> 
	<b>Aviso ao fornecedor do aparelho</b> A capacidade de saída máxima do aparelho auditivo pode exceder 132 dB SPL (IEC 711). Deve ser tomado cuidado especial ao selecionar e ajustar o aparelho, pois pode haver risco de prejudicar a audição remanescente do usuário do aparelho auditivo.	<b>Ganho total</b> 	<b>Ganho total</b> 
		<b>Resposta de frequência</b> 	<b>Resposta de frequência</b> 
		— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m	— Entrada acústica: 60 dB SPL - - - Entrada magnética: 31.6 mA/m
OSPL90	Pico	134 dB SPL	126 dB SPL
	1600 Hz	134 dB SPL	126 dB SPL
	HFA-OSPL90	131 dB SPL	123 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico	72 dB	64 dB
	1600 Hz	70 dB	63 dB
	HFA-FOG	67 dB	60 dB
Ganho de teste de referência		60 dB	46 dB
Faixa de frequência		100-7500 Hz	100-5400 Hz
Saída da bobina de indução	Campo de 1 mA/m (1600 Hz)	101 dB SPL	-
	Campo de 10 mA/m (1600 Hz)	121 dB SPL	-
	DIVISÕES HFA E/D	-	105/105 dB SPL
Distorção harmônica total (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 3 %	< 2 %
	1600 Hz	< 3 %	< 2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni	12 dB SPL	15 dB SPL
	Dir	23 dB SPL	30 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	2.0 mA	2.1 mA
	Quiésciente	1.9 mA	1.9 mA
Vida útil bateria, medida em laboratório, horas <sup>3</sup>		90	85
Expectativa de vida útil da bateria, horas <sup>4</sup>		50-60	

1) Medido com o controle de ganho dos aparelhos auditivos na posição total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994, mas sem influência de feedback.

2) A corrente da bateria é medida de acordo com IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13 após um tempo de acomodação mínimo de 3 minutos.

3) Com base no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.

4) A vida útil real da bateria de uso é mostrada como um intervalo estimado com base em casos de uso mistos com configurações de amplificação variáveis e níveis de entrada variáveis, incluindo streaming estéreo direto de uma TV (25% do tempo) e streaming de um telefone celular (6% do tempo).





**Sede**  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Dinamarca



SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Dinamarca

250026BR / 2022.06.08 / v1

## Radiant 100 | 80 | 60 | 40 | 20 IIC, CIC

### Guia de Especificações

**Sonic Radiant IIC e CIC são os menores aparelhos auditivos intra-auriculares personalizados da família Radiant, adequados para perdas auditivas leves a severas.** Sua colocação profunda no canal permite que o usuário se beneficie do Efeito Pavilhão natural e melhore suas habilidades de localização sonora.

Cada estilo oferece dois níveis de receptor para acomodar melhor as necessidades dos usuários. Alimentados pela plataforma Extend e oferecendo tecnologias Radian, os estilos personalizados Radiant IIC e CIC incluem nossa tecnologia de aparelhos auditivos de última geração para uma audição clara e nítida.

IIC




RT100|80|60|40|20 IIC

CIC



RT100|80|60|40|20 CIC



### Recursos técnicos



- Tamanho da pilha: 10
- Revestimento hidrofóbico
- Classificação IP68
- Botão de pressão\*
- Indução magnética de campo próximo (NFI)\*

\* Recursos opcionais disponíveis apenas para CIC

# Radiant 100



- Receptor 90 CIC
- Receptor 90 IIC
- Receptor 75 CIC
- Receptor 75 IIC

## Acoplador 2CC



	IIC		CIC	
	Receptor 75	Receptor 90	Receptor 75	Receptor 90
OSPL90, Pico (dB SPL)	108	119	108	119
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	102	115	103	116
OSPL90, HFA (dB SPL)	103	116	104	116
Ganho total, Pico (dB)	42	50	47	56
Ganho total, 1600 Hz (dB)	40	49	43	53
Ganho total, HFA (dB)	39	49	43	52
Ganho no teste de referência (dB)	27	39	27	40
Corrente Quiescente (mA)	1.6	1.6	1.5	1.6
Corrente Operação (mA)	1.7	2.3	1.6	2.0
Distorção 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<3	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Faixa de frequência (Hz)	100-9200	100-9400	100-9300	100-8700
Entrada de ruído equivalente <sup>1)</sup> dB(A)	19	19	19	18

## Simulador de ouvido



	IIC		CIC	
	Receptor 75	Receptor 90	Receptor 75	Receptor 90
OSPL90, Pico (dB SPL)	119	128	119	128
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	111	124	111	124
OSPL90, HFA (dB SPL)	111	124	111	124
Ganho total, Pico (dB)	53	58	57	64
Ganho total, 1600 Hz (dB)	48	57	51	61
Ganho total, HFA (dB)	48	56	51	60
Ganho no teste de referência (dB)	37	49	36	49
Corrente quiescente (mA)	1.6	1.6	1.5	1.6
Corrente Operação (mA)	1.6	1.8	1.6	1.8
Tamanho da bateria	10	10	10	10
Distorção 500/800/1600 Hz (%)	<2/<3/<4	<2/<4/<2	<2/<3/<3	<2/<3/<2
Faixa de frequência (Hz)	100-9500	100-9500	100-9500	100-9500
Entrada de ruído equivalente <sup>1)</sup> dB(A)	19	17	19	18

1) Dados técnicos medidos com expansão, correspondem as medidas realizadas na caixa teste.

"2cc" refere-se a um acoplador de acordo com IEC 60318-5:2006. "Simulador de ouvido" refere-se a um acoplador de acordo com IEC 60318-4:2010.



Versões aplicadas: IEC 60118-0/A1:1994, IEC 60118-1/A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.

Ganho máximo é medido com o controle do ganho do aparelho auditivo ajustado para sua posição de ativação total em menos de 20 dB e com uma entrada NPS de 70 dB.

Isto é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho máximo de, e. IEC 60118-0+A1:1994, mas sem a influência do feedback.



- Receptor 90 CIC
- Receptor 90 IIC
- Receptor 75 CIC
- Receptor 75 IIC

## Acoplador 2CC



	IIC		CIC	
	Receptor 75	Receptor 90	Receptor 75	Receptor 90
OSPL90, Pico (dB SPL)	108	119	109	119
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	103	115	103	116
OSPL90, HFA (dB SPL)	103	116	104	116
Ganho total, Pico (dB)	43	50	47	56
Ganho total, 1600 Hz (dB)	40	49	43	53
Ganho total, HFA (dB)	40	49	43	52
Ganho no teste de referência (dB)	27	39	27	40
Corrente Quiescente (mA)	1.6	1.6	1.5	1.6
Corrente Operação (mA)	1.6	2.3	1.6	2.0
Distorção 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<3	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Faixa de frequência (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Entrada de ruído equivalente <sup>1)</sup> dB(A)	19	19	19	19

## Simulador de ouvido



	IIC		CIC	
	Receptor 75	Receptor 90	Receptor 75	Receptor 90
OSPL90, Pico (dB SPL)	119	128	119	128
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	111	124	111	124
OSPL90, HFA (dB SPL)	111	124	111	124
Ganho total, Pico (dB)	53	58	57	64
Ganho total, 1600 Hz (dB)	48	57	51	61
Ganho total, HFA (dB)	48	56	51	60
Ganho no teste de referência (dB)	37	49	36	49
Corrente quiescente (mA)	1.6	1.6	1.5	1.6
Corrente Operação (mA)	1.6	1.8	1.6	1.8
Tamanho da bateria	10	10	10	10
Distorção 500/800/1600 Hz (%)	<2/<3/<4	<2/<4/<2	<2/<3/<3	<2/<3/<2
Faixa de frequência (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Entrada de ruído equivalente <sup>1)</sup> dB(A)	19	17	19	18

1) Dados técnicos medidos com expansão, correspondem as medidas realizadas na caixa teste.

"2cc" refere-se a um acoplador de acordo com IEC 60318-5:2006. "Simulador de ouvido" refere-se a um acoplador de acordo com IEC 60318-4:2010.

Versões aplicadas: IEC 60118-0/A1:1994, IEC 60118-1/A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.

Ganho máximo é medido com o controle do ganho do aparelho auditivo ajustado para sua posição de ativação total em menos de 20 dB e com uma entrada NPS de 70 dB. Isto é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho máximo de, ex. IEC 60118-0+A1:1994, mas sem a influência do feedback.

## Visão geral dos recursos

	Radiant 100	Radiant 80	Radiant 60	Radiant 40	Radiant 20
<b>Tecnologias Radian</b>					
Processamento da Fala Radian	●	●	●	●	●
Otimizador da Fala	3 opções	2 opções	●	●	●
Minimizador de Ruído	4 opções	2 opções	–	–	–
Gerenciamento de Ruído Radian	●	●	●	●	●
Redução de Ruído SPiN	4 opções	4 opções	3 opções	3 opções	2 opções
Radian Engage	4 opções	3 opções	2 opções	●	●
<b>Opções de Processamento</b>					
Largura de Banda de Frequência	10 kHz	8 kHz	8 kHz	8 kHz	8 kHz
Faixa Dinâmica Estendida	●	●	–	–	–
Transferência de Frequência	●	●	●	●	●
<b>Opções de direcionalidade</b>					
Direcionalidade Omni	●	●	●	●	●
<b>Opções de conforto</b>					
Redutor do Ruído de Impulso	4 opções	3 opções	3 opções	2 opções	–
Gerenciador de Ruído Suave	●	●	●	●	●
Gerenciamento de Ruído Binaural <sup>2)</sup>	●	●	–	–	–
Cancelamento de Feedback Adaptativo Pro	●	●	●	●	●
<b>Opções de programação</b>					
Personalização	●	●	●	●	●
Bandas de Adaptação	24	20	18	14	12
Ambientes <sup>1)</sup>	9	8	8	6	4
Programas de Escuta Manual <sup>1)</sup>	4	4	4	4	4
Programa Universal	●	●	●	●	●
Programa SmartMusic Pro <sup>1)</sup>	●	●	●	●	–
Programa Avião <sup>1)</sup>	●	–	–	–	–
Data Logging	●	●	●	●	●
Gerenciador de Adaptação	●	●	●	●	●
Tinnitus SoundSupport <sup>1) 2)</sup>	●	●	●	●	●
Ajuste de orelha real	●	●	●	●	●
<b>Opções de conveniência</b>					
Binaural CV e Alteração de Programa <sup>2)</sup>	●	●	●	●	●
Indicadores Audíveis	●	●	●	●	●
Tamanho da Etapa de Controle de Volume	●	●	●	●	●
Atraso de Inicialização	●	●	●	●	●

<sup>1)</sup> Requer botão de pressão (disponível apenas no CIC) ● Disponível

<sup>2)</sup> Requer NFMI (disponível apenas no CIC) – Indisponível

**Aparelhos Radiant 100|80|60|40|20 IIC e CIC podem ser programados com EXPRESSfit® Pro 2022.2 ou posterior**

### Condições de Operação

- Temperatura: +1 °C até +40 °C (+34 °F até +104 °F)
- Umidade: 5 % a 93 %, umidade relativa, sem condensação
- Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

### Condições de Armazenamento e Transporte

- A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por longos períodos durante o transporte e armazenamento:
- Temperatura: -25 °C até +60 °C (-13 °F até +140 °F)
  - Umidade: 5 % a 93 %, umidade relativa, sem condensação
  - Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa



**SBO Hearing A/S**  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Dinamarca

### Sede mundial

**Sonic Innovations, Inc.**  
2501 Cottontail Lane  
Somerset, NJ 08873  
EUA  
+1 888 423 7834

**IP68**

[www.sonici.com](http://www.sonici.com)

Sonic is part of the Demant group.

2022-05-12 | 253373 | BR



## Radiant 100 | 80 | 60 | 40 | 20 ITC, ITE HS, ITE FS

### Guia de Especificações

**Sonic Radiant ITC, ITE HS e ITE FS são os aparelhos auditivos intra-auriculares personalizados mais personalizados da Sonic, adequados para perdas auditivas leves a severas.**

Cada modelo oferece vários níveis de adaptação, opções e cores para atender às necessidades e preferências individuais. Os recursos opcionais incluem tecnologia de 2,4 GHz e tecnologia de indução magnética de campo próximo (NFMI)

para transmitir som para ambos os ouvidos a partir de um iPhone, iPad ou iPod e dispositivos Android™. Alimentados pela Extend Platform e oferecendo tecnologias Radian, esses estilos Radiant contam com a nossa tecnologia de aparelhos auditivos de última geração e recursos flexíveis para uma audição clara e nítida.



RT 100|80|60|40|20 ITC (Dentro do Canal)



RT 100|80|60|40|20 ITE HS (Meia Concha)






RT 100|80|60|40|20 ITE FS (Concha Completa)

Made for

iPhone | iPad | iPod

Works with

android



### Recursos técnicos

- Tamanho da pilha: 312
- Microfones direcionais
- Indução magnética de campo próximo (NFMI)
- Revestimento hidrofóbico
- Classificação IP68
- Bluetooth® de Baixo Consumo de 2,4 GHz\*
- Botão de pressão\*
- Controle de volume\*
- Bobina telefônica\*

### Recursos de conectividade\*\*

- Streaming de áudio direto (com dispositivos iOS e Android™ compatíveis)
- Comunicação em viva voz (com dispositivos iOS compatíveis)
- App SoundLink 2 (com dispositivos iOS e Android™ compatíveis)
- App SoundLink Connect (com dispositivos iOS e Android™ compatíveis)
- RC-A (controle remoto)
- TV-A (adaptador de TV)
- Noahlink Wireless (interface de programação sem fio)
- SoundClip-A

Sonic Radiant é um aparelho auditivo Made for iPhone, iPad, iPod. Para ligação direta com Android é necessário Android 10 ou posterior, Bluetooth 5.0 e uma implementação de protocolo de áudio para aparelhos auditivos (ASHA) ou dispositivo Android. Para informação sobre compatibilidade, visite o site [www.sonici.com/connectivity](http://www.sonici.com/connectivity).



\* Recursos opcionais

\*\* Disponível apenas para aparelhos auditivos com Bluetooth de 2,4 GHz de Baixo Consumo

# Radiant 100



- Receptor 100
- ⋯ Receptor 90
- Receptor 75

## Acoplador 2CC



	Receptor 75	Receptor 90	Receptor 100
OSPL90, Pico (dB SPL)	109	119	126
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	102	115	126
OSPL90, HFA (dB SPL)	103	116	123
Ganho total, Pico (dB)	46	54	64
Ganho Total, 1600 Hz (dB)	40	51	63
Ganho total, HFA (dB)	40	51	60
Ganho no teste de referência (dB)	26	39	46
Corrente Quiescente (mA)	1.9	1.9	1.9
Corrente de Operação (mA)	2.0	2.4	2.1
Distorção 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Faixa de Frequência (Hz)	100-9400	100-8500	100-5400
Entrada de Ruído Equivalente <sup>1)</sup> dB(A)	17	15	15
Bobina Telefônica 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	69	80	91
Bobina Telefônica HFA SPLITS (dB SPL)	85	98	105

## Simulador de ouvido



	Receptor 75	Receptor 90	Receptor 100
OSPL90, Pico (dB SPL)	120	129	134
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	110	124	134
OSPL90, HFA (dB SPL)	111	124	131
Ganho total, Pico (dB)	58	63	72
Ganho total, 1600 Hz (dB)	48	60	70
Ganho total, HFA (dB)	48	59	67
Ganho Teste Referência (dB)	36	49	60
Corrente Quiescente (mA)	1.9	1.9	1.9
Corrente de Operação (mA)	1.9	2.1	2.0
Tamanho da Bateria	312	312	312
Distorção 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<3	<2/<3/<2	<2/<3/<3
Faixa de Frequência (Hz)	100-9500	100-9500	100-7500
Entrada de Ruído Equivalente <sup>1)</sup> dB(A)	18	15	11
Bobina Telefônica 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	79	90	101

1) Dados técnicos medidos com expansão, correspondem as medidas realizadas na caixa teste.

"2cc" refere-se a um acoplador de acordo com IEC 60318-5:2006. "Simulador de ouvido" refere-se a um acoplador de acordo com IEC 60318-4:2010. Versões aplicadas: IEC 60118-0/A1:1994, IEC 60118-1/A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.

Ganho máximo é medido com o controle do ganho do aparelho auditivo ajustado para sua posição de ativação total em menos de 20 dB e com uma entrada NPS de 70 dB.



Isto é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho máximo de ex. IEC 60118-0+A1:1994, mas sem a influência do feedback.

### Aviso ao dispensador de instrumentos

A capacidade máxima de saída do aparelho auditivo pode exceder 132 dB NPS (IEC 60318-4).



\* Deve-se tomar cuidado especial ao selecionar e ajustar o instrumento, pois pode haver risco de prejudicar a audição restante do usuário do aparelho auditivo.

## Acoplador 2CC



	Receptor 75	Receptor 90	Receptor 100
OSPL90, Pico (dB SPL)	109	119	126
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	102	115	126
OSPL90, HFA (dB SPL)	103	116	123
Ganho total, Pico (dB)	46	54	64
Ganho Total, 1600 Hz (dB)	40	51	63
Ganho total, HFA (dB)	40	51	60
Ganho no teste de referência (dB)	26	39	46
Corrente Quiescente (mA)	1.9	1.9	1.9
Corrente de Operação (mA)	2.0	2.4	2.1
Distorcão 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Faixa de Frequência (Hz)	100-7500	100-7500	100-5400
Entrada de Ruído Equivalente <sup>1)</sup> dB(A)	17	15	15
Bobina Telefônica 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	69	80	91
Bobina Telefônica HFA SPLITS (dB SPL)	85	98	105

## Simulador de ouvido



	Receptor 75	Receptor 90	Receptor 100
OSPL90, Pico (dB SPL)	120	129	134
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	110	124	134
OSPL90, HFA (dB SPL)	111	124	131
Ganho total, Pico (dB)	58	63	72
Ganho total, 1600 Hz (dB)	48	60	70
Ganho total, HFA (dB)	48	59	67
Ganho Teste Referência (dB)	36	49	60
Corrente Quiescente (mA)	1.9	1.9	1.9
Corrente de Operação (mA)	1.9	2.1	2.0
Tamanho da Bateria	312	312	312
Distorcão 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<3	<2/<3/<2	<2/<3/<3
Faixa de Frequência (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500
Entrada de Ruído Equivalente <sup>1)</sup> dB(A)	18	15	12
Bobina Telefônica 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	79	90	101

1) Dados técnicos medidos com expansão, correspondem as medidas realizadas na caixa teste.

"2cc" refere-se a um acoplador de acordo com IEC 60318-5:2006. "Simulador de ouvido" refere-se a um acoplador de acordo com IEC 60318-4:2010. Versões aplicadas: IEC 60118-0/A1:1994, IEC 60118-1/A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.

Ganho máximo é medido com o controle do ganho do aparelho auditivo ajustado para sua posição de ativação total em menos de 20 dB e com uma entrada NPS de 70 dB.

Isto é para obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho máximo de ex. IEC 60118-0+A1:1994, mas sem a influência do feedback.

### Aviso ao dispensador de instrumentos

A capacidade máxima de saída do aparelho auditivo pode exceder 132 dB NPS (IEC 60318-4).

\* Deve-se tomar cuidado especial ao selecionar e ajustar o instrumento, pois pode haver risco de prejudicar a audição restante do usuário do aparelho auditivo.

# Visão geral dos recursos

	Radiant 100	Radiant 80	Radiant 60	Radiant 40	Radiant 20
<b>Tecnologias Radian</b>					
Processamento da Fala Radian	●	●	●	●	●
Otimizador da Fala	3 opções	2 opções	●	●	●
Minimizador de Ruído	4 opções	2 opções	–	–	–
Gerenciamento de Ruído Radian	●	●	●	●	●
Redução de Ruído Radian	4 opções	4 opções	3 opções	3 opções	2 opções
Direcionalidade Radian	●	●	●	●	–
Estados Radian	3 opções	2 opções	–	–	–
Perfil de Som Omni	2 opções	2 opções	–	–	–
Radian Engage	4 opções	3 opções	2 opções	●	●
<b>Opções de processamento</b>					
Largura de Banda de Frequência	10 kHz	8 kHz	8 kHz	8 kHz	8 kHz
Faixa Dinâmica Estendida	●	●	–	–	–
Aprimoramento de Frequência Baixa <sup>3)</sup>	●	●	●	●	●
Transferência de Frequência	●	●	●	●	●
<b>Opções de direcionalidade</b>					
Direcionalidade Radian	●	●	●	●	–
Direcionalidade Adaptativa	●	●	●	●	●
Direcionalidade Fixa	●	●	●	●	●
Direcionalidade Omni	●	●	●	●	●
<b>Opções de conforto</b>					
Redutor do Ruído de Impulso	4 opções	3 opções	3 opções	2 opções	–
Redutor do Ruído de Vento	●	●	●	●	●
Gerenciador de Ruído Suave	●	●	●	●	●
Gerenciador de Ruído Binaural	●	●	–	–	–
Adaptive Feedback Canceller Pro	●	●	●	●	●
<b>Opções de programação</b>					
Personalização	●	●	●	●	●
Bandas de Adaptação	24	20	18	14	12
Ambientes <sup>1)</sup>	13	12	12	10	8
Programas de Escuta Manual <sup>4)</sup>	4	4	4	4	4
Programa Universal	●	●	●	●	●
Programa SmartMusic Pro <sup>4)</sup>	●	●	●	●	–
Programa Avião <sup>4)</sup>	●	–	–	–	–
Data Logging	●	●	●	●	●
Gerenciador de Adaptação	●	●	●	●	●
Tinnitus SoundSupport <sup>2)</sup>	●	●	●	●	●
Programação Sem Fio Noahlink <sup>3)</sup>	●	●	●	●	●
Ajuste de orelha real	●	●	●	●	●
<b>Opções de conveniência</b>					
Binaural CV & Alteração de Programa <sup>4)</sup>	●	●	●	●	●
Indicadores Audíveis	●	●	●	●	●
Tamanho da etapa de Controle de Volume	●	●	●	●	●
Atraso de Inicialização	●	●	●	●	●
Sistema de Rádio Duplo <sup>3)</sup>	●	●	●	●	●
Acessórios de Conectividade Sem Fio <sup>3)</sup>	○	○	○	○	○

<sup>1)</sup> Pode variar caso não haja bobina telefônica presente

<sup>2)</sup> Requer botão de pressão

<sup>3)</sup> Requer Bluetooth de 2,4 GHz de Baixo Consumo

<sup>4)</sup> Requer Bluetooth de 2,4 GHz de Baixo Consumo ou botão de pressão

● Disponível

○ Opcional

– Indisponível

**Radiant 100|80|60|40|20 ITC, ITE HS e ITE FS podem ser programados com EXPRESSfit® Pro 2022.2 ou posterior**

## Condições de Operação

- Temperatura: +1°C até +40°C (+34°F até +104°F)
- Umidade: 5% a 93%, umidade relativa, sem condensação
- Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

## Condições de Armazenamento e Transporte

- A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por longos períodos durante o transporte e armazenamento:
- Temperatura: -25°C até +60°C (-13°F até +140°F)
  - Umidade: 5% a 93%, umidade relativa, sem condensação
  - Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa



**SBO Hearing A/S**  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Dinamarca

## Sede mundial

**Sonic Innovations, Inc.**  
2501 Cottontail Lane  
Somerset, NJ 08873  
EUA  
+1 888 423 7834

Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, e Apple Watch são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e outros países. A App Store é um serviço da Apple Inc. Android, Google Play, e logo Google Play são marcas registradas do Google LLC.

A marcação Bluetooth® e suas logos são marcas registradas e próprias da Bluetooth SIG, Inc. e seu uso pela empresa Demant A/S foi autorizado por uma licença. Outros nomes e marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários.

[www.sonici.com](http://www.sonici.com)

Sonic is part of the Demant group.

**IP68**



2022-05-13 | 253379 | BR

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	33.060.302/0001-04
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.03.560-2
Nome do Dispositivo Médico	APARELHO AUDITIVO RETROAURICULAR POWER OTICON XCEED/XCEED PLAY
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10356020116
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351592610202020
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: SBO HEARING A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C009035 - Endereço: KONGEBAKKEN 9, DK-2765 SMØRUM, DINAMARCA 1
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	13/07/2020
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	220014BR_IFU_EduMic_MDR.pdf	1146082231 - 23/10/2023 12:33:31
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	210154BR_IFU_Oticon_Cros.pdf	1146082231 - 23/10/2023 12:33:30
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	214157BR_IFU_2.4G_TV_Adapter_3.0_MDR.pdf	1146082231 - 23/10/2023 12:33:30
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	251661BR_IFU_Xceed_SP_UP_Xceed_Play_SP_UP_H1-23_MDR (1).pdf	1146082231 - 23/10/2023 12:33:30
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	220040BR_IFU_2.4G_Remote_Control_3.0_MDR.pdf	1146082231 - 23/10/2023 12:33:29
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	220281BR_IFU_2.4G_Connectclip_1.0_MDR (1).pdf	1146082231 - 23/10/2023 12:33:29

Modelo Produto Médico
Oticon Xceed 1 BTE SP
Oticon Xceed 2 BTE SP
Oticon Xceed 3 BTE SP
Oticon Xceed 1 BTE UP
Oticon Xceed 2 BTE UP
Oticon Xceed 3 BTE UP

Oticon XCEED PLAY 1 BTE UP
Oticon XCEED PLAY 2 BTE UP
Oticon XCEED PLAY 1, BTE SP
Oticon XCEED PLAY 2, BTE SP

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	33.060.302/0001-04
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.03.560-2
Nome do Dispositivo Médico	FAMILIA ENCHANT E/OU CAPTIVATE RETROAURICULAR
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10356020117
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351524107202041
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: SONIC INNOVATION, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - CNPJ / Código Único: C010815 - Endereço: 2501 COTTONTAIL LANE SOMMERSET, NJ 08873 1 , FABRICANTE: SBO HEARING A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C009035 - Endereço: KONGEBAKKEN 9, DK-2765 SMØRUM, DINAMARCA 1
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	24/08/2020
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	236800_SO_CV_MNR-T_IFU_MDR_21-H2_BR (1).pdf	0765971232 - 24/07/2023 15:21:36
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	236634_SO_CV_MNR_IFU_MDR_21-H2_BR (1).pdf	0765971232 - 24/07/2023 15:21:35
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	227393_SO_CV_B_105_IFU_MDR_21-H1_BR (2).pdf	0765971232 - 24/07/2023 15:21:34
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	227265_SO_CV_MNR-TR_IFU_MDR_21-H1_BR (1).pdf	0765971232 - 24/07/2023 15:21:32

Modelo Produto Médico
CV100 MNR T R, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 100
CV100 MNR T R, 2.4G NFM DPB BLCAPTIVATE 100
CV100 MNR T R, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 100
CV100 MNR T R, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 100
Sonic CV100 B 105
Sonic CV80 B 105
Sonic CV60 B 105

Sonic CV40 B 105
Sonic CV20 B 105
Sonic CV100 MNR T R
Sonic CV80 MNR T R
Sonic CV60 MNR T R
Sonic CV40 MNR T R
Sonic CV20 MNR T R
Sonic CV100 MNR
Sonic CV80 MNR
Sonic CV60 MNR
Sonic CV40 MNR
Sonic CV20 MNR
Sonic CV100 MNR T
Sonic CV80 MNR T
Sonic CV60 MNR T
Sonic CV40 MNR T
Sonic CV20 MNR T
CV100 B 105, 2.4G NFM BL DEMO CAPTIVATE 100
CV100 B 105, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 100
CV100 B 105, 2.4G NFM DPB BL CAPTIVATE 100
CV100 B 105, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 100
CV100 B 105, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 100
CV100 B 105, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 100
CV100 B 105, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 100
CV100 MNR T R, 2.4G NFM BL DEMOCAPTIVATE 100
CV100 MNR T R, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 100
ET80 B 105, 2.4G NFM DPB GR
ET80 B 105, 2.4G NFM DPB TP
ET80 MNR T, 2.4G NFM DBP BL DEMO
ET80 MNR T, 2.4G NFM DPB BE
ET80 MNR T, 2.4G NFM DPB BL
ET80 MNR T, 2.4G NFM DPB BR
ET80 MNR T, 2.4G NFM DPB DG
ET80 MNR T, 2.4G NFM DPB GR
ET80 MNR T, 2.4G NFM DPB TP
ET80 MNR, 2.4G NFM PB BE
ET80 MNR, 2.4G NFM PB BL
ET80 MNR, 2.4G NFM PB BL DEMO

ET80 MNR, 2.4G NFM PB BR
ET80 MNR, 2.4G NFM PB DG
ET80 MNR, 2.4G NFM PB GR
ET80 MNR, 2.4G NFM PB TP
ET40 MNR, 2.4G NFM PB BR
ET40 MNR, 2.4G NFM PB DG
ET40 MNR, 2.4G NFM PB DG DEMO
ET40 MNR, 2.4G NFM PB GR
ET40 MNR, 2.4G NFM PB TP
ET60 B 105, 2.4G NFM DPB BE
ET60 B 105, 2.4G NFM DPB BL
ET60 B 105, 2.4G NFM DPB BL DEMO.
ET60 B 105, 2.4G NFM DPB BR
ET60 B 105, 2.4G NFM DPB DG
ET60 B 105, 2.4G NFM DPB GR
ET60 B 105, 2.4G NFM DPB TP
ET60 MNR T, 2.4G NFM DPB BE
ET60 MNR T, 2.4G NFM DPB BL
ET60 MNR T, 2.4G NFM DPB BL DEMO
ET60 MNR T, 2.4G NFM DPB BR
ET60 MNR T, 2.4G NFM DPB DG
ET60 MNR T, 2.4G NFM DPB GR
ET60 MNR T, 2.4G NFM DPB TP
ET60 MNR, 2.4G NFM PB BE
ET60 MNR, 2.4G NFM PB BL
ET60 MNR, 2.4G NFM PB BL DEMO
ET60 MNR, 2.4G NFM PB BR
ET60 MNR, 2.4G NFM PB DG
ET60 MNR, 2.4G NFM PB GR
ET60 MNR, 2.4G NFM PB TP
ET80 B 105, 2.4G NFM DPB BE
ET80 B 105, 2.4G NFM DPB BL
ET80 B 105, 2.4G NFM DPB BL DEMO
ET80 B 105, 2.4G NFM DPB BR
ET80 B 105, 2.4G NFM DPB DG
CV100 MNR T R,2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 100
CV100 MNR T, 2.4G NFM BL DEMO CAPTIVATE 100
CV100 MNR T, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 100

CV100 MNR T, 2.4G NFM DPB BL CAPTIVATE 100
CV100 MNR T, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 100
CV100 MNR T, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 100
CV100 MNR T, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 100
CV100 MNR T, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 100
CV100 MNR, 2.4G NFM BL DEMO CAPTIVATE 100
CV100 MNR, 2.4G NFM PB BE CAPTIVATE 100
CV100 MNR, 2.4G NFM PB BL CAPTIVATE 100
CV100 MNR, 2.4G NFM PB BR CAPTIVATE 100
CV100 MNR, 2.4G NFM PB DG CAPTIVATE 100
CV100 MNR, 2.4G NFM PB GO CAPTIVATE 100
CV100 MNR, 2.4G NFM PB GR CAPTIVATE 100
CV100 MNR, 2.4G NFM PB TP CAPTIVATE 100
CV20 B 105, 2.4G NFM DG DEMO CAPTIVATE 20
CV20 B 105, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 20
CV20 B 105, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 20
CV20 B 105, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 20
CV20 B 105, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 20
CV20 B 105, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 20
CV20 MNR T R, 2.4G NFM DG DEMO CAPTIVATE 20
CV20 MNR T R, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 20
CV20 MNR T R, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 20
CV20 MNR T R, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 20
CV20 MNR T R, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 20
CV20 MNR T R, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 20
CV20 MNR T, 2.4G NFM DG DEMO CAPTIVATE 20
CV20 MNR T, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 20
CV20 MNR T, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 20
CV20 MNR T, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 20
CV20 MNR T, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 20
CV60 MNR T R, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 60
CV60 MNR T R, 2.4GNFM DPB BL CAPTIVATE 60
CV60 MNR T, 2.4G NFM BL DEMO CAPTIVATE 60
CV60 MNR T, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 60
CV60 MNR T, 2.4G NFM DPB BL CAPTIVATE 60
CV60 MNR T, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 60
CV60 MNR T, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 60
CV60 MNR T, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 60

CV60 MNR T, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 60
CV40 MNR, 2.4G NFM PB BE CAPTIVATE 40
CV40 MNR, 2.4G NFM PB BR CAPTIVATE 40
CV40 MNR, 2.4G NFM PB DG CAPTIVATE 40
CV40 MNR, 2.4G NFM PB GR CAPTIVATE 40
CV40 MNR, 2.4G NFM PB TP CAPTIVATE 40
CV60 B 105, 2.4G NFM BL DEMO CAPTIVATE 60
CV60 B 105, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 60
CV60 B 105, 2.4G NFM DPB BL CAPTIVATE 60
CV60 B 105, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 60
CV60 B 105, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 60
CV60 B 105, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 60
CV60 B 105, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 60
CV60 MNR T R, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 60
CV20 MNR T, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 20
CV60 MNR, 2.4G NFM BL DEMO CAPTIVATE 60
CV60 MNR, 2.4G NFM PB BE CAPTIVATE 60
CV60 MNR, 2.4G NFM PB BL CAPTIVATE 60
CV60 MNR, 2.4G NFM PB BR CAPTIVATE 60
CV60 MNR, 2.4G NFM PB DG CAPTIVATE 60
CV60 MNR, 2.4G NFM PB GR CAPTIVATE 60
CV60 MNR, 2.4G NFM PB TP CAPTIVATE 60
CV60 MNRT R, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 60
CV80 B 105, 2.4G NFM BL DEMO CAPTIVATE 80
CV80 B 105, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 80
CV80 B 105, 2.4G NFM DPB BL CAPTIVATE 80
CV80 B 105, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 80
CV80 B 105, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 80
CV80 B 105, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 80
CV80 B 105, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 80
CV80 MNR T R, 2.4G NFM BL DEMOCAPTIVATE 80
CV80 MNR T R, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 80
CV80 MNR T R, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 80
CV80 MNR T R, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 80
CV80 MNR T R, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 80
CV80 MNR T R, 2.4GNFM DPB BL CAPTIVATE 80
CV80 MNR T, 2.4G NFM BL DEMO CAPTIVATE 80
CV80 MNR T, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 80

CV80 MNR T, 2.4G NFM DPB BL CAPTIVATE 80
CV80 MNR T, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 80
CV80 MNR T, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 80
CV80 MNR T, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 80
CV80 MNR T, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 80
CV80 MNR, 2.4G NFM BL DEMO CAPTIVATE 80
CV80 MNR, 2.4G NFM PB BE CAPTIVATE 80
CV80 MNR, 2.4G NFM PB BL CAPTIVATE 80
CV80 MNR, 2.4G NFM PB BR CAPTIVATE 80
CV80 MNR, 2.4G NFM PB DG CAPTIVATE 80
CV80 MNR, 2.4G NFM PB GR CAPTIVATE 80
CV80 MNR, 2.4G NFM PB TP CAPTIVATE 80
CV80 MNRT R, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 80
ET100 B 105, 2.4G NFM DPB BE
ET100 B 105, 2.4G NFM DPB BL
ET100 B 105, 2.4G NFM DPB BL DEMO
ET100 B 105, 2.4G NFM DPB BR
ET100 B 105, 2.4G NFM DPB DG
ET100 B 105, 2.4G NFM DPB GR
ET100 B 105, 2.4G NFM DPB TP
ET100 MNR T, 2.4G NFM DPB BE
ET100 MNR T, 2.4G NFM DPB BL
ET100 MNR T, 2.4G NFM DPB BL DEMO
ET100 MNR T, 2.4G NFM DPB BR
CV20 MNR, 2.4G NFM DG DEMO CAPTIVATE 20
CV20 MNR, 2.4G NFM PB BE CAPTIVATE 20
CV20 MNR, 2.4G NFM PB BR CAPTIVATE 20
CV20 MNR, 2.4G NFM PB DG CAPTIVATE 20
CV20 MNR, 2.4G NFM PB GR CAPTIVATE 20
CV20 MNR, 2.4G NFM PB TP CAPTIVATE 20
CV40 B 105, 2.4G NFM DG DEMO CAPTIVATE 40
CV40 B 105, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 40
CV40 B 105, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 40
CV40 B 105, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 40
CV40 B 105, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 40
CV40 B 105, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 40
CV40 MNR T R, 2.4G NFM DG DEMO CAPTIVATE 40
CV40 MNR T R, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 40

CV40 MNR T R, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 40
CV40 MNR T R, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 40
CV40 MNR T R, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 40
CV40 MNR T R, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 40
CV40 MNR T, 2.4G NFM DG DEMO CAPTIVATE 40
CV40 MNR T, 2.4G NFM DPB BE CAPTIVATE 40
CV40 MNR T, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 40
CV40 MNR T, 2.4G NFM DPB DG CAPTIVATE 40
CV40 MNR T, 2.4G NFM DPB GR CAPTIVATE 40
CV40 MNR T, 2.4G NFM DPB TP CAPTIVATE 40
CV40 MNR, 2.4G NFM DG DEMO CAPTIVATE 40
CV60 MNR T R, 2.4G NFM DPB BR CAPTIVATE 60
ET40 MNR T, 2.4G NFM DPB DG DEMO
ET40 MNR T, 2.4G NFM DPB GR
ET40 MNR T, 2.4G NFM DPB TP
ET40 MNR, 2.4G NFM PB BE
ET100 MNR T, 2.4G NFM DPB DG
ET100 MNR T, 2.4G NFM DPB GR
ET100 MNR T, 2.4G NFM DPB TP
ET100 MNR, 2.4G NFM PB BE
ET100 MNR, 2.4G NFM PB BL
ET100 MNR, 2.4G NFM PB BL DEMO
ET100 MNR, 2.4G NFM PB BR
ET100 MNR, 2.4G NFM PB DG
ET100 MNR, 2.4G NFM PB GO
ET100 MNR, 2.4G NFM PB GR
ET100 MNR, 2.4G NFM PB TP
ET20 B 105, 2.4G NFM DPB BE
ET20 B 105, 2.4G NFM DPB BR
ET20 B 105, 2.4G NFM DPB DG
ET20 B 105, 2.4G NFM DPB DG DEMO
ET20 B 105, 2.4G NFM DPB GR
ET20 B 105, 2.4G NFM DPB TP
ET20 MNR T, 2.4G NFM DPB BE
ET20 MNR T, 2.4G NFM DPB BR
ET20 MNR T, 2.4G NFM DPB DG
ET20 MNR T, 2.4G NFM DPB DG DEMO
ET20 MNR T, 2.4G NFM DPB GR

ET20 MNR T, 2.4G NFM DPB TP
ET20 MNR, 2.4G NFM PB BE
ET20 MNR, 2.4G NFM PB BR
ET20 MNR, 2.4G NFM PB DG
ET20 MNR, 2.4G NFM PB DG DEMO
ET20 MNR, 2.4G NFM PB GR
ET20 MNR, 2.4G NFM PB TP
ET40 B 105, 2.4G NFM DPB BE
ET40 B 105, 2.4G NFM DPB BR
ET40 B 105, 2.4G NFM DPB DG
ET40 B 105, 2.4G NFM DPB DG DEMO
ET40 B 105, 2.4G NFM DPB GR
ET40 B 105, 2.4G NFM DPB TP
ET40 MNR T, 2.4G NFM DPB BE
ET40 MNR T, 2.4G NFM DPB BR
ET40 MNR T, 2.4G NFM DPB DG

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	33.060.302/0001-04
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.03.560-2
Nome do Dispositivo Médico	Familia de aparelho auditivo intraauricular Sonic Radiant
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10356029031
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351678389202349
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: SBO HEARING A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C009035 - Endereço: KONGEBAKKEN 9, DK-2765 SMØRUM, DINAMARCA 1
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	13/11/2023
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Modelo Produto Médico	
245396	SONIC RADIANT 100 IIC
245397	SONIC RADIANT 100 CIC
245398	SONIC RADIANT 100 ITC
245399	SONIC RADIANT 100 ITE H S
245400	SONIC RADIANT 100 ITE FS
245401	SONIC RADIANT 80 IIC
245402	SONIC RADIANT 80 CIC
245403	SONIC RADIANT 80 ITC
245404	SONIC RADIANT 80 ITE H S
245405	SONIC RADIANT 80 ITE FS
245406	SONIC RADIANT 60 IIC
245407	SONIC RADIANT 60 CIC
245408	SONIC RADIANT 60 ITC

245409	SONIC RADIANT 60 ITE H S
245410	SONIC RADIANT 60 ITE FS
245411	SONIC RADIANT 40 IIC
245412	SONIC RADIANT 40 CIC
245413	SONIC RADIANT 40 ITC
245414	SONIC RADIANT 40 ITE H S
245415	SONIC RADIANT 40 ITE FS
245416	SONIC RADIANT 20 IIC
245417	SONIC RADIANT 20 CIC
245418	SONIC RADIANT 20 ITC
245419	SONIC RADIANT 20 ITE H S
245420	SONIC RADIANT 20 ITE FS
246575	RADIANT 100, KIT 312 NFM L BE
246576	RADIANT 100, KIT 312 NFM PB L BE
246577	RADIANT 100, KIT 312 NFM R BE
246578	RADIANT 100, KIT 312 NFM PB R BE
246579	RADIANT 100, KIT 312 NFM 90 R BE
246580	RADIANT 100, KIT 312 NFM 90 PB R BE
246581	RADIANT 100, KIT 312 NFM 90 L BE
246582	RADIANT 100, KIT 312 NFM 90 PB L BE
246583	RADIANT 100, KIT 312 2.4G NFM L BE
246584	RADIANT 100, KIT 312 2.4G NFM PB L BE
246585	RADIANT 100, KIT 312 2.4G NFM R BE
246586	RADIANT 100, KIT 312 2.4G NFM PB R BE
246587	RADIANT 100, KIT 312 2.4G NFM 90 R BE
246588	RADIANT 100, KIT 312 2.4G NFM 90 PB R BE
246589	RADIANT 100, KIT 312 2.4G NFM 90 L BE
246590	RADIANT 100, KIT 312 2.4G NFM 90 PB L BE
246591	RADIANT 100, KIT 312 2.4G NFM L BL
246592	RADIANT 100, KIT 312 2.4G NFM R BL
246593	RADIANT 100, KIT 312 NFM L BL
246594	RADIANT 100, KIT 312 NFM R BL
246595	RADIANT 80, KIT 312 NFM L BE
246596	RADIANT 80, KIT 312 NFM PB L BE
246597	RADIANT 80, KIT 312 NFM R BE
246598	RADIANT 80, KIT 312 NFM PB R BE
246599	RADIANT 80, KIT 312 NFM 90 R BE
246600	RADIANT 80, KIT 312 NFM 90 PB R BE

246601	RADIANT 80, KIT 312 NFM 90 L BE
246602	RADIANT 80, KIT 312 NFM 90 PB L BE
246603	RADIANT 80, KIT 312 2.4G NFM L BE
246604	RADIANT 80, KIT 312 2.4G NFM PB L BE
246605	RADIANT 80, KIT 312 2.4G NFM R BE
246606	RADIANT 80, KIT 312 2.4G NFM PB R BE
246607	RADIANT 80, KIT 312 2.4G NFM 90 R BE
246608	RADIANT 80, KIT 312 2.4G NFM 90 PB R BE
246609	RADIANT 80, KIT 312 2.4G NFM 90 L BE
246610	RADIANT 80, KIT 312 2.4G NFM 90 PB L BE
246611	RADIANT 80, KIT 312 2.4G NFM L BL
246612	RADIANT 80, KIT 312 2.4G NFM R BL
246613	RADIANT 80, KIT 312 NFM L BL
246614	RADIANT 80, KIT 312 NFM R BL
246615	RADIANT 60, KIT 312 NFM L BE
246616	RADIANT 60, KIT 312 NFM PB L BE
246617	RADIANT 60, KIT 312 NFM R BE
246618	RADIANT 60, KIT 312 NFM PB R BE
246619	RADIANT 60, KIT 312 NFM 90 R BE
246620	RADIANT 60, KIT 312 NFM 90 PB R BE
246621	RADIANT 60, KIT 312 NFM 90 L BE
246622	RADIANT 60, KIT 312 NFM 90 PB L BE
246623	RADIANT 60, KIT 312 2.4G NFM L BE
246624	RADIANT 60, KIT 312 2.4G NFM PB L BE
246625	RADIANT 60, KIT 312 2.4G NFM R BE
246626	RADIANT 60, KIT 312 2.4G NFM PB R BE
246627	RADIANT 60, KIT 312 2.4G NFM 90 R BE
246628	RADIANT 60, KIT 312 2.4G NFM 90 PB R BE
246629	RADIANT 60, KIT 312 2.4G NFM 90 L BE
246630	RADIANT 60, KIT 312 2.4G NFM 90 PB L BE
246631	RADIANT 60, KIT 312 2.4G NFM L BL
246632	RADIANT 60, KIT 312 2.4G NFM R BL
246633	RADIANT 60, KIT 312 NFM L BL
246634	RADIANT 60, KIT 312 NFM R BL
246635	RADIANT 40, KIT 312 NFM L BE
246636	RADIANT 40, KIT 312 NFM PB L BE
246637	RADIANT 40, KIT 312 NFM R BE
246638	RADIANT 40, KIT 312 NFM PB R BE

246639	RADIANT 40, KIT 312 NFM 90 R BE
246640	RADIANT 40, KIT 312 NFM 90 PB R BE
246641	RADIANT 40, KIT 312 NFM 90 L BE
246642	RADIANT 40, KIT 312 NFM 90 PB L BE
246643	RADIANT 40, KIT 312 2.4G NFM L BE
246644	RADIANT 40, KIT 312 2.4G NFM PB L BE
246645	RADIANT 40, KIT 312 2.4G NFM R BE
246646	RADIANT 40, KIT 312 2.4G NFM PB R BE
246647	RADIANT 40, KIT 312 2.4G NFM 90 R BE
246648	RADIANT 40, KIT 312 2.4G NFM 90 PB R BE
246649	RADIANT 40, KIT 312 2.4G NFM 90 L BE
246650	RADIANT 40, KIT 312 2.4G NFM 90 PB L BE
246651	RADIANT 40, KIT 312 2.4G NFM L BL
246652	RADIANT 40, KIT 312 2.4G NFM R BL
246653	RADIANT 40, KIT 312 NFM L BL
246654	RADIANT 40, KIT 312 NFM R BL
246655	RADIANT 20, KIT 312 NFM L BE
246656	RADIANT 20, KIT 312 NFM PB L BE
246657	RADIANT 20, KIT 312 NFM R BE
246658	RADIANT 20, KIT 312 NFM PB R BE
246659	RADIANT 20, KIT 312 NFM 90 R BE
246660	RADIANT 20, KIT 312 NFM 90 PB R BE
246661	RADIANT 20, KIT 312 NFM 90 L BE
246662	RADIANT 20, KIT 312 NFM 90 PB L BE
246663	RADIANT 20, KIT 312 2.4G NFM L BE
246664	RADIANT 20, KIT 312 2.4G NFM PB L BE
246665	RADIANT 20, KIT 312 2.4G NFM R BE
246666	RADIANT 20, KIT 312 2.4G NFM PB R BE
246667	RADIANT 20, KIT 312 2.4G NFM 90 R BE
246668	RADIANT 20, KIT 312 2.4G NFM 90 PB R BE
246669	RADIANT 20, KIT 312 2.4G NFM 90 L BE
246670	RADIANT 20, KIT 312 2.4G NFM 90 PB L BE
246671	RADIANT 20, KIT 312 2.4G NFM L BL
246672	RADIANT 20, KIT 312 2.4G NFM R BL
246673	RADIANT 20, KIT 312 NFM L BL
246674	RADIANT 20, KIT 312 NFM R BL
248872	RADIANT 100, KIT 10 75 BE
248873	RADIANT 100 KIT IIC 10 75 BL

248874	RADIANT 100, KIT 10 90 BE
248875	RADIANT 100 KIT IIC 10 90 BL
248876	RADIANT 100, KIT 10 75 PB BE
248877	RADIANT 100, KIT 10 90 PB BE
248878	RADIANT 100, KIT 10 NFM 75 BE
248879	RADIANT 100, KIT 10 NFM 90 BE
248880	RADIANT 100, KIT 10 NFM 75 PB BE
248881	RADIANT 100, KIT 10 NFM 90 PB BE
248882	RADIANT 80, KIT 10 75 BE
248883	RADIANT 80 KIT IIC 10 75 BL
248884	RADIANT 80, KIT 10 90 BE
248885	RADIANT 80 KIT IIC 10 90 BL
248886	RADIANT 80, KIT 10 75 PB BE
248887	RADIANT 80, KIT 10 90 PB BE
248888	RADIANT 80, KIT 10 NFM 75 BE
248889	RADIANT 80, KIT 10 NFM 90 BE
248890	RADIANT 80, KIT 10 NFM 75 PB BE
248891	RADIANT 80, KIT 10 NFM 90 PB BE
248892	RADIANT 60, KIT 10 75 BE
248893	RADIANT 60 KIT IIC 10 75 BL
248894	RADIANT 60, KIT 10 90 BE
248895	RADIANT 60 KIT IIC 10 90 BL
248896	RADIANT 60, KIT 10 75 PB BE
248897	RADIANT 60, KIT 10 90 PB BE
248898	RADIANT 60, KIT 10 NFM 75 BE
248899	RADIANT 60, KIT 10 NFM 90 BE
248900	RADIANT 60, KIT 10 NFM 75 PB BE
248901	RADIANT 60, KIT 10 NFM 90 PB BE
248902	RADIANT 40, KIT 10 75 BE
248903	RADIANT 40 KIT IIC 10 75 BL
248904	RADIANT 40, KIT 10 90 BE
248905	RADIANT 40 KIT IIC 10 90 BL
248906	RADIANT 40, KIT 10 75 PB BE
248907	RADIANT 40, KIT 10 90 PB BE
248908	RADIANT 40, KIT 10 NFM 75 BE
248909	RADIANT 40, KIT 10 NFM 90 BE
248910	RADIANT 40, KIT 10 NFM 75 PB BE
248911	RADIANT 40, KIT 10 NFM 90 PB BE

248912	RADIANT 20, KIT 10 75 BE
248913	RADIANT 20 KIT IIC 10 75 BL
248914	RADIANT 20, KIT 10 90 BE
248915	RADIANT 20 KIT IIC 10 90 BL
248916	RADIANT 20, KIT 10 75 PB BE
248917	RADIANT 20, KIT 10 90 PB BE
248918	RADIANT 20, KIT 10 NFM 75 BE
248919	RADIANT 20, KIT 10 NFM 90 BE
248920	RADIANT 20, KIT 10 NFM 75 PB BE
248921	RADIANT 20, KIT 10 NFM 90 PB BE

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073849 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073849</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 4911 0561 7091</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585480 27/03/2024 18:24:19-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICIPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:20:00			

FATURA	001	24/06/2024	4.050,00
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
191009	EduMic - 9031372/  Valor Dispensado R\$ 168.75, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90219092	140	6108	UN	1,0000	4.050,000 000	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585480 MIGUEL BIAGIM DOS SANTOS 11598 07.01.03.032-1 PEDIDO DE VENDA 337521 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 168,75.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073850 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073850</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 5014 8466 1729</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585482 27/03/2024 18:24:19-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:20:00			

FATURA	001	24/06/2024	902,00						
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 902,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 902,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
229060	OTICON OPN PLAY 2 BTE PP CROMA BEGE - 36325292/ Valor Dispensado R\$ 37,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6108	UN	1,0000	902,00000	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV. ICMS 126/10, DEC. 27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585482 PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA 9751 07.01.03.029-1 PEDIDO DE VENDA 337522 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 37,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073851 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073851</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 5118 0439 9814</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585485 27/03/2024 18:24:19-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:20:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.804,00
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.804,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.804,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 229060	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON OPN PLAY 2 BTE PP CROMA BEGE - 36325194/36325321/ Valor Dispensado R\$ 75,17, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 902,00000	V.TOTAL 1.804,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV. ICMS 126/10, DEC. 27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585485 THAIS ANDRIELI NOLL DA COSTA 9937 07.01.03.029-1 PEDIDO DE VENDA 337523 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 75,17.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073852 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073852</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 5215 9838 9917</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585487 27/03/2024 18:24:19-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:20:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.804,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.804,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.804,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
228736	OTICON OPN S 3 BTE PP C090 - 363276 35/36328668/ Valor Dispensado R\$ 75.17, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6108	UN	2,0000	902,00000 0	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585487 ROSA MACHADO DE FREITAS 42552 07.01.03.014-3 PEDIDO DE VENDA 337524 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 75,17.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073853 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000073853 SÉRIE 70 FOLHA 01/01	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 5318 6819 4355</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585488 27/03/2024 18:24:19-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:20:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.190,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
228978	OTICON RUBY 1 BTE C090 - 36368266/3 6368445/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6108	UN	2,0000	595,00000 0	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV. ICMS 126/10, DEC. 27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585488 ELO ALFONSO HENN 43055 07.01.03.013-5 PEDIDO DE VENDA 337525 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073854 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073854</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 5417 7521 8111</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585490 27/03/2024 18:24:19-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICIPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:20:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.190,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
228978	OTICON RUBY 1 BTE C090 - 29693160/3 6368351/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6108	UN	2,0000	595,00000 0	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV. ICMS 126/10, DEC. 27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585490 ANGELO HOFF 40676 07.01.03.013-5 PEDIDO DE VENDA 337526 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073855 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000073855 SÉRIE 70 FOLHA 01/01	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 5515 4385 2340</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585492 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICIPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:20:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.190,00
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228978	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 1 BTE C090 - 36368345/3 6368428/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 595,00000	V.TOTAL 1.190,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585492 ZILAH THERESINHA TANURI 38909 07.01.03.013-5 PEDIDO DE VENDA 337527 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073856 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073856</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 5612 0083 6867</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585495 27/03/2024 18:24:20-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:21:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.190,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228978	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 1 BTE C090 - 36316518/3 636824/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 595,00000	V.TOTAL 1.190,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0.00%	A.IPI 0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585495 ELINARA MACHADO DE ARRUDA 37851 07.01.03.013-5 PEDIDO DE VENDA 337528 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073857 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073857</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 5714 6637 2363</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585497 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:21:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.190,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228978	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 1 BTE C090 - 36368200/3 6368220/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 595,00000	V.TOTAL 1.190,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0.00%	A.IPI 0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585497 SANDRA REJANE DA SILVA LOPES 43480 07.01.03.013-5 PEDIDO DE VENDA 337529 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073858 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073858</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 5819 7082 3451</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585498 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:21:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.190,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228978	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 1 BTE C090 - 36316261/3 6316410/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 595,00000	V.TOTAL 1.190,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0.00%	A.IPI 0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585498 JOEL DOS SANTOS CRUZ 43486 07.01.03.013-5 PEDIDO DE VENDA 337530 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073859 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073859</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 5916 1213 1625</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585499 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:21:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.190,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228978	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 1 BTE C090 - 36368181/3 6368231/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 595,00000	V.TOTAL 1.190,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585499 ANA MARIA DA COSTA 43476 07.01.03.013-5 PEDIDO DE VENDA 337531 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073860 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073860</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 6018 8492 8150</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585502 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:21:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.190,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228978	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 1 BTE C090 - 36316177/3 6368250/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 595,00000	V.TOTAL 1.190,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585502 CESAR NEI VIEIRA MENDES 43494 07.01.03.013-5 PEDIDO DE VENDA 337532 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073861 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073861</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 6117 5772 9180</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585503 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:21:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.190,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228978	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 1 BTE C090 - 36316327/3 6316407/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 595,00000	V.TOTAL 1.190,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0.00%	A.IPI 0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585503 CELMA SUELI AIRES GONCALVES 43495 07.01.03.013-5 PEDIDO DE VENDA 337533 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073862 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073862</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 6212 3980 3100</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585504 27/03/2024 18:24:20-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:21:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.190,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228978	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 1 BTE C090 - 36368182/3 6368271/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 595,00000	V.TOTAL 1.190,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585504 CLAUDETE EMA BASTIANI 25081 07.01.03.013-5 PEDIDO DE VENDA 337534 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073863 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000073863 SÉRIE 70 FOLHA 01/01	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 6316 8543 3535		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585507 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:21:00			

FATURA	001								
	24/06/2024								
	1.190,00								

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228978	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 1 BTE C090 - 36316245/3 6368289/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 595,00000	V.TOTAL 1.190,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585507 MARIA DE LOURDES MARQUES VIVIAN 43399 07.01.03.013-5 PEDIDO DE VENDA 337535 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073864 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073864</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 6413 9834 2420</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585508 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:22:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.190,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228978	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 1 BTE C090 - 36316204/3 6316211/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 595,00000	V.TOTAL 1.190,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585508 PEDRO ANECI DE OLIVEIRA 43401 07.01.03.013-5 PEDIDO DE VENDA 337536 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073865 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000073865 SÉRIE 70 FOLHA 01/01	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 6516 0423 9878</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585509 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:22:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.190,00
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228978	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 1 BTE C090 - 29692796/3 6368267/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 595,00000	V.TOTAL 1.190,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585509 THEREZINHA STORMOWSKI 9798 07.01.03.028-3 PEDIDO DE VENDA 337537 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073866 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073866</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 6614 2121 1076</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585511 27/03/2024 18:24:20-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:22:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.190,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228743	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 1 BTE PP C090 - 3636873 1/36384480/ Valor Dispensado R\$ 49,58, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 595,00000	V.TOTAL 1.190,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585511 SONIA MARIA KARSBURG BECKER 9015 07.01.03.028-3 PEDIDO DE VENDA 337538 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 49,58.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073867 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073867</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 6712 9223 7381</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada	
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 333240080585512 27/03/2024 18:24:20-03:00
	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 85798278	<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 01.035.382/0001-51

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 27/03/2024			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS	<b>CNPJ/CPF</b> 95.285.037/0001-10			
<b>ENDEREÇO</b> AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 95900-056	<b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b> 27/03/2024	
<b>MUNICÍPIO</b> LAJEADO	<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b> RS	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b> 18:22:00

<b>FATURA</b>	<b>001</b>	<b>24/06/2024</b>	<b>1.050,00</b>		
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.050,00	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.050,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 1-DESTINATARIO	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LIQUIDO</b>

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
<b>COD. PROD</b> 228983	<b>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</b> OTICON RUBY 2 BTE C090 - 36043565/3 6191019/ Valor Dispensado R\$ 43.75, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	<b>NCM/SH</b> 90214000	<b>CST</b> 140	<b>CFOP</b> 6108	<b>UN</b> UN	<b>QUANT.</b> 2,0000	<b>V.UNITARIO</b> 525,00000	<b>V.TOTAL</b> 1.050,00	<b>BC.ICMS</b> 0,00	<b>V.ICMS</b> 0,00	<b>V.IPI</b> 0,00	<b>A.ICMS</b> 0.00%	<b>A.IPI</b> 0.00%

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 2002396	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585512 ALMECI MACHADO ALVES 43490 07.01.03.012-7 PEDIDO DE VENDA 337539 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 43,75.			<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073868 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073868</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 6819 4482 2148</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585513 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA 18:22:00	

001									
24/06/2024									
1.050,00									

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
228983	OTICON RUBY 2 BTE C090 - 35919659/3 6187391/ Valor Dispensado R\$ 43.75, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6108	UN	2,0000	525,00000 0	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585513 NELCI ASSIS DE BAIRROS 43397 07.01.03.012-7 PEDIDO DE VENDA 337540 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 43,75.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073869 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073869</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 6914 8931 4425</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585515 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:22:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.050,00
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228983	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 2 BTE C090 - 35920181/3 6187326/ Valor Dispensado R\$ 43.75, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 525,00000	V.TOTAL 1.050,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0.00%	A.IPI 0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585515 DIONISIO BARBOSA PEDROSO 43491 07.01.03.012-7 PEDIDO DE VENDA 337541 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 43,75.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073870 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073870</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 7018 2575 4457</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585517 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:22:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.050,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
228983	OTICON RUBY 2 BTE C090 - 29666551/3 6244199/ Valor Dispensado R\$ 43.75, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6108	UN	2,0000	525,00000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585517 VANIA BECKER 43479 07.01.03.012-7 PEDIDO DE VENDA 337542 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 43,75.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073871 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073871</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 7113 2493 9966</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585519 27/03/2024 18:24:20-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:22:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.050,00
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228983	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 2 BTE C090 - 36187049/3 6187443/ Valor Dispensado R\$ 43.75, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 525,00000	V.TOTAL 1.050,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0.00%	A.IPI 0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV. ICMS 126/10, DEC. 27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585519 WALDEMAR LOPES DA FONTOURA 43400 07.01.03.012-7 PEDIDO DE VENDA 337543 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 43,75.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073872 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073872</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 7213 6807 4100</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585521 27/03/2024 18:24:20-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:22:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.050,00
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228983	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 2 BTE C090 - 36170487/3 6187378/ Valor Dispensado R\$ 43.75, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 525,00000	V.TOTAL 1.050,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0.00%	A.IPI 0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV. ICMS 126/10, DEC. 27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585521 ACELIO ANDRE DE MELO VARGAS 43477 07.01.03.012-7 PEDIDO DE VENDA 337544 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 43,75.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073873 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073873</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 7318 7408 1799</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585523 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:23:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.050,00						
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
228983	OTICON RUBY 2 BTE C090 - 36170261/3 6187503/ Valor Dispensado R\$ 43.75, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6108	UN	2,0000	525,00000 0	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585523 ANIBAL WATE 7204 07.01.03.027-5 PEDIDO DE VENDA 337545 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 43,75.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073874 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>N. 000073874</b> <b>SÉRIE 70</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 7415 5118 7100</b>		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585524 27/03/2024 18:24:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:23:00			

FATURA	001	24/06/2024	1.050,00
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228983	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 2 BTE C090 - 36170195/3 6187377/ Valor Dispensado R\$ 43.75, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 525,00000	V.TOTAL 1.050,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0.00%	A.IPI 0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585524 ZELOIR RODRIGUES CAMARGO 11080 07.01.03.027-5 PEDIDO DE VENDA 337546 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 43,75.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073875 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000073875 SÉRIE 70 FOLHA 01/01	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 7518 9074 0810		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585526 27/03/2024 18:24:20-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:23:00			

FATURA	001								
	24/06/2024								
	1.050,00								

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 228983	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON RUBY 2 BTE C090 - 29666577/3 6188078/ Valor Dispensado R\$ 43.75, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 525,00000	V.TOTAL 1.050,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0.00%	A.IPI 0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585526 DELVO LAZZARI 9202 07.01.03.027-5 PEDIDO DE VENDA 337547 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 43,75.	

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073876 SÉRIE 70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</b> AV VENEZUELA, 27 Complemento: SALA 902 SAUDE Cep:20081-311 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552194301160	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000073876 SÉRIE 70 FOLHA 01/01	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3324 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0738 7612 1676 7048		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333240080585527 27/03/2024 18:24:20-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO P A REAB DAS DEFORMIDADES CRANIO FACIAIS		CNPJ/CPF 95.285.037/0001-10	DATA DE EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANT, 1210, SALA 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95900-056
MUNICÍPIO LAJEADO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:23:00			

FATURA	001								
	24/06/2024								
	1.804,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.804,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.804,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 247966	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. OTICON XCEED 2 BTE UP C090 - 353600 39/35360046/ Valor Dispensado R\$ 75,17, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	NCM/SH 90214000	CST 140	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 2,0000	V.UNITARIO 902,00000	V.TOTAL 1.804,00	BC.ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333240080585527 LOIVA MARIA RAMOS DA SILVA 43403 07.01.03.014-3 PEDIDO DE VENDA 337548 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 75,17.	RESERVADO AO FISCO



	Xceed 1	Xceed 2	Xceed 3	
Entendimento da fala	OpenSound Navigator™	Nível 1	Nível 2	-
	- Efeito power (equilíbrio)	100%	50%	-
	- Remoção máxima de ruído	9 dB	5 dB	-
	OpenSound Optimizer™	•	•	•
	Redução de ruído LX	-	-	•
	Direcionalidade adaptativa multibanda LX	-	-	•
	OpenSound Booster™	•	•	-
	Speech Guard™ LX	Nível 1	Nível 3	-
	Compressão única LX	-	-	•
Qualidade de som	Speech Rescue™ LX	•	•	•
	Clear Dynamics	•	-	-
	Gerenciamento de ruído espacial	•	-	-
	Canais de processamento	48	48	48
Conforto auditivo	Bass Boost (em tempo real)	•	•	•
	Gerenciamento de ruído transiente	4 configurações	3 configurações	-
	Feedback shield LX	•	•	•
Personalização e otimização da adaptação	Gerenciamento de ruído de vento	•	•	•
	YouMatic™ LX, níveis NR	3 configurações	2 configurações	-
	Bandas de adaptação	14	12	8
	Opções de direcionalidade múltipla	•	•	•
	Gerenciamento de adaptação	•	•	•
	Atualizador de firmware Oticon	•	•	•
	Alcance de CV e tamanho do passo	•	•	•
Conexão com o mundo	Razão de adaptação	DSE, VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0	DSE, VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0	DSE, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0
	Transmissão em tempo real de som estéreo (2,4 GHz)	•	•	•
	Oticon ON App	•	•	•
	ConnectClip	•	•	•
	Controle remoto 3.0	•	•	•
	Adaptador de TV 3.0	•	•	•
	Adaptador de telefone 2.0	•	•	•
	FM Amigo	•	•	•
	Tinnitus SoundSupport™	•	•	•
	Suporte CROS/BiCROS	•	•	•
Fluxo de adaptação bimodal	•	•	•	

O Oticon Xceed BTE SP é um aparelho auditivo superpotente com uma bateria de tamanho 13. Ele tem botões de pressão separados para programas e volume para fácil utilização e controle. Inclui bobina de indução, indicadores LED opcionais e suporte FM.

O OpenSound Navigator ajuda usuários avançados a selecionarem e entenderem a fala, mesmo em ambientes com muito barulho, equilibrando as fontes sonoras e suprimindo os ruídos de fundo.

O OpenSound Optimizer melhora tanto a experiência de audição quanto o conforto, bloqueando feedback e permitindo que os usuários recebam o ganho prescrito.

A tecnologia sem fio TwinLink combina comunicação binaural, streaming e conectividade de 2,4 GHz para transmissão estéreo diretamente de fontes sonoras digitais.


O Oticon Xceed é construído sobre a plataforma Velox S usando uma arquitetura programável de firmware que permite atualizações de desempenho no futuro.

**Condições operacionais**  
 Temperatura: +1°C a +40°C  
 Umidade relativa: 5% a 93%, sem condensação

**Condições de armazenamento e transporte**  
 A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante o transporte e o armazenamento.  
 Temperatura: -25°C a +60°C  
 Umidade relativa: 5% a 93%, sem condensação



## Dados técnicos



**110**



Faixa de alcance DSE  
Gancho, não amortecido

## Informações técnicas

O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.


## Aviso sobre o aparelho

A capacidade máxima de saída do aparelho auditivo pode ultrapassar 132 dB SPL (IEC 6038-4). Deve ser tomado cuidado especial ao selecionar e ajustar o aparelho, pois pode haver risco de se prejudicar a audição remanescente do usuário do aparelho auditivo.


## Simulador de ouvido

Medido de acordo com  
IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015,  
IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e  
IEC 60318-4:2010

### OSPL90




### Ganho total



— Tubo padrão, gancho não amortecido  
- - - Tubo padrão, gancho amortecido

### Resposta de frequência




— Entrada acústica: 60 dB SPL  
- - - Entrada magnética: 31.6 mA/m


## Acoplador 2CC

Medido de acordo com  
ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015  
e IEC 60318-5:2006

### OSPL90




### Ganho total



— Tubo padrão, gancho não amortecido  
- - - Tubo padrão, gancho amortecido

### Resposta de frequência



— Entrada acústica: 60 dB SPL  
- - - Entrada magnética: 31.6 mA/m

OSPL90	Pico	143 dB SPL	139 dB SPL
	1600 Hz	135 dB SPL	127 dB SPL
	HFA-OSPL90	138 dB SPL	130 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico	83 dB	79 dB
	1600 Hz	75 dB	67 dB
	HFA-FOG	77 dB	70 dB
Ganho de teste de referência		61 dB	53 dB
Faixa de frequência		100-6500 Hz	100-6100 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	Campo de 1 mA/m	109 dB SPL	-
	Campo de 10 mA/m	126 dB SPL	-
	DIVISÕES E/D	-	115 dB SPL
Distorção harmônica total (Entrada de SPL de 70 dB)	500 Hz	4 %	4 %
	800 Hz	<2 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni	18 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	32 dB SPL	34 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	1,6 mA	2,5 mA
	Quiescente	1,4 mA	1,4 mA
Vida útil da bateria, medição artificial, horas <sup>3</sup>		200	125
Vida útil estimada da bateria, em horas (tamanho da bateria 13 - IEC PR48) <sup>4</sup>		75-115	

- Medido com o controle de ganho do conjunto de aparelhos auditivos em sua posição de ganho total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso visa obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de, p. ex., 60118-0+A1:1994, mas sem influência de feedback.
- A corrente da bateria é medida conforme a IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13, após um tempo de estabilização de, no mínimo, 3 meses.
- Baseado no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.
- A vida útil da bateria em uso real é exibida como um intervalo estimado, com base em casos de uso misto com configurações de amplificação variável e níveis de entrada variáveis, incluindo estéreo direto em tempo real de um aparelho de TV (25% do tempo) e streaming a partir de um telefone móvel (6% do tempo).



Fabricado por:  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Dinamarca  
www.oticon.global



	Xceed 1	Xceed 2	Xceed 3	
Compreensão de fala	OpenSound Navigator™	Nível 1	Nível 2	-
	- Efeito power (equilíbrio)	100%	50%	-
	- Remoção máxima de ruído	9 dB	5 dB	-
	OpenSound Optimizer™	•	•	•
	Redução de ruído LX	-	-	•
	Direcionalidade Adaptativa	-	-	•
	Multibanda LX	-	-	•
	OpenSound Booster™	•	•	-
	Speech Guard™ LX	Nível 1	Nível 3	-
	Compressão única LX	-	-	•
Speech Rescue™ LX	•	•	•	
Qualidade Sonora	Clear Dynamics	•	-	-
	Gerenciamento de ruído espacial	•	-	-
	Largura de banda de ajuste*	8 KHz	8 KHz	8 KHz
	Canais de processamento	64	48	48
	Bass Boost (em tempo real)	•	•	•
Conforto auditivo	Gerenciamento de ruído transiente	4 configurações	3 configurações	-
	Feedback shield LX	•	•	•
	Gerenciamento de ruído de vento	•	•	•
Personalização & Otimização de Adaptação	YouMatic™ LX, níveis de red.ruído	3 configurações	2 configurações	-
	Bandas de adaptação	14	12	8
	Opções de direcionalidade múltipla	•	•	•
	Gerenciamento de adaptação	•	•	•
	Atualizador de firmware Oticon	•	•	•
	Alcance de CV e tamanho do passo	•	•	•
	Razão de adaptação	DSE, VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0	DSE, VAC+, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0	DSE, NAL-NL1 + 2, DSL v5.0
Conexão com o mundo	Transmissão em tempo real de som estéreo (2,4 GHz)	•	•	•
	Oticon ON App	•	•	•
	ConnectClip	•	•	•
	Controle remoto 3.0	•	•	•
	Adaptador de TV 3.0	•	•	•
	Adaptador de telefone 2.0	•	•	•
	FM Amigo	•	•	•
	Tinnitus SoundSupport™	•	•	•
	Suporte CROS/BiCROS	•	•	•
	Painel de adaptação bimodal	•	•	•

\* Largura de banda acessível para ajustes de ganho durante adaptação

#### Condições operacionais

Temperatura: +1°C a +40°C  
Umidade relativa: 5% a 93%, sem condensação

#### Condições de armazenamento e transporte

A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante transporte e o armazenamento.  
Temperatura: -25°C a +60°C  
Umidade relativa: 5% a 93%, sem condensação

O Oticon Xceed BTE UP é um aparelho auditivo super potente com uma bateria de tamanho 675. Ele tem botões de pressão separados para programas e volume para fácil utilização e controle. Inclui bobina de indução, indicadores LED opcionais e suporte FM.

O OpenSound Navigator ajuda usuários avançados a selecionarem e entenderem a fala, mesmo em ambientes com muito ruído, equilibrando as fontes sonoras e suprimindo os ruídos de fundo.

O OpenSound Optimizer melhora tanto a experiência auditiva quanto o conforto, bloqueando o feedback e permitindo que os usuários recebam o ganho prescrito.

A tecnologia sem fio TwinLink combina comunicação binaural, transmissão e conectividade de 2,4 GHz para transmissão estéreo diretamente de fontes sonoras digitais.


O Oticon Xceed é construído sobre a plataforma Velox S usando uma arquitetura programável de firmware que permite atualizações de desempenho no futuro.



IP68

oticon  
PEOPLE FIRST

## Dados técnicos



120



Faixa de adaptação DSE  
Gancho, não amortecido

## Informações técnicas




O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.

## Aviso sobre o aparelho

A capacidade máxima de saída do aparelho auditivo pode ultrapassar 132 dB SPL (IEC 6038-4). Deve ser tomado cuidado especial ao selecionar e ajustar o aparelho, pois pode haver risco de prejudicar a audição remanescente do usuário do aparelho auditivo.




## Simulador de ouvido

Medido de acordo com  
IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015,  
IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e  
IEC 60318-4:2010



## Acoplador 2CC

Medido de acordo com  
ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015  
e IEC 60318-5:2006



OSPL90	Pico	146 dB SPL	142 dB SPL
	1600 Hz	136 dB SPL	128 dB SPL
	HFA-OSPL90	138 dB SPL	130 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico	87 dB	83 dB
	1600 Hz	76 dB	69 dB
	HFA-FOG	77 dB	69 dB
Ganho de teste de referência		61 dB	53 dB
Faixa de frequência		100-6000 Hz	100-5300 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	Campo de 1 mA/m	111 dB SPL	-
	Campo de 10 mA/m	126 dB SPL	-
	DIVISÕES E/D	-	112 dB SPL
Distorção harmônica total (Entrada de SPL de 70 dB)	500 Hz	11 %	9 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	3 %	3 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni	19 dB SPL	23 dB SPL
	Dir	35 dB SPL	38 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	1,8 mA	4,1 mA
	Quiescente	1,5 mA	1,5 mA
Vida útil da bateria, medição artificial, horas <sup>3</sup>		370	160
Vida útil estimada da bateria, em horas (tamanho da bateria 675 - IEC PR44) <sup>4</sup>		80-250	

- Medido com o controle de ganho do conjunto de aparelhos auditivos em sua posição de ganho total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso visa obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de, p. ex., 60118-0+A1:1994, mas sem influência de feedback.
- A corrente da bateria é medida conforme a IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13, após um tempo de estabilização de, no mínimo, 3 meses.
- Baseado no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.
- A vida útil da bateria em uso real é exibida como um intervalo estimado, com base em casos de uso misto com configurações de amplificação variável e níveis de entrada variáveis, incluindo estéreo direto em tempo real de um aparelho de TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).

# OTICON | Xceed Play

## Ficha de dados técnicos

### BTE UP

120



	Xceed Play 1	Xceed Play 2	
<b>Compreensão de fala</b>	OpenSound Navigator™	Nível 1	Nível 2
	- Efeito power (equilíbrio)	100%	50%
	- Remoção máxima de ruído	9 dB	5 dB
	OpenSound Optimizer™	•	•
	OpenSound Booster™	•	•
	Speech Guard™ LX	Nível 1	Nível 3
	Speech Rescue™ LX	•	•
<b>Qualidade sonora</b>	Clear Dynamics	•	-
	Gerenciamento de ruído espacial	•	-
	Largura de banda de ajuste*	8 KHz	8 KHz
	Canais de processamento	64	48
	Bass Boost (em tempo real)	•	•
<b>Conforto auditivo</b>	Gerenciamento de ruído transiente	4 configurações	3 configurações
	Feedback shield LX	•	•
	Gerenciamento de ruído de vento	•	•
<b>Otimização da Adaptação</b>	YouMatic™ LX, níveis NR	3 configurações	2 configurações
	Bandas de adaptação	14	12
	REM AutoFit	Verifit® LINK, IMC2	Verifit® LINK, IMC2
	Modo de Adaptação Pediátrica	•	•
	Faixa de adaptação DSL	•	•
	Alcance de CV e tamanho do passo	•	•
	Razão de adaptação	DSL v5.0, NAL-NL1+2, DSE, VAC+	DSL v5.0, NAL-NL1+2, DSE, VAC+
<b>Projetado para crianças</b>	LED	•	•
	Compartimento de Bateria com trava	•	•
	Hipoalergênico	•	•
	Certificação IP	IP 68	IP 68
	Revestimento Nano	•	•
	Opções de Cores	12	12
	Receptor de 2,4 GHz integrado	•	•
	Mic Remoto	•	•
	DAI/FM	•	•
	Suporte CROS/BiCROS	•	•
Painel de adaptação bimodal	•	•	

\* Largura de banda acessível para ajustes de ganho durante adaptação

**Condições operacionais**  
 Temperatura: +1°C a +40°C  
 Umidade relativa: 5% a 93%, sem condensação

**Condições de armazenamento e transporte**  
 A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante o transporte e o armazenamento.  
 Temperatura: -25°C a +60°C  
 Umidade relativa: 5% a 93%, sem condensação

O Oticon Xceed Play BTE UP é um aparelho auditivo super potente com uma bateria de tamanho 675. Ele tem botões de pressão separados para programas e volume para fácil utilização e controle. Inclui bobina de indução, indicadores LED opcionais e suporte para sistemas de sala de aula.

O OpenSound Navigator fornece aos usuários pediátricos acesso de 360° à fala, equilibrando as fontes de som e suprimindo o ruído de fundo.

O OpenSound Optimizer melhora tanto a experiência de audição quanto o conforto, bloqueando o feedback e permitindo que os usuários recebam o ganho prescrito.

A tecnologia sem fio TwinLink combina comunicação binaural, streaming e conectividade de 2,4 GHz para transmissão estéreo diretamente de fontes sonoras digitais.

O Oticon Xceed Play é construído sobre a plataforma Velox S usando uma arquitetura programável de firmware que permite atualizações de desempenho no futuro.




IP68



Para informações sobre compatibilidade, visite [www.oticon.global/compatibility](http://www.oticon.global/compatibility)

## Dados técnicos



120



Faixa de adaptação DSL  
Gancho, não amortecido

## Informações técnicas




O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.

## Aviso sobre o aparelho

A capacidade máxima de saída do aparelho auditivo pode ultrapassar 132 dB SPL (IEC 6038-4). Deve ser tomado cuidado especial ao selecionar e ajustar o aparelho, pois pode haver risco de prejudicar a audição remanescente do usuário do aparelho auditivo.




## Simulador de ouvido

Medido de acordo com  
IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015,  
IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e  
IEC 60318-4:2010



## Acoplador 2CC

Medido de acordo com  
ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015  
e IEC 60318-5:2006



OSPL90	Pico	146 dB SPL	142 dB SPL
	1600 Hz	136 dB SPL	128 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	HFA-OSPL90	138 dB SPL	130 dB SPL
	Pico	87 dB	83 dB
Ganho de teste de referência	1600 Hz	76 dB	69 dB
	HFA-FOG	77 dB	69 dB
Faixa de frequência		100-6000 Hz	100-5300 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	Campo de 1 mA/m	111 dB SPL	-
	Campo de 10 mA/m	126 dB SPL	-
Distorção harmônica total (Entrada de SPL de 70 dB)	DIVISÕES E/D	-	112 dB SPL
	500 Hz	11 %	9 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	1600 Hz	3 %	3 %
	Omni	19 dB SPL	23 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Dir	35 dB SPL	38 dB SPL
	Normal	1,8 mA	4,1 mA
Vida útil da bateria, medição artificial, horas <sup>3</sup>	Quiescente	1,5 mA	1,5 mA
		370	160
Vida útil estimada da bateria, em horas (tamanho da bateria 675 - IEC PR44) <sup>4</sup>		80-250	

- Medido com o controle de ganho do conjunto de aparelhos auditivos em sua posição de ganho total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso visa obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de, p. ex., 60118-0+A1:1994, mas sem influência de feedback.
- A corrente da bateria é medida conforme a IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13, após um tempo de estabilização de, no mínimo, 3 meses.
- Baseado no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.
- A vida útil da bateria em uso real é exibida como um intervalo estimado, com base em casos de uso misto com configurações de amplificação variável e níveis de entrada variáveis, incluindo estêreo direto em tempo real de um aparelho de TV (25% do tempo) e transmissão a partir de um telefone móvel (6% do tempo).

# OTICON | Xceed Play

## Ficha de dados técnicos

BTE SP

110



	Xceed Play 1	Xceed Play 2	
<b>Entendimento da fala</b>	OpenSound Navigator™	Nível 1	Nível 2
	- Efeito power (equilíbrio)	100%	50%
	- Remoção máxima de ruído	9 dB	5 dB
	OpenSound Optimizer™	•	•
	OpenSound Booster™	•	•
	Speech Guard™ LX	Nível 1	Nível 3
<b>Qualidade de som</b>	Speech Rescue™ LX	•	•
	Clear Dynamics	•	-
	Gerenciamento de ruído espacial	•	-
	Canais de processamento	48	48
<b>Conforto auditivo</b>	Bass Boost (em tempo real)	•	•
	Gerenciamento de ruído transiente	4 configurações	3 configurações
	Feedback shield LX	•	•
<b>Otimização de Encaixe</b>	Gerenciamento de ruído de vento	•	•
	YouMatic™ LX, níveis NR	3 configurações	2 configurações
	Bandas de adaptação	14	12
	REM AutoFit	Verifit® LINK, IMC2	Verifit® LINK, IMC2
	Modo de Encaixe Pediátrico	•	•
	Faixa de Alcance DSL	•	•
	Alcance de CV e tamanho do passo	•	•
<b>Projetado para crianças</b>	Razão de adaptação	DSL v5.0, NAL-NL1+2, DSE, VAC+	DSL v5.0, NAL-NL1+2, DSE, VAC+
	LED	•	•
	Compartimento de Bateria Resistente a Violações	•	•
	Hipoalergênico	•	•
	Avaliação IP	IP 68	IP 68
	Revestimento Nano	•	•
	Opções de Cor	12	12
	Receptor de 2,4 GHz integrado	•	•
	Mic Remoto	•	•
	DAI/FM	•	•
Suporte CROS/BiCROS	•	•	
Painel de adaptação bimodal	•	•	

### Condições operacionais

Temperatura: +1°C a +40°C  
Umidade relativa: 5% a 93%, sem condensação

### Condições de armazenamento e transporte

A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante o transporte e o armazenamento.  
Temperatura: -25°C a +60°C  
Umidade relativa: 5% a 93%, sem condensação

O Oticon Xceed Play BTE SP é um aparelho auditivo superpotente com uma bateria de tamanho 13. Ele tem botões de pressão separados para programas e volume para fácil utilização e controle. Inclui bobina de indução, indicadores LED opcionais e suporte para sistemas de sala de aula.

O OpenSound Navigator fornece aos usuários pediátricos acesso de 360° à fala, equilibrando as fontes de som e suprimindo o ruído de fundo.

O OpenSound Optimizer melhora tanto a experiência de audição quanto o conforto, bloqueando o feedback e permitindo que os usuários recebam o ganho prescrito.

A tecnologia sem fio TwinLink combina comunicação binaural, streaming e conectividade de 2,4 GHz para transmissão estéreo diretamente de fontes sonoras digitais.

O Oticon Xceed Play é construído sobre a plataforma Velox S usando uma arquitetura programável de firmware que permite atualizações de desempenho no futuro.




IP68



Para informações sobre compatibilidade, visite [www.oticon.global/compatibility](http://www.oticon.global/compatibility)

## Dados técnicos



**110**



Faixa de Alcance DSL  
Gancho, não amortecido

## Informações técnicas

O modo omnidirecional é usado salvo indicação contrária.


## Aviso sobre o aparelho

A capacidade máxima de saída do aparelho auditivo pode ultrapassar 132 dB SPL (IEC 6038-4). Deve ser tomado cuidado especial ao selecionar e ajustar o aparelho, pois pode haver risco de se prejudicar a audição remanescente do usuário do aparelho auditivo.


## Simulador de ouvido

Medido de acordo com  
IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015,  
IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV e  
IEC 60318-4:2010


### OSPL90



### Ganho total




### Resposta de frequência




## Acoplador 2CC

Medido de acordo com  
ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015  
e IEC 60318-5:2006


### OSPL90



### Ganho total



### Resposta de frequência



OSPL90	Pico	143 dB SPL	139 dB SPL
	1600 Hz	135 dB SPL	127 dB SPL
	HFA-OSPL90	138 dB SPL	130 dB SPL
Ganho total <sup>1</sup>	Pico	83 dB	79 dB
	1600 Hz	75 dB	67 dB
	HFA-FOG	77 dB	70 dB
Ganho de teste de referência		61 dB	53 dB
Faixa de frequência		100-6500 Hz	100-6100 Hz
Saída da bobina de indução (1600 Hz)	Campo de 1 mA/m	109 dB SPL	-
	Campo de 10 mA/m	126 dB SPL	-
	DIVISÕES E/D	-	115 dB SPL
Distorção harmônica total (Entrada de SPL de 70 dB)	500 Hz	4 %	4 %
	800 Hz	<2 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Nível de ruído de entrada equivalente	Omni	18 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	32 dB SPL	34 dB SPL
Consumo de bateria <sup>2</sup>	Normal	1,6 mA	2,5 mA
	Quiescente	1,4 mA	1,4 mA
Vida útil da bateria, medição artificial, horas <sup>3</sup>		200	125
Vida útil estimada da bateria, em horas (tamanho da bateria 13 - IEC PR4B) <sup>4</sup>		75-115	

- Medido com o controle de ganho do conjunto de aparelhos auditivos em sua posição de ganho total menos 20 dB e com um SPL de entrada de 70 dB. Isso visa obter uma resposta de ganho igual à resposta de ganho total de, p. ex., 60118-0+A1:1994, mas sem influência de feedback.
- A corrente da bateria é medida conforme a IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 e ANSI S3.22:2014 §6.13, após um tempo de estabilização de, no mínimo, 3 meses.
- Baseado no padrão de medição de consumo da bateria (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). A vida útil real da bateria depende da qualidade da bateria, padrão de uso, conjunto de recursos ativos, perda auditiva e ambiente sonoro.
- A vida útil da bateria em uso real é exibida como um intervalo estimado, com base em casos de uso misto com configurações de amplificação variável e níveis de entrada variáveis, incluindo estéreo direto em tempo real de um aparelho de TV (25% do tempo) e streaming a partir de um telefone móvel (6% do tempo).



PRODUTOS MÉDICOS E DE  
AUXÍLIO HUMANO LTDA.

## DECLARAÇÃO

ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.035.382/0001-51, estabelecida na Av Venezuela, Nº 27 Sala 902 Parte - Saúde - Rio de Janeiro - CEP 20.081-311 – RJ, através da sua representante legal Sra. Sheila Vasques Tavares, portadora da carteira de identidade nº 0 [REDACTED] 0-8, expedida pelo IFP e CPMF/MF sob o nº 0 [REDACTED] -07, **DECLARA**, para os devidos fins que:

- a) A empresa **TEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUDIOLOGIA LTDA EPP**, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2000, Sala 706, Edifício Centro, Jardim Aclimação, Cuiabá, MT, CEP: 78.050-280, E-mail: pl.audi@terra.com.br - Tel.: (65) 3634-6915, inscrita no CNPJ 04.302.557/0001-38, prestará assistência técnica durante todo o prazo de garantia;

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2024.

SHEILA VASQUES

TAVARES:0 [REDACTED] 07

Digitally signed by SHEILA

VASQUES TAVARES:0 [REDACTED] 07

Date: 2024.06.18 11:35:19 -03'00'

Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda

Sheila Vasques Tavares

Procuradora

RG Nº 0 [REDACTED] 0-8 IFP

CPF Nº 0 [REDACTED] -07

**ATOMED – PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**

Av Venezuela, 27 – Sala 902 Parte – Saúde – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.081-311 – Tel. (21) 2104-9120



**PRODUTOS MÉDICOS E DE  
AUXÍLIO HUMANO LTDA.**

## DECLARAÇÃO

**A  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES.  
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024/SES/MT.**

A empresa Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda., inscrita no CNPJ Nº 01.035.382/0001-51, sediada na Av Venezuela, Nº 27 Sala 902 Parte - Saúde - Rio de Janeiro - CEP 20.081-311 – RJ, representada neste ato por sua representante legal a Sra. Sheila Vasques Tavares, portadora da Carteira de Identidade nº 071.823.10-8, e do CPF nº 0[REDACTED]-07, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- a) não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos executando trabalho no período noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos (Art. 68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021);
- b) não possuir em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pelo chamamento público;
- c) a inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação, que não foi declarado inidôneo e nem está impedido em nenhum órgão público federal, estadual e/ou municipal, assinada por seu representante legal, nos termos do art. 65 da Lei 14.133/2121 c/c art. 137 do Decreto n.º 1.525/2022;
- d) não se encontra apenada com suspensão ou impedimento de contratar com a Administração, nos termos do inciso III do art. 156 da Lei 14.133/21, nem declara inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo legal, bem como que irá comunicar qualquer fato ou evento superveniente que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira;
- e) não se encontra em nenhuma das situações previstas no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2024.

SHEILA VASQUES

TAVARES:0[REDACTED]07

Digitally signed by SHEILA  
VASQUES

TAVARES:0[REDACTED]07

Date: 2024.06.25 06:51:47 -03'00'

Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda

Sheila Vasques Tavares

Procuradora

CPF Nº 0[REDACTED]-07

**ATOMED – PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**

Av Venezuela, 27 – Sala 902 Parte – Saúde – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.081-311 – Tel. (21) 2104-9120



PRODUTOS MÉDICOS E DE  
AUXÍLIO HUMANO LTDA.

## DECLARAÇÃO

A empresa Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda., inscrita no CNPJ Nº 01.035.382/0001-51, sediada na Av Venezuela, Nº 27 Sala 902 Parte - Saúde - Rio de Janeiro - CEP 20.081-311 – RJ, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Edital de Chamamento Público nº 03/2024/SES/MT do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Saúde, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

- a) O material a ser fornecido não é reutilizado;
- b) Forneceremos AASI, cuja potência esteja compatível com o tipo e grau da perda auditiva de cada usuário, identificado na audiometria ou exames similares e indicados pelo CER III/CRIDAC, acompanhados de 03 (três) pilhas por unidade; 01 (um) kit de protetor de cerúmen e 01 (um) kit de limpeza por unidade de AASIs intras; 01 (um) desumidificador para cada par de AASI fornecido e 01 (um) kit Infanto-Juvenil para cada usuário com idade até 16 anos;
- c) Forneceremos garantia por um período não inferior a 01 (UM) ano, inclusive das cápsulas de AASI intra, contados a partir da concessão do AASI para o paciente;
- d) As amostras cedidas para a análise da equipe técnica do CER III/CRIDAC corresponderão exatamente, ao material que será fornecido para o usuário, e que está ciente que as referidas amostras ficarão retidas como parâmetro de avaliação do produto ofertado durante todo o período do credenciamento;

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2024.

SHEILA VASQUES  
TAVARES:0089309  
1707

Digitally signed by SHEILA  
VASQUES  
TAVARES:0[REDACTED]07  
Date: 2024.06.18 11:36:15 -03'00'

Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda.  
Sheila Vasques Tavares  
Procuradora  
RG Nº 0[REDACTED]0-8 IFP  
CPF Nº 0[REDACTED]-07

**ATOMED – PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**

Av Venezuela, 27 – Sala 902 Parte – Saúde – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.081-311 – Tel. (21) 2104-9120



---

## DECLARAÇÃO

**A,**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES.**  
**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024/SES/MT.**

A empresa Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda., inscrita no CNPJ Nº 01.035.382/0001-51, sediada na Av Venezuela, Nº 27 Sala 902 Parte - Saude - Rio de Janeiro - CEP 20.081-311 – RJ, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da presente licitação, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

- a) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
- b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- c) as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- d) não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, conforme art. 1º, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor da Credenciante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- e) não há sanções vigentes que legalmente proibam a participante de licitar e/ou contratar com a Credenciante.
- f) para fins do disposto no inciso VI, art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos em trabalho noturno,



**PRODUTOS MÉDICOS E DE  
AUXÍLIO HUMANO LTDA.**

ATOMED

---

perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

- g) não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2024.

SHEILA VASQUES

TAVARES:0 [REDACTED] 07

Digitally signed by SHEILA

VASQUES TAVARES:0 [REDACTED] 07

Date: 2024.06.18 11:37:06 -03'00'

Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda

Sheila Vasques Tavares

Procuradora

RG Nº 0 [REDACTED] 0-8 IFP

CPF Nº 0 [REDACTED] -07

---

**ATOMED – PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**

Av Venezuela, 27 – Sala 902 Parte – Saúde – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.081-311 – Tel. (21) 2104-9120



Ao  
Governo de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Saúde  
Coordenadoria de Aquisições da Superintendência de Aquisições e Contratos

**Ref.: Chamamento Público nº 03/2024/SES/MT**  
**Processo Administrativo SIGADOC N° SES-PRO-2023/00100**

**Proposta de Preços**

Item	Especificações do Material	Quant	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO INTRA-CANAL TIPO A - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030062	81	<ul style="list-style-type: none"><li>NÃO TEMOS</li></ul>		
2	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO INTRA-CANAL TIPO B - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030070 <b>Marca: SONIC</b> <b>Fabricante: SBO HEARING A/S</b> <b>Procedência: Dinamarca</b> <b>Registro Anvisa: 10356029031</b>	57	<ul style="list-style-type: none"><li>246643 - 246645 - RADIANT 40, KIT 312 2.4G NFM L C001 (R C001) - 10356029031</li></ul>	R\$ 700,00 (Setecentos reais)	R\$ 39.900,00 (Trinta e nove mil, novecentos reais)
3	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO INTRA-CANAL DO TIPO C - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030089	25	<ul style="list-style-type: none"><li>246523 - 246525 - OWN 3, KIT 312 2.4G NFM L C001 (R C001) - 10356029029</li></ul>	R\$ 1.100,00 (Mil e cem reais)	R\$ 27.500,00 (Vinte e sete mil e quinhentos reais)



**PRODUTOS MÉDICOS E DE  
AUXÍLIO HUMANO LTDA.**

ATOMED

	<b>Marca: OTICON</b> <b>Fabricante: SBO HEARING A/S</b> <b>Procedência: Dinamarca</b> <b>Registro Anvisa: 10356029029</b>				
4	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO MICROCANAL TIPO A - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030097	95	<ul style="list-style-type: none"><li>NÃO TEMOS</li></ul>		
5	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO MICROCANAL TIPO B - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030100 <b>Marca: SONIC</b> <b>Fabricante: SBO HEARING A/S</b> <b>Procedência: Dinamarca</b> <b>Registro Anvisa: 10356029031</b>	66	<ul style="list-style-type: none"><li>248908 - 248909 - RADIANT 40, KIT 10 NFM 75 BE (90 BE) - 10356029031</li></ul>	R\$ 700,00 (Setecentos reais)	R\$ 46.200,00 (Quarenta e seis mil, duzentos reais)
6	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO MICROCANAL TIPO C - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030119 <b>Marca: OTICON</b> <b>Fabricante: SBO HEARING A/S</b> <b>Procedência: Dinamarca</b> <b>Registro Anvisa: 10356029029</b>	29	<ul style="list-style-type: none"><li>248848 - 248849 - OWN 3, KIT 10 NFM 75 BE (90 BE) - 10356029029</li></ul>	R\$ 1.100,00 (Mil e cem reais)	R\$ 31.900,00 (Trinta e um mil, novecentos reais)
7	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO A - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030127 <b>Marca: SONIC</b>	1183	<ul style="list-style-type: none"><li>SONIC CV20 B 105</li></ul>	R\$ 525,00 (Quinhentos e vinte e cinco reais)	R\$ 621.075,00 (Seiscentos e vinte e um mil, setenta e cinco reais)

**ATOMED – PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**

Av Venezuela, 27 – Sala 902 Parte – Saúde – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.081-311 – Tel. (21) 2104-9120



**PRODUTOS MÉDICOS E DE  
AUXÍLIO HUMANO LTDA.**

ATOMED

	<p><b>Fabricante: SONIC INNOVATION, INC / SBO HEARING A/S</b>  <b>Procedência: Estados Unidos da América / Dinamarca</b>  <b>Registro Anvisa: 10356020117</b></p>				
8	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030135</p> <p><b>Marca: SONIC</b>  <b>Fabricante: SONIC INNOVATION, INC / SBO HEARING A/S</b>  <b>Procedência: Estados Unidos da América / Dinamarca</b>  <b>Registro Anvisa: 10356020117</b></p>	828	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SONIC CV40 B 105</li> <li>• SONIC CV40 MNR</li> </ul>	R\$ 700,00 (Setecentos reais)	R\$ 579.600,00 (Quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos reais)
9	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030143</p> <p><b>Marca: OTICON</b>  <b>Fabricante: SBO HEARING A/S</b>  <b>Procedência: Dinamarca</b>  <b>Registro Anvisa: 10356020103 / 10356020116</b></p>	355	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OTICON OPN S 3 BTE PP C090</li> <li>• OTICON OPN S 3 MINIRITE C090</li> <li>• OTICON XCEED 2 BTE SP</li> <li>• OTICON XCEED 2 BTE UP</li> <li>• OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C090</li> <li>• OTICON XCEED PLAY 2 BTE SP</li> <li>• OTICON XCEED PLAY 2 BTE UP</li> </ul>	R\$ 1.100,00 (Mil e cem reais)	R\$ 390.500,00 (Trezentos e noventa mil, quinhentos reais)
10	<p>REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO INTRACANAL TIPO A - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030216</p>	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NÃO TEMOS</li> </ul>		
11	<p>REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO INTRACANAL TIPO B - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030224</p>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 246643 - 246645 - RADIANT 40, KIT 312 2.4G NFM L C001 (R C001) - 10356029031</li> </ul>	R\$ 700,00 (Setecentos reais)	R\$ 7.000,00 (Sete mil reais)

**ATOMED – PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**

Av Venezuela, 27 – Sala 902 Parte – Saúde – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.081-311 – Tel. (21) 2104-9120



**PRODUTOS MÉDICOS E DE  
AUXÍLIO HUMANO LTDA.**

ATOMED

	<b>Marca: SONIC</b> <b>Fabricante: SBO HEARING A/S</b> <b>Procedência: Dinamarca</b> <b>Registro Anvisa: 10356029031</b>				
12	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO INTRACANAL TIPO C - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030232 <b>Marca: OTICON</b> <b>Fabricante: SBO HEARING A/S</b> <b>Procedência: Dinamarca</b> <b>Registro Anvisa: 10356029029</b>	05	<ul style="list-style-type: none"><li>246523 - 246525 - OWN 3, KIT 312 2.4G NFM L C001 (R C001) - 10356029029</li></ul>	R\$ 1.100,00 (Mil e cem reais)	R\$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais)
13	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO MICROCANAL TIPO A - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030240	17	<ul style="list-style-type: none"><li>NÃO TEMOS</li></ul>		
14	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO MICROCANAL TIPO B - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030259 <b>Marca: SONIC</b> <b>Fabricante: SBO HEARING A/S</b> <b>Procedência: Dinamarca</b> <b>Registro Anvisa: 10356029031</b>	12	<ul style="list-style-type: none"><li>248908 - 248909 - RADIANT 40, KIT 10 NFM 75 BE (90 BE) - 10356029031</li></ul>	R\$ 700,00 (Setecentos reais)	R\$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais)
15	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO MICROCANAL TIPO C - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030267 <b>Marca: OTICON</b> <b>Fabricante: SBO HEARING A/S</b> <b>Procedência: Dinamarca</b> <b>Registro Anvisa: 10356029029</b>	05	<ul style="list-style-type: none"><li>248848 - 248849 - OWN 3, KIT 10 NFM 75 BE (90 BE) - 10356029029</li></ul>	R\$ 1.100,00 (Mil e cem reais)	R\$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais)
16	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO A -	209	<ul style="list-style-type: none"><li>SONIC CV20 B 105</li></ul>	R\$ 525,00 (Quinhentos e	R\$ 109.725,00 (Cento e nove

**ATOMED – PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**

Av Venezuela, 27 – Sala 902 Parte – Saúde – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.081-311 – Tel. (21) 2104-9120



**PRODUTOS MÉDICOS E DE  
AUXÍLIO HUMANO LTDA.**

ATOMED

	PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030275  <b>Marca: SONIC</b> <b>Fabricante: SONIC INNOVATION, INC / SBO HEARING A/S</b> <b>Procedência: Estados Unidos da América / Dinamarca</b> <b>Registro Anvisa: 10356020117</b>			vinte e cinco reais)	mil, setecentos e vinte e cinco reais)
17	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO B – PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030283  <b>Marca: SONIC</b> <b>Fabricante: SONIC INNOVATION, INC / SBO HEARING A/S</b> <b>Procedência: Estados Unidos da América / Dinamarca</b> <b>Registro Anvisa: 10356020117</b>	146	<ul style="list-style-type: none"><li>• SONIC CV40 B 105</li><li>• SONIC CV40 MNR</li></ul>	R\$ 700,00 (Setecentos reais)	R\$ 102.200,00 (Cento e dois mil, duzentos reais)
18	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO C – PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030291  <b>Marca: OTICON</b> <b>Fabricante: SBO HEARING A/S</b> <b>Procedência: Dinamarca</b> <b>Registro Anvisa: 10356020103 / 10356020116</b>	63	<ul style="list-style-type: none"><li>• OTICON OPN S 3 BTE PP C090</li><li>• OTICON OPN S 3 MINIRITE C090</li><li>• OTICON XCEED 2 BTE SP</li><li>• OTICON XCEED 2 BTE UP</li><li>• OTICON OPN PLAY 2 BTE PP C090</li><li>• OTICON XCEED PLAY 2 BTE SP</li><li>• OTICON XCEED PLAY 2 BTE UP</li><li>• OTICON CROS</li></ul>	R\$ 1.100,00 (Mil e cem reais)	R\$ 69.300,00 (Sessenta e nove mil, trezentos reais)
19	SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULADA PESSOAL (FM) - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030321  <b>Marca: OTICON</b>	30	<ul style="list-style-type: none"><li>• EDUMIC</li></ul>	R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais)	R\$ 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil reais)

**ATOMED – PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**

Av Venezuela, 27 – Sala 902 Parte – Saúde – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.081-311 – Tel. (21) 2104-9120



**PRODUTOS MÉDICOS E DE  
AUXÍLIO HUMANO LTDA.**

**ATOMED**

	<p><b>Fabricante: SBO HEARING A/S</b> <b>Procedência: Dinamarca</b> <b>Registro Anvisa: 10356020116</b> <b>Certificado Anatel: 17597-20-05812</b></p> <p><b>Microfone remoto - produto compatível com AASIs da Marca Oticon e Sonic, da plataforma velox ou superior, e com o Ponto 4, da Oticon Medical.</b></p>				
--	---	--	--	--	--

---

**ATOMED – PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**

Av Venezuela, 27 – Sala 902 Parte – Saúde – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.081-311 – Tel. (21) 2104-9120



## PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA.

---

### Dados da empresa:

**Razão Social:** Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda

**CNPJ/CPF:** 01.035.382/0001-51 **IE.** 85.798.278 **IM.** 200.239-6

**Endereço:** Av Venezuela, Nº 27 Sala 902 Parte - Saúde - Rio de Janeiro - CEP 20.081-311 – RJ

**Responsável:** Sheila Vasques Tavares – Procuradora - RG 0[REDACTED]0-8 - CPF 0[REDACTED]-07

**Telefone:** (21) 2104-9120 **Tel. (21) 9.9430-1160** **E-mail:** [licitacao.atomed@demant.com](mailto:licitacao.atomed@demant.com)

Banco Itaú (341) - Ag. 0023 – Bonsucesso - C/C 06871-1 **Chave PIX: 01.035.382.0001-51**

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

Garantia do produto: 01 (um) ano, conforme edital.

Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias, conforme edital.

Prazo para entrega do material: 30 (trinta) dias, conforme edital.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital.

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.

Ficha Técnica e Registro do Produto em anexo.

SHEILA VASQUES

TAVARES:0[REDACTED]07

Digitally signed by SHEILA  
VASQUES TAVARES:0[REDACTED]07  
Date: 2024.06.18 11:39:23 -03'00'

Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda.

Sheila Vasques Tavares

Procuradora

CPF Nº 0[REDACTED]-07

---

**ATOMED – PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA**

Av Venezuela, 27 – Sala 902 Parte – Saúde – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.081-311 – Tel. (21) 2104-9120