



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

Esclarecimento de Edital

Informações do Edital			
Número do Edital: 0043/2024			
Número do Processo: 0061490/2023			
Dados do Fornecedor			
Razão Social:	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CPF/CNPJ:	05743288000108
Email:	licitacao1@hospcom.net		
Dados do Usuário			
Nome:	Weverton Luiz Coelho	CPF:	63340356149
Email:	licitacao@hospcom.net		
Dados do Esclarecimento			
Data da Criação:	21/05/2024 20:48:59		
Conteúdo do Esclarecimento:			
<p>Prezados,</p> <p>Pelo presente documento, viemos à presença de V. Sa solicitar esclarecimentos em relação ao Pregão Eletrônico nº 43/2024 pelos fatos e fundamentos em anexo.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Hospcom</p>			
Data da Resposta:	22/05/2024 15:01:51		
Resposta do Esclarecimento:			
<p>O pedido de esclarecimento foi analisado pela equipe técnica que manifestou-se da seguinte forma:</p> <p>" Em atenção ao questionamento da empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, sobre a alteração na descrição do Lote único dos itens 1,2,3,4 e 5 – Monitor Multiparâmetros, gostaríamos de informar que, infelizmente, não poderemos aceitar seus pedidos neste momento.</p> <p>Pedido 01 - Sugerimos acrescentar "deve monitorizar parâmetros de qt/qtc com cabo de 5 ou 6 vias", sendo que quando acrescentamos uma tecnologia de análise qt/qtc, proporcionamos a melhor avaliação do paciente após análise do traçado completo de ECG, tendo um prognóstico rápido e com precisão.</p> <p>Resp: Os traçados completos de ECG solicitados no edital são de dimensões mínimas no qual nos atende.</p> <p>Pedido 02 - Acrescentar "valores de pressão arterial sistólica (pas) de no mínimo 40 a 260 mmhg, pressão arterial diastólica (pad) de no mínimo 25 a 220 mmhg e pressão arterial média (pam) de no mínimo 25 a 250 mmhg de acordo com nbr iec 80601-2-30 ou norma internacional equivalente; modos de medida: manual, automático;" ajustando estes limites de análise temos como objetivo melhorar e ampliar a avaliação de pressão não invasiva pois este parâmetro tem como um ponto crucial nos pacientes a serem avaliados, e aumentando esta faixa de medida podemos abranger mais doenças fisiológicas na hora do diagnostico, garantindo uma avaliação mais rápida e fidedigna para pacientes cardíacos.</p> <p>Resp: Os valores de pressão arterial solicitados no edital são de dimensões mínimas no qual nos atende.</p> <p>Ponto 3 - Acrescentar "o equipamento deve ser dotado da possibilidade de suporte de parede homologado pelo fabricante listado em manual." Acessório de extrema importância, pois quando incluímos a possibilidade de um suporte de parede homologado pela fabricante, a empresa vencedora deverá garantir um produto feito diretamente da fábrica do monitor, com normativas e métricas do monitor ofertado, tendo uma</p>			



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

Esclarecimento de Edital

melhor fixação do monitor na parede evitando a queda e futuros desgastes físicos do equipamento.

Resp: Os acessórios solicitados no edital são de dimensões mínimas no qual nos atende.

Acreditamos que a descrição atual atende às necessidades de todos os envolvidos e garante a lisura da licitação, sendo que as alterações na descrição já foram finalizadas e o processo está em andamento."

Desta forma não haverá alterações nas exigências técnicas do edital.

Atenciosamente,

Ideuzete Maria da Silva Albuquerque Tercis  
Pregoeira Oficial da SES/MT