



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 02617/2024/COAESH/SES

Cuiabá/MT, 01 de julho de 2024

Assunto: ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO CAMA HOSPITALAR, DA HOSPIMETAL, MARCA: HOSPIMETAL, MODELO: HM.2002C – CAMA FOWLER 4 MOTORES, DE COR AZUL, APRESENTADO EM PROPOSTA NO PE 037/2024, E DESCRITIVO TÉCNICO DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 139/2023/GBSAGH/SES – MT.

Prezada Pregoeira,

Após reunião web gravada, realizada com a presença de 3 (três) técnicos avaliadores do Gabinete de Gestão Hospitalar, 1 (uma) assistente do Gabinete de Gestão Hospitalar, e os representantes da empresa HOSPIMETAL, foram sanadas as dúvidas remanescentes sobre a proposta da cama hospitalar HOSPIMETAL, modelo HM.2002C.

Durante a reunião, discutimos a inclusão do controle remoto com fio, item constante no manual como opcional, mas não mencionado na proposta original. A empresa HOSPIMETAL prontamente se comprometeu a incluir o controle remoto com fio, além de mais dois ganchos no porta soro e ganchos adicionais nas laterais da cama.

Anexo a este documento, segue o índice remissivo com o cruzamento entre os itens solicitados no descritivo e o manual da ANVISA enviado pela empresa. Este índice comprova que o modelo apresentado pela empresa HOSPIMETAL, modelo HM.2002C, atende integralmente aos requisitos do TR 139/2023.

Reafirmamos que o modelo apresentado pela HOSPIMETAL atende ao TR 139/2023 e **ESTÁ APTA** a seguir no certame. A empresa encaminhou um compromisso por escrito de inclusão dos itens solicitados para atender 100% ao edital, conforme documento anexo.

Desta forma, finalizamos esta avaliação técnica e consideramos a proposta da HOSPIMETAL como **totalmente conforme**, aos requisitos do edital.

Sem mais, atentiosamente.

LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO
PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE SERVICOS
HOSPITALARES



SESI/MT/2024/02617A



Assinado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - 01/07/2024 às 10:09:46, ZELMA BEATRIZ PAZ MIRANDA - 01/07/2024 às 10:12:44, IGOR LUIZ NUNES SILVA - 01/07/2024 às 10:14:07, NUBIA SANTANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - 01/07/2024 às 10:16:32, OBERDAN FERREIRA COUTINHO LIRA - 01/07/2024 às 10:22:40 e LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 01/07/2024 às 10:26:07.
Documento Nº: 18593705-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18593705-9193>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

IGOR LUIZ NUNES SILVA
ASSESSOR TEC DE DIRECAO II
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS
ASSESSOR TEC DE DIRECAO II
HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA

NUBIA SANTANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS
HOSPITALARES

ZELMA BEATRIZ PAZ MIRANDA
Gestor(a) Governamental
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO HOSPITALAR

OBERDAN FERREIRA COUTINHO LIRA
SECRETARIO ADJUNTO
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO HOSPITALAR



SESMAN202402617A



Assinado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - 01/07/2024 às 10:09:46, ZELMA BEATRIZ PAZ MIRANDA - 01/07/2024 às 10:12:44, IGOR LUIZ NUNES SILVA - 01/07/2024 às 10:14:07, NUBIA SANTANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - 01/07/2024 às 10:16:32, OBERDAN FERREIRA COUTINHO LIRA - 01/07/2024 às 10:22:40 e LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS - 01/07/2024 às 10:26:07.
Documento Nº: 18593705-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18593705-9193>

SIGA

Índice Remissivo para Verificação do Manual da Cama Hospitalar da 6ª colocada a empresa HOSPIMETAL, Modelo: HM.2002C, CAMA FOWLER 4 MOTORES, apresentado em proposta no PE 037/2024 em Relação ao Descritivo da TR 139/2023

1. Movimentos e Posições

- **Descritivo do Pregão:** Ajuste de altura, inclinação do dorso, flexão das pernas, posições Fowler, Semi-Fowler, Cardíaca, Vascular, Trendelenburg e Trendelenburg reverso.
- **Página no Manual:** 15
- **ATENDE**

2. Controle Remoto

- **Descritivo do Pregão:** Controle remoto de mão com fio, para o paciente e enfermeira.
- **Página no Manual:** 15 MOSTRA QUE NÃO POSSUI NO MODELO OFERTADO HM.2002C, Porém na mesma página consta como opcional, solicitar uma declaração na proposta que entregará uma cama com controle sem fio
- **Condicionar somente com apresentação web da empresa e declaração escrita, que entregará com controle remoto de mão com fio. (Atendido durante a Reunião WEB)**

3. Cabeceira e Peseira

- **Descritivo do Pregão:** Removíveis SEM TRAVAS, fabricadas preferencialmente em material termoplástico na cor branca com azul royal.
- **Página no Manual:** 15
- **ATENDE**

4. Sistema de Grades

- **Descritivo do Pregão:** Retração linear através de acionamento único, preferencialmente em material termoplástico, com sistema de amortecimento, movimentos independentes, bloqueio e travas.
- **Página no Manual:** 15 e proposta
- **ATENDE**

5. Controle de Comandos

- **Descritivo do Pregão:** Controle de comandos (membrana) na grade lateral da cabeceira, acesso fácil para paciente na parte interna e para enfermeira na parte externa preferencialmente dos dois lados, no mínimo ajustes de altura, posição, elevação e articulação.
- **Página no Manual:** 15



SESCAP2024403643A



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:06:20.
Documento Nº: 18594504-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18594504-9193>

SIGA

- **ATENDE**

6. Material do Leito

- **Descritivo do Pregão:** Chapa de aço inox e/ou aço carbono, com pintura eletrostática a pó.
- **Página no Manual:** 17
- **ATENDE**

7. Estrutura do Estrado

- **Descritivo do Pregão:** Articulações de no mínimo 4 partes, removíveis.
- **Página no Manual:** Não encontrado
- **Condicionar somente com apresentação web da empresa (Atendido durante a Reunião WEB)**

8. Rodízios

- **Descritivo do Pregão:** 4 rodízios de no mínimo **150mm, duplos** e não metálicos, todos com freio, acionados em ambos os lados da cama, preferencialmente com 5ª roda retrátil.
- **Página no Manual:** Página 15 Rodízios com direcional, e freio total – diâmetros de 150 mm, proposta
- **ATENDE**

9. Suporte de Soro/Trapézio

- **Descritivo do Pregão:** 4 posições para suporte de soro ou trapézio.
- **Página no Manual:** 15
- **ATENDE (ampliar e irão incluir mais dois ganchos no porta soro – 4 no total)**

10. Função de Ressuscitação (CPR/RPC)

- **Descritivo do Pregão:** Função RPC - Ressuscitação Cardiopulmonar.
- **Página no Manual:** 15 em opcionais e na proposta
- **ATENDE**

11. Ganchos para Drenos/Bolsas



SESCAP2024403643A



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:06:20.
Documento Nº: 18594504-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18594504-9193>

SIGA

- **Descritivo do Pregão:** Ganchos para drenos/bolsas do tipo Foley/dispositivos urinários.
- **Página no Manual:** 20 e proposta
- **ATENDE** (Vão ampliar para 2 de cada lado e com 10 cm de distância entre eles)

12. Proteção contra Penetração de Água

- **Descritivo do Pregão:** Nível IPX4.
- **Página no Manual:** 25
- **ATENDE**

13. Proteção contra Choque Elétrico

- **Descritivo do Pregão:** Possuir anti-choque elétrico.
- **Página no Manual:** 25
- **ATENDE**

14. Luz Noturna

- **Descritivo do Pregão:** Possuir luz noturna.
- **Página no Manual:** 43 e proposta
- **ATENDE**

15. Capacidade de Carga

- **Descritivo do Pregão:** Capacidade de carga mínima de 250 kg.
- **Página no Manual:** página 8 opcionais 250 kg e proposta
- **ATENDE**

16. Extensor de Leito

- **Descritivo do Pregão:** Possuir extensor de leito de no mínimo 30 cm.
- **Página no Manual:** Página 15 opcionais, está proposta
- **ATENDE**

17. Colchão

- **Descritivo do Pregão:** Colchão impermeável compatível, densidade no mínimo D-33.
- **Página no Manual:** Pág 15 opcional e Proposta
- **ATENDE**



SESCAP2024403643A



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:06:20.
Documento Nº: 18594504-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18594504-9193>

SIGA

18. Bateria Interna Recarregável

- **Descritivo do Pregão:** Acompanhar bateria interna recarregável.
- **Página no Manual:** 24
- **ATENDE**

19. Alimentação Elétrica

- **Descritivo do Pregão:** Bivolt - 60Hz.
- **Página no Manual:** 8
- **ATENDE**



SESCAP2024403643A



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:06:20.
Documento Nº: 18594504-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18594504-9193>

SIGA 



Completa linha de Móveis e Equipamentos Hospitalares,
Camas, Macas, Mesas de Exame,
Cadeiras de hemodiálise, etc...

Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2024 | Processo Administrativo nº SES-PRO-2023/74033
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES | GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS
Abertura das propostas dia 24 de Maio de 2024 às 10:00 horas
<https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/priv/comum/PrincipalAreaLicitante.jsp>

RAZÃO SOCIAL: Distribuidora Médico-Hospitalar Hospimetal Ltda-EPP.
ENDEREÇO: Rua Brigadeiro Faria Lima nº 2.70-A - Parque Industrial - Araçatuba/SP.
FONE/FAX: (18) 2102-0625
C.N.P.J.: 00.017.436/0001-93 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 177.108.109.111
BANCO DO BRASIL **AGENCIA:** 3300-6 **CONTA-CORRENTE:** 1564-4
SIGNATÁRIO: Wílham Donisete de Paula, Procurador, RG: 8.022.149-SSP/SP, CPF: 029.327.588-29.
ENDEREÇO: Rua José Bonifácio, nº. 346 - Apto 141 - Bairro Centro - Araçatuba/SP.
E-MAIL: vendas3@hospimetal.com.br | vendas6@hospimetal.com.br

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

A
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES.
Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2024 – SES/MT.
Tipo: MENOR PREÇO.
Critério de Julgamento: UNITÁRIO

Licitante: DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA, C.N.P. J 00.017.436/0001-93, Inscrição Estadual: 177.108.109.111, Tel. Fax: (18) 2102-0625, E-mail: vendas6@hospimetal.com.br; vendas3@hospimetal.com.br, Celular: (18) 98151.0390
ENDEREÇO: Rua Brigadeiro Faria Lima nº 2.70-A - Parque Industrial - Araçatuba/SP.

Item	Código SIAG	Especificação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
04	1114985	HM.2002 C - CAMA FAWLER 4 MOTORES, CAB./PESEIRA E GRADES INJETADAS EM POLIETILENO, CONTROLE DIGITAL CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis (sem o uso de ferramentas – sem travas) estruturada nas laterais em material injetado em polietileno de alta densidade, com áreas de pega vazadas para proteção das mãos e transporte pela equipe de enfermagem, podendo ainda ser utilizado para procedimentos de massagem cardíaca, na cor Branco com Azul Royal. CHASSI: base construída em perfis de tubo de aço carbono retangular 50 x 30 x 1,5 mm, com pés recuados, tampo em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço carbono de 3,2 mm de espessura, perfilados em U. ESTRADO: Articulado em quatro seções, com estrutura rígida em chapa de aço carbono perfurado	peça	250	R\$ 13.650,00 (Treze mil, seiscentos e cinquenta reais).	R\$ 3.412.500,00 (Três milhões, quatrocentos e doze mil e quinhentos reais).

DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP.
Rua Brig. Faria Lima, 2.701-A - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030 - Tel./Fax: (18) 2102-0600
CNPJ: 00.017.436/0001-93 Inscrição Estadual: 177.108.109.111



SESCAP2024403654A



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:08:06
Documento Nº: 18594710-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18594710-9193>



	<p>de 1.5mm, possibilitando os movimentos Fowler/Auto-Contorno (elevação do dorso e dos pés de forma simultânea, fazendo com que o paciente não deslize sobre o leito, Semi-Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos/Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação do Leito e Posição Cadeira Cardíaca.</p> <p>MOTORES: Quatro motores elétricos, blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, tensão principal 110/220 volts - 50/60 Hz, e tensão secundária 24 volts - 2 A, - com unidade de bateria 24 V - 1,2 Ah, recarregável, para acionamento dos movimentos na ausência de energia elétrica.</p> <p>GRADES LATERAIS: Dois pares de grades laterais articuláveis e retráteis (retração linear), sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, cobrindo toda extensão do leito, estruturada de alta resistência em polietileno injetado, com movimentação pelo sistema de pistão/amortecedores, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança, e sistema de embuti-las sob o leito, com espaçamento entre as grades de acordo com as normas de segurança NBR IEC 60601-2-52:2020.</p> <p>CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADOS: Dois teclados de membrana digital localizados nas duas grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno (pelo paciente) e externo (pela equipe de enfermagem). Um teclado de membrana digital para controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento/bloqueio dos movimentos, PCR eletrônico e trendelemburg com um único toque de comando.</p> <p>PÁRA-CHOQUE: Para-choque de borracha nos 04 cantos da cama para proteção de parede.</p> <p>RODÍZIOS DUPLOS: Diâmetro de 150 mm com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. Indicador luminoso de acionamento de freio na membrana supervisora.</p> <p>PINTURA: Todas as peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, a base de fosfato de zinco, e acabamento em pintura eletrostática a pó em resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa por 30 minutos a 230 C, de excelente resistência química e mecânica.</p> <p>CAPACIDADE: 250 kg.</p>				
--	---	--	--	--	--

DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP.
Rua Brig. Faria Lima, 2.701-A - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030 - Tel./Fax: (18) 2102-0600
CNPJ: 00.017.436/0001-93 Inscrição Estadual: 177.108.109.111



SESCAP2024403654A



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:08:06
Documento Nº: 18594710-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18594710-9193>

SIGA

	<p>Indicador de ângulo embutidos nas grades laterais com indicação de ângulo para Dorso, Trendelenburg e Reverso do Trendelenburg. Alívio mecânico.</p> <p>DIMENSÕES: Externas: 2,25 m x 1,10m. Internas: 1,90 x 0,90m. Altura ajustável de 0,55 até 0,80m. ANVISA: 80172580001</p> <p>ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A CAMA:</p> <ul style="list-style-type: none">↪ Quinta roda central retrátil e direcional, para melhor transporte da cama.↪ Suporte para soro em aço inox, com altura regulável, com 04 ganchos, 02 na extremidade superior e 02 do outro lado mais baixos, acoplável nos quatro cantos do leito.↪ Suporte para trapézio, nos quatro pontos do leito.↪ Luz noturna instalada na cama, em até três níveis de intensidade, para melhor acomodação do paciente, com acionamento nas membranas internas das grades do dorso.↪ CPR mecânico, para procedimentos de emergência e ressuscitação cardio-pulmonar, acionados através de alavanca lateral em ambos os lados da cama, abaixo do leito, com sistema de amortecimento em sua descida.↪ Ganchos para bolsa de drenagem, localizados em ambos os lados da cama, sendo 02 de cada lado com distanciamento entre si de 0,10 m, fixados sob o leito.↪ Extensão do leito na peseira da cama de até 30 cm.↪ Controle remoto a fio, para uso do paciente e profissional da saúde/enfermeira.↪ Colchão hospitalar, de espuma em alta densidade D33 e resiliência, revestido em courvin lavável e impermeável, de acordo com as dimensões do leito da cama. ANVISA: 80172580009. <p>Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 36 (Trinta e Seis) meses Produto certificado pelo INMETRO Grau de proteção contra água e respingos, IPX6.</p>				
--	---	--	--	--	--

DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP.
Rua Brig. Faria Lima, 2.701-A - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030 - Tel./Fax: (18) 2102-0600
CNPJ: 00.017.436/0001-93 Inscrição Estadual: 177.108.109.111



SESC-AP2024403654A



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:08:06
Documento Nº: 18594710-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18594710-9193>



Completa linha de Móveis e Equipamentos Hospitalares,
Camas, Macas, Mesas de Exame,
Cadeiras de hemodiálise, etc...

- ↪ O preço ofertado contempla todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação do serviço; apurados mediante o preenchimento do modelo de Proposta, conforme Edital.
- ↪ Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- ↪ Prazo e local de entrega: (conforme Minuta de Contrato).

↪ DECLARAÇÃO:

A Distribuidora Médico Hospitalar Hospimetal, DECLARA que irá entregar as camas, conforme termo de referência, de acordo com a proposta comercial apresentada, estando inclusos todos os acessórios nela descritos.

CONDIÇÕES GERAIS

1. Nos preços propostos já se encontram inclusos Embalagem, frete e impostos, sendo o material entregue no HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE MATO GROSSO, RUA G, S/Nº, BLOCO A, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ/MT.
2. Condições de pagamento: 30 (TRINTA) dias contados do recebimento e ateste da NF.
3. Prazo de entrega: 30 (TRINTA) DIAS úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho.
4. Validade da proposta: 60 (SESENTA) dias corridos, contados da data de sua apresentação.
5. Os móveis são de procedência Nacional, da marca HOSPIMETAL, com 36 (TRINTA E SEIS) MESES DE GARANTIA contra defeito de fabricação, em condições normais de utilização.
6. Todos os móveis passam pelo processo de tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica.
7. Estamos de acordo com todas as normas e condições contidas neste Edital de Pregão Eletrônico e cotamos os itens dentro das especificações.
8. Os produtos negociados nesta proposta, após o término da sua vida útil, devem ter suas partes recicláveis descartadas conforme legislação vigente no município, estado ou país da compra.
9. Nos preços cotados, estão inclusos, todos os insumos que o compõem, tais como despesas de impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação.
10. Os produtos que constam nessa proposta comercial foram submetidos à análise crítica, conforme IT 7.10.

Araçatuba/SP, 01 de julho de 2024.

DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP.

Rua Brig. Faria Lima, 2.701-A - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030 - Tel./Fax: (18) 2102-0600
CNPJ: 00.017.436/0001-93 Inscrição Estadual: 177.108.109.111



SESCAP2024403654A



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:08:06
Documento Nº: 18594710-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18594710-9193>

SIGA

CAMAS ADULTOS

Hospimed

HM.2002 C - CAMA FAWLER 4 MOTORES, CAB./PESEIRA E GRADES EM POLIETILENO, CONTROLE DIGITAL.

CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis estruturada nas laterais em material injetado em polietileno - **CHASSI:** base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, tampo em material termoplástico de alta resistência - **ESTRUTURA DO ESTRADO:** Construída em chapa de aço 3,2mm de espessura, perfilados em U - **ESTRADO:** Articulado em 4 seções, com estrutura rígida em chapa de aço 1,5mm - **MOTORES:** Todos os movimentos são comandados por 4 motores, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, tensão principal 110/220 volts - 50/60 Hz, e tensão secundária 24 volts - 2 A, - com unidade de bateria 24 V - 1,2 Ah, recarregável - **GRADES LATERAIS:** Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada de alta resistência em polietileno injetado, fixadas a cama, móveis pelo sistema de pistão a gás, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, e sistema de embutir-las sob o leito - **CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADOS:** 2 localizados nas 2 grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo, 1 localizado na peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e trendelemburg com um único toque de comando - **SUPORTE PARA SORO:** Suporte para soro em aço inoxidável, com altura regulável, adaptável nos 4 cantos do leito - **PARA-CHOQUE:** Para-choques nos 4 cantos da cama para proteção de parede - **RODÍZIOS:** Diâmetro de 150mm com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente - **PINTURA:** Todas as peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, a base de fosfato de zinco, e acabamento em pintura eletrostática a pó em resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa por 30 minutos a 230 C, de excelente resistência química e mecânica - **Indicador de ângulo** - Alívio mecânico - **CAPACIDADE:** 250 kg.



DIMENSÕES

- Externas: 2,25 m x 1,10 e altura ajustável de 0,55 até 0,80m
- Internas: 1,90 x 0,90m

OPCIONAIS

- Cabeceira/peseira e grades em poliuretano
- Gaveta radiotransparente em laminado de alta pressão, sob a seção do dorso
- Leito em ABS termo conformado
- Leito em aço inox
- Leito perfurado
- Grades em toda extensão do leito
- Suporte para cilindro de oxigênio
- Extensão do leito na peseira
- Quinta roda direcional
- Sistema de compensação abdominal
- Suporte para bolsa de drenagem
- Luz noturna e chamada de enfermagem
- Sistema de Quick Release do dorso
- Variação do diâmetro dos rodízios
- Variação nas dimensões
- Capacidade 350 kg



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:08:06.
Documento Nº: 18594710-9193 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/publico/app/autenticar?n=18594710-9193>



SESCAP20244.03654A

SIGA



Completa linha de Móveis e Equipamentos Hospitalares,
Camas, Macas, Mesas de Exame,
Cadeiras de hemodiálise, etc...

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, com sede na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, à Rua Brigadeiro Faria Lima nº 2.701, Parque Industrial, inscrita no C.N.P.J. sob nº 54.178.983/0001-80 e Inscrição Estadual nº 177.052.168.115, fabricante dos móveis da marca HOSPIMETAL, DECLARA e NOMEIA como a sua DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA a empresa DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. nº. 00.017.436/0001-93, com sede na Rua Brigadeiro Faria Lima nº 2.701 A, Parque Industrial, na cidade de Araçatuba/SP, CEP: 16078-030.

AMBAS EMPRESAS declaram que os bens ofertados são da Marca Hospimetal, de procedência Nacional comprovadamente novos e sem uso, sendo entregues prontos para uso, não necessitando, peças de reposição, ferramentas especiais, material de consumo específico, e nem de acessórios periféricos, sendo os produtos garantidos por **36 (TRINTA E SEIS) meses contra defeito de fabricação** em condições normais de utilização contados da data de entrega e instalação dos equipamentos.

Nota: Definição de defeito de fabricação:

São os defeitos de concepção ou construção, ocorrido por erro de projeto ou escolha errônea de materiais utilizados na construção, bem como os ocorridos na fase de fabricação, por falha mecânica ou humana.

Não estão contidos nos defeitos de fabricação o uso inadequado, os defeitos originados por manutenção inadequada ou falta de manutenção, os componentes eletrônicos (salvo se defeito de fabricação do nosso fornecedor), e os desgastes naturais por uso.

Informam ainda que o prestador de assistência técnica na Região de CUIABÁ/MT é a empresa M. M. COM. E EQUIP. HOSP. LABORATÓRIO LTDA, CNPJ nº 37.462.629/0001-63, sediado na cidade de Cuiabá/MT, no seguinte endereço: Rua Thogo da Silva Pereira, nº 400-D, Bairro Centro, Fone/Fax: (65) 3624-6663, estando apta a prestar todo tipo de informações e/ou assistência.

Por ser expressão da verdade, firmam a presente declaração na forma da lei.

Atenciosamente,

Araçatuba/SP, 01 de julho de 2024.

Fabricante

Distribuidor

Representante Legal/PP

DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP.
Rua Brig. Faria Lima, 2.701-A - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030 - Tel./Fax: (18) 2102-0600
CNPJ: 00.017.436/0001-93 Inscrição Estadual: 177.108.109.111



SESCAP2024403654A



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:08:06
Documento Nº: 18594710-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18594710-9193>

SIGA



Completa linha de Móveis e Equipamentos Hospitalares,
Camas, Macas, Mesas de Exame,
Cadeiras de hemodiálise, etc...

ANEXO IV – DECLARAÇÕES

A

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES

Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2024 – SES/MT

Tipo: MENOR PREÇO

Critério de Julgamento: UNITÁRIO

DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP, CNPJ Nº.00.017.436/0001-93, sediada na Rua Brigadeiro Faria Lima, nº.2701-A, Bairro Parque Industrial, CEP.: 16078-030, Araçatuba/SP, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da presente licitação, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

- Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
- Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declaração de que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Declaração da própria empresa de que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, conforme art. 1º, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- Declaração de que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- Declaração para fins do disposto no inciso VI, art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
- Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.

Araçatuba/SP, 01 de julho de 2024.

DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP.

Rua Brig. Faria Lima, 2.701-A - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030 - Tel./Fax: (18) 2102-0600
CNPJ: 00.017.436/0001-93 Inscrição Estadual: 177.108.109.111



SESCAP2024403654A



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:08:06
Documento Nº: 18594710-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18594710-9193>

SIGA



Completa linha de Móveis e Equipamentos Hospitalares,
Camas, Macas, Mesas de Exame,
Cadeiras de hemodiálise, etc...

ANEXO V - DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2024 - SES/MT
Tipo: MENOR PREÇO
Critério de Julgamento: UNITÁRIO

DECLARO, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações, objeto mencionado neste termo, de acordo com o art. 63, §3º da Lei Federal nº 14.133/21 e assumo total responsabilidade por esse fato e não utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que não seja avenças técnicas ou financeiras com o Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Araçatuba/SP, 01 de julho de 2024.

APÊNDICE II - TERMO DE COMPROMISSO

A
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2024 - SES/MT
Tipo: MENOR PREÇO
Critério de Julgamento: UNITÁRIO

A empresa DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA CNPJ Nº 00.017.436/0001-93, sediada a rua Brigadeiro Faria Lima, 2.701-A, Parque Industrial, Araçatuba/SP, DECLARA por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins deste PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2024, junto ao órgão SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES, que dará o Treinamento, conforme estipulado no edital do Pregão eletrônico supramencionado, englobando, no mínimo: visão geral do sistema, ajustes e calibrações, entendimento de logs de erros, identificação de falhas e correção das mesmas, solução de problemas e configurações, sem ônus algum ao cliente supracitado.

Araçatuba/SP, 01 de julho de 2024.

DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP.
Rua Brig. Faria Lima, 2.701-A - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030 - Tel./Fax: (18) 2102-0600
CNPJ: 00.017.436/0001-93 Inscrição Estadual: 177.108.109.111



SESCAP2024403654A



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:08:06
Documento Nº: 18594710-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18594710-9193>

SIGA



Completa linha de Móveis e Equipamentos Hospitalares,
Camas, Macas, Mesas de Exame,
Cadeiras de hemodiálise, etc...

DECLARAÇÕES

Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2024/SES/MT | Processo Administrativo nº SES-PRO-2023/74033
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES | GOVERNO DE MATO GROSSO

DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP, CNPJ Nº.00.017.436/0001-93, sediada na Rua Brigadeiro Faria Lima, nº.2701-A, Bairro Parque Industrial, CEP.: 16078-030, Araçatuba/SP, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da presente licitação, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

- > Declara que se encontra no enquadramento fiscal de ME/EPP;
- > Declara que os valores somados dos contratos não extrapolam a receita bruta anual;
- > Declara que está ciente de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação.

Araçatuba/SP, 01 de julho de 2024.

ANEXO A - TERMO ANTICORRUPÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2024/SES/MT | Processo Administrativo nº SES-PRO-2023/74033

DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP, CNPJ Nº.00.017.436/0001-93, sediada na Rua Brigadeiro Faria Lima, nº.2701-A, Bairro Parque Industrial, CEP.: 16078-030, Araçatuba/SP, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no edital, **DECLARA** sob as penas da lei:

Araçatuba/SP, 01 de julho de 2024.

DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP.
Rua Brig. Faria Lima, 2.701-A - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030 - Tel./Fax: (18) 2102-0600
CNPJ: 00.017.436/0001-93 Inscrição Estadual: 177.108.109.111



SESCAP2024403654A



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:08:06
Documento Nº: 18594710-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18594710-9193>

SIGA



Completa linha de Móveis e Equipamentos Hospitalares,
Camas, Macas, Mesas de Exame,
Cadeiras de hemodiálise, etc...

ANEXO A - TERMO ANTICORRUPÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2024/SES/MT | Processo Administrativo nº SES-PRO-2023/74033

DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP, CNPJ Nº.00.017.436/0001-93, sediada na Rua Brigadeiro Faria Lima, nº.2701-A, Bairro Parque Industrial, CEP: 16078-030, Araçatuba/SP, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no edital, **DECLARA** sob as penas da lei:

- > Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome.
- > Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.
- > Que na execução deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção.
- > A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.
- > Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida; (c) e que conhece que a comprovação de sua participação em atos de corrupção em desfavor do Erário Estadual suscita a possibilidade de extinção do contrato, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

Araçatuba/SP, 01 de julho de 2024.

DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA-EPP.
Rua Brig. Faria Lima, 2.701-A - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030 - Tel./Fax: (18) 2102-0600
CNPJ: 00.017.436/0001-93 Inscrição Estadual: 177.108.109.111



SESCAP202403654A



Autenticado com senha por LUCIANA LOPES CASTANHA SOUTO - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / COAESH - 01/07/2024 às 10:08:06
Documento Nº: 18594710-9193 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18594710-9193>

SIGA