

COMUNICAÇÃO INTERNA

MTHEMO.CODA.CI.006

DATA DA CRIAÇÃO: 01/2023

VERSÃO: 01

REVISÃO: 2023

Cuiabá, 12 de Maio de 2026.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2025/30963
Pregão Eletrônico n.º 008/2026

Processo: SES-PRO-2025/30963

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 017/2026

Objeto da contratação: A aquisição para contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos e equipamentos em comodato com fornecimento de acessórios para controle microbiológico de hemocomponente para atender as demandas principal é realizar o controle de qualidade microbiológico dos hemocomponentes produzidos pela Hemorrede pública, testando a esterilidade dos mesmos e a identificação de microrganismos causadores de infecções no sangue periférico atendidos ambulatorialmente no MT-Hemocentro , conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.^a Equipe de Apoio Pregão, solicitando a análise para a emissão de parecer técnico, a fim de verificar se os produtos ofertados atendem às condições exigidas no TR e Edital.

1. Relatório

Trata-se de solicitação de análise técnica da proposta apresentada pela empresa **CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICO**), inscrita no CNPJ nº46962122/0001-60, encaminhada no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 017/2026**, referente ao **Processo SES-PRO-2025/30963**.

2. Análise técnica

Após análise da proposta comercial e da documentação técnica apresentada pela empresa proponente, verificou-se que os itens ofertados atendem às especificações relacionadas aos reagentes utilizados em testes de controle microbiológico de hemocomponente

Descrição: fornecimento de insumos e equipamentos em comodato com fornecimento de insumos e controle microbiológico de hemocomponente – tipo FRASCOS DE HEMOCULTURA;

Apresentação: FRASCOS;

Observações: equipamento em regime de comodato;

Quantidade/Tipos: 5 tipos de garrafas (FA PLUS; FN PLUS; PF PLUS; SA; SN)

COMUNICAÇÃO INTERNA

MTHEMO.CODA.CI.006

DATA DA CRIAÇÃO: 01/2023

VERSÃO: 01

REVISÃO: 2023

Durante a avaliação da proposta apresentada pela empresa **CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICO**, o equipamento foi instalado no dia 07/05/2026 juntamente com a entrega dos frascos de reagentes para a validação das amostras no equipamento.

3. Conclusão

Diante da análise técnica da proposta apresentada pela empresa **CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICO**, verificou-se que os reagentes ofertados para controle microbiológico de hemocomponente atende as necessidades dessa Unidade.

Assim, este parecer técnico é **FAVORÁVEL** à aceitação da proposta, no que se refere à conformidade técnica integral com as exigências do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 017/2026.

Ressalta-se que esta análise se refere exclusivamente aos aspectos técnicos dos insumos ofertados e equipamentos, cabendo aos demais setores competentes a avaliação dos demais requisitos administrativos, jurídicos e financeiros do processo licitatório.

Esse é

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente.

Gláucia Heloisa de Paula Souza

MT - HEMOCENTRO

Gláucia Heloisa de Paula Souza
CRBM: 18009
Laboratório de Controle de Qualidade de Hemocomponentes