



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

Resolução CIB/MT N° 029 de 13 de março de 2014.

Dispõe sobre as Proposta de Aquisição de Equipamentos/Material Permanente, N° 14140.751000/1140-01 no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o Centro de especialidades Médicas Osvaldo Cruz e Laboratório Municipal Golda Ruppel Bersch, através de Emenda Parlamentar para o município de Primavera do Leste, localizado na Região de Saúde Sul Matogrossense do estado de Mato Grosso.

A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais é considerando:

I - A Portaria GM/MS N° 2.198, de 17 de setembro de 2009, que dispõe sobre a transferência Fundo a Fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados a aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde e da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada;

II - A Portaria GM/MS N° 2.226, de 18 de setembro de 2009, que institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;

III - A Portaria GM/MS N° 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

IV - A Proposição Operacional da CIR Sul Matogrossense N° 006 de 21 de fevereiro de 2014, que propõe a aprovação da Proposta de Aquisição de Equipamentos/Material Permanente, N° 14140.751000/1140-01 no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

mil reais) para o Centro de especialidades Médicas Osvaldo Cruz e Laboratório Municipal Golda Ruppel Bersch, através de Emenda Parlamentar – Deputado Federal Eliene Lima, para o município de Primavera do Leste, localizado na Região de Saúde Sul Matogrossense do estado de Mato Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Proposta de Aquisição de Equipamentos/Material Permanente, Nº 14140.751000/1140-01 no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o Centro de especialidades Médicas Osvaldo Cruz e Laboratório Municipal Golda Ruppel Bersch, através de Emenda Parlamentar para o município de Primavera do Leste, localizado na Região de Saúde Sul Matogrossense do estado de **Mato Grosso**.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2014.

Jorge Araújo Lafetá Neto
Presidente da CIB/MT

Silvia Regina Cremonez Sirena
Presidente do COSEMS/MT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CIB/MT N° 029 DE 13 DE MARÇO DE 2014

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTAIS

Quant	Descrição	Alocação	Valor R\$
01	Aparelho de Ultrassonografia - Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, vasculares, de mama, pequenas partes, músculo esquelético com as seguintes características técnicas mínimas: O sistema deve oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral, Modo Doppler Contínuo, Modo 3D. Modo 2D; FSI, SRF, zoom Read/Write; Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear; Imagem Harmônica: função com aplicação nos transdutores convexas, e lineares; Imagem Harmônica de Pulso Invertido; Harmônica de Pulso Invertido para estruturas que estão em movimento; Modo M; Modo Power Doppler; Modo Color Doppler; Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real; Power Doppler Direcional; Modo Doppler Espectral; Tissue Doppler Imaging - TDI; 3D Multiplanar; Modo Triplex; Pacote de cálculo específico; Pacote de cálculos simples; Quick Scan - tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler; Divisão de tela em 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral; Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos; Permitir acesso as imagens salvas para pós-análise e processamento; Possibilitar armazenar as imagens em movimento; Cine loop e Cine Loop Save; Pós-processamento de medidas Pós-processamento de imagens; Banco de palavras em Português; Monitor LCD 17 polegadas Deve permitir arquivar/revisar imagens; Frame - rate extremamente elevado; Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga; DVD-RW integrado; HDD de no mínimo 250GB; 04 portas USB no mínimo; Mínimo de 03 portas ativas para transdutores; TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: Transdutor Convexo com variação de frequência de 3 a 7 MHz no mínimo Transdutor Linear com variação de frequência de 5 a 12 MHz no mínimo Transdutor Endocavitário com variação de frequência de 4 a 9/10 MHz com 150° de abertura, com guia de biópsia no mínimo ACESSÓRIOS Video Printer preto e branco, no break compatível com o equipamento.	Centro de Especialidades Médicas Osvaldo Cruz	R\$ 120.000,00
01	Banho-Maria - Digital microprocessado com cuba em aço inox e capacidade mínima de 04 litros, faixa de temperatura entre 30 e 70°C.	Laboratório Municipal Golda Ruppel Bersch	R\$ 1.800,00
01	Carro Maca Simples - Aço Inoxidável, grades laterais, colchonete, suporte para soro.	Laboratório Municipal Golda Ruppel Bersch	R\$ 1.600,00
01	Geladeira/Refrigerador - 300 litros frostfree	Laboratório Municipal Golda Ruppel Bersch	R\$ 1.000,00
01	Analizador Automático para Hematologia - Análise de, no mínimo, 18 parâmetros: - Contagem de células pelo método da impedância elétrica - Capacidade de 60 amostras/hora - Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de 10µL - Limpeza automática da ponteira aspiradora - Impressão das contagens e de três histogramas série vermelha, série branca e plaquetas. -	Laboratório Municipal Golda Ruppel Bersch	R\$ 45.000,00





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

	Procedimentos de limpeza e calibração totalmente automatizados. - Identificação alfanumérica, numérica ou sequencial de amostras - Limites de pacientes programáveis. - Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. - Alarmes para falhas de contagem - Impressora térmica integrada. - Interface RS232 incluindo gráficos - Monitor LCD integrado de aproximadamente 8 polegadas com tecnologia touch screen. - Software com Sistema Operacional Linux. - Capacidade de Memória para no mínimo 1.000 resultados. - Controle de Qualidade, Levey Jemings x Bull - Monitoramento automático do sistema. - Multi conexão: 2 portas RS232, 3USB, 1PS2 e 1 RJ45. - Leitor de código de barras - Voltagem: 90V a 240V, 50 Hz a 60 Hz		
01	Centrífuga Laboratorial – Digital para no mínimo 04 amostras	Laboratório Municipal Golda Ruppel Bersch	R\$ 3.800,00
01	Analizador Bioquímico - Capacidade mínima de resultados de 100 amostras/ hora, resultados até 300 amostras /hora com ISE (mínimo de 4 parâmetros) incluso na configuração; Acesso randômico, totalmente automatizado Compartimento refrigerado 24h para reagentes para 28 posições e 8 de amostras, no mínimo, temperatura aproximada de 4~15°C; Limpeza automática das agulhas, detector de nível de líquidos e proteção contra colisões. Lavagem automática interna e externa Sistema óptico com 8 comprimentos de onda: 340-670nm. Diluição automática para amostras anormais. Monitoramento do sistema e de curvas de reação em tempo real. Monitoramento do inventário de reagentes em tempo real. Roto de reação: bandeja com mínimo de 40 cuvetas Volume de reação: aproximadamente 180-500 µl Temperatura de operação: 37°C + 0,1 ° C Leitor de código de barras. Agitadores independentes; Metodologias: Compatíveis com as técnicas de bioquímica e turbidimetria. Programação: Sistema aberto, com perfis e cálculos químicos definidos pelo usuário. Software eficiente e de fácil utilização; Pré e pós diluição de amostras; Diluição automática, perante amostra não conforme; Ligação bidirecional LIS; Saída para ligação a PC; Apresentação dos resultados/processos em tempo real; Apresentação do nível dos reagentes; Curva de calibração.	Laboratório Municipal Golda Ruppel Bersch	R\$ 55.000,00
01	Estufa de Secagem – Aço inoxidável, com porta, capacidade de 10 litros, temperatura até 250 C.	Laboratório Municipal Golda Ruppel Bersch	R\$ 1800,00
01	Analizador de Íons/ Eletrólitos - PARÂMETROS: mínimo de 03 parâmetros (Na+, K+, Cl-; Ca+2 ou Li+) AMOSTRA: Sangue Total, Soro, Plasma, ou Urina VOLUME DE AMOSTRA: 95 µl TEMPO DE ANÁLISE: 60 seg sem impressão (60 por hora) 80 seg com impressão (45 por hora) ARMAZENAMENTO DE DADOS: CQ: 3 níveis 35 dias Cálculo da media, DP, CV CALIBRAÇÃO: automática SAÍDAS: Display alfanumérico Impressora térmica Porta serial RS232C ALIMENTAÇÃO: 100-240V ~ 50/60 Hz (seleção automática) Máx 1.6 A, máx 50 Watts.	Laboratório Municipal Golda Ruppel Bersch	R\$ 20.000,00
TOTAL			R\$ 250.000,00

