



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

PARECER TÉCNICO SOBRE CADEIRAS DE RODAS SOLICITADAS NO PREGÃO Nº 033/2021

Prezados senhores,

Em resposta a solicitação de parecer técnico quanto as propostas apresentadas pelas empresas participantes da licitação. Segue a análise:

ITEM	PRODUTO	FORNECEDOR	RESSALVAS	PARECER DE COORDENADORIA TÉCNICA
1	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARAPLÉGICA ADULTO	SIGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ORTOBRAS MOTORIZADA E4 - 120 KG - LARGURA DE ASSENTO ATÉ 50 CM	INCOMPATÍVEL COM O SOLICITADO DEVIDO AO TAMANHO DO MODELO E CAPACIDADE DE PESO.
2	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA TETRAPLÉGICA ADULTO	INVERTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	ORTOBRÁS MOTORIZADA E3	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL.
3	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARAPLÉGICA INFANTIL	SIGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ORTOBRAS MOTORIZADA E4 - 120 KG - LARGURA DE ASSENTO DIFERENTE DO PEDIDO (DE 38 A 50)	INCOMPATÍVEL COM O SOLICITADO DEVIDO AO TAMANHO DO MODELO. FOI VERIFICADO QUE AS DEMAIS EMPRESAS TAMBÉM SÓ OFERECERAM ESTE MODELO.
4	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA TETRAPLÉGICA INFANTIL	SIGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ORTOBRAS MOTORIZADA E4	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL
5	CADEIRA DE RODAS HEMIPLÉGICAS	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	ORTOBRAS HEMIPLÉGICA AVD	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL
6	CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	ORTOBRÁS MINI K - NÃO TEM	INCOMPATÍVEL COM O SOLICITADO DEVIDO A NÃO



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	INFANTIL	EQUIPAMENTOS	TAMANHO 38 - NÃO TEM APOIO DE PÉS INDIVIDUAIS	OFERECER TODOS OS TAMANHOS E ESPECIFICAÇÃO CONFORME SOLICITADOS.
7	CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	ORTOBRÁS MINI K	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL
8	CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICA INFANTIL	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	ORTOBRÁS CONFORMA TILT RECLINÁVEL - NÃO OFERECE TAMANHO 25	INCOMPATÍVEL COM O SOLICITADO DEVIDO A NÃO OFERECER TODOS OS TAMANHOS SOLICITADOS.
9	CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICA INFANTIL	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	ORTOBRÁS CONFORMA TILT RECLINÁVEL - NÃO OFERECE TAMANHO 25	INCOMPATÍVEL COM O SOLICITADO DEVIDO A NÃO OFERECER TODOS OS TAMANHOS E ESPECIFICAÇÃO CONFORME SOLICITADOS.
10	CADEIRA DE CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICA ADULTO	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	ORTOBRÁS AVD RECLINÁVEL	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL
11	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO EM CONCHA INFANTIL	ORTHEC	ETHNOS CONCHA INFANTIL	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL
12	CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICA PARA BANHO	VITORIA LICITAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI	ORTOMOBIL B4R - SUPORTA APENAS 100KG	INCOMPATÍVEL COM O SOLICITADO DEVIDO A NÃO OFERECER A CAPACIDADE DE PESO.
13	CADEIRA DE BANHO PARA OBESO	CIRURGICA MM HOSPITALAR	DELLAMED D50 - NÃO POSSUI APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS	INCOMPATÍVEL COM O SOLICITADO DEVIDO NÃO OFERECER A ESPECIFICAÇÃO CONFORME O SOLICITADO.
14	CADEIRA DE BANHO	CIRURGICA MM HOSPITALAR	DELLAMED D40 - NÃO POSSUI APOIO DE	INCOMPATÍVEL COM O SOLICITADO DEVIDO NÃO



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

			BRAÇOS REMOVÍVEIS	OFERECER A ESPECIFICAÇÃO CONFORME O SOLICITADO.
15	CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO OBESO	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	ORTOBRÁS ULX COM PÉS ELEVÁVEIS	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL
16	CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO	VITORIA LICITAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI	ORTOMOBIL MA3S	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL

Cuiabá, 16 de junho de 2021.


Ana Paula Fontes Silva
Fisioterapeuta
CREFITO 9 / 42461-F
CRIDAC - SUS / SES
ANA PAULA FONTES DA SILVA MACEDO
PTN/SSS/SUS - FISIOTERAPIA


LILIAN APARECIDA FABRIS
CT/CRIDAC/CERIII/SES-MT