



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças
Superintendência de Aquisições e Contratos

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2022/SES/MT

O ESTADO DE MATO GROSSO através da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, doravante denominada SES/MT, por intermédio da Pregoeira Oficial, instituída pela Portaria n. 1.112/2021/GHSES, publicada no Diário oficial em 23/12/2021, vem, em razão dos pedidos de Esclarecimentos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022/SES/MT, cujo objeto consiste no **“REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS PARA CENTRO CIRÚRGICO E CME – LISTA 2, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO”**, processo administrativo n.º 421277/2021:

A empresa abaixo, apresentou questionamentos/impugnação - sobre os itens do referido edital, desta forma encaminhamos os questionamentos para a área técnica, vejamos:

01	LEICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
----	---

Ref.: Impugnação – Pregão Eletrônico nº 027/2022
Processo Administrativo nº 421277/2021 – ITEM 18

Prezada Pregoeira Ideuzete,

A empresa Leica do Brasil Importação e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ nº 52.201.456/0001-13, com sede à Rua Julio Gonzalez, 132 -15º andar - Conj 92, 93 e 94 – CEP: 01156-060 - São Paulo SP, vem por meio desta solicitar a impugnação do item 18, Microscópio Cirúrgico, que seja revista e readequada a especificação do edital, pois a descrição do edital Termo de Referência não está claro citando características técnicas de diferentes modelos de equipamentos sendo relacionadas abaixo:

- **Distância de trabalho:** São solicitadas diferentes distâncias de trabalho para um único equipamento, não sendo possível atender.
“DISTÂNCIA DE TRABALHO QUE ATENDA NO MÍNIMO A FAIXA ENTRE 207MM E 400MM.”;
“DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 600 MM.
- **Iluminação:** : São solicitadas diferentes potências de iluminação e característica técnica para um único equipamento, não sendo possível atender.
“LÂMPADA DE XENÔN DE 180W E LÂMPADA RESERVA IDÊNTICA À PRINCIPAL OU SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA DE LED CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 180.000 LUX.”; “ILUMINAÇÃO DE ÂNGULO ESTREITO (SAI) E XÊNON BRILHANTE DE 300 WATT...”
- **Movimentação:** São solicitadas diferentes movimentações para um único equipamento.
“SISTEMA DE FREIOS (ELETROMAGNÉTICOS OU MECÂNICOS) INDEPENDENTES”;
“FREIOS ELETROMAGNÉTICOS E ESTABILIZAÇÃO AC/BC PARA POSICIONAMENTO FÁCIL E ESTÁVEL.”.
- **Monitor:** Monitor solicitado pertence a um único modelo de equipamento.
Conforme as características técnicas mencionadas o modelo de equipamento não possui monitor, somente sistema de captura de imagem com interface HDMI e USB;
É mencionado no final do TR “MONITOR HD DE 24” HD E MONITORES HD TOUCH-SCREEN DE 27” DISPONÍVEIS.” não sendo um item *standart* conforme as características técnicas mencionadas.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças
Superintendência de Aquisições e Contratos

FORÇA RESIGHT 500 (COM 1 LENTE 60D 1 LENTE 128D, 1 BANDEJA DE ESTERILIZAÇÃO, 1 SUPORTE DE LENTES).

- **ILUMINAÇÃO COAXIAL ESTÉREO (SCI) XENON** – Nossos Microscópios possuem Lâmpada de LED e ou Halógena. Lâmpadas de Xenon a durabilidade é de apenas 500 Horas, gerando custos de troca ao cliente, onde com nossos microscópios não haverá tamanho custo;
- **PROTECTOR DE RETINA** – Necessário esse tipo de Protetor de Retina, somente porque a Lâmpada de Xenon é fototóxica para a Retina do Paciente;
- **CAPA ANTI-POEIRA AZUL COM LOGOTIPO ZEISS** – Menção à marca Zeiss;
- **JOGO DE CAPAS ESTERILIZÁVEIS 22 MM** – Em um edital que não está direcionado, não precisa mencionar o tamanho da Capa, visto que cada fabricante tem seu tamanho específico;
- **ESTATIVA DE SOLO S88** – Modelo de estativa da Marca Zeiss;
- **PERMITINDO A MEMORIZAÇÃO DE ATÉ 9 CONFIGURAÇÕES** – Nossos microscópios possuem mais do que 9 memórias, podendo chegar a até 30 memórias;
- **ILUMINADOR SUPERLUX EYE COM LÂMPADA DE XENON DE 180 WATTS** – Característica do Microscópio Zeiss;
- **04 OCULARES 12,5X DE ENCAIXE** – Edital neutro não especifica o aumento da ocular, visto que cada fabricante utiliza tamanhos de aumento diferentes para as oculares. O que importa é o quanto o microscópio vai aumentar a imagem no total;
- **EMBALAGEM DE TRANSPORTE DESCARTAVEL S88 CABO DE FORÇA RESIGHT 500 (COM 1 LENTE 60D 1 LENTE 128D** – Novamente menção à marcas da empresa Zeiss. Edital neutro vai colocar no descritivo que precisa de um Sistema de Não-Contato para cirurgias Vitreoretinianas

A empresa Leica do Brasil Importação e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ nº 52.201.456/0001-13, com sede à Rua Julio Gonzalez, 132 -15º andar -Conj 92, 93 e 94 – CEP: 01156-060 - São Paulo SP, vem por meio desta solicitar a impugnação do **ITEM 19 MICROSCÓPIO CIRÚRGICO**, que seja revista e readequada a especificação do edital, pois a descrição do edital abaixo em destaque em amarelo estão direcionada para a ZEISS.

DE SEGMENTO ANTERIOR E POSTERIOR COM ZOOM, FOCO E XY MOTORIZADOS. MICROSCOPIO AUXILIAR INTEGRADO DE 0º COM TUBO BINOCULAR, COM AUMENTOS E FOCO INDEPENDENTES DO CIRURGIÃO PRINCIPAL. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROFUNDIDADE DE FOCO (DEEP VIEW), **ILUMINAÇÃO COAXIAL ESTÉREO (SCI) XENON**, PEDAL SEM FIO (WIRELESS), **PROTECTOR DE RETINA** E TROCA AUTOMÁTICA DE LÂMPADAS. **CAPA ANTI-POEIRA AZUL COM LOGOTIPO ZEISS**, FIBRA ÓTICA S 2,0M, COMPONENTES ELÉTRICOS, **JOGO DE CAPAS ESTERILIZÁVEIS 22 MM** COM 06 UNIDADES, JOGO DE MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS PARA EMPUNHADURA COM 06 UNIDADES. **ESTATIVA DE SOLO S88** COM SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS, BRAÇO ARTICULADO CONTRA BALANCEADO, ALTURA MÁXIMA DE 2.240MM, COMPRIMENTO DE 1.300MM COM EIXO CENTRAL DE ROTAÇÃO DE 320º, COLUNA COM ROTAÇÃO DE 320º AO REDOR DE SEU EIXO. DISPLAY LCD INTEGRADO NA ESTATIVA QUE PERMITE VISUALIZAÇÃO DOS VALORES DE AUMENTO (ZOOM), DISTÂNCIA DE TRABALHO, INTENSIDADE LUMINOSA, **PERMITINDO A MEMORIZAÇÃO DE ATÉ 9 CONFIGURAÇÕES** E ACOPLAMENTO COMPLETO **ILUMINADOR SUPERLUX EYE COM LÂMPADA DE XENON DE 180 WATTS** PEDAL DE COMANDO COM 14 FUNÇÕES, WIRELESS, À PROVA D'ÁGUA E CABO COM 03 METROS, COM CONTROLE TOTAL DO MICROSCÓPIO. CABO BACK-UP PARA PEDAL SEM FIO COM 03 METROS. TUBO BINOCULAR INCLINÁVEL DE 0 A 110º F=170 MM. INVERTERTUBE COM SISTEMA DE INVERSOR DE IMAGEM INTEGRADO. **04 OCULARES 12,5X DE ENCAIXE**, GRANDE ANGULAR COM AJUSTE DE DIOPTRIA DE +5/-8 DPT. OBJETIVA F=200MM APOCROMÁTICA DE ALTA LUMINOSIDADE. KIT PARA COOBSERVAÇÃO CONTENDO 1 TUBO COOBSERVAÇÃO ESTEREO C/ 2 ARTC., 1 TUBO BINOCULAR INCLINADO F=170 MM, 2 OCULAR 12,5X, 2 CARTUCHO P/ OCULAR, 1 JOGO DE CAPAS ESTEREO 22 MM DIVISOR DE RAIOS 20 VIDEO OBJETIVA F=60MM C/ ROSCA **EMBALAGEM DE TRANSPORTE DESCARTAVEL S88 CABO DE**



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças
Superintendência de Aquisições e Contratos

RESPOSTAS:

Após a análise técnica da área demandante, esta se manifestou solicitando a exclusão dos itens 18 e 19 do edital do PE 027/2022, sendo que os mesmos farão parte de novo processo licitatório, após a revisão dos descritivos.

Atenciosamente,

Cuiabá/MT, 01junho de 2022.

Ideuzete Maria da Silva
Pregoeira oficial – SES/MT.