Memorando nº 050/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitação n° 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.ª. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448 "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTO QUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL", a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que o item 033.1, ofertado NÃO atende o descritivo do termo de referência e Edital.

- Tempo de selagem: sem especificação - edital: possibilidade de ajuste manual do tempo de selagem de 2 a 10 segundos a.
- Soldagem: sem especificação - Edital: sistema de radiofrequência balanceado, evitando interferência com outros equipamentos eletrônicos.
- Soldagem: sem especificação - Edital: Soldagem de fácil destaque garantida por exclusivo sistema de "picote" central com total segurança para o técnico e produto (Área soldada com cerca de 3 mm pontilhada em seu centro facilitando a separação do tubo)
- Soldagem: sem especificação - Edital: Permite soldas em tubos de PVC de grau médico de vários diâmetros (até 6,5mm
- Tamanho da seladora: sem especificação - Edital: unidade seladora móvel descrita de pequena dimensão, permitindo grande mobilidade, garantida por cabo com no mínimo 1,9 metros de comprimento,
- Botão liga/desliga: sem referência - Edital: Botão liga-desliga com "led" indicador, evitando consumo desnecessário de energia quando não estiver em uso;
- Cabeças para conexão: sem referência - Edital: Pode ser conectado a unidade principal 2 cabeças de selagem de bancada ou 1 bancada e 1 alicate de selagem ergonômica;

Componentes inclusos: sem especificação - Edital: unidade principal de força, gerador de radiofrequência e uma unidade de controle monitorada por microprocessador, 01 cabeça de selagem de bancada com cabo coaxial de 1,9 m e alicate de selagem ergonômica com cabo coaxial em espiral de no mínimo 1,7 m. alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Diante o exposto, entendemos que a empresa CARLA DE OLIVEIRA CORREIA, NÃO está HABILITADA, por NÃO atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.

Dilce Catarina G. de Matos
Gerente-GPED/HEMOCENTRO
Mat.: 113031

DILCE CATARINA GOMES DE MATOS
Gerente Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
MT – Hemocentro.

Memorando nº 049/GPEDMT-Hemocentro/2023 Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2023.

Assunto: Parecer Técnico - SES-PRO-2022/46448
modalidade de Dispensa de Licitação n° 088/2023

Considerando a solicitação feita por meio eletrônico (e-mail), encaminhada por V. S.ª. solicitando análise da Proposta e emissão de Parecer Técnico para informar se a empresa atende os requisitos de capacidade técnica, referente ao Processo Licitatório PROCESSO SES-PRO-2022/46448 "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER OS SETORES DA NOVA ESTRUTURA PREDIAL EM CONSTRUÇÃO DO MT-HEMOCENTRO (GERÊNCIA DE DOAÇÃO, GERÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO, ESTO QUE E DISTRIBUIÇÃO, GERÊNCIA DE AMBULATÓRIO TRANSFUSIONAL", a fim de emissão de parecer técnico quanto a proposta de requisitos de capacidade técnica, essa equipe técnica de apoio faz as seguintes considerações:

Considerando que o item 033, ofertado NÃO atende o descritivo do termo de referência e Edital.

- Tempo de selagem: sem especificação - edital: possibilidade de ajuste manual do tempo de selagem de 2 a 10 segundos a.
- Soldagem: sem especificação - Edital: sistema de radiofrequência balanceado, evitando interferência com outros equipamentos eletrônicos.
- Soldagem: sem especificação - Edital: Soldagem de fácil destaque garantida por exclusivo sistema de "picote" central com total segurança para o técnico e produto (Área soldada com cerca de 3 mm pontilhada em seu centro facilitando a separação do tubo)
- Soldagem: sem especificação - Edital: Permite soldas em tubos de PVC de grau médico de vários diâmetros (até 6,5mm
- Tamanho da seladora: sem especificação - Edital: unidade seladora móvel descrita de pequena dimensão, permitindo grande mobilidade, garantida por cabo com no mínimo 1,9 metros de comprimento,
- Botão liga/desliga: sem referência - Edital: Botão liga-desliga com "led" indicador, evitando consumo desnecessário de energia quando não estiver em uso;
- Cabeças para conexão: sem referência - Edital: Pode ser conectado a unidade principal 2 cabeças de selagem de bancada ou 1 bancada e 1 alicate de selagem ergonômica;

Componentes inclusos: sem especificação - Edital: unidade principal de força, gerador de radiofrequência e uma unidade de controle monitorada por microprocessador, 01 cabeça de selagem de bancada com cabo coaxial de 1,9 m e alicate de selagem ergonômica com cabo coaxial em espiral de no mínimo 1,7 m. alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Diante o exposto, entendemos que a empresa CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MED, NÃO está HABILITADA, por NÃO atender todas as exigências do Edital.

Esse é o nosso PARECER TÉCNICO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente.

Dilce Catarina G. de Matos
Gerente-GPED/HEMOCENTRO
Mat.: 124031

DILCE CATARINA GOMES DE MATOS
Gerente Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
MT – Hemocentro.