



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

(sem assunto)

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br> 2 de outubro de 2023 às 18:05
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>, "SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES-MT)"
<cpl@ses.mt.gov.br>

Boa Tarde, Senhora Pregoeira

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção a solicitação de análise do catálogo encaminhada pela empresa "*MCA LTDA*", interessada em participar do certame quanto ao **Item 01 APARELHO DE ANESTESIA EM USO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA**, temos a informar:

Resp: Analisando o catálogo verificamos que a tela é de 10 polegadas, sendo que na descrição solicita "**TELA COM DIMENSÃO DE 15 POLEGADAS**".

Não vislumbramos no catálogo o solicitado na descrição "**SISTEMA DE VÁCUO PARA ASPIRAÇÃO E SISTEMA ANTI-POLUIÇÃO, VAPORIZADOR DE SEVOFLURANE COMPATÍVEL COM RM, ABASTECIMENTO DO VAPORIZADOR**".

Não vislumbramos no catálogo "**CABO DE FORÇA DE 5 METROS**".

Sanando esses apontamentos a referida empresa poderá seguir no certame

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Danielle Leite
Assistente de Direção
Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT