



**1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2022/20568**

O SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, por intermédio da Pregoeira, abaixo assinado, comunica aos interessados que o Edital de Pregão em epigrafe, terá a seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:

**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 066/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
EXCLUSIVO ME/EPP E AMPLA CONCORRÊNCIA**

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1.1 O prazo para entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização de compra emitido pela administração do CIAPS AB.

ANEXO

ANEXO I - SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA

APENDICE I

(Anexo do Termo de Referência)

ITEM	SIAG	NOME	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL:
20	1015007	MONITOR CARDÍACO	MONITOR CARDÍACO COM OXIMETRIA: MONITOR COM MULTIPARÂMETROS: MONITOR MULTIPARÂMETROS MODULAR TELA CRISTAL LIQUIDO 12 PRÉ CONFIGURADO COM: CANAL DE ECG/RESPIRADOR/ANALISE DE SEGMENTO ST.MONITOR MULTIPARÂMETROS MODULAR COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA COM MATRIZ ATIVA DE 12, GABINETE ÚNICO, COM POSSIBILIDADE DE MONITORAR SIMULTANEAMENTE OS SEGUINTE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS: ECG EM ATÉ 4 CANAIS SIMULTÂNEOS NA TELA, ST/ARRITMIA RESPIRAÇÃO, OXIMETRIA (SP02), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PANI), PRESSÃO INVASIVA (PI), DÉBITO CARDÍACO, TEMPERATURA EM 2 CANAIS, CAPNOGRAFIA E GASES ANESTÉSICOS, SENDO ECG/RESPIRAÇÃO PRÉ-	07



CONFIGURADOS. PERMITE VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 8 CANAIS COM AS CURVAS ALINHADAS COM SEUS RESPECTIVOS VALORES DIGITAIS, ALÉM DE APRESENTAR NA MESMA TELA VALORES DIGITAIS DOS PARÂMETROS PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, DÉBITO CARDÍACO E TEMPERATURA. GABINETE COM POSSIBILIDADE DE INSERIR ATÉ (05) CINCO MÓDULOS ADICIONAIS. GRÁFICO DE TENDÊNCIAS DE TODOS OS PARÂMETROS DAS ÚLTIMAS 72 HORAS E CÁLCULOS FISIOLÓGICOS (HEMODYNÂMICA, OXIMETRIA, VENTILAÇÃO E RENAL), ALARMES SONOROS E VISUAIS; FABRICAÇÃO: NACIONAL - UPGRADE DE SOFTWARE ATRAVÉS DO DISQUETE DE 3 CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: 1/2 LOCALIZADO NO MONITOR PARA FACILITAR ATUALIZAÇÕES DO PROGRAMA; POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISQUETE DE DADOS GRÁFICOS E NUMÉRICOS DO RECONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA TELA ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO/RETIRADA DE PACIENTE; APRESENTAÇÃO DOS VALORES DIGITAIS DOS PARÂMETROS, ALINHADOS COM SEUS MÓDULOS; INTEGRAÇÃO COM RESPECTIVAS CURVAS DE SINAL PARA EVITAR ERROS DE INTERPRETAÇÃO; PULSO DE SINCRONISMO PARA CARDIOVERSÃO; CENTRAL DE MONITORAÇÃO DIGITAL; TABELA DE CÁLCULOS HEMODYNÂMICOS, DE OXIMETRIA, VENTILAÇÃO E RENAS; APRESENTAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS EM FORMATO GRÁFICO OU CENTRAL IMPRESSÃO DE DADOS E GRÁFICOS POR IMPRESSORA JATO DE TINTA; NUMÉRICO; EXCLUSIVA DE ALARMES AUDITIVOS E VISUAIS AJUSTÁVEIS PARA TODOS OS PARÂMETROS MONITORADOS, PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO E AJUSTE DOS ALARMES E ACESSÍVEL ATRAVÉS CONGELAMENTO DE IMAGEM DAS CURVAS COM PERMANÊNCIA DE APENAS UMA TECLA; TABELA DE REGISTRO DE VISUALIZAÇÃO ATUALIZADA DOS VALORES DIGITAIS; COMPATIBILIDADE DE REDE INFORMAÇÕES DA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PANI); ALTERNADA DE 127/220 VAC - 60 HZ, COM LED INDICATIVO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE. PARÂMETROS



			PRÉCONFIGURADOS INCLUSOS: MODULO DE OXIMETRIA. MODULO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA PANI./ MODULO DE PRESSÃO INVASIVA DE 02 CANAIS / MODULO DE DEBITO CARDÍACO C/ 02 CANAIS DE TEMPERATURA. / MODULO DE CAPNOGRAFIA / BATERIA PARA MONITOR. UNIDADE	
20.1	1015007	MONITOR CARDÍACO	MONITOR CARDÍACO COM OXIMETRIA: MONITOR COM MULTIPARÂMETROS: MONITOR MULTIPARÂMETROS MODULAR TELA CRISTAL LIQUIDO 12 PRÉ CONFIGURADO COM: CANAL DE ECG/RESPIRADOR/ANALISE DE SEGMENTO ST.MONITOR MULTIPARÂMETROS MODULAR COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA COM MATRIZ ATIVA DE 12, GABINETE ÚNICO, COM POSSIBILIDADE DE MONITORAR SIMULTANEAMENTE OS SEGUINTE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS: ECG EM ATÉ 4 CANAIS SIMULTÂNEOS NA TELA, ST/ARRITMIA RESPIRAÇÃO, OXIMETRIA (SP02), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PANI), PRESSÃO INVASIVA (PI), DÉBITO CARDÍACO, TEMPERATURA EM 2 CANAIS, CAPNOGRAFIA E GASES ANESTÉSICOS, SENDO ECG/RESPIRAÇÃO PRÉ-CONFIGURADOS. PERMITE VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 8 CANAIS COM AS CURVAS ALINHADAS COM SEUS RESPECTIVOS VALORES DIGITAIS, ALÉM DE APRESENTAR NA MESMA TELA VALORES DIGITAIS DOS PARÂMETROS PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, DÉBITO CARDÍACO E TEMPERATURA. GABINETE COM POSSIBILIDADE DE INSERIR ATÉ (05) CINCO MÓDULOS ADICIONAIS. GRÁFICO DE TENDÊNCIAS DE TODOS OS PARÂMETROS DAS ÚLTIMAS 72 HORAS E CÁLCULOS FISIOLÓGICOS (HEMODINÂMICA, OXIMETRIA, VENTILAÇÃO E RENAL), ALARMES SONOROS E VISUAIS; FABRICAÇÃO: NACIONAL - UPGRADE DE SOFTWARE ATRAVÉS DO DISQUETE DE 3 CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: 1/2 LOCALIZADO NO MONITOR PARA FACILITAR ATUALIZAÇÕES DO PROGRAMA; POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISQUETE DE DADOS GRÁFICOS E NUMÉRICOS DO RECONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA TELA ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO/RETIRADA DE PACIENTE;	02



		<p>APRESENTAÇÃO DOS VALORES DIGITAIS DOS PARÂMETROS, ALINHADOS COM SUES MÓDULOS; INTEGRAÇÃO COM RESPECTIVAS CURVAS DE SINAL PARA EVITAR ERROS DE INTERPRETAÇÃO; PULSO DE SINCRONISMO PARA CARDIOVERSÃO; CENTRAL DE MONITORAÇÃO DIGITAL; TABELA DE CÁLCULOS HEMODINÂMICOS, DE OXIMETRIA, VENTILAÇÃO E RENAI; APRESENTAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS EM FORMATO GRÁFICO OU CENTRAL IMPRESSÃO DE DADOS E GRÁFICOS POR IMPRESSORA JATO DE TINTA; NUMÉRICO; EXCLUSIVA DE ALARMES AUDITIVOS E VISUAIS AJUSTÁVEIS PARA TODOS OS PARÂMETROS MONITORADOS, PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO E AJUSTE DOS ALARMES E ACESSÍVEL ATRAVÉS CONGELAMENTO DE IMAGEM DAS CURVAS COM PERMANÊNCIA DE APENAS UMA TECLA; TABELA DE REGISTRO DE VISUALIZAÇÃO ATUALIZADA DOS VALORES DIGITAIS; COMPATIBILIDADE DE REDE INFORMAÇÕES DA PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PANI); ALTERNADA DE 127/220 VAC - 60 HZ, COM LED INDICATIVO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE. PARÂMETROS PRÉCONFIGURADOS INCLUSOS: MÓDULO DE OXIMETRIA. MÓDULO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA PANI./ MÓDULO DE PRESSÃO INVASIVA DE 02 CANAIS / MÓDULO DE DEBITO CARDÍACO C/ 02 CANAIS DE TEMPERATURA. / MÓDULO DE CAPNOGRAFIA / BATERIA PARA MONITOR. UNIDADE</p>	
--	--	--	--

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

5 CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1 O prazo para entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização de compra emitido pela administração do CIAPS AB.



LEIA-SE:

**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 066/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
EXCLUSIVO ME/EPP E AMPLA CONCORRÊNCIA**

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1.1 O prazo para entrega dos produtos será de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da autorização de compra emitido pela administração do CIAPS AB, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa.

ANEXO

ANEXO I - SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA

APENDICE I

(Anexo do Termo de Referência)

ITEM	SIAG	NOME	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL:
20	1015007	MONITOR CARDÍACO	MONITOR CARDÍACO COM OXIMETRIA: MONITOR COM MULTIPARÂMETROS COM TELA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS, PRÉ CONFIGURADO COM POSSIBILIDADE DE MONITORAR SIMULTANEAMENTE OS SEGUINTE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS: ECG, PNI, SPO2, TEMP, RESP, COM NO MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, GABINETE COM POSSIBILIDADE DE INSERIR ATÉ (05) CINCO MÓDULOS ADICIONAIS, TABELA DE REGISTRO DE VISUALIZAÇÃO ATUALIZADA DOS VALORES DIGITAIS; COMPATIBILIDADE DE REDE, COM ALARMES SONOROS E VISUAIS, BIVOLT 127/220 60 HZ, COM INDICATIVO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE, COM BATERIA PARA MONITOR. UNIDADE	07
20.1	1015007	MONITOR CARDÍACO	MONITOR CARDÍACO COM OXIMETRIA: MONITOR COM MULTIPARÂMETROS COM TELA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS, PRÉ CONFIGURADO COM POSSIBILIDADE DE MONITORAR SIMULTANEAMENTE OS SEGUINTE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS: ECG, PNI, SPO2,	02



			TEMP, RESP, COM NO MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, GABINETE COM POSSIBILIDADE DE INSERIR ATÉ (05) CINCO MÓDULOS ADICIONAIS, TABELA DE REGISTRO DE VISUALIZAÇÃO ATUALIZADA DOS VALORES DIGITAIS; COMPATIBILIDADE DE REDE, COM ALARMES SONOROS E VISUAIS, BIVOLT 127/220 60 HZ, COM INDICATIVO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE, COM BATERIA PARA MONITOR. UNIDADE	
--	--	--	--	--

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

5 CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1 O prazo para entrega dos produtos será de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da autorização de compra emitido pela administração do CIAPS AB, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa.

O Edital está disponível no site da Secretaria de Estado de Saúde Link: <http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-editais>. Contato: E-mail pregao02@ses.mt.gov.br e (65) 3613-5410 – Coordenadoria de Aquisições.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial /SES- MT