



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

Resolução CIB/MT Nº 163 de 03 de outubro de 2013.

Dispõe sobre a Proposta de Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para o Laboratório Central Municipal - localizada a Rua Rio Branco - Santa Marta S/N, inscrita no CNES sob o N.º 2701936, Proposta cadastrada N.º 05543.314000/1130- 37 no município de Rondonópolis, situado na Região de Saúde Sul Matogrossense do estado de Mato Grosso.

A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando:

I - A Portaria GM/MS Nº 2.198, de 17 de setembro de 2009, que dispõe sobre a transferência Fundo a Fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados a aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde e da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada.

II - A Portaria GM/MS Nº 2.226, de 18 de setembro de 2009, que institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família.

III - A Portaria GM/MS Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

IV - A Proposição Operacional da CIR Sul Matogrossense Nº 025/2013 de 23 de Setembro de 2013, que propõe a aprovação da Proposta de Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para o Laboratório Central Municipal - localizada no endereço Rua Rio Branco - Santa Marta S/N, inscrita no CNES sob o N.º 2701936, Proposta cadastrada N.º 05543.314000/1130- 37 - Município de Rondonópolis, situado na Região de Saúde Sul Matogrossense do Estado de Mato Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Proposta de Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para o Laboratório Central Municipal, localizado a Rua Rio Branco, Santa Marta S/N, inscrito no CNES sob o N.º 2701936, Proposta N.º 05543.314000/1130- 37, no valor de R\$ 55.000,00 cinquenta e cinco mil



4




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE


reais), no município de Rondonópolis, situado na Região de Saúde Sul Matogrossense do estado de **Mato Grosso**, conforme Anexo Único desta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2013.



Mauri Rodrigues de Lima
Presidente da CIB/MT



Jairo José dos Santos Ayres
Presidente do COSEMS/MT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 163 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

ANEXO I DA PROPOSIÇÃO CIR SUL MATOGROSSENSE Nº 025/2013 DE 23 DE SETEMBRO DE 2013
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE.

<u>AMBIENTE</u>	<u>EQUIPAMENTO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
SALA ADMINISTRATIVA	No Break	Potência: 1500Va/600W Tensão de Entrada: 110/115//120/127/220V Tensão de Saída: 115/120V Dimensões: (L x A x P) 89 x 291 x 334 mm Peso: 11,8Kg 6 tomadas de saídas em conformidade com a NBR 14136(10A (Novo padrão brasileiro de tomadas)	03	300,00	900,00
	estante	Capacidade: mínima de 100kg, prateleiras: mínima de 6kg, possuir reforço.	06	150,00	900,00
	Arquivo	Material de aço, três gavetas e trilho telescópio	02	380,00	760,00
	Ar condicionado	Climatização frio, mínimo de 24.000BTU, split	02	1,800,00	3,600
	Mesa para computador	Base de MDF ou similar, sem gavetas, possuir suporte para CPU, possuir suporte para teclado	06	340,00	2.040,00
	Armário	Confeção de aço ou ferro pintado, tamanho mínimo de 1,80x0,75cm	02	600,00	1.200,00



Centro Político Administrativo, Bl. 05
CEP 78.050-970 - Cuiabá - MT
Telefone: (0**65) 3613-5409 - e-mail: cib@gss.mt.gov.br

Handwritten signature

Handwritten mark



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

SALA DE HEMATOLOGIA	Computador (Desktop básico)	CPU: frequência de 1.6 a 2.2GHz; mouse tipo óptico (500DPI), teclado: padrão ABNT2, Disco rígido: mínimo de 320GB. Processador de no mínimo quatro núcleos com frequência real de clock interno de 3.1GHZ (giga hertz), cache total de 8mb (megabytes), deve suportar processador com tecnologia CISC (socket LGA1155 ou superior) com no mínimo quatro núcleos de arquitetura x86 ou processador com tecnologia CISC (socket FM2 ou superior) com no mínimo dois núcleos de arquitetura x86-64 compatível com o equipamento ofertado. Com no mínimo 4GB instalados. HD capacidade de armazenamento total: 500GB, monitor com tela mínima de 18,5pol.	05	2.500,00	12.500,00
	Centrifuga laboratorial	Dispensa display eletrônico - Para 30 tubos de 15 ml cada (tubos com diâmetro de até 12 mm e 125 mm de comprimento incluindo a tampa) - Cada porta-tubo tem o furo com diâmetro de 13 mm e profundidade de 107 mm -velocidade rotação máxima controlada de 400rpm - Temporizador selecionável de 01 a	02	3.000,00	6.000,00



Centro Político Administrativo, Bl. 05
CEP 78.050-970 – Cuiabá - MT

Telefone: (0**65) 3613-5409 – e-mail: ceb@ses.mt.gov.br

12

4



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

		69 minutos - Pés de ventosa em silicone - Alimentação: 110 V			
Microscópio laboratorial		Composto: estativa composta de base e coluna, revolver para ate 06 objetivas. -04 (quatro) objetivas planacromaticas cfi 60 infinita de 4x, 10 x, 40x, e 100x (óleo) imersão e retrátil. -Platina especial giratória que permite ao usuário trabalhar com a mesma em varias posições e ideal para fotografias. -Platina com trava de segurança que evita a quebra de lâminas. -Platina retangular de 159,0 mm x 243,0 mm de face e curso de 78 mm x 54 mm com movimento cruzado em x e y. -Prendedor de lamínas para 01 ou 02 lamínas (opcional). -Cabeçote prismático Binocular mod. B tipo siedentopf com inclinação de 25 graus com rotação de 360 graus. -Cabeçotes Trinocular disponível em 02 versões e também modelo Ergonômico - Charriot do lado direito com ajuste para os movimentos x e y e com comando ergométrico próximo do comando micrométrico. -Ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as duas oculares com ajustes de 50 mm a 75 mm. -Ajuste	02	3.500,00	7.000,00



Centro Político Administrativo, Bl. 05
CEP 78.050-970 - Cuiabá - MT

Telefone: (0**05) 3513-5409 - e-mail: cib@ses.mt.gov.br

Handwritten signature and initials



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA	Centrifuga laboratorial	independente do macro micrométrico coaxial com ajuste do tensor, controle fino de 0,1 mm por rotação e curso de 13,8mm. - iluminação halógena embutida na base controlado por placa eletrônica na base de 6 volts / 30 watts com iluminador e refletor. -Iluminador com diafragma de campo (sistema de koehler) embutido na base com pre- ajuste de iluminação em várias posições. -Condensador universal centralizável tipo abbe n.a.0,90 com diafragma de íris e filtro azul ncb 11 45 mm. 02 oculares cfw.f.10 x com campo amplo de 22mm ou 25 mm com ajuste de dioptria. -Acompanha manual de instruções, lâmpada reserva, capa de proteção em pano e plástica, óleo de imersão e papel para limpeza de lentes e 02 fusíveis.	02	3.000,00	6.000,00
------------------------------	----------------------------	---	----	----------	----------



Centro Político Administrativo, Bl. 05
CEP 78.050-970 - Cuiabá - MT

Telefone: (0**65) 3613-5409 - e-mail: cib@ses.mt.gov.br

Handwritten signature

Handwritten mark



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Estante	Temporizador selecionável de 01 a 69 minutos - Pés de ventosa em silicone - Alimentação: 110 V			
LABORATÓRIO DE URINOANÁLISE	Microscópio laboratorial	Capacidade da prateleira: mínima de 100kg, mínimo de 06 prateleiras, possuir reforço	02	250,00	500,00
		Composto: estativa composta de base e coluna, revolver para até 06 objetivas. -04 (quatro) objetivas planacromáticas cfi 60 infinita de 4x, 10 x, 40x, e 100x (oleo) imersão e retrátil. -Platina especial giratória que permite ao usuário trabalhar com a mesma em varias posições e ideal para fotografias. -Platina com trava de segurança que evita a quebra de lâminas. -Platina retangular de 159,0 mm x 243,0 mm de face e curso de 78 mm x 54 mm com movimento cruzado em x e y. -Prendedor de lamínas para 01 ou 02 lamínas (opcional). -Cabeçote prismático Binocular mod. B tipo siedentopf com inclinação de 25 graus com rotação de 360 graus. -Cabeçotes Trinocular disponível em 02 versões e também modelo Ergonômico - Charriot do lado direito com ajuste para os movimentos x e y e com comando ergométrico próximo do	02	3.500,00	7.000,00



ul

7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA OU MICROBIOLOGIA	Estufa	comando micrométrico. -Ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as duas oculares com ajustes de 50 mm a 75 mm. -Ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste do tensor, controle fino de 0,1 mm por rotação e curso de 13,8mm. - Iluminação halógena embutida na base controlado por placa eletrônica na base de 6 volts / 30 watts com iluminador e refletor. -Iluminador com diafragma de campo (sistema de koehler) embutido na base com pre-ajuste de iluminação em varias posições. -Condensador universal centralizável tipo abbe n.a.0,90 com diafragma de íris e filtro azul ncb 11 45 mm. 02 oculares cfw.f.10 x com campo amplo de 22mm ou 25 mm com ajuste de dioptria. -Acompanha manual de instruções, lâmpada reserva, capa de proteção em pano e plástica, óleo de imersão e papel para limpeza de lentes e 02 fusíveis.	01	3.000,00	3.000,000
---	--------	--	----	----------	-----------



Centro Político Administrativo, Bl. 05
CEP 78.050-970 - Cuiabá - MT
Telefone: (0**65) 3613-5409 - e-mail: clb@ses.mt.gov.br

M
d



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

		confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintada internamente em tinta alumínio resistente a altas temperaturas pintura externa eletrostática isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto vedação da porta com gaxeta de silicone possui porta interna de vidro			
•	Deionizador	Próprios para se obter água desmineralizada ou deionizada de alta pureza, remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente a da água destilada. Tem sua aplicação na fabricação de cosméticos, água para baterias, etc. Este modelo se fundamenta no princípio de leito misto, ou seja, as resinas de intercâmbio iônico (catiônica/aniônica) estão no mesmo leito ou coluna. Rendimento 100 litros por hora Coluna em PVC com soldagem termoplástica; Indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora; Sistema de coluna intercambiável; Faixa de condutividade da água entre 1µS/cm e 20µS/cm, variável de	01	1.500,00	1.500,00



Jul

4



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

		acordo com quantidade de água produzida; pH entre 6 e 8 na saída; O rendimento da água deionizada é total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada; Reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; Os deionizadores Quimis possuem exclusivo respiro para eliminar o ar interno;			
SALA DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL	Armário	Confecção de aço ou ferro pintado, tamanho mínimo de 1,80x0,75cm	01	600,00	600,00
CLASSIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE AMOSTRA	Balcão	Material em MDF ou similar, EM "L" 1,40 X 1,40 X 0,70 X 1,10 M	01	1.500,00	1.500,00

Total de itens cadastrados: 40

Valor total: 55.000,00

ml

