



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 96/2022 - UASG 926289 – SES MT
(28/06/2023)**

Luciana Lopes Castanha Souto <lucianasouto@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

15 de junho de 2023 às 11:59

Bom dia

Ao cumprimentá-los venho por este, em atenção a impugnação encaminhada, pela empresa " FANEM ", PE 096/2022 no dia 15/06/2023, segue resposta a impugnação:

ITENS 12 – INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA

Esclarecimento 1 - É solicitado que o equipamento possua DUAS PRATELEIRAS GIRATÓRIAS. Questionamento: Gostaríamos de saber se o órgão aceitaria o equipamento que possua uma prateleira giratória e um Suporte com bandeja para monitor em inox?

R: Sim não tem problema uma única giratória e a outra fixa, SERÁ ACEITO

Sem mais

Atenciosamente,

Luciana Souto
PTNS - SUS
COAESH
Perfil - Bióloga

[Texto das mensagens anteriores oculto]