



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CA/SES.

Sra. Kelly Fernanda Gonçalves

Pregoeira oficial/SES

ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS – PREGÃO 015/2023

Senhora Pregoeira,

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação das empresas classificadas, Referente ao Processo SES-PRO - 2022/14107 Pregão Eletrônico nº 015/2023, cujo objeto é : “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – LISTA 1, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO”, quantos aos itens em referência a qualificação técnica e avaliação se o equipamento atende ao solicitado no edital, análise da proposta/manual/catálogo apresentada pelas empresas classificadas temos a informar:

Empresa FANEM LTDA:

Item 01 – APARELHO DE FOTOTERAPIA: O modelo apresentado pela empresa “BILITRON® Sky 5006 BSP”, ATENDE o descritivo do edital, estando APTA a seguir com o processo.

Item 02 – CANCELADO

Item 03 – CANCELADO

Empresa LONDRISHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA:

Item 04 – ASPIRADOR DE SECREÇÃO: O modelo apresentado pela empresa “Aspirador Cirúrgico 5 litros e carro de suporte Aspiratex GIM 6005 – C ”, NÃO ATENDE a descrição, estando em DESCONFORMIDADE ao requerido pelo edital e NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo o edital solicita : PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO EM LED, não possui no modelo apresentado, manual na pág 17 as imagens demonstram não possuir o painel.

SISTEMA COM ANTI- TRANSBORDAMENTO PARA MONITORAR O FLUXO DE ASPIRAÇÃO E INTERROMPER A SUCÇÃO ASSIM QUE O FRASCO ATINGIR A SUA CAPACIDADE MÁXIMA, no manual apresentado pela empresa descreve da seguinte forma: “SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTOS DO FRASCO: DUPLOS, TRIPLoS E QUÁDRUPLO, porém nos modelos de 1 frasco não apresenta o sistema de proteção. CONJUNTO DE MANGUEIRAS



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

SANFONADAS, no manual não apresenta referência para a mangueira sanfonada: “(MANGUEIRA) TUBO DE SILICONE OU PVC, CORES AMARELO, BRANCO”. ESPÉCULO AUTOCLAVÁVEL, não localizado no manual encaminhado, quanto às DIMENSÕES (C X L X A MM) 500 X 370 X 950, no manual conta: 300 x 330 x 950.

Item 05 – FRACASSOU

K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP:

Item 06 – BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA ADULTO: O modelo apresentado pela empresa “ P200C CAPACIDADE 200KG, DA LIDER BALANÇAS” NÃO atende a descritivo do Edital, NÃO estando em conformidade e assim NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo o edital solicita: EM ALUMÍNIO ANODIZADO, no manual consta que é construída de Aço Carbono ou Aço inoxidável (pg 11); COM PLATAFORMA 390X340MM, no manual página 86 relata “com plataformas de 200 x 220mm até 250 x 250mm; PESO BRUTO: ATÉ 11 KG, no manual relata peso de 30 KG (pg 11).

Item 07 – BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA OBESO, ATÉ 300KG: O modelo apresentado pela empresa “P300C CAPACIDADE 300KG, DA LIDER BALANÇAS”, NÃO atende a descritivo do Edital, NÃO estando em conformidade e assim NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo o edital solicita: EM ALUMÍNIO ANODIZADO, no manual consta que é construída de Aço Carbono ou Aço inoxidável (pg 11); COM PLATAFORMA 400X500MM, no manual página 86 relata “com plataformas de 200 x 220mm até 250 x 250mm; PESO BRUTO: 11 KG, no manual relata peso de 30 KG (pg 11).

Empresa OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA:

Item 08 – BERÇO AQUECIDO: O modelo apresentado pela empresa “Modelo: MATRIX R, DA MARCA OLIDEF”, não apresenta MONITOR DE 10” EM TOUCHSCREEN. NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

Empresa OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES:

Item 09 - BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM NASCIDO: O modelo apresentado pela empresa “RENASCER / RN02004E”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: BANDEJA PLÁSTICA COM PORTA OBJETOS SOB O LEITO, não localizado em seu manual ou catálogo. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: DE 0,80M A 1,00M - LARGURA: DE 0,45M A 0,60M - ALTURA: DE 0,80 M A 1,00M, no material apresentado possui dimensões inferiores a solicitada, 750 x 400 x 800 mm.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

Empresa CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA:

Item 10 – BERA TRIAGEM: O modelo apresentado pela empresa “MODELO: ECLIPSE EP25. MARCA/FABRICANTE: INTERACOUSTICS.”, ATENDE a descritivo, em conformidade ao requerido pelo edital e assim, ESTÁ APTA para seguir com o certame.

Item 11 – CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: FRACASSOU

Empresa OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES:

Item 12- CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA OBESO: O modelo apresentado pela empresa “MODELO: MR434, DA RENOVAR CAMAS ESPECIAIS”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: EM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO NA COR BRANCA, não localizado comprovação no manual. MOVIMENTOS EXECUTADOS POR MOTORES DE, SEMI-FOWLER, CARDÍACO, SENTADO. ELEVAÇÃO DE ALTURA MÍNIMO de 410MM, no manual referencia altura mínima de 490 mm, (DO PISO Á SUPERFÍCIE DO ESTRADO). GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E FABRICADAS EM POLIETILENO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO E/OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES/PESEIRA, no manual mostra que somente são movidas manualmente. CHASSI LEITO SUPERIOR E INFERIOR CONSTRUÍDO EM TUBO PERFILADO DE AÇO CARBONO CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO, não comprovado em manual apresentado. RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 5 POLEGADAS DE DIÂMETRO, no manual fala que “A cama hospitalar é fornecida com rodas simples de 3 polegadas” COM BATERIA COM AUTONOMIA DE 10 MOVIMENTOS/CICLOS COMPLETOS, no manual não referencia a existência de bateria ou de sua capacidade.

Item 13 – CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA ADULTO – O modelo apresentado pela empresa “MODELO: MR 434, DA RENOVAR CAMAS ESPECIAIS”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame. Mesmos motivos já apresentados no item 12.

Item 14 – CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO– O modelo apresentado pela empresa “MODELO: MR 134, DA RENOVAR CAMAS ESPECIAIS”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: LEITO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPOXY, não localizado no edital. PISTÃO DA GRADE EM AÇO INOXIDÁVEL, não referenciado no edital, ESTRADOS EM 4 A 5 CHAPAS DE AÇO INTEIRIÇAS E ARTICULÁVEIS, no manual consta duas divisões, PROVIDO DE TRAVAS DE FÁCIL



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

ACIONAMENTO, não referenciado no manual, COMPRIMENTO X LARGURA: 200 CM X 65 CM, no manual apresentado relata “Dimensões totais 1,95comp. x 0,95larg x 0,55alt”.

Empresa KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA:

Item 15 - DETECTOR FETAL - O modelo apresentado pela empresa “FD200C, DA MD-”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: PORTA USB PARA TRANSMISSÃO DE DADOS, não localizado referência no catálogo e manual. DISPLAY TOUCHSCREEN, não apresenta display touchscreen. CONGELAMENTO DA IMAGEM, não referenciado no manual. DIMENSÕES DO PRODUTO: PESO: 2 KG, no manual apresenta Peso: aprox. 500g. LARGURA: 20 CM ALTURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 20 CM. No manual refere a: “Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm

Empresa CLARO MED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA:

Item 16 - CAPNÓGRAFO PORTÁTIL DE MESA: O modelo apresentado pela empresa “GENERAL MEDITECH / G3R -”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: SOBRE A BATERIA COM FUNCIONAMENTO MÍNIMO DE 90 MINUTOS, no manual descreve Tempo de operação >1 hora (quando a bateria está totalmente carregada e o monitor mede a pressão sanguínea a cada dez minutos, pg 81), DISPLAY EM LED, no manual pg 81 tela de LCD em cores. PELA ASPIRAÇÃO DE UMA AMOSTRA DE AR NAS VIAS AÉREAS PROCESSADA POR UM SENSOR de CAPNOGRAFIA, não ofertou na proposta o sensor de vias aéreas.

Empresa MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA:

Item 17 - GUINCHO TRANSFERÊNCIA ELÉTRICO COM BALANÇA– O modelo apresentado pela empresa “BT300 DA MARCA LIDER -”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: DRIVE MICROPROCESSADO DE 15A COM INDICADOR DE CARGA LUMINOSO, CHAVE DE REVERSÃO DE SENTIDO, não localizado referência de chave de reversão de sentido, LEVANTE COM ATUADOR LINEAR ELÉTRICO DE 12V 150W PM . BATERIA 12V 7 A , no manual enviado consta Capacidade da bateria: 5 A, COM AUTONOMIA PARA 80 ACIONAMENTOS, é referenciado em 50h de uso contínuo, não ficando claro a quantidade de acionamentos. CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, CONFORTÁVEL E LAVÁVEL COM REGULAGEM DE FIXAÇÃO EM 3 PONTOS, 3 TAMANHOS (P/M/G), no manual não faz referência aos tamanhos, constando somente 1 cesto (bolsa de transferência). APOIOS DE CABEÇA CONFECCIONADO EM VINIL ACOLCHOADO COM REGULAGEM, não referenciado sobre apoio de cabeça em seu material enviado.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

Empresa PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Item 18 - ELETRONEUROMIOGRAFO ELÉTRICO PORTÁTIL – O modelo apresentado pela empresa “EQPE041 DA NEUROTEC-”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

POSSUIR AMPLIFICADORES COM TAXA DE REJEIÇÃO EM MODO COMUM DE NO MÍNIMO 112 DB, no manual enviado foi localizado referência menor na faixa de Intensidade de 0 a 105 dB $\pm 5\%$ 0 a 105 dB $\pm 5\%$. Itens não localizado no manual: COM FLASH ESTROBOSCÓPICO; MARGEM DE ENTRADA 0,02 A 50 MV; NÍVEL DE RUÍDO DA BANDA DE 2 HZ A 10 KHZ; FILTRO PASSA-ALTA: 0,2 A 1000HZ; FILTRO PASSA-BAIXA: 100 A 1000 HZ CARACTERÍSTICAS: APROXIMADAS DO ESTIMULADOR ELÉTRICO: AMPLITUDE DO ESTÍMULO 0,1 A 100 MA; DURAÇÃO DO ESTÍMULO 0,05 A 1 MS; FORMA DE ESTÍMULO RETANGULAR; SISTEMA E DISPOSITIVOS DE ALARME: ALARME ÁUDIO OU VISUAL PARA FALHA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO SISTEMAS DE APRESENTAÇÃO DE DADOS: DISPLAY COM BOTÕES E VÁLVULAS PARA CONTROLAR EQUIPAMENTO ACESSÓRIOS: POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 UNIDADE DE TRANSPORTE, PARA O EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS, COM BRAÇOS ARTICULÁVEIS E TRAVA EM NO MÍNIMO 02 RODAS; 01 UNIDADE DE FLASH ESTROBOSCÓPIO PARA POTENCIAL EVOCADO VISUAL; 01 CABO ADAPTADOR SOMATO A PARA B; 01 UNIDADE DE ISOLAMENTO; 01 ELETRODO DE DEDO; 01 ELETRODO TERRA ADULTO (TIPO PULSEIRA); 01 PASTA CONDUTORA; 50 ELETRODOS MONOPOLARES DESCARTÁVEIS DE 37 MM X 26 GA; 30 ELETRODOS DE EEG PARA POTENCIAL EVOCADO SOMATOSSENSITIVO; 01 CABO DE EXTENSÃO COM LOCAL PARA ACOPLAR ELETRODO DE AGULHA CONCÊNTRICA; 01 CABO DE EXTENSÃO COM LOCAL PARA ACOPLAR ELETRODOS DE SUPERFÍCIE (ADESIVOS) PARA CONDUÇÃO NERVOSA MOTORA E SENSITIVA; 100 ELETRODOS DE AGULHA CONCÊNTRICA; 01 COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS PROCESSADOR 3.0 GHZ, HD 500GB, WINDOWS E MICROSOFT OFFICE; 01 TECLADO ABNT 2; 01 MOUSE ÓPTICO; 01 MONITOR LED DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS; 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA USB COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1200 DPI E VELOCIDADE DE IMPRESSÃO, EM ALTA RESOLUÇÃO, DE NO MÍNIMO 19 PPM; 10 TONERS COMPATÍVEIS COM A IMPRESSORA FORNECIDA; 01 NO-BREAK, COM ENTRADA E SAÍDA 220 V, DIMENSIONADO PARA ASSUMIR A CARGA DO EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS POR NO MÍNIMO 01 HORA. SISTEMAS DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: FUSÍVEIS. 11. ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 VAC; FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ. 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 3 CONDUTORES COM TERRA, não apresentou comprovação de existência de assistência técnica em Mato Grosso.

Item 19 – AUDIOMETRIA - O modelo apresentado pela empresa “EQPE041 DA NEUROTEC-”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

Itens não localizados e incompatíveis com o descritivo: Modalidade de medição EMG, NCV, EP; Carrinho móvel; Notebook; O software precisa ser adquirido separado; Não menciona



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

eletrodos, nem se é comutável, Não possui bateria interna; Não possui impressora e a Faixa de frequência começa de a partir de 250 Hz.

Empresa LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA:

Item 20 – ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: O modelo apresentado pela empresa “APARELHO DE PRESSÃO TIPO ANERÓIDE PREMIUM”, NÃO atende a descrição, NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame. No descritivo do edital solicita: COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE ESCALA: 0 A 300MMHG (no PDF enviado pela empresa consta: - Manômetro, com visor graduado de 20 a 300 mm/hg; PRECISÃO: ± 3 MMHG NA VERIFICAÇÃO INICIAL, (não apresenta referência quanto a isso, não apresenta na proposta os dados de existência de assistência técnica em Mato Grosso).

Empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA:

Item 21 – ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: O modelo apresentado pela empresa “MARCA PREMIUM”, NÃO atende a descrição, NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame. No descritivo do edital solicita: 1 ESTETOSCÓPIO (no material enviado não apresenta nenhuma citação da presença de estetoscópio infantil, não apresenta na proposta os dados de existência de assistência técnica em Mato Grosso).

Empresa LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA:

Item 22 - ESFIGMOMANÔMETRO COM MANÔMETRO ANERÓIDE – O modelo apresentado pela empresa “APARELHO DE PRESSÃO TIPO ANERÓIDE PREMIUM”, NÃO atende a descrição, NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame. No descritivo do edital solicita: COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE ESCALA: 0 A 300MMHG, (no material apresentado refere a: “- Manômetro, com visor graduado de 20 a 300 mm/hg”, não encontrado referência de existência, não apresenta na proposta os dados de existência de assistência técnica em Mato Grosso)

Empresa GASTRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA:

Item 23 – SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL: O modelo apresentado pela empresa “Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível AOHUA AQ-100 HD”, ATENDE O descritivo, estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim ESTÁ APTA para seguir com o certame.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

Empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA:

Item 24 – SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA: O modelo apresentado pela empresa “MODELO:HYPixel R1 DA MINDRAY” e demais equipamentos e acessórios constantes na proposta, ATENDEM o descritivo do Edital, ESTANDO em conformidade ao requerido pelo mesmo e assim ESTÁ APTA para seguir com o certame.
SEGUE ANEXO PARECER TÉCNICO DA EQUIPE DO HOSPITAL SANTA CASA

Item 25 – SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO PORTÁTIL NEUROMOTORIZAÇÃO INTRA-OPERATÓRIA : Fracassou

Item 26 – SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO INTRAOPERATÓRIA: Fracassou

Item 27 - SELADORA AUTOMÁTICA DE ESTEIRA: Fracassou

Item 28 - SELADORA MANUAL PARA SACO POLIETILENO: Fracassou

Empresa CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.

Item 29 - TORRE DE VÍDEO - O modelo apresentado pela empresa “CM–SCAM3 (4K) DA CONFIANCE” e demais equipamentos e acessórios constantes na proposta, ATENDEM o descritivo do Edital, ESTANDO em conformidade ao requerido pelo mesmo e assim ESTÁ APTA para seguir com o certame.
SEGUE ANEXO PARECER TÉCNICO DA EQUIPE DO HOSPITAL SANTA CASA E EQUIPE DE ACESSORIA DO EINSTEM

Empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA:

Item 30 – URETERORRENOSCOPIO RÍGIDO: O modelo apresentado pela empresa “MODELO: 8703.524 da RICHARD WOLF” e demais equipamentos e acessórios constantes na proposta, ATENDEM o descritivo do Edital, ESTANDO em conformidade ao requerido pelo mesmo e assim ESTÁ APTA para seguir com o certame.
SEGUE ANEXO PARECER TÉCNICO DA EQUIPE DO HOSPITAL SANTA CASA



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

REABERTURA DO PROCESSO APÓS DESCLASSIFICAÇÃO INICIAL

25/08/2023

Empresa ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP:

Item 09 - BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM NASCIDO: O modelo apresentado pela empresa “ALF BRN 1002 DA ALFRS”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: BANDEJA PLÁSTICA COM PORTA OBJETOS SOB O LEITO, o modelo apresentado é uma prateleira lisa, sem porta objetos e de metal.

Empresa SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA - ME:

Item 11 – CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: O modelo apresentado pela empresa “ INFINITY POP OBESO DA SMART, ATENDE a descrição do Termo de Referência. ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim ESTÁ APTA para seguir com o certame.

Empresa MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI:

Item 12- CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA OBESO: O modelo apresentado pela empresa “MS-11.002, DA MEDI SAÚDE”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E FABRICADAS EM POLIETILENO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO E/OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES/PESEIRA, (no manual apresentado refere-se a Grades: Acionado por alavanca, com movimentos para frente e para trás, pág 23).

Empresa Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA:

Item 16 - CAPNÓGRAFO PORTÁTIL DE MESA: O modelo apresentado pela empresa “MX-200/ 80052640001 DA EMAI/ TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -”, ATENDE a descrição do Termo de Referência. ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, ESTÁ APTA para seguir com o certame.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

Empresa CUNHA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:

Item 20 – ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: O modelo apresentado pela empresa “PA2006 DA P.A MED”, ATENDE a descrição, ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim ESTÁ APTA para seguir com o certame.

28/08/2023

Empresa Distribuidora Médico-Hospitalar Hospimetal Ltda-EPP:

Item 09 - BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM NASCIDO: O modelo apresentado pela empresa “HM 2009 C”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame. No descritivo do edital solicita: Não atende as DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: DE 0,80M A 1,00M - LARGURA: DE 0,45M A ,60M - ALTURA: DE 0,80 M A 1,00M, outros pontos de fragilidade do modelo proposto: a trava de INCLINAÇÃO DO LEITO NAS POSIÇÕES TRENDELEMBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL de material plástico e bem frágil, rodízios pequenos e frágeis.

Item 12- CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA OBESO: O modelo apresentado pela empresa “HM.2002 B”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E FABRICADAS EM POLIETILENO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO E/OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES/PESEIRA, não localizado confirmação de possuir este dispositivo nem no material nem na proposta, na página 15 do manual demonstra no quadro do modelo não possuir

Empresa Distribuidora Médico-Hospitalar Hospimetal Ltda-EPP:

Item 14 - CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO: O modelo apresentado pela empresa “HM 2007, DA HOSPIMETAL”, NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: ESTRADOS EM 4 A 5 CHAPAS DE AÇO INTEIRIÇAS E ARTICULÁVEIS, foi possível observar no material enviado, somente duas chapas, PROVIDO DE



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

TRAVAS DE FÁCIL ACIONAMENTO, COMPRIMENTO X LARGURA: 200 CM X 65 CM, no material enviado apresenta 2,00 x 60 cm.

Empresa 216 Material Hospitalar Ltda. – ME

Item 17- GUINCHO TRANSFERÊNCIA ELÉTRICO COM BALANÇA: O modelo apresentado pela empresa “ELEV GR 180 DA ORTOBRAS”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: DRIVE MICROPROCESSADO DE 15A COM INDICADOR DE CARGA LUMINOSO, não apresentado em material enviado, COMANDO REMOTO POR CABO COM CHAVE DE REVERSÃO DE SENTIDO E INDICAÇÃO LUMINOSA DE FUNCIONAMENTO, não apresentado comprovação por material enviado, LEVANTE COM ATUADOR LINEAR ELÉTRICO DE 12V 150W PM COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 200 KG, no material enviado não comprova capacidade e relata capacidade máxima de 180 kg. BATERIA 12V 7A COM AUTONOMIA PARA 80 ACIONAMENTOS, RECARREGÁVEIS POR CARREGADOR INTELIGENTE BI-VOLTAGEM 24VX2A 110V/220V, no material enviado não comprova autonomia solicitada, CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, CONFORTÁVEL E LAVÁVEL COM REGULAGEM DE FIXAÇÃO EM 3 PONTOS, 3 TAMANHOS (P/M/G), não relata existência de tamanhos distintos. APOIOS DE CABEÇA CONFECCIONADO EM VINIL ACOLCHOADO COM REGULAGEM, no material apresentado não demonstra possuir regulagem .

11/09/2023

Empresa : HOSPITALMED

Item 13 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA ADULTO– O modelo apresentado pela empresa “HM 2002 B, DA MARCA HOSPITALMED -”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: E RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO DO PACIENTE, aparentemente se mostra frágil, BANDEJA PLÁSTICA COM PORTA OBJETOS SOB O LEITO, no modelo apresentado somente um suporte estreito e o restante da estrutura vazada, impossibilitando a guarda de materiais importantes. PERMITE A INCLINAÇÃO DO LEITO NAS POSIÇÕES TRENDELEMBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL, COM TRAVA, trava aparenta fragilidade. SUPORTE DOTADO DE QUATRO RODÍZIOS, no modelo enviado apresenta imagem de 2 rodízios somente na parte da frente, a parte de trás com pés em ponteiros fixas. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: DE 0,80M A 1,00M - LARGURA: DE 0,45M A ,60M - ALTURA: DE 0,80 M A 1,00M, as dimensões apresentadas do modelo são: Dimensões: C 0,74m x L 0,42m x A 0,83m. Berço com aparência muito frágil e sem durabilidade



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

Empresa : M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA

Item 14 - CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO– O modelo apresentado pela empresa “RB – 3013-13, DA MARCA RUBMED -”, ATENDE a descrição do Termo de Referência. ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, ESTÁ APTA para seguir com o certame.

Empresa: EXITO DISTRIBUIDORA

Item 06 – BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA ADULTO: O modelo apresentado pela empresa “Modelo: PREMIUM BK-200 FAN, DA MARCA BALMAK”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

O descritivo solicita: EM ALUMÍNIO ANODIZADO CAPACIDADE, o material apresentado costa que a mesma é construída em aço carbono. PESO BRUTO: ATÉ 11 KG, o modelo apresentado pesa 22 a 24 kg.

Item 07 – BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA OBESO, ATÉ 300KG– O modelo apresentado pela empresa “MODELO: BK-300 FAN, DA MARCA BALMAK”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: EM ALUMÍNIO ANODIZADO CAPACIDADE, o material apresentado costa que a mesma é construída em aço carbono. PESO BRUTO: ATÉ 11 KG, o modelo apresentado pesa 22 a 24 kg.

Empresa : LICITAMED PRIME COMÉRCIO LTDA

Item 9 - BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM NASCIDO – O modelo apresentado pela empresa “LV 87, DA MARCA LEVITA -”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: E RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO DO PACIENTE, aparentemente se mostra frágil, BANDEJA PLÁSTICA COM PORTA OBJETOS SOB O LEITO, no modelo apresentado somente um suporte estreito e o restante da estrutura vazada, impossibilitando a guarda de materiais importantes. PERMITE A INCLINAÇÃO DO LEITO NAS POSIÇÕES TRENDELEMBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL, COM TRAVA, trava aparenta fragilidade. SUPORTE DOTADO DE QUATRO RODÍZIOS, no modelo enviado apresenta imagem de 2 rodízios somente na parte da frente, a parte de trás com pés em ponteiras fixas. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: DE 0,80M A 1,00M - LARGURA: DE 0,45M A ,60M - ALTURA: DE 0,80 M A 1,00M, as dimensões apresentadas do modelo são: Dimensões: C 0,74m x L 0,42m x A 0,83m. Berço com aparência muito frágil e sem durabilidade



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

Item 12 – CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA OBESO: O modelo apresentado pela empresa “LV 198 PE, MARCA LEVITA”, NÃO atende a descrição, NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame. No descritivo do edital solicita: ELEVÇÃO DE ALTURA MÍNIMO E MÁXIMO 410MM A 730MM (DO PISO Á SUPERFÍCIE DO ESTRADO), não referenciado no material apresentado, considerando inexistente. GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E FABRICADAS EM POLIETILENO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO E/OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES/PESEIRA, não possui no modelo apresentado. RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 5 POLEGADAS DE DIÂMETRO OU MEDIDA CONVERTIDA, não apresentado referência no material, considero inexistente. CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA 350KG, no material apresentado relata capacidade máxima de 250 kg. BATERIA COM AUTONOMIA DE 10 MOVIMENTOS/CICLOS COMPLETOS, no material não referencia a existência de bateria e muito menos a capacidade de execução de seus ciclos.

13/09/2023

Empresa: SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI

Item 9 - BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM NASCIDO – O modelo apresentado pela empresa “S0095-3, DA MARCA SALUTEM -”, NÃO ATENDE a descrição do Termo de Referência. NÃO ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame. No descritivo do edital solicita: BANDEJA PLÁSTICA COM PORTA OBJETOS SOB O LEITO, o modelo apresentado não possui a bandeja plástica com porta objetos.

Empresa: MÓVEIS ANDRADE INS E COM. DE MÓVEIS HOAPITALARES LTDA

Item 12 – CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA OBESO: O modelo apresentado pela empresa “MA – 489B350, MARCA MÓVEIS ANDRADE”, NÃO atende a descrição, NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E FABRICADAS EM POLIETILENO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO E/OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES/PESEIRA. Não encontrado referência em possuir dispositivo. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO 250 KG MÁXIMA 350KG, na Pg 25 do manual relata capacidade de sustentação do paciente de 120 kg até 230 kg.

14/09/2023

Empresa: MEDI SAÚDE

Item 13 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA ADULTO– O modelo apresentado pela empresa “MS – 11.002, DA MARCA MEDI SAÚDE -”, NÃO ATENDE a descrição do Termo



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

de Referência. NÃO ESTANDO em conformidade ao requerido pelo edital e assim, NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E FABRICADAS EM POLIETILENO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO E/OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES/PESEIRA, apresenta no material enviado referência a grades rota de fuga, laterais com movimentos retráteis, suavizado pelo uso de mola a gás.

15/09/2023

Quanto aos itens em referência a qualificação técnica e avaliação se o equipamento atende ao solicitado no edital, análise da proposta/manual/catálogo apresentada pelas empresas classificadas venho solicitar, no que se refere aos itens:

12 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA OBESO

13 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA ADULTO

Solicito o CANCELAMENTO dos mesmos devido a equívoco no descritivo do edital. Fomos alertados por uma empresa e em busca imediata localizamos 3 marcas com a possibilidade de possuir tal solicitação, porém recebemos a confirmação por elas da inviabilidade do equipamento possuir esta função, inviabilizando assim a continuidade do processo.

Sem mais, atentamente.

Luciana Lopes Castanha Souto
PTNS-SUS – Perfil Bióloga
Gestão Hospitalar / COAESH