

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assunto: Primeiro Pedido de Esclarecimento

PREGÃO ELETRÔNICO 096/2023

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., CNPJ sob o n.º 58.295.213/0021-11, sediada na Rua Otto Salgado, 250 - CEP: 37066-440 - Ind. Cláudio Galvão, Varginha – MG, por ser sociedade distribuidora e fabricante de equipamentos médico-hospitalares, exigidos nos autos deste Processo, tipo menor preço, vem, respeitosamente, formalizar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos das razões abaixo.

Ao analisarmos o descritivo em referência, notamos que faz-se necessária a apresentação de esclarecimento, visando assegurar a possibilidade de participação e a isonomia entre as propostas licitantes, nos tópicos a saber:

DO DESCRITIVO TÉCNICO – ULTRASSOM

Há algumas características solicitadas em edital, excluem a Philips e outras fabricantes da disputa, muito embora possuam equipamentos com diversas características superiores ao edital. Assim, solicita-se o aceite técnico dos pontos mencionados abaixo.

Onde se lê: TECLADO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL;

Leia-se:

TECLADO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL OU TOUCH RETROILUMINADO

Justificativa:

A SOLICITAÇÃO APENAS CERCEIA O CERTAME, SEM CONFIGURAR MELHOR QUALIDADE AO EQUIPAMENTO. SOLICITAMOS A POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TECLADO TOUCHSCREEN, POR SER UMA TECNOLOGIA SUPERIOR E COM MAIOR CRESCIMENTO DE UTILIZAÇÃO.

Sugestão de inclusão:

TELA DIGITAL TOUCH SCREEN LED DE PELO MENOS 10.1”;

TECNOLOGIA AVANÇADA QUE PROMOVE MAIOR PRODUTIVIDADE PARA O EQUIPAMENTO.

DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega solicitado no edital poderá ir contra a capacidade dos fornecedores de equipamentos, uma vez que se tratam de equipamentos de alta complexidade técnica de produção e, salvo melhor juízo, também não há nenhum fornecedor nacional que consiga montar um estoque dos mesmos, quer seja pela diversificação de configurações, ou por estarem sujeitos à importação.

Assim exposto, solicitamos esclarecer sobre a possibilidade de aceite da entrega em até 150 (cento e cinquenta) dias. Alternativamente, solicitamos o aceite de carta de prorrogação, caso se faça necessário.

A aceitação das sugestões supra citadas promoverá maior vantajosidade econômica ao órgão, além de possibilitar a participação de fabricantes que atendem a necessidade fim da aquisição, com grande aceitabilidade clínica e excelente desempenho.

Pede-se, ainda, a especial gentileza de ser retornada a resposta a presente para o e-mail anelisa.coelho@philips.com

Atenciosamente,

Varginha, 09 de maio de 2023.



AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA
LICITAÇÕES
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS