



A/C Kelly Itens 9, 11, 12, 16 e 20

Luciana Lopes Castanha Souto <lucianasouto@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

28 de agosto de 2023 às 09:02

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CA/SES.

Sra. Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira oficial/SES

ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS – REABERTURA DO PREGÃO 015/2023

Senhora Pregoeira,

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação das empresas classificadas, Referente a reabertura do Processo SES-PRO - 2022/14107 Pregão Eletrônico nº 015/2023, cujo objeto é : “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – LISTA 1, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO”, quantos aos itens em referência a qualificação técnica e avaliação se o equipamento atende ao solicitado no edital, análise da proposta/manual/catálogo apresentada pelas empresas classificadas temos a informar:

Empresa Distribuidora Médico-Hospitalar Hospimetal Ltda-EPP:

Item 14 - CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO: O modelo apresentado pela empresa “HM 2007, DA HOSPIMETAL”, **NÃO** estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, **NÃO ESTÁ APTA** para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: ESTRADOS EM 4 A 5 CHAPAS DE AÇO INTEIRIÇAS E ARTICULÁVEIS, foi possível observar no material enviado, somente duas chapas, PROVIDO DE TRAVAS DE FÁCIL ACIONAMENTO, COMPRIMENTO X LARGURA: 200 CM X 65 CM, no material enviado apresenta 2,00 x 60 cm.

-

Empresa 216 Material Hospitalar Ltda. – ME

Item 17- GUINCHO TRANSFERÊNCIA ELÉTRICO COM BALANÇA: O modelo apresentado pela empresa “ELEV GR 180 DA ORTOBRAS ”, **NÃO ATENDE** a descrição do Termo de Referência. **NÃO** estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, **NÃO ESTÁ APTA** para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: DRIVE MICROPROCESSADO DE 15A COM INDICADOR DE CARGA LUMINOSO, não apresentado em material enviado, COMANDO REMOTO POR CABO COM CHAVE DE REVERSÃO DE SENTIDO E INDICAÇÃO LUMINOSA DE FUNCIONAMENTO, não apresentado comprovação por material enviado, LEVANTE COM ATUADOR LINEAR ELÉTRICO DE 12V 150W PM COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 200 KG, no material enviado não comprova capacidade e relata capacidade máxima de 180 kg. BATERIA 12V 7A COM AUTONOMIA PARA 80 ACIONAMENTOS, RECARREGÁVEIS POR CARREGADOR INTELIGENTE BI-VOLTAGEM 24VX2A 110V/220V, no material enviado não comprova autonomia solicitada, CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE, CONFORTÁVEL E LAVÁVEL COM REGULAGEM DE FIXAÇÃO EM 3 PONTOS, 3 TAMANHOS (P/M/G), não relata existência de tamanhos distintos. APOIOS DE CABEÇA CONFECCIONADO EM VINIL ACOLCHOADO COM REGULAGEM, no material apresentado não demonstra possuir regulagem .

Sem mais, atenciosamente.

Luciana Lopes Castanha Souto

PTNS-SUS – Perfil Bióloga

Gestão Hospitalar / COAESH

Em sex., 25 de ago. de 2023 às 13:25, Luciana Lopes Castanha Souto <lucianasouto@ses.mt.gov.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]