

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

**2º PARECER TÉCNICO SOBRE A DESCRIÇÃO DAS CADEIRAS DE RODAS SOLICITADAS NO
PREGÃO Nº 033/2021**

Prezados senhores,

Em resposta a solicitação de parecer técnico quanto ao comparativo das cadeiras de rodas solicitadas e

ITEM	PRODUTO	FORNECEDOR	RESSALVAS	PARECER DE COORDENADORIA TÉCNICA
1	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARAPLÉGICA ADULTO	VENDRAMINI COM E SERVIÇOS DE EQUIP EIRELI	ORTOBRAS MOTORIZADA E4 - 120 KG - LARGURA DE ASSENTO ATÉ 50 CM	INCOMPATÍVEL COM O SOLICITADO DEVIDO AO TAMANHO DO MODELO E CAPACIDADE DE PESO.
2	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA TETRAPLÉGICA ADULTO	INVERTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	ORTOBRÁS MOTORIZADA E3	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO
3	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARAPLÉGICA INFANTIL	CIRURGICA GONÇALVES	ORTOBRAS MOTORIZADA E4 - 120 KG - LARGURA DE ASSENTO DIFERENTE DO PEDIDO (DE 38 A 50)	INCOMPATÍVEL COM O SOLICITADO DEVIDO AO TAMANHO DO MODELO. FOI VERIFICADO QUE AS DEMAIS EMPRESAS TAMBÉM SÓ OFERECERAM ESTE MODELO.
4	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA TETRAPLÉGICA INFANTIL	SIGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	ORTOBRAS MOTORIZADA E4	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO
5	CADEIRA DE RODAS HEMIPLÉGICAS	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	ORTOBRAS HEMIPLÉGICA AVD	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO
6	CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL	INVERTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	ORTOBRÁS MINI K - NÃO TEM TAMANHO 38 - NÃO TEM APOIO DE PÉS INDIVIDUAIS	INCOMPATÍVEL COM O SOLICITADO DEVIDO A NÃO OFERECER TODOS OS TAMANHOS E ESPECIFICAÇÃO CONFORME SOLICITADOS.
7	CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	ORTOBRÁS MINI K	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO
8	CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICA INFANTIL	INVERTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	ORTOBRÁS CONFORMA TILT RECLINÁVEL - NÃO OFERECE	INCOMPATÍVEL COM O SOLICITADO DEVIDO A NÃO OFERECER TODOS OS TAMANHOS SOLICITADOS.

			TAMANHO 25	
9	CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICA INFANTIL	INVERTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	ORTOBRÁS CONFORMA TILT RECLINÁVEL - NÃO OFERECE TAMANHO 25	INCOMPATÍVEL COM O SOLICITADO DEVIDO A NÃO OFERECER TODOS OS TAMANHOS E ESPECIFICAÇÃO CONFORME SOLICITADOS.
10	CADEIRA DE CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICA ADULTO	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	ORTOBRÁS AVD RECLINÁVEL	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO
11	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO EM CONCHA INFANTIL	ORTHEC	ETHNOS CONCHA INFANTIL	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO
12	CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICA PARA BANHO	INVERTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	ORTOBRAS H3	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO
13	CADEIRA DE BANHO PARA OBESO	ORTOMETAL	ORTOMETAL 152	NA IMAGEM DO PRODUTO NO FOLDER NÃO CONSEGUIMOS ANALISAR SE O BRAÇO É REMOVIVEL. PRECISAMOS DE UMA AMOSTRA SE POSSIVÉL.
14	CADEIRA DE BANHO	A&R COMERCIAL	ORTOBRAS. MODELO BANHO FIXO	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO
15	CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO OBESO	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	ORTOBRÁS ULX COM PÉS ELEVÁVEIS	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO
16	CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO	VITORIA LICITAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI	ORTOMOBIL MA3S	ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO

OBS: No item 01 informamos que empresas que ofertaram a Marca Ortobras. Modelo E4, não atende ao edital.

No item 03. Empresas que apresentaram a Marca Ortobras. Modelo E4 não atende ao edital.

No item 06. As empresas que apresentaram a Marca Ortobras. Modelo MINI K não atende ao edital.

No item 08. As empresas que apresentaram a Marca Ortobras. Modelo CONFORMA TILT RECLINÁVEL, não atende ao edital.

Item 09. As empresas que apresentaram a Marca Ortobras. Modelo CONFORMA TILT RECLINÁVEL, não atende ao edital.

Dr. Ana Paula Fontes da Silva
Fisioterapeuta
CREFTO - 9 42461-F
CRIDAC - SUS/SSES-MT

Iviana Gláucia P. de Barros
Coord. Técnica CRIDAC CER II/SES
Matrícula: 81769