



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

MEMORANDO Nº 1348/2022/GBSAGH/SES-MT

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2022.

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CA/SES.

Sra. Ideuzete Maria da Silva

Pregoeira oficial/SES

ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS – PREGÃO 027/2022 – PROCESSO 421277/2021.

Senhora Pregoeira,

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação das empresas classificadas, Referente ao Processo nº 421277/2021 Pregão Eletrônico nº 027/2022, cujo objeto é “Futura e eventual aquisição de bens permanentes, **EQUIPAMENTOS PARA CENTRO CIRÚRGICO E CME– LISTA 2**, incluindo entrega, montagem, instalações, treinamento assistência técnica e garantia para atender às necessidades das Unidades da Secretaria de Estado de Saúde/MT, quantos aos itens em referência a qualificação técnica e documentações complementares exigidas no edital, análise da proposta/catálogo apresentada pelas empresas classificadas temos a informar:

1) Empresa PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES:

Item 01 – ESTIMULADOR DE NERVOS: Após diligenciar a empresa onde solicitamos para sanarem inconsistências da descrição do edital verso o Catálogo/folder do equipamento, quanto aos seguintes: “1 – Faltou informações se o aparelho chega às amplitudes de estímulo, a frequência do estímulo, consumo elétrico mínimo e máximo, carga de impedância, faixa de medição e impedância; 2 - Não cita também sobre o controle de estimulação, assim como teclas de alarmes e sinais auditivos; 3 - Não cita eletrodos para todas as agulhas, estarem presentes no equipamentos; 4 - Não cita a existência de controle remoto para operação estéril com uma mão, além de extensão para o controle remoto com botões para manuseio estéril. 5 - Não cita a existência de caneta de precisão para a localização de fibras neurais”.

Após inúmeras tentativas de solicitação de resposta bem como contato telefônico, não obtivemos nenhum retorno.

Desta forma, o equipamento estimulador de nervos **não atende a descrição do Edital.**



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

Item 05 – FOTÓFORO LED: Atende a descrição, estando em conformidade ao requerido pelo edital e está APTA para seguir com o certame.

Item 08 – LAVADORA ULTROSSÔNICA ATÉ 15 LITROS: Após diligenciar a empresa relativo à descrição do item no edital onde solicita “*tampa em plástico transparente ou similar*”, no entanto a empresa respondeu que a tampa é em inox.

Desta forma, a Lavadora ultrassônica até 15 litros **não atende a descrição do Edital**.

Item 09 – LAVADORA ULTROSSÔNICA ACIMA DE 15 LITROS: Atende a descrição, estando em conformidade ao requerido pelo edital e está APTA para seguir com o certame.

2) Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA:

Item 11 – LITOTRIPTOR INTRACORPÓREO BALÍSTICO: Após diligenciar a empresa relativo à descrição do item no edital onde solicita “*Compatível com qualquer equipamento endoscópio*”, no entanto a empresa respondeu que o equipamento é compatível apenas com endoscópios rígidos e semi rígidos, não podendo ser usado com o endoscópio flexível.

Desta forma, o Litotriptor intracorpóreo balístico **não atende a descrição do Termo de Referência**.

3) Empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA:

Item 12 – MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATÉ 220KG: Atende a descrição, estando em conformidade ao requerido pelo edital e está APTA para seguir com o certame.

4) Empresa MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA:

Item 13 – MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATÉ 300KG: Atende a descrição, estando em conformidade ao requerido pelo edital e está APTA para seguir com o certame

5) Empresa JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

Item 14 – MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATÉ 200KG. Atende a descrição, estando em conformidade ao requerido pelo edital e está APTA para seguir com o certame.

6) Empresa GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI

Item 17 – MESA PARA EXAME CLÍNICO GINECOLÓGICO, Atende a descrição, estando em conformidade ao requerido pelo edital e está APTA para seguir com o certame.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

7) Empresa LOTUS MEDICAL LTDA

Item 20 – MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA (PIC), atende a descrição, estando em conformidade ao requerido pelo edital e está APTA para seguir com o certame.

8) Empresa QUICKBUM E-COMMERCE – EIRELI

Item 22 - A SELADORA PARA O FECHAMENTO DE EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, atende a descrição, estando em conformidade ao requerido pelo edital e está APTA para seguir com o certame.

9) Empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

Item 24 – ULTRASSOM DIAGNÓSTICO – GINECO/OBSTETRÍCIA, atende a descrição, estando em conformidade ao requerido pelo edital e está APTA para seguir com o certame.

Diante do exposto, após análise dos folders/catalogo a fim de verificar se os equipamentos ofertados atendem as especificações técnicas exigidas no edital e seus anexos, informamos o seguinte:

Itens Aptos: 05, 09, 12, 13, 14, 17, 20, 22 e 24

Item Inapto: 01, 08 e 11 assim sendo solicitamos que convoquem a segunda colocada.

Atenciosamente,

Danielle A. Ribeiro da Costa Leite
Assistente de Direção III

CAROLINE CAMPOS DOHES C. NEVES
Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar