



1º ADENDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2023/44884

A **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO**, por intermédio de sua Pregoeira, abaixo assinado, comunica alteração nos itens 01 e 05 e o cancelamento do item 06, concernente ao Edital do Pregão em epigrafe, conforme abaixo:

ONDE SE LÊ:

ITEM	CÓDIGO SIAG	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD
01	1111641	ESTATIVA DE UTI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 4-PONTO DE REDE DE DADOS (RJ45) SISTEMA DE FREIO / TRAVA PNEUMÁTICO OU MAGNÉTICO ANCORAGEM DE CABOS (SISTEMA ANTI-DESCONEXÃO) 2 PRATELEIRA NO MINIMO FIXAÇÃO EM PAREDE OU DE TETO FIXA, 10 TOMADAS, 4 PONTOS DE REDE, 3 PONTOS DE O2, 2 PONTOS DE AR, 2 PONTOS DE VACUO, FIXAÇÃO PARA MONITOR, MULTIPARAMETRICO SUPORTE DE BOMBA DE INFUSÃO E SORO PREVER PROJETO E INDICAÇÕES DE REFORÇOS ESTRUTURAIS SUPORTE DE SORO COM TRAVA, COMPATIVEL COM PESO DE NO MINIMO 8 BOMBAS DE INFUSÃO ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSITÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.	UND	30
05	1111649	MESA CIRÚRGICA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DIMENSÕES DA MESA CIRÚRGICA, LARGURA MÍNIMA SEM TRILHOS LATERAIS DE 520 MM MESA MÓVEL COMPRIMENTO MÍNIMO DO TAMPO DE 1900 MM POSSUIR SEU TAMPO RADIO TRANSPARENTE DIVIDIDO EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES SENDO ELAS: CABECEIRA, APOIO DAS COSTAS, ASSENTO, E PERNEIRAS BIPARTIDAS OPERAÇÕES ELETRO-HIDRÁULICA PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA, QUE PERMITA AO USUÁRIO AJUSTAR A TRAVA DA MESA ATRAVÉS DE UM PAINEL DE COMANDOS E POSICIONÁ-LA NA SALA DE CIRURGIA ATRAVÉS DE RODÍZIOS DEVE SER DOTADA DE TRILHOS LATERAIS PARA A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, COMO APOIO DE BRAÇOS,	UND	10



		LATERALIZADORES, FAIXAS DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA PARA PACIENTE DE ATÉ 250KG POSIÇÃO REVERSA, A PLACA DE CABEÇA E AS PLACAS DAS PERNAS DEVEM PERMITIR O INTERCÂMBIO DE SUAS POSIÇÕES, DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS RADIOLÓGICOS, COMO O ARCO CIRÚRGICO E O RAIO X. SISTEMA DE ACOLCHOAMENTO EM MATERIAL VISCO ELÁSTICO IMPERMEÁVEL (“ESPUMA DE EFEITO MEMÓRIA”) E ANTI ESTATICO (CAPA SEM CONDUTIVA) CONTROLE REMOTO COM FIO E SEM FIO, QUE PERMITA AO USUÁRIO UTILIZÁ-LA COM TODOS OS COMANDOS NECESSÁRIOS PARA OS PRINCIPAIS MOVIMENTOS DA MESA DE OPERAÇÕES. A MESA DEVERÁ POSSUIR BOTÕES DE CONTROLE POSICIONADO NA COLUNA DA MESA SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ELÉTRICO, HIDRÁULICO OU ELETRO-HIDRÁULICO, ACIONADO ATRAVÉS DO PAINEL DE COMANDOS POSICIONADO NA COLUNA DA MESA OU CONTROLE REMOTO COM FIO E SEM FIO. MOVIMENTO DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE, PELO MENOS, 320 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. POSSUIR UM AJUSTE DE ALTURA ENTRE 550 MM A 1280 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DE TRENDELENBURG / TRENDELENBURG REVERSO (PROCLIVE) DE, PELO MENOS 25°, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO (TILT) LATERAL, TANTO À DIRETA QUANTO À ESQUERDA DE, PELO MENOS 20°. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DA PLACA DAS COSTAS DE PELO MENOS, 80° DE ACLIVE E 40° DE DECLIVE. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE POSIÇÃO HOME BATERIA INTERNA QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DA MESA POR, PELO MENOS, 30 PROCEDIMENTOS OU UMA SEMANA. ABERTURA LATERAL DAS PERNEIRAS TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO, 50HZ (100-240V) ACESSÓRIOS 01 UNIDADE-ARCO DE NARCOSE. 01 UNIDADE-PAR DE SUPORTE PARA O BRAÇO. 01 UNIDADE-PAR DE PERNEIRAS PARA POSIÇÃO GINECOLÓGICA. 01 UNIDADE-PAR DE SUPORTE FIXAÇÃO PARA PERNEIRAS PARA POSIÇÃO GINECOLÓGICA. 01 UNIDADE-CINTA DE IMOBILIZAÇÃO 01 UNIDADE-CORINGA (EXTENSÃO) CONJUNTO DE COXINS DE 3 TAMANHOS (RETANGULAR, REDONDO) 01 UNIDADE-PAR DE CASTANHAS 01 UNIDADE TAMPOS RADIOTRASPARENTE (EXTENÇÃO DE CARBONO) 60 CM MÍNIMO		
--	--	---	--	--



		01 UNIDADE ACESSÓRIO DE OMBRO TRIPARTIDO, COM SUPORTE PARA A CABEÇA 01 UNIDADE ACESSÓRIO DE TRAÇÃO COM SUPORTE DE PÉ POUCOS ITENS 01 UNIDADE CONJUNTO DE PERNEIRA PARA OBESIDADE(COM ABERTURA) 01 UNIDADE MESA DE MÃO 01 UNIDADE MAINFIELD COM TRÊS PONTOS DE TRAVA COM POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ESTRELA DE NAVEGAÇÃO 01 UNIDADE SUPORTE DE CABEÇA COM COXINS TIPO FERRADURA 01 UNIDADE MESA DE APOIO PRESA EM CASTANHA 01 UNIDADE CADEIRA PARA CIRURGIA DE NEURO E OFTALMO 01 UNIDADE ACESSÓRIO PARA POSIÇÃO GENUPEITORAL. MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO.		
06	1111652	MESA CIRÚRGICA HÍBRIDA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DIMENSÕES DA MESA CIRÚRGICA, LARGURA MÍNIMA SEM TRILHOS LATERAIS DE 520 MM INTEGRAÇÃO COM O ANGIOGRAFO (VERIFICAR FABRICANTE) MESA DE COLUNA FIXA AO PISO DA SALA COMPATÍVEL COM TAMPO INTEIRO RADIOTRASPARENTE PARA USO INTEGRADO AO ANGIÓGRAFO COMPRIMENTO MÍNIMO DO TAMPO CONVENCIONAL DE 1900 MM POSSUIR SEU TAMPO RADIO TRANSPARENTE DIVIDIDO EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES SENDO ELAS: CABECEIRA, APOIO DAS COSTAS, ASSENTO, E PERNEIRAS BIPARTIDAS OPERAÇÕES ELETRO-HIDRÁULICA PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA, QUE PERMITA AO USUÁRIO AJUSTAR A TRAVA DA MESA ATRAVÉS DE UM PAINEL DE COMANDOS E POSICIONÁ-LA NA SALA DE CIRURGIA ATRAVÉS DE RODÍZIOS DEVE SER DOTADA DE TRILHOS LATERAIS PARA A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, COMO APOIO DE BRAÇOS, LATERALIZADORES, FAIXAS DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE. CAPACIDADE DE CARGA MINIMA PARA PACIENTE DE ATÉ 250KG POSIÇÃO REVERSA, A PLACA DE CABEÇA E AS PLACAS DAS PERNAS DEVEM PERMITIR O INTERCÂMBIO DE SUAS POSIÇÕES DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS RADIOLÓGICOS, COMO O ARCO CIRÚRGICO E O RAO X.	UND	01

		SISTEMA DE ACOLCHOAMENTO EM MATERIAL VISCO ELÁSTICO IMPERMEÁVEL (“ESPUMA DE EFEITO MEMÓRIA”) E ANTI ESTATICO (CAPA SEMICONDUCTIVA) CONTROLE REMOTO COM FIO E SEM FIO, QUE PERMITA AO USUÁRIO UTILIZÁ-LA COM TODOS OS COMANDOS NECESSÁRIOS PARA OS PRINCIPAIS MOVIMENTOS DA MESA DE OPERAÇÕES. A MESA DEVERÁ POSSUIR BOTÕES DE CONTROLE POSICIONADO NA COLUNA DA MESA MOVIMENTO X-Y MOTORIZADO MOVIMENTO DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE, PELO MENOS, 320 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. POSSUIR UM AJUSTE DE ALTURA ENTRE 550 MM A 1500 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DE TRENDELENBURG / TRENDELENBURG REVERSO (PROCLIVE) DE, PELO MENOS 25°, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO (TILT) LATERAL, TANTO À DIRETA QUANTO À ESQUERDA DE, PELO MENOS 20°. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DA PLACA DAS COSTAS DE PELO MENOS, 80° DE ACLIVE E 40° DE DECLIVE. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE POSIÇÃO HOME BATERIA INTERNA QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DA MESA POR, PELO MENOS, 30 PROCEDIMENTOS OU UMA SEMANA. ABERTURA LATERAL DAS PERNEIRAS TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO, 50HZ (100-240V) ACESSÓRIOS 01 UNIDADE-ARCO DE NARCOSE. 01 UNIDADE-PAR DE SUPORTE PARA O BRAÇO. 01 UNIDADE-PAR DE PERNEIRAS PARA POSIÇÃO GINECOLÓGICA. 01 UNIDADE-PAR DE SUPORTE FIXAÇÃO PARA PERNEIRAS PARA POSIÇÃO GINECOLÓGICA. 01 UNIDADE-CINTA DE IMOBILIZAÇÃO 01 UNIDADE-CORINGA (EXTENÇÃO) CONJUNTO DE COXINS DE 3 TAMANHOS (RETANGULAR, REDONDO) 01 UNIDADE-PAR DE CASTANHAS 01 UNIDADE TAMPOS RADIOTRASPARENTE (EXTENÇÃO DE CARBONO) 60 CM MINIMO 01 UNIDADE CONJUNTO DE PERNEIRA PARA OBESIDADE(COM ABERTURA) 01 UNIDADE MAINFIELD COM TRES PONTOS DE TRAVA COM POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ESTRELA DE NAVEGAÇÃO 01 UNIDADE SUPORTE DE CABEÇA COM COXINS TIPO FERRADURA 01 UNIDADE MESA DE APOIO PRESA EM CASTANHA ESPECIFICAÇÕES DEO TAMPO DE FIBRA DE CARBONO MOVIMENTOS SINCRONIZADOS COM O ANGIOGRAFO (VERIFICAR		
--	--	---	--	--



		FABRICANTE) COMPRIMENTO MÍNIMO DO TAMPO DE 1800MM CARGA MÁXIMA 180KG. ACESSÓRIOS PARA TAMPO DE FIBRA DE CARBONO 02 UNIDADES SUPORTE RADIOTRASPARENTE PARA BRAÇO 01 UNIDADE MAINFIELD COM TRES PONTOS RADIOTRASPARENTE 01 UNIDADE SUPORTE DE CABEÇA COM COXINS TIPO FERRADURA RADIOTRASPARENTE ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.			
--	--	---	--	--	--

LEIA-SE:

ITEM	CÓDIGO SIAG	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD
01	1111641	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 4-PONTO DE REDE DE DADOS (RJ45), ANCORAGEM DE CABOS (SISTEMA ANTI-DESCONEXÃO) 2 PRATELEIRA NO MÍNIMO, FIXAÇÃO EM PAREDE OU DE TETO FIXA, 10 TOMADAS, 4 PONTOS DE REDE, 3 PONTOS DE O2, 2 PONTOS DE AR, 2 PONTOS DE VÁCUO, FIXAÇÃO PARA MONITOR, MULTIPARAMÉTRICO SUPORTE DE BOMBA DE INFUSÃO E SORO PREVER PROJETO E INDICAÇÕES DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, SUPORTE DE SORO COM TRAVA, COMPATÍVEL COM PESO DE NO MÍNIMO 8 BOMBAS DE INFUSÃO ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO. MANUAIS E MANUTENÇÃO FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO	UND	30
05	1111649	MESA CIRÚRGICA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DIMENSÕES DA MESA CIRÚRGICA, LARGURA MÍNIMA SEM TRILHOS LATERAIS DE 520 MM PARA ATENDER PACIENTES OBESOS E EVITAR LESÃO DE PELE POR PRESSÃO, MESA MÓVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO DO TAMPO DE 1900 MM; POSSUIR	UND	10



		SEU TAMPO RADIOTRASPARENTE DIVIDIDO EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES SENDO ELAS: CABECEIRA, APOIO DAS COSTAS, ASSENTO, E PERNEIRAS BIPARTIDAS. OPERAÇÕES ELETRO-HIDRÁULICA OU ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA, QUE PERMITA AO USUÁRIO AJUSTAR A TRAVA DA MESA ATRAVÉS DE UM PAINEL DE COMANDOS E POSICIONÁ-LA NA SALA DE CIRURGIA ATRAVÉS DE RODÍZIOS. DEVE SER DOTADA DE TRILHOS LATERAIS PARA A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, COMO APOIO DE BRAÇOS, LATERALIZADOS, FAIXAS DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA PARA PACIENTE DE ATÉ 250KG, A PLACA DE CABEÇA E AS PLACAS DAS PERNAS DEVEM PERMITIR O INTERCÂMBIO DE SUAS POSIÇÕES, DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS RADIOLÓGICOS, COMO O ARCO CIRÚRGICO E O RAO X. SISTEMA DE ACOLCHOAMENTO EM MATERIAL VISCO ELÁSTICO IMPERMEÁVEL (“ESPUMA DE EFEITO MEMÓRIA”) E ANTI ESTATICO (CAPA SEMI CONDUTIVA) CONTROLE REMOTO COM FIO OU SEM FIO, QUE PERMITA AO USUÁRIO UTILIZÁ-LA COM TODOS OS COMANDOS NECESSÁRIOS PARA OS PRINCIPAIS MOVIMENTOS DA MESA DE OPERAÇÕES. A MESA DEVERÁ POSSUIR BOTÕES DE CONTROLE POSICIONADO NA COLUNA DA MESA. SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ELÉTRICO, HIDRÁULICO OU ELETRO HIDRÁULICO, ACIONADO ATRAVÉS DO PAINEL DE COMANDOS POSICIONADO NA COLUNA DA MESA OU CONTROLE REMOTO COM FIO OU SEM FIO. MOVIMENTO DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE, PELO MENOS, 300 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. POSSUIR UM AJUSTE DE ALTURA ENTRE 550 MM A 1280 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DE TRENDLENBURG / TRENDLENBURG REVERSO (PROCLIVE) DE, PELO MENOS 25°, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO (TILT) LATERAL, TANTO À DIRETA QUANTO À ESQUERDA DE, PELO MENOS 20°. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DA PLACA DAS COSTAS DE PELO MENOS, +80° DE ACLIVE E -40° DE DECLIVE. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE POSIÇÃO HOME. BATERIA INTERNA QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DA MESA POR, PELO MENOS, 30 PROCEDIMENTOS. ABERTURA LATERAL DAS PERNEIRAS; TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO. ACESSÓRIOS: 01 UNIDADE ARCO DE NARCOSE; 01 UNIDADE PAR DE SUPORTE PARA O BRAÇO; 01 UNIDADE PAR DE PERNEIRAS PARA POSIÇÃO GINECOLÓGICA; 01 UNIDADE PAR DE SUPORTE FIXAÇÃO PARA PERNEIRAS PARA POSIÇÃO GINECOLÓGICA; 01 UNIDADE- CINTA DE IMOBILIZAÇÃO; 01 UNIDADE-CORINGA (EXTENSÃO) CONJUNTO DE COXINS DE 3 TAMANHOS (RETANGULAR, REDONDO); 01 UNIDADE-PAR DE CASTANHAS; 01 UNIDADE TAMPO RADIOTRASPARENTE (EXTENSÃO) 60 CM MÍNIMO; 01 UNIDADE ACESSÓRIO DE OMBRO TRIPARTIDO, COM SUPORTE PARA A CABEÇA; 01 UNIDADE ACESSÓRIO DE TRAÇÃO COM SUPORTE DE PÉ POCOS ITENS; 01 UNIDADE CONJUNTO DE PERNEIRA PARA OBESIDADE(COM ABERTURA); 01 UNIDADE MESA DE MÃO; 01 UNIDADE MANFIELD COM TRÊS PONTOS DE TRAVA		
--	--	--	--	--



		COM POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ESTRELA DE NAVEGAÇÃO; 01 UNIDADE SUPORTE DE CABEÇA COM COXINS TIPO FERRADURA; 01 UNIDADE MESA DE APOIO PRESA EM CASTANHA; 01 UNIDADE ACESSÓRIO PARA POSIÇÃO GENUPEITORAL. MANUAIS E MANUTENÇÃO: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA; É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO; TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO.		
06	1111652	ITEM CANCELADO	-	-

O qual está disponível no site da Secretaria de Estado de Saúde Link: <http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-editais>. Contato: E-mail pregao02@ses.mt.gov.br e (65) 3613-5410 – Coordenadoria de Aquisições.

Cuiabá, 19 de setembro de 2023.

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial /SES- MT