



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças
Superintendência de Aquisições e Contratos

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2022/SES/MT

O ESTADO DE MATO GROSSO através da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, doravante denominada SES/MT, por intermédio da Pregoeira Oficial, instituída pela Portaria n. 1.112/2021/GHSES, publicada no Diário oficial em 23/12/2021, vem, em razão dos pedidos de Esclarecimentos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022/SES/MT, cujo objeto consiste no **“REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS PARA CENTRO CIRÚRGICO E CME – LISTA 2, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO”**, processo administrativo n.º 421277/2021:

A empresa abaixo, apresentou questionamentos sobre os itens do referido edital, desta forma encaminhamos os questionamentos para a área técnica, vejamos:

1	CATIONLAB
---	-----------

QUESTIONAMENTOS:

ITEM 2: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM

1ª questão: No descritivo mencionam “Câmara interna em aço inoxidável com polimento espelhado”, depois “tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura especial alumínio resistente a 600°C”. Não é possível

ps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=bd461c8756&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1728734113692717272&simpl=msg-f%3A1728734... 1/5

/04/2022 11:14

E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - RES: Esclarecimento PE 27/2022

fornecer o equipamento com ambas. Ou a câmara será em aço inox com polimento, ou será em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura resistente a 600°C. Qual das duas característica deve ser cotada??

2ª questão: No descritivo mencionam “exterior em aço inox”, depois “com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epoxi”. Não é possível fornecer o equipamento com ambas. Ou o externo será em aço inox, ou será em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Qual das duas característica deve ser cotada??

3ª questão: No descritivo mencionam “certificado de calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura” e “certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento”. Apenas o certificado RBC/INMETRO do controlador de temperatura não atende?

Caso queiram certificado RBC/INMETRO do equipamento, gentileza responder as questões abaixo:

A calibração deverá ser realizada no local de instalação, ou o equipamento pode ser fornecido calibrado?

Deverá ser feita qualificação térmica no equipamento com estudo de quanto tempo?

Quais são os pontos de calibração?

O equipamento estará com ou sem carga?

Exemplo: “serviço de qualificação térmica com estudo de 1 hora, no ponto de temperatura de 100°C, equipamento sem carga”.

RESPOSTA:



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças
Superintendência de Aquisições e Contratos

O item 02 será suprimido do edital e fará parte de novo processo licitatório, após verificação das especificações técnicas.

Edital será publicado com adequações.

Atenciosamente,

Cuiabá/MT, 31 maio de 2022.

Ideuzete Maria da Silva
Pregoeira oficial – SES/MT.