



Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;

---

## Pedido de Esclarecimentos - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. - SECRETARIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO - PE 096/2022 - 28/06/2023

---

Luciana Lopes Castanha Souto &lt;lucianasouto@ses.mt.gov.br&gt;

27 de junho de 2023 às 12:56

Para: Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;

Oi Boa tarde

Ao cumprimentá-las venho por este, em atenção a impugnação encaminhada, pela empresa " OLYMPUS OPTICAL LTDA", sobre o PE 096/2022, no dia 23/06/2023, seguem as respostas aos questionamentos:

### ITEM 22 – SISTEMA DE VÍDEO COMPLETO

**Questionamento: O edital solicita: 1 MONITOR DE LCD MÍNIMO 24 POLEGADAS TOUCH SCREEN. Questionamos se será aceito monitor de vídeo sem função touch screen, uma vez que não se faz necessário o uso de tal função no monitor de vídeo em procedimentos endoscópicos e praticamente nenhum monitor ofertado no mercado para endoscopia possui tal função.**

**Resposta:** Sim pode vir a ser aceito, desde que tenha os comandos de forma impermeável.

**Questionamento: O Edital solicita possuir funções terapêuticas adicionais com jato d'água. Seria aceito sistema de vídeo sem canal de irrigação?**

**Resposta:** Já foi respondida esta pergunta no dia 22/06/2023. Para que o técnico da empresa compreenda vou elucidar com a fala da médica: "A processadora já tem um jato de água próprio, que é tranquilo para a limpeza da câmara nos exames, mas com os procedimentos usa-se um jato de água externo, para lavagem do colo, em uma situação de sangramento é importante". Mantemos a resposta anterior: "**Somente com funções terapêuticas adicionais com jato d'água.**"

**Questionamento: O Edital solicita gravador de imagem e filme, licença de software para captura de imagens e vídeo, questionamos se poderia não ser enviado o gravador de vídeo já que está sendo cotado o sistema de captura que grava imagens e vídeo?**

**Resposta:** O sistema de gravação é raro em clínicas, na rotina conectam um pen drive, ou algum sistema para fazer gravação. Com a grande demanda de processos, ter a opção de um equipamento que venha com tudo em uma torre de forma completa, com sistema e software incluso que permite a gravação, ou armazenamento (memória), ou compartilhamento do exame ou procedimento terapêutico, poderá ser aceito.

Sem mais,

Atenciosamente.

Luciana Souto

PTNS - SUS

COAESH

Perfil - Bióloga

[Texto das mensagens anteriores oculto]