



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

015.2023

Luciana Lopes Castanha Souto <lucianasouto@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

28 de agosto de 2023 às 12:15

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CA/SES.

Sra. Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira oficial/SES

ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS – REABERTURA DO PREGÃO 015/2023**Senhora Pregoeira,**

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação das empresas classificadas, Referente a reabertura do Processo SES-PRO - 2022/14107 Pregão Eletrônico nº 015/2023, cujo objeto é : “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – LISTA 1, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO”, quantos aos itens em referência a qualificação técnica e avaliação se o equipamento atende ao solicitado no edital, análise da proposta/manual/catálogo apresentada pelas empresas classificadas temos a informar:

Empresa Distribuidora Médico-Hospitalar Hospimetal Ltda-EPP:

Item 09 - BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM NASCIDO: O modelo apresentado pela empresa “HM 2009 C”, **NÃO ATENDE** a descrição do Termo de Referência. **NÃO** estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, **NÃO ESTÁ APTA** para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: Não atende as DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: DE 0,80M A 1,00M - LARGURA: DE 0,45M A ,60M - ALTURA: DE 0,80 M A 1,00M, outros pontos de fragilidade do modelo proposto: a trava de INCLINAÇÃO DO LEITO NAS POSIÇÕES TRENDELEMBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL de material plástico e bem frágil, rodízios pequenos e frágeis.

Item 12- CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA OBESO: O modelo apresentado pela empresa “HM.2002 B”, **NÃO ATENDE** a descrição do Termo de Referência. **NÃO** estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, **NÃO ESTÁ APTA** para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E FABRICADAS EM POLIETILENO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO E/OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES/PESEIRA, não localizado confirmação de possuir este dispositivo nem no material nem na proposta, na página 15 do manual demonstra no quadro do modelo não possuir.

Sem mais, atentamente.

Luciana Lopes Castanha Souto

29/08/2023, 11:07

E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - 015.2023

PTNS-SUS – Perfil Bióloga
Gestão Hospitalar / COAESH

[Texto das mensagens anteriores oculto]