



Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;

## Pregão 075.2023

2 mensagens

**Pregão da SES** <pregao02@ses.mt.gov.br>

15 de setembro de 2023 às 10:37

Para: Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>, Caroline Campos Dobes Conturbia Neves <carolineneves@ses.mt.gov.br>, Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar <gbsagh@ses.mt.gov.br>, Wesley Jean Nunes da Cunha Bastos <wesleybastos@ses.mt.gov.br>, Anderson Henrique da Silva Martins <andersonmartins@ses.mt.gov.br>, Jaqueline Paula de Pinho <jaquelinepinho@ses.mt.gov.br>

Segue proposta referente ao pregão eletrônico nº. 075/2023, cujo objeto consiste na **“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CENTRAL DE ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, NOS TERMOS CONSTANTE NESTE EDITAL – LISTA 20 (TOMOGRAFIA DE IMPEDÂNCIA ELÉTRICA)”**, para análise e parecer quanto ao produto ofertado atende ao descritivo solicitado em Edital. Agendamos a reabertura da sessão para o dia 19.09.2023, às 13hs: 30Min (Horário de Brasília).

Atenciosamente.

Kelly Fernanda Gonçalves  
Pregoeira Oficial/SES

**Coordenadoria de Aquisições.** (65) 3613-5410**Superintendência de Aquisições e Contratos**

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT

---

### 4 anexos

**CertidoesEIndices (1).pdf**

8K

**Catalogo Enlight 2100.pdf**

1010K

**Proposta Pregão 75-2023- atualizada RH JC (1).pdf**

636K

**Documentos Complementares.zip**

2398K

**Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite** <danielleleite@ses.mt.gov.br>

18 de setembro de 2023 às 14:50

Para: Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;, "SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES-MT)"

&lt;cpl@ses.mt.gov.br&gt;

**COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CA/SES.**

A Sra. Kelly Fernanda Gonçalves  
Pregoeira oficial/SES

**ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA CLASSIFICADA – PREGÃO 075/2023**

**Senhora Pregoeira,**

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação da empresa classificada Timpel S.A, referente ao Processo SES-PRO-2023/46278 Pregão Eletrônico nº 075/2023, cujo objeto é “Aquisição de **Equipamento Médico-Hospitalar**” para atender as necessidades do Hospital Central de Alta Complexidade vinculado à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, nos termos constante no **ANEXO III – LISTA 20 (TOMOGRAFIA DE IMPEDÂNCIA ELÉTRICA)**”, quanto ao item em referência à qualificação técnica e documentações complementares exigidas no edital, análise da proposta/catálogo apresentada pelas empresas classificadas temos a informar:

**Empresa Timpel S.A**

**Item 01 – TOMOGRAFIA DE IMPEDÂNCIA ELÉTRICA:** O modelo apresentado pela empresa “ENLIGHT 2100”, **ATENDE** o descritivo do edital, estando **APTA** a seguir com o processo.

Lembrando que no ato da assinatura do contrato a empresa deverá cumprir ao solicitado no edital

*“Declaração de que o fornecedor prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável no estado de Mato Grosso, preferencialmente em Cuiabá ou Várzea Grande, incluindo as atividades de manutenção preventiva e corretiva (com emissão de certificado de calibração e conformidade do equipamento) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, a fim de manter os bens em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a **Contratante**, enquanto vigorar o período de garantia”*

Enquanto que na proposta de preço consta Assistência Técnica em São Paulo/SP, terá que nos informar os técnicos autorizados em Mato Grosso.

**- Assistência Técnica / Suporte Técnico:** Permanente em nosso laboratório ou através do representante credenciado, por profissionais treinados e qualificados.

**ASSISTENCIA TÉCNICA**

TIMPEL S.A. - CNPJ nº 06.370.174/0001-22

Rua Simão Alvares, 356 – CJ 51,52 – Pinheiros – SP -SP

Telefone: 011- 3085-2701 / 3088-0305

E-mail: [diego.magalhaes@timpelmedical.com](mailto:diego.magalhaes@timpelmedical.com)

**Responsável Técnico:** Rafael Holzhacker - CREA 5060646464

Timpel S/A  
Rua José Leonardi, 280 – Bloco A - Aeroporto - Pato Branco – PR - CEP: 85503-000  
CNPJ.: 06.370.174/0002-03 / IE: 456.113.081.114  
(55 11) 3085-2701/ 3088-0305

Sem mais, atentamente.

**Danielle A. Ribeiro da Costa Leite**

Assistente de Direção III

Gabinete de Gestão Hospitalar

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Danielle Leite**

Assistente de Direção

Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT