

## pregão 072.2023

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br> 18 de dezembro de 2023 às 14:51  
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>, "SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES-MT)"  
<cpl@ses.mt.gov.br>

### COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CA/SES.

Sra. Kelly Fernanda Gonçalves  
Pregoeira oficial/SES

### ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA CLASSIFICADA – PREGÃO 072/2023

Senhora Pregoeira,

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação da empresa classificada, Referente ao Processo SES-PRO-2023/43344 Pregão Eletrônico nº 072/2023, cujo objeto é "Aquisição de "Equipamento Médico-Hospitalar" para atender as necessidades do Hospital Central de Alta Complexidade vinculado à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, nos termos constante no **ANEXO III – LISTA 05 (VENTILAÇÃO)**", quanto ao item em referência à qualificação técnica e documentações complementares exigidas no edital, análise da proposta/catálogo apresentada pelas empresas classificadas temos a informar:

**Empresa OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO CNPJ: 29.334.988/0001-07.**

**Item 09 – VENTILADOR PULMONAR ADULTO:**

**Item 10 - VENTILADOR PULMONAR COMPLETO**

O modelo e marca apresentado pela empresa "V3/V3A" na proposta, **NÃO ATENDE** ao solicitado no edital.

Diligenciamos a empresa solicitando informações acerca os seguintes itens:

*"O tamanho da tela está diferente das especificações apresentadas, 12,1" e na especificação do edital solicita 15".*

*"O sensor de O2 está fora de especificação, o indicado em manual é galvânico com vida útil curta, e o indicado em especificações é o paramagnético".*

A empresa respondeu e concordamos que de fato houve retificação no edital quanto ao tamanho da tela onde acatamos a diminuição da polegada de 15" para 12".

No entanto manteremos a descrição do Sensor de O2 PARAMAGNÉTICO, que tecnicamente terá uma vida útil mais duradoura na Unidade Hospitalar.

Desta forma, a empresa **NÃO ESTÁ APTA** para seguir no certame.

Sem mais, atentamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]