



Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;

---

## Esclarecimento Pregão Eletrônico nº. 015/2023 - 2ª RETIFICAÇÃO.

---

Luciana Lopes Castanha Souto &lt;lucianasouto@ses.mt.gov.br&gt;

23 de junho de 2023 às 12:16

Para: Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;

Ao cumprimentá-los em atenção a solicitação de esclarecimento encaminhada pela segunda vez pela empresa " GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA ", no dia 22/06/2023, da PE 015 DE 2023, segue resposta ao questionamento:

### ITEM - 08 BERÇO AQUECIDO

**Questionamento - Como o Pregão Eletrônico nº. 015/2023 – 2º Retificação teve data de abertura definida para o dia 05/07/2023 e não houve alteração na descrição do item, sendo mantido o direcionamento existente é que solicitamos esclarecimento se para item 08 Berço Aquecido serão aceitos equipamentos que possuam "MONITOR DE NO MÍNIMO 10" EM TOUCHSCREEN" OU "PAINEL COM DISPLAY LCD", neutralizando assim a descrição e abrangendo o maior número de participantes, objetivo almejado pelo processo licitatório.**

Resposta: No dia 5/06/2023 foi respondido este questionamento e as justificativas técnicas sobre as vantagens de uma tela maior na UTI Neonatal. Foram acatados alguns apontamentos feitos pela empresa, porém saliento que, no que se refere a tela do monitor foi alterado para: no mínimo 10" (Retirando a exigência de ser com 10 "), podendo ser maior (acrescido) e com a tecnologia touchscreen (mantida).

Sem mais,

Atenciosamente.

Luciana Souto  
PTNS - SUS  
COAESH  
Perfil - Bióloga

[Texto das mensagens anteriores oculto]