



## Pedidos de esclarecimentos e impugnações

**Luciana Lopes Castanha Souto** <lucianasouto@ses.mt.gov.br>

5 de junho de 2023 às 10:08

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Ao cumprimentá-los venho por este, em atenção a impugnação encaminhada, pela empresa " ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.", no dia 18/05/2023, Pregão 015/2023, seguem as respostas:

ITEM 12 E 13 – CAMA HOSPITALAR

Questionamento: serão aceitas camas que possuam grades, cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em tubos de aço, revestidos de polietileno de alta densidade?

R: Sim

ITEM 17 – GUINCHO DE TRANSFERÊNCIA

Solicitam: RODÍZIOS DIANTEIROS 3"X2" E TRASEIROS 3"X2" COM FREIO. Questionamos: O que a Instituição entende por rodízios de "3x2" polegadas?

R: 7 cm de altura por 5 de base aproximadamente. Uma roda alta e larga pra facilitar deslocamento, podendo ser apresentado maior que isso, pois é só um parâmetro aproximado.

Solicitam: DRIVE MICROPROCESSADO DE 15ª. Questionamos: Serão aceitos elevadores sem drive microprocessado?

R: Sim

Solicitam: LEVANTE COM ATUADOR LINEAR ELÉTRICO DE 12V. Questionamos: Serão aceitos elevadores com atuador elétrico de 24v?

R: Sim

Solicitam: BATERIA 12V 7A COM AUTONOMIA PARA 80 ACIONAMENTOS. Questionamos: Serão aceitas baterias de 24v e com autonomia para no mínimo 40 ciclos completos do equipamento?

R: Sim, pois entendo que 1 ciclo seria levantar o paciente e descer o paciente, que no final gerará as 80 acionadas.

Luciana Souto  
PTNS - SUS  
COAESH  
Perfil - Bióloga

Em ter., 30 de mai. de 2023 às 10:54, Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]