

PE 068/2023 - PARECER TÉCNICO

Diretoria LACEN <dirlacen@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

4 de setembro de 2023 às 09:02

Bom dia,

Segue parecer solicitado.
Pedimos desculpas pelo atraso.

Elvis.

LACEN-MT

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MATO GROSSO

Rua Santiago, 70 - Jardim das Américas

CEP: 78060-628, Cuiabá-MT

E-mail: dirlacen@ses.mt.gov.br

----- Forwarded message -----

De: **Diretoria LACEN** <dirlacen@ses.mt.gov.br>

Date: sex., 1 de set. de 2023 às 14:28

Subject: Re: PE 068/2023 - PARECER TÉCNICO

To: Coordenadoria de Laboratorio de Saude Publica LACEN <clslacen@ses.mt.gov.br>

Boa tarde,

Segue Parecer da Área Técnica quanto aos informações solicitadas.
Atenciosamente,

Elvis

LACEN-MT

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MATO GROSSO

Rua Santiago, 70 - Jardim das Américas

CEP: 78060-628, Cuiabá-MT

E-mail: dirlacen@ses.mt.gov.br

Em qui., 31 de ago. de 2023 às 09:48, Diretoria LACEN <dirlacen@ses.mt.gov.br> escreveu:

Bom dia,

para GAVAS fazer um parecer dessas duas propostas, das empresas que venceram o pregão.
Observar se atende o nosso solicitado no TR.

Att

Hully Duarte

LACEN-MT

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MATO GROSSO

Rua Santiago, 70 - Jardim das Américas

CEP: 78060-628, Cuiabá-MT

E-mail: dirlacen@ses.mt.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PARECER TÉCNICO PE 682023.pdf

164K



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde

Secretaria Adjunta de Atenção e Vigilância em Saúde

**Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso –
LACEN/MT**

PARECER TÉCNICO

- **Orbital Produtos Para Laboratórios LTDA**

Os produtos citados na proposta da empresa ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, atendem os requisitos das especificações que constam no Termo de Referência.

- **Labtek Comércio De Produtos Laboratoriais EIRELI**

Os produtos citados na proposta da empresa LABTEK COMÉRCIO DE PRODUTOS LABOTARORIAIS EIRELI, atendem os requisitos das especificações que constam no Termo de Referência.

Considerações:

- O insumo Suplemento de Enriquecimento Petrifilm Salx, deve ser armazenado e transportado na temperatura de 2° a 8°C.
- Os insumos referentes ao ensaio de Salmonella:
 - ✓ Teste Rápido para Detecção de Salmonella SSP;
 - ✓ Caldo de enriquecimento para teste rápido para detecção de Salmonella SSP;
 - ✓ Suplemento para caldo de enriquecimento utilizado no teste rápido para detecção de Salmonella SPP;
 - ✓ Disco de confirmação bioquímica de colônias típicas de Salmonella SSP.

Devem ser entregues fracionados em duas vezes, a cada 6 meses, devido o curto prazo de validade e baixo consumo.

Cuiabá 31 de Agosto de 2023

SORAIÁ PESARINI
Gerência GAVAS

Soraiá Pesarini
Gerente Análises de Vigilância
Ambiental e Sanitária
Matrícula 114224
LACEN-MT