

PE 090 2023 - PARECER TÉCNICO

3 mensagens

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

24 de novembro de 2023 às 16:47

Para: Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>, Jaqueline Paula de Pinho <jaquelinepinho@ses.mt.gov.br>, Caroline Campos Dobes Conturbia Neves <carolineneves@ses.mt.gov.br>, Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar <gbsagh@ses.mt.gov.br>

Cc: Anderson Henrique da Silva Martins <andersonmartins@ses.mt.gov.br>, Wesley Jean Nunes da Cunha Bastos <wesleybastos@ses.mt.gov.br>

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº090/2023

PROCESSO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2023/44498

Objeto:4“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CENTRAL DE ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, NOS TERMOS CONSTANTES NESTE EDITAL - LISTA 10 (AQUECEDOR)”.

A sessão de abertura, disputa e negociação ocorreu no dia 23.11.2023, sendo que:

Para os Itens/Lotes: Lt 001 e Lt 003, houve a apresentação de proposta, cujos valores ficaram dentro/abaixo do estimado pela administração, bem como que os documentos de habilitação foram apresentados.

Item 02 restou DESERTO.

Sendo assim, seguem (VIA LINK DO DRIVE) documentos referente a proposta de preços e demais documentos técnicos, para análise e emissão de PARECER TÉCNICO PERTINENTE AO OBJETO LICITADO, a fim de verificar se os produtos ofertados atendem às especificações técnicas exigidas no edital e seus anexos.

Os demais documentos de habilitação foram analisados pela pregoeira, estando de acordo com o edital.

O edital, e os documentos das empresas encontram-se no link:

<https://drive.google.com/drive/folders/17nJ1p7wJTaclGOguBTTtXpS2GeHBN2r?usp=sharing>

Caso necessite de mais informações, por favor nos comunique que verificaremos.

INFORMAMOS QUE A **SESSÃO ESTÁ AGENDADA PARA RETORNO DIA 30.11.2023 ÀS 10Hs00 (HORÁRIO LOCAL).**

Atenciosamente,

Ideuzete Maria da Silva
Pregoeira Oficial da SES/MT

Pregoeiros Oficiais SES/MT

☎ (65) 3613-5456

✉ pregao@ses.mt.gov.br

📍 CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT

Superintendência de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

28 de novembro de 2023 às 16:10

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>, "SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES-MT)" <cpl@ses.mt.gov.br>

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CA/SES.

Sra. Kelly Fernanda Gonçalves

Pregoeira oficial/SES

ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA CLASSIFICADA – PREGÃO 090/2023

Senhora Pregoeira,

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação da empresa classificada, Referente ao Processo SES-PRO-2023/44498 Pregão Eletrônico nº 090/2023, cujo objeto é “Aquisição de **“Equipamento Médico-Hospitalar”** para atender as necessidades do Hospital Central de Alta Complexidade vinculado à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, nos termos constante no **ANEXO III – LISTA 10 (AQUECEDOR)**”, quanto ao item em referência à qualificação técnica e documentações complementares exigidas no edital, análise da proposta/catálogo apresentada pela empresa classificada temos a informar:

Empresa DOMINIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA/ CNPJ 18.527.195/0001-98:

Item 03 – PASTEURIZADOR: O modelo apresentado pela empresa “EME” da Marca “ABL-45”, ATENDE as características técnicas solicitadas ao descritivo do edital.

Desta forma, a empresa está **APTA** para seguir com o certame.

Sem mais, atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Danielle Leite

Assistente de Direção

Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

29 de novembro de 2023 às 09:47

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>, "SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES-MT)" <cpl@ses.mt.gov.br>

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CA/SES.

Sra. Kelly Fernanda Gonçalves

Pregoeira oficial/SES

ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA CLASSIFICADA – PREGÃO 090/2023

Senhora Pregoeira,

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação da empresa classificada, Referente ao Processo SES-PRO-2023/44498 Pregão Eletrônico nº 090/2023, cujo objeto é “Aquisição de **“Equipamento Médico-Hospitalar”** para atender as necessidades do Hospital Central de Alta Complexidade vinculado à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, nos termos constante no **ANEXO III – LISTA 10 (AQUECEDOR)**”, quanto ao item em referência à qualificação técnica e documentações complementares exigidas no edital, análise da proposta/catálogo apresentada pela empresa classificada temos a informar:

Empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/ CNPJ 05.743.288/0001-08:

Item 01 – COLCHÃO TÉRMICO: O modelo apresentado pela empresa “ALLON” da Marca “BELMONT”, ATENDE PARCIALMENTE as características técnicas solicitadas ao descritivo do edital.

Desta forma, solicitamos que a empresa nos informe quanto aos acessórios, pois, solicitamos no edital: “*1 colchão adulto e 1 colchão pediátrico*”.

Na proposta está descrito 1 Colchão Adulto **OU** Infantil conforme abaixo.

Acessórios:

Colchão adulto, ou infantil; 01 sensor de temperatura esofágico/retal adulto; 01 sensor de temperatura esofágico/retal infantil; 01 sensor de superfície; Possibilidade de uso de envoltórios que cobrem 85% do Corpo do Paciente; Acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento. Possibilidade de conectar dispositivo para coletar dados de utilização.

Precisamos contemplar os 2.

Sem mais, atentamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]