



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

A/C Kelly Itens 9, 11, 12, 16 e 20

1 mensagem

Luciana Lopes Castanha Souto <lucianasouto@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

25 de agosto de 2023 às 13:25

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CA/SES.

Sra. Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira oficial/SES

ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS – REABERTURA DO PREGÃO 015/2023**Senhora Pregoeira,**

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação das empresas classificadas, Referente a reabertura do Processo SES-PRO - 2022/14107 Pregão Eletrônico nº 015/2023, cujo objeto é : “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – LISTA 1, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO”, quantos aos itens em referência a qualificação técnica e avaliação se o equipamento atende ao solicitado no edital, análise da proposta/manual/catálogo apresentada pelas empresas classificadas temos a informar:

Empresa ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP:

Item 09 - BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM NASCIDO: O modelo apresentado pela empresa “ALF BRN 1002 DA ALFRS”, **NÃO ATENDE** a descrição do Termo de Referência. **NÃO** estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, **NÃO ESTÁ APTA** para seguir com o certame.
No descritivo do edital solicita: BANDEJA PLÁSTICA COM PORTA OBJETOS SOB O LEITO, o modelo apresentado é uma prateleira lisa, sem porta objetos e de metal.

Empresa SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA - ME:

Item 11 – CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: O modelo apresentado pela empresa “ INFINITY POP OBESO DA SMART, **ATENDE** a descrição do Termo de Referência. **ESTANDO** em conformidade ao requerido pelo edital e assim **ESTÁ APTA** para seguir com o certame.

Empresa MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI:

Item 12- CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA OBESO: O modelo apresentado pela empresa “MS-11.002, DA MEDI SAÚDE”, **NÃO ATENDE** a descrição do Termo de Referência. **NÃO** estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim, **NÃO ESTÁ APTA** para seguir com o certame.
No descritivo do edital solicita: GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E FABRICADAS EM POLIETILENO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO E/OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS

GRADES/PESEIRA, (no manual apresentado refere-se a Grades: Acionado por alavanca, com movimentos para frente e para trás, pág 23).

Empresa Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA:

Item 16 - CAPNÓGRAFO PORTÁTIL DE MESA: O modelo apresentado pela empresa “MX-200/80052640001 DA EMAI/ TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -”, **ATENDE** a descrição do Termo de Referência. **ESTANDO** em conformidade ao requerido pelo edital e assim, **ESTÁ APTA** para seguir com o certame.

Empresa CUNHA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:

Item 20 – ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: O modelo apresentado pela empresa “PA2006 DA P.A MED”, **ATENDE** a descrição, **ESTANDO** em conformidade ao requerido pelo edital e assim **ESTÁ APTA** para seguir com o certame.

Sem mais, atenciosamente.

Luciana Lopes Castanha Souto
PTNS-SUS – Perfil Bióloga
Gestão Hospitalar / COAESH