

---

## pregão 060.2023

---

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br> 13 de dezembro de 2023 às 16:34  
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>, "SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES-MT)"  
<cpl@ses.mt.gov.br>

### COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CA/SES.

Sra. Kelly Fernanda Gonçalves  
Pregoeira oficial/SES

### ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA CLASSIFICADA – PREGÃO 060/2023

Senhora Pregoeira,

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação da empresa classificada, Referente ao Processo SES-PRO-2023/43171 Pregão Eletrônico nº 060/2023, cujo objeto é “Aquisição de **“Equipamento Médico-Hospitalar”** para atender as necessidades do Hospital Central de Alta Complexidade vinculado à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, nos termos constante no **ANEXO III – LISTA 3 (IMAGEM)**”, quanto ao item em referência à qualificação técnica e documentações complementares exigidas no edital, análise da proposta/catálogo apresentada pela empresa classificada temos a informar:

**Empresa CLARO MED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA/ CNPJ: 13.719.523/0001-34**

**Item 03 – ULTRASSOM PORTÁTIL CENTRO CIRÚRGICO**: O produto ofertado pela empresa da Marca “VINNO/A5”, após sanados as dúvidas quanto ao modelo ofertado informamos que as características técnicas solicitadas atende ao descritivo do edital.

Desta forma, a empresa está **APTA** para seguir com o certame.

Sem mais, atentiosamente

Em qui., 7 de dez. de 2023 às 12:30, Claromed Vendas <claromed.licitacoes@gmail.com> escreveu:  
segue manual



Não contém vírus.[www.avast.com](http://www.avast.com)

Em qui., 7 de dez. de 2023 às 13:02, Claromed Vendas <claromed.licitacoes@gmail.com> escreveu:  
**Boa tarde referente questionamento a " “HD de armazenamento de imagens com capacidade para no mínimo 20.000 imagens ou 800 cliques de 2 segundos” onde no nosso manual e equipamento refere-se a cine loop, sendo comprovado na pagina 3/244 do manual.**



Não contém vírus.[www.avast.com](http://www.avast.com)

Em sex., 1 de dez. de 2023 às 10:45, Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Informamos que estamos realizando análise quanto aos documentos encaminhados para habilitação técnica do **Item 03 – ULTRASSOM PORTÁTIL PARA CENTRO CIRÚRGICO** no entanto ainda restou dúvidas quanto ao seguinte item solicitado na descrição de edital:

*“HD de armazenamento de imagens com capacidade para no mínimo 20.000 imagens ou 800 cliques de 2 segundos”*

Desta forma, solicitamos que nos indique no manual em qual página consta a informação acima. Mediante urgência solicitamos resposta o mais breve possível para seguir com o certame.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]