Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

pregão 015.2023

2 mensagens

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br> 13 de setembro de 2023 às 15:31
Para: Luciana Lopes Castanha Souto <lucianasouto@ses.mt.gov.br>

Segue propostas referente aos itens 09 e 12, concernente a 5º Convocação , para análise e parecer quanto ao produto ofertado atende ao descritivo do Edital, conforme Pregão Eletrônico 015.2023.
MTM - Item 09
RC - Item 12

Atenciosamente.

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial/SES

Pregoeiros Oficiais SES/MT

(65) 3613-5456
pregao@ses.mt.gov.br
CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT

SES Secretaria de Estado de Saúde — Governo de Mato Grosso

Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410
Superintendência de Aquisições e Contratos
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05
Centro Político Administrativo
78049-902, Cuiabá-MT

2 anexos

Proposta-Atualizada-e-Catalogo 4º Convocação.zip
519K

Documentos.zip
7089K

Luciana Lopes Castanha Souto <lucianasouto@ses.mt.gov.br> 14 de setembro de 2023 às 08:59
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CA/SES.
Sra. Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira oficial/SES

ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS – REABERTURA DO PREGÃO 015/2023

Senhora Pregoeira,

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação das empresas classificadas, Referente a reabertura do Processo SES-PRO - 2022/14107 Pregão Eletrônico nº 015/2023, cujo objeto é : "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – LISTA 1, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO", quantos aos itens em referência a qualificação técnica e avaliação se o equipamento atende ao solicitado no edital, análise da proposta/manual/catálogo apresentada pelas empresas classificadas temos a informar:

Empresa: MTM – EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA

Item 9 - BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM NASCIDO – O modelo apresentado pela empresa "RB 2008, DA MARCA RUBMED -", **NÃO ATENDE** a descrição do Termo de Referência. **NÃO ESTANDO** em conformidade ao requerido pelo edital e assim, **NÃO ESTÁ APTA** para seguir com o certame. No descritivo do edital solicita: BANDEJA PLÁSTICA COM PORTA OBJETOS SOB O LEITO, modelo apresentado não possui a bandeja plástica com as divisões porta objeto.

Empresa: RC MÓVEIS HOSPITALARES

Item 12 – **CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA PARA OBESO**: O modelo apresentado pela empresa "RC – 203-0, MARCA RC", **NÃO atende a descrição, NÃO estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim NÃO ESTÁ APTA para seguir com o certame.**
No descritivo do edital solicita: GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E FABRICADAS EM POLIETILENO COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO E/OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES/PESEIRA. Na pág 4 do manual relata "**Grades Laterais**: componente de segurança, funciona como uma barreira para evitar a queda do paciente, o acionamento é realizado através de sistema mecânico". ELEVAÇÃO DE ALTURA MÍNIMO E 410MM (DO PISO Á SUPERFÍCIE DO ESTRADO), no comparativo dos modelos enviado mostra que a altura mínima que a cama desce é 538 mm.

Sem mais, atenciosamente.

Luciana Lopes Castanha Souto
PTNS-SUS – Perfil Bióloga
Gestão Hospitalar / COAESH

[Texto das mensagens anteriores oculto]