



pregão 060.2023

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

22 de agosto de 2023 às 10:45

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>, "SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES-MT)"

<cpl@ses.mt.gov.br>

Boa Tarde, Senhora Pregoeira

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos questionamentos elencados abaixo da empresa "**HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**", interessado em participar do certame quanto ao **Item 3 - "ULTRASSOM PORTÁTIL CENTRO CIRÚRGICO" e Item 05 - "ULTRASSOM PORTÁTIL UTI"** temos a informar o quanto segue acerca do questionamento:

Resp: A descrição passou por reanálise e visando ampla competitividade entre os licitantes, acatamos a sugestão e passamos a transcorrer *in verbis*:

ITEM 03 - "ULTRASSOM PORTÁTIL CENTRO CIRÚRGICO"

ONDE SE LÊ:

ULTRASSOM PORTATIL CENTRO CIRURGICO APLICAÇÃO E FERRAMENTAS: APLICAÇÕES ABDOMINAIS, GINECOLOGICAS, VASCULAR, MUSCULOESQUELETICO, DOPPLER VASCULAR, UROLOGICAS, PEQUENAS PARTES, MAMA, PEDIATRIA, SUPERFICIAL, IMAGEM GERAL, VENOSA, PUNÇÕES GUIADAS POR ULTRASSOM. BANDA LARGA, IMAGEM MULTIFREQUENCIAL: 2D, MODO M, THI, DOPPLER DE ONDA PULSADA (PW), DOPPLER PULSADO TECIDUAL, DOPPLER DE ONDA CONTINUA, COLOR DOPPLER, COLOR POWER DOPPLER. CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO NO MINIMO 2X. 1000 FPS NO MINIMO, NO MODO B. FAIXA DINÂMICA MÍNIMA DE 130 DB. FERRAMENTAS DE MEDIDAS 2D: MEDIDAS DE DISTÂNCIA, ELIPSE E TRAÇADO MANUAL. FERRAMENTAS DE MEDIDAS DE DOPPLER: MEDIDAS DE VELOCIDADE, TEMPO DE MEIA PRESSÃO, TRAÇADO AUTOMÁTICO E MANUAL. FERRAMENTAS DE MEDIDAS NO MODO M: MEDIDAS DE DISTÂNCIA E TEMPO, CÁLCULO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. BIBLIOTECA DE PALAVRAS ESPECÍFICA PARA CADA PRESET EM PORTUGUÊS.

EQUIPAMENTO: MONITOR COLORIDO DO TIPO FLAP, DE NO MINIMO 10". TELA COM AS FUNÇÕES E AJUSTES: CONTRASTE, BRILHO E POSIÇÃO. CARRINHO PARA TRANSPORTE COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA ENCAIXE DO ULTRASSOM NO CARRINHO, COM SISTEMAS DE FREIOS NAS RODAS. AUTO FALANTE INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. TECLADO ALFANUMÉRICO QWERTY. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1 HORA PARA USO DO EQUIPAMENTO DESCONECTADO DA REDE ELÉTRICA. HD DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20.000 IMAGENS OU 800 CLIPES DE 2 SEGUNDOS. NO MÍNIMO 1 PORTA USB PARA CONEXÃO DE PENDRIVE PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGEM. SISTEMA OPERACIONAL COM DEVIDAS LICENÇAS. SISTEMA OPERACIONAL QUE AINDA ESTEJA COM SUPORTE DE SEU FABRICANTE NO MOMENTO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO.

PROTOCOLO DICOM 3.0 COMPLETO (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE / COMMITMENT, QUERY /RETRIEVE, MPPS, STRUCTURED REPORTING, WORKLIST). ALIMENTAÇÃO ELETRICA BIVOLT (110-220 V). TOMADA PADRÃO ABNT.

TRANSDUTORES: CONVEXO 2-5 MHZ (+- 1MHZ). LINEAR GERAL 5-11 MHZ (+- 1MHZ). ENDOCAVITARIO 5-8 MHZ (+-1 MHZ). LINEAR PARA DOPPLER 6-12 MHZ (+-1 MHZ).

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - QUALIDADE DA IMAGEM: DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 96, DE 27 DE MAIO DE 2021.

ASSESSORIOS: GUIA DE BIOPSIA COMPATÍVEL COM O TRANSDUTOR LINEAR. GUIA DE BIOPSIA COMPATÍVEL COM O TRADUTOR CONVEXO.

ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA. EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS POR, NO MÍNIMO, 10 ANOS APÓS A ENTREGA DO MESMO NO SITE.

MANUAIS: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.

FORNECER UM JOGO DE MANUAIS TÉCNICOS COM PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

LEIA-SE:

ULTRASSOM PORTATIL CENTRO CIRÚRGICO - APLICAÇÃO E FERRAMENTAS: APLICAÇÕES ABDOMINAIS, GINECOLÓGICAS, VASCULAR, MÚSCULO ESQUELÉTICO, DOPPLER VASCULAR, UROLÓGICAS, PEQUENAS PARTES, MAMA, PEDIATRIA, SUPERFICIAL, IMAGEM GERAL, VENOSA, PUNÇÕES GUIADAS POR ULTRASSOM. BANDA LARGA, IMAGEM MULTIFREQUENCIAL: 2D, MODO M, THI, DOPPLER DE ONDA PULSADA (PW), DOPPLER PULSADO TECIDUAL, DOPPLER DE ONDA CONTÍNUA, COLOR DOPPLER, COLOR POWER DOPPLER. CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO NO MÍNIMO 2X. 1000 FPS NO MÍNIMO, NO MODO B. FAIXA DINÂMICA MÍNIMA DE 130 DB. FERRAMENTAS DE MEDIDAS 2D: MEDIDAS DE DISTÂNCIA, ELIPSE E TRAÇADO MANUAL. FERRAMENTAS DE MEDIDAS DE DOPPLER: MEDIDAS DE VELOCIDADE, TEMPO DE MEIA PRESSÃO, TRAÇADO AUTOMÁTICO E MANUAL. FERRAMENTAS DE MEDIDAS NO MODO M: MEDIDAS DE DISTÂNCIA E TEMPO, CÁLCULO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. BIBLIOTECA DE PALAVRAS ESPECÍFICAS PARA CADA PRESET EM PORTUGUÊS.

EQUIPAMENTO: MONITOR COLORIDO DO TIPO FLAP, DE NO MÍNIMO 10". TELA COM AS FUNÇÕES E AJUSTES: CONTRASTE, BRILHO E POSIÇÃO. CARRINHO PARA TRANSPORTE COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA ENCAIXE DO ULTRASSOM NO CARRINHO, COM SISTEMAS DE FREIOS NAS RODAS. AUTO FALANTE INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. TECLADO ALFANUMÉRICO QWERTY. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1 HORA PARA USO DO EQUIPAMENTO DESCONECTADO DA REDE ELÉTRICA. HD DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20.000 IMAGENS OU 800 CLIPES DE 2 SEGUNDOS. NO MÍNIMO 1 PORTA USB PARA CONEXÃO DE PENDRIVE PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGEM.

APLICAÇÃO E FERRAMENTAS: APLICAÇÕES ABDOMINAIS, GINECOLÓGICAS, VASCULAR, MÚSCULO ESQUELÉTICO, DOPPLER VASCULAR, UROLÓGICAS, PEQUENAS PARTES, MAMA, PEDIATRIA, SUPERFICIAL, IMAGEM GERAL, VENOSA, PUNÇÕES GUIADAS POR ULTRASSOM. BANDA LARGA, IMAGEM MULTIFREQUENCIAL: 2D, MODO M, THI, DOPPLER DE ONDA PULSADA (PW), DOPPLER PULSADO TECIDUAL, DOPPLER DE ONDA CONTÍNUA, COLOR DOPPLER, COLOR POWER DOPPLER. CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO NO MÍNIMO 2X. 1000 FPS NO MÍNIMO, NO MODO B. FAIXA DINÂMICA MÍNIMA DE 130 DB. FERRAMENTAS DE MEDIDAS 2D: MEDIDAS DE DISTÂNCIA, ELIPSE E TRAÇADO MANUAL. FERRAMENTAS DE MEDIDAS DE DOPPLER: MEDIDAS DE VELOCIDADE, TEMPO DE MEIA PRESSÃO, TRAÇADO AUTOMÁTICO E MANUAL. FERRAMENTAS DE MEDIDAS NO MODO M: MEDIDAS DE DISTÂNCIA E TEMPO, CÁLCULO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. BIBLIOTECA DE PALAVRAS ESPECÍFICAS PARA CADA PRESET EM PORTUGUÊS.

EQUIPAMENTO: MONITOR COLORIDO DO TIPO FLAP, DE NO MÍNIMO 10". TELA COM AS FUNÇÕES E AJUSTES: CONTRASTE, BRILHO E POSIÇÃO. CARRINHO PARA TRANSPORTE COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA ENCAIXE DO ULTRASSOM NO CARRINHO, COM SISTEMAS DE FREIOS NAS RODAS. AUTO FALANTE INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. TECLADO ALFANUMÉRICO QWERTY. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1 HORA PARA USO DO EQUIPAMENTO DESCONECTADO DA REDE ELÉTRICA. HD DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20.000 IMAGENS OU 800 CLIPES DE 2 SEGUNDOS. NO MÍNIMO 1 PORTA USB PARA CONEXÃO DE PENDRIVE PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGEM. SISTEMA OPERACIONAL (**PREFERENCIALMENTE WINDOWS**) COM DEVIDAS LICENÇAS. SISTEMA OPERACIONAL QUE AINDA ESTEJA COM SUPORTE DE SEU FABRICANTE NO MOMENTO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO.

PROTOCOLO DICOM 3.0 COMPLETO (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE / COMMITMENT, QUERY /RETRIEVE, MPPS, STRUCTURED REPORTING, WORKLIST). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (110-220 V). TOMADA PADRÃO ABNT.

TRANSDUTORES: CONVEXO 2-5 MHZ (+- 1MHZ). LINEAR GERAL 5-11 MHZ (+- 1MHZ). ENDOCAVITÁRIO 5-8 MHZ (+-1 MHZ). LINEAR PARA DOPPLER 6-12 MHZ (+-1 MHZ).

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - QUALIDADE DA IMAGEM: DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 96, DE 27 DE MAIO DE 2021.

ACESSÓRIOS: GUIA DE BIÓPSIA COMPATÍVEL COM O TRANSDUTOR LINEAR. GUIA DE BIÓPSIA COMPATÍVEL COM O TRADUTOR CONVEXO.

ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA. EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS POR, NO MÍNIMO, 10 ANOS APÓS A ENTREGA DO MESMO NO SITE.

MANUAIS: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.

FORNECER UM JOGO DE MANUAIS TÉCNICOS COM PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

SISTEMA OPERACIONAL COM DEVIDAS LICENÇAS. SISTEMA OPERACIONAL QUE AINDA ESTEJA COM SUPORTE DE SEU FABRICANTE NO MOMENTO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO.

PROTOCOLO DICOM 3.0 COMPLETO (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE / COMMITMENT, QUERY /RETRIEVE, MPPS, STRUCTURED REPORTING, WORKLIST). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (110-220 V). TOMADA PADRÃO ABNT.

TRANSDUTORES: CONVEXO 2-5 MHZ (+- 1MHZ). LINEAR GERAL 5-11 MHZ (+- 1MHZ). ENDOCAVITÁRIO 5-8 MHZ (+-1 MHZ). LINEAR PARA DOPPLER 6-12 MHZ (+-1 MHZ).

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - QUALIDADE DA IMAGEM: DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 96, DE 27 DE MAIO DE 2021.

PESO DE ATÉ 7KG COM BATERIA.

CARRINHO PARA TRANSPORTE COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA ENCAIXE DO ULTRASSOM NO CARRINHO, COM SISTEMAS DE FREIOS NAS RODAS

ACESSÓRIOS: GUIA DE BIÓPSIA COMPATÍVEL COM O TRANSDUTOR LINEAR. GUIA DE BIÓPSIA COMPATÍVEL COM O TRADUTOR CONVEXO.

ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA. EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS POR, NO MÍNIMO, 10 ANOS APÓS A ENTREGA DO MESMO NO SITE.

MANUAIS: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.

FORNECER UM JOGO DE MANUAIS TÉCNICOS COM PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

ITEM 05 - "ULTRASSOM PORTÁTIL UTI"

ONDE SE LÊ:

ULTRASSOM PORTATIL UTI

APLICAÇÃO E FERRAMENTAS: APLICAÇÕES ABDOMINAIS, GINECOLÓGICAS, VASCULAR, MUSCULOESQUELÉTICO, DOPPLER VASCULAR, PEQUENAS PARTES, MAMA, PEDIATRIA, SUPERFICIAL, IMAGEM GERAL, VENOSA, PUNÇÕES GUIADAS POR ULTRASSOM. BANDA LARGA, IMAGEM MULTIFREQUENCIAL: 2D, MODO M, THI, DOPPLER DE ONDA PULSADA (PW), DOPPLER PULSADO TECIDUAL, DOPPLER DE ONDA CONTINUA, COLOR DOPPLER, COLOR POWER DOPPLER. CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO NO MÍNIMO 2X. 1000 FPS NO MÍNIMO, NO MODO B. FAIXA DINÂMICA MÍNIMA DE 130 DB. FERRAMENTAS DE MEDIDAS 2D: MEDIDAS DE DISTÂNCIA, ELIPSE E TRAÇADO MANUAL. FERRAMENTAS DE MEDIDAS DE DOPPLER: MEDIDAS DE VELOCIDADE, TEMPO DE MEIA PRESSÃO, TRAÇADO AUTOMÁTICO E MANUAL. FERRAMENTAS DE MEDIDAS NO MODO M: MEDIDAS DE DISTÂNCIA E TEMPO, CÁLCULO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. BIBLIOTECA DE PALAVRAS ESPECÍFICA PARA CADA PRESET EM PORTUGUÊS.

EQUIPAMENTO: MONITOR COLORIDO DO TIPO FLAP, DE NO MÍNIMO 10". TELA COM AS FUNÇÕES E AJUSTES: CONTRASTE, BRILHO E POSIÇÃO. CARRINHO PARA TRANSPORTE COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA ENCAIXE DO ULTRASSOM NO CARRINHO, COM SISTEMAS DE FREIOS NAS RODAS. AUTOFALANTE INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. TECLADO ALFANUMÉRICO QWERTY. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1 HORA PARA USO DO EQUIPAMENTO DESCONECTADO DA REDE ELÉTRICA. HD DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20.000 IMAGENS OU 800 CLIPES DE 2 SEGUNDOS. NO MÍNIMO 1 PORTA USB PARA CONEXÃO DE PENDRIVE PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGEM. SISTEMA OPERACIONAL COM DEVIDAS LICENÇAS. SISTEMA OPERACIONAL QUE AINDA ESTEJA COM SUPORTE DE SEU FABRICANTE NO MOMENTO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO.

PROTOCOLO DICOM 3.0 COMPLETO (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE / COMMITMENT, QUERY /RETRIEVE, MPPS, STRUCTURED REPORTING, WORKLIST). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (110-220 V). TOMADA PADRÃO ABNT.

TRANSDUTORES: CONVEXO 2-5 MHZ (+- 1MHZ). LINEAR GERAL 5-11 MHZ (+- 1MHZ). LINEAR PARA DOPPLER 6-12 MHZ (+-1 MHZ).

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - QUALIDADE DA IMAGEM: DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 96, DE 27 DE MAIO DE 2021.

ASSESSÓRIOS: GUIA DE BIÓPSIA COMPATÍVEL COM O TRANSDUTOR LINEAR. GUIA DE BIÓPSIA COMPATÍVEL COM O TRANSDUTOR CONVEXO.

ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA. EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS POR, NO MÍNIMO, 10 ANOS APÓS A ENTREGA DO MESMO NO SITE.

MANUAIS: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. FORNECER UM JOGO DE MANUAIS TÉCNICOS COM PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA..

LEIA-SE:

ULTRASSOM PORTÁTIL UTI

APLICAÇÃO E FERRAMENTAS: APLICAÇÕES ABDOMINAIS, GINECOLÓGICAS, VASCULAR, MÚSCULO ESQUELÉTICO, DOPPLER VASCULAR, PEQUENAS PARTES, MAMA, PEDIATRIA, SUPERFICIAL, IMAGEM GERAL, VENOSA, PUNÇÕES GUIADAS POR ULTRASSOM. BANDA LARGA, IMAGEM MULTIFREQUENCIAL: 2D, MODO M, THI, DOPPLER DE ONDA PULSADA (PW), DOPPLER PULSADO TECIDUAL, DOPPLER DE ONDA CONTINUA, COLOR DOPPLER, COLOR POWER DOPPLER. CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO NO MÍNIMO 2X. 1000 FPS NO MÍNIMO, NO MODO B. FAIXA DINÂMICA MÍNIMA DE 130 DB. FERRAMENTAS DE MEDIDAS 2D: MEDIDAS DE DISTÂNCIA, ELIPSE E TRAÇADO MANUAL. FERRAMENTAS DE MEDIDAS DE DOPPLER: MEDIDAS DE VELOCIDADE, TEMPO DE MEIA PRESSÃO, TRAÇADO AUTOMÁTICO E MANUAL. FERRAMENTAS DE MEDIDAS NO MODO M: MEDIDAS DE DISTÂNCIA E TEMPO, CÁLCULO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. BIBLIOTECA DE PALAVRAS ESPECÍFICAS PARA CADA PRESET EM PORTUGUÊS.

EQUIPAMENTO: MONITOR COLORIDO DO TIPO FLAP, DE NO MÍNIMO 10". TELA COM AS FUNÇÕES E AJUSTES: CONTRASTE, BRILHO E POSIÇÃO. CARRINHO PARA TRANSPORTE COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA ENCAIXE DO ULTRASSOM NO CARRINHO, COM SISTEMAS DE FREIOS NAS RODAS. ALTO FALANTE INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. TECLADO ALFANUMÉRICO QWERTY. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1 HORA PARA USO DO EQUIPAMENTO DESCONECTADO DA REDE ELÉTRICA. HD DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20.000 IMAGENS OU 800 CLIPES DE 2 SEGUNDOS. NO MÍNIMO 1 PORTA USB PARA CONEXÃO DE PENDRIVE PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGEM. SISTEMA OPERACIONAL COM DEVIDAS LICENÇAS. SISTEMA OPERACIONAL **(PREFERENCIALMENTE WINDOWS)** QUE AINDA ESTEJA COM SUPORTE DE SEU FABRICANTE NO MOMENTO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO.

PROTOCOLO DICOM 3.0 COMPLETO (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE / COMMITMENT, QUERY /RETRIEVE, MPPS, STRUCTURED REPORTING, WORKLIST). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (110-220 V). TOMADA PADRÃO ABNT.

TRANSDUTORES: CONVEXO 2-5 MHZ (+- 1MHZ). LINEAR GERAL 5-11 MHZ (+- 1MHZ). LINEAR PARA DOPPLER 6-12 MHZ (+-1 MHZ).

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - QUALIDADE DA IMAGEM: DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 96, DE 27 DE MAIO DE 2021.

ACESSÓRIOS: GUIA DE BIÓPSIA COMPATÍVEL COM O TRANSDUTOR LINEAR. GUIA DE BIÓPSIA COMPATÍVEL COM O TRANSDUTOR CONVEXO.

PESO DE ATÉ 7KG COM BATERIA.

CARRINHO PARA TRANSPORTE COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA ENCAIXE DO ULTRASSOM NO CARRINHO, COM SISTEMAS DE FREIOS NAS RODAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]