



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

(sem assunto)

Luciana Lopes Castanha Souto <lucianasouto@ses.mt.gov.br>

30 de junho de 2023 às 13:59

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Oi Kelly
Boa tarde

Ao cumprimentá-la segue em atenção a dúvida encaminhada pela empresa " TOTAL HOSPITALAR", no dia 30/06/2023, da PE 015 DE 2023, seguem as respostas aos questionamentos:

ITEM 11 – CADEIRA DE RODAS PARA OBESO

1 - No APÊNDICE I- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LISTA 1

DUVIDA: Onde fala (TOLERÂNCIA DE PESO DE 200 A 250 KG)

Desse modo penso que uma cadeira de rodas ate 200kg atende o edital? Esta correta a minha interpretação?

R: Sim, todas as cadeiras que tolerem entre 200 a 250 kg.

Sem mais,
Atenciosamente.

Luciana Souto
PTNS - SUS
COAESH
Perfil - Bióloga

[Texto das mensagens anteriores oculto]