



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Atenção e Vigilância em Saúde
Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso – LACEN/MT

PARECER TÉCNICO

Considerando a proposta enviada pela empresa **OBJETIVA PRODRUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA** aceito por esse Laboratório e analisando os apontamentos elencados entendemos que os itens 01, 03, 04, 05 e 06 atendem a nossa solicitação visto que estão de acordo com às especificações técnicas exigidas no edital e seus anexos. Porém na análise do item 02 onde o **TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE** não utiliza anticorpo ANTI-MPT64, portanto esse deve ser conforme descrito no edital.

Com isso, tomamos conhecimento do que foi exposto e decidimos reprovar a proposta apenas do item 02 do lote 01 enviada pela empresa **OBJETIVA PRODRUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIO LTDA**

Cuiabá, 11 de maio de 2023

Natália de Brito Sol
CRBio 023537/01-D
Matrícula 36993
LACEN-MT

Natália de Brito Sol
Gerência de Análises de Vigilância Epidemiológica
LACEN/MT



Rua Santiago, n.º 70, Jardim das Américas, Cuiabá – MT, CEP: 78060-628
Fones: (65) 3624-9683/ (65) 3622-0599
E-mail: dirlacen@ses.mt.gov.br / lacenmt@ses.mt.gov.br