

2º ADENDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2023/44884

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, por intermédio do Pregoeiro, abaixo assinado, comunica fica retificado a especificação do item 6. Do Apêndice II, do Edital do Pregão em epigrafe, conforme abaixo:

APÊNDICE II – DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS

Em atenção ao questionamento elencado abaixo da empresa “**D&I COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**”, interessado em participar do certame quanto ao **Item 06 LAVADORA TERMODESINFECTORA DE BARREIRA** temos a informar o quanto segue acerca do questionamento:

Resposta da Área Demandante:

Sendo assim, a descrição passou por reanálise técnica desta área demandante e visando o não direcionamento do item e maior competitividade entre os participantes, retificamos a especificação em tela, sem perda de qualidade no qual fazemos constar abaixo em destaque, *in verbis*:

ITEM 06 – LAVADORA TERMODESINFECTORA DE BARREIRA

ONDE SE LÊ:

LAVADORA TERMODESINFECTORA DE BARREIRA – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA EM LITROS 300 LITROS (MÍNIMO) RACK DE ANESTESIA VENTILATÓRIA (1 POR EQUIPAMENTO), RACK DE 02 NÍVEIS (1 POR EQUIPAMENTO), RACK DE 03 OU 04 NÍVEIS (1 POR EQUIPAMENTO), TAMPAS E CONEXÕES DE RACKS DE METAL INOXIDÁVEL E ROSCA, 1 CARRO DE TRANSPORTE PARA CARGA E 1 PARA DESCARGA (POR EQUIPAMENTO), COMPATIBILIDADE DE TERMODESINFECÇÃO DE CONTAINERS PRÉ-AQUECIMENTO QUE PERMITA AQUECER A ÁGUA FRIA OU DA OSMOSE REVERSA, ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS PNEUMÁTICO, AQUECIMENTO ELÉTRICO OBRIGATÓRIO MÍNIMO DE 3 BOMBAS DOSADORAS PARA USO DOS PRODUTOS PARA LAVAGEM, DESCONTAMINAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA, BOMBA DOSADORA COM CAPACIDADE DE USO DE DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO, FORNECER SITE PLANNING DETALHADO COM TODAS ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO, MONITOR DE NÍVEL DE DETERGENTE DOS GALÕES EDIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE CICLOS DE TERMODESINFECÇÃO, POSSIBILIDADE DE ALTERAR O NOME DOS CICLOS PADRONIZADOS, POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE TEMPO DA FASE DE SECAGEM, RASTREABILIDADE POR CICLO IMPRESSO, PENDRIVE E ENVIO POR REDE DE DADOS IMPRESSÃO DE RELATÓRIO DE CICLO DE ESTERILIZAÇÃO INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE RASTREABILIDADE, CONEXÃO COM REDE DE DADOS, FECHAMENTO DE PAREDE INOX, SENSORES DE TEMPERATURA DE PROVA E CONTRAPROVA, CICLO DE AUTOLIMPEZA DA CÂMARA.

PEÇAS E SERVIÇOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU SERVIÇO AUTORIZADO NO BRASIL - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPARO E ACESSÓRIO POR NO MÍNIMO 5 ANOS APÓS EQUIPAMENTO SER DESCONTINUADO PELO FABRICANTE.

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE - DATA DE VENCIMENTO DO REGISTRO - DATA DO END OF LIFE DO EQUIPAMENTO.

TREINAMENTO

TREINAMENTO PARA ENFERMAGEM E ENGENHARIA CLÍNICA.

TREINAMENTO EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA REALIZAÇÃO DE 1º ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO.

FORNECER CHECK LIST DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

MANUAIS - OPERAÇÃO (PORTUGUÊS).

TÉCNICO - APRESENTAR PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

ITEM 06 – LAVADORA TERMODESINFECTORA DE BARREIRA

LEIA - SE:

LAVADORA TERMODESINFECTORA DE BARREIRA – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA EM **LITROS 250 LITROS** (MÍNIMO) RACK DE ANESTESIA
VENTILATÓRIA (1 POR EQUIPAMENTO), RACK DE 02 NÍVEIS (1 POR EQUIPAMENTO), RACK DE
03 OU 04 NÍVEIS (1 POR EQUIPAMENTO), TAMPAS E CONEXÕES DE RACKS DE METAL
INOXIDÁVEL E ROSCA, 1 CARRO DE TRANSPORTE PARA CARGA E 1 PARA DESCARGA (POR
EQUIPAMENTO), COMPATIBILIDADE DE TERMODESINFECÇÃO DE CONTAINERS PRÉ-
AQUECIMENTO QUE PERMITA AQUECER A ÁGUA FRIA OU DA OSMOSE REVERSA, ABERTURA
E FECHAMENTO DE PORTAS PNEUMÁTICO, AQUECIMENTO ELÉTRICO OBRIGATÓRIO MÍNIMO
DE 3 BOMBAS DOSADORAS PARA USO DOS PRODUTOS PARA LAVAGEM,
DESCONTAMINAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA, BOMBA DOSADORA COM CAPACIDADE DE
USO DE DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO, FORNECER SITE PLANNING DETALHADO COM
TODAS ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO, MONITOR DE NÍVEL DE DETERGENTE DOS GALÕES
EDIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE CICLOS DE TERMODESINFECÇÃO, POSSIBILIDADE DE
ALTERAR O NOME DOS CICLOS PADRONIZADOS, POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE TEMPO
DA FASE DE SECAGEM, RASTREABILIDADE POR CICLO IMPRESSO, PENDRIVE E ENVIO POR
REDE DE DADOS IMPRESSÃO DE RELATÓRIO DE CICLO DE ESTERILIZAÇÃO INTEGRAÇÃO
COM SISTEMAS DE RASTREABILIDADE, CONEXÃO COM REDE DE DADOS, FECHAMENTO DE
PAREDE INOX, SENSORES DE TEMPERATURA DE PROVA E CONTRAPROVA, CICLO
DE AUTOLIMPEZA DA CÂMARA.

PEÇAS E SERVIÇOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU SERVIÇO AUTORIZADO NO BRASIL

FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPARO E ACESSÓRIO POR NO MÍNIMO 5 ANOS
APÓS EQUIPAMENTO SER DESCONTINUADO PELO FABRICANTE.

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE

NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE

DATA DE VENCIMENTO DO REGISTRO

DATA DO END OF LIFE DO EQUIPAMENTO.

TREINAMENTO

TREINAMENTO PARA ENFERMAGEM E ENGENHARIA CLÍNICA.

TREINAMENTO EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA REALIZAÇÃO DE 1º ATENDIMENTO E
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO.

FORNECER CHECK LIST DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

MANUAIS - OPERAÇÃO (PORTUGUÊS).

TÉCNICO. APRESENTAR PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

O qual está disponível no site da Secretaria de Estado de Saúde Link: <http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-editais>. Contato: E-mail pregao02@ses.mt.gov.br e (65) 3613-5410 – Coordenadoria de Aquisições.

Este pregoeiro acatou a resposta proferida pela equipe técnica da Área Demandante,
e manifesta de acordo e repassa para nova pesquisa de preço.

Cuiabá, 05 de outubro de 2023.

Nelson Augusto da Silva
Pregoeiro Oficial /SES- MT