



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - DÚVIDAS

Bruna Carolina Giro <bruna@phelcom.com>
Para: pregao02@ses.mt.gov.br

13 de fevereiro de 2023 às 08:53

Bom dia, Ideuzete, tudo bem?

Estou lendo o edital do PE 017/2023, Objeto "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRIMÁRIAS VINCULADAS AO SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DIGITAL (TELEMEDICINA E TELESSAÚDE), NO ESTADO DE MATO GROSSO" e surgiu uma dúvida quanto ao item **10 - Retinógrafo**.

No arquivo "Relação Itens" na descrição do equipamento está sendo solicitado o retinógrafo portátil acoplado à mesa:

"Descrição Detalhada: Retinógrafo Tipo Imagem: 45°, Tipo Visor: Monitor Lcd, Tipo Mesa: Mesa Motorizada, Altura E Distância Regulável, Componentes Outros: Suporte P/ Testa E Queixo, Tipo Câmara: 15 Megapixel, Colorida, Tipo: Digital Não Midriático, Tipo Iluminação: Intensidade De Flash E Infravermelho, Tipo Controle: Software, Armazena E Exporta Imagem"

Já o Termo de Referência do próprio edital não há a menção da mesa:

"Retinógrafo portátil não midriático-componentes: celular específico, Celular específico, módulo adaptador canhão, com conjunto de lentes e plataforma de telemedicina para armazenamento. Esta plataforma pode ser integrada (interoperabilizar) a plataformas de telemedicina e telessaúde e ou prontuários eletrônicos. Certificado pela ANVISA e INMETRO; Indicado para Triagem e pacientes acamados; Indicação clínica: Investigação de: Cataratas, Glaucomas, Retinopatias diabéticas –adultos e infantil, Câncer, Toxoplasmosis, Lesões de fundo de olho. Capacidade de captura –de 4 a 50 imagens; treinamento de uso, para número ilimitado de profissionais –de acordo com a necessidade do cliente."

Gostaria de saber qual a descrição correta.

Aguardo posicionamento.

Atenciosamente,

--



BRUNA CAROLINA GIRO
SALES AND MARKET INTELLIGENCE
+5516999619334

AGENDE UMA VÍDEO CHAMADA

Rua José Missali, 820
Santa Felícia - São Carlos/SP
+551634133088

phelcom.com