



Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;

---

## SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTO - PE 096-2022

---

Luciana Lopes Castanha Souto &lt;lucianasouto@ses.mt.gov.br&gt;

23 de junho de 2023 às 10:48

Para: Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;

Ao cumprimentá-los venho por este, em atenção a impugnação encaminhada, pela empresa "FRESENIUS KABI BRASIL LTDA", no dia 22/06/2023, referente ao PE 096/2022, seguem as respostas aos questionamentos:

ITEM 05- BOMBA DE INFUSÃO QUE ATENDAM OS PROCEDIMENTOS DE INFUSÃO ENTERAL E ENDOVENOSA E  
ITEM 06 - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA

**Questionamento: Para os dois itens solicita que a mesma bomba faça infusão de enteral e parenteral. TEMOS nos DOIS ITENS MODELOS QUE ATENDEM DE FORMA SEPARADA AS INFUSÕES PARENTERAIS (Agilia VPMC e AGILIA SPMC) E ENTERAIS ( Amika e Agilia ProNeo) GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA NAS INFUSÕES. PODEMOS PARTICIPAR DO CERTAME?**

**Resposta:** Uma bomba de infusão enteral (alimentação do paciente) e endovenosa (medicação no paciente) no mesmo equipamento e **que executem estas funções ao mesmo TEMPO**, onde parte dela faz a alimentação do paciente e parte faz a medicação gera não somente praticidade, como bom aproveitamento do espaço. Bombas separadas são complicadas, pois ocupa muito espaço dentro da UTI, no suporte de soro, ficando inviável. Saliento que tivemos a experiência de utilizar estas bombas 2 em 1, durante a pandemia de COVID 19, e foi extremamente IMPORTANTE termos uma bomba multifuncional que executava as duas funções ao mesmo tempo. Necessitamos de equipamentos compatíveis com a descrição que façam as duas coisas ao mesmo tempo, pois também na Bomba de Seringa, sua maior utilização é dentro de UTI Neonatal, e estes procedimentos ao mesmo tempo tem eficácia na evolução dos neonatos e dos pacientes da UTI, sem ficar aquele empilhamento de bombas de infusão.

Sem mais,  
Atenciosamente.

Luciana Souto  
PTNS - SUS  
COAESH  
Perfil - Bióloga

[Texto das mensagens anteriores oculto]