



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

pregão 057.2023

2 mensagens

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

10 de agosto de 2023 às 16:25

Para: Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>, Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar <gbsagh@ses.mt.gov.br>, Caroline Campos Dobes Conturbia Neves <carolineneves@ses.mt.gov.br>, Wesley Jean Nunes da Cunha Bastos <wesleybastos@ses.mt.gov.br>, Anderson Henrique da Silva Martins <andersonmartins@ses.mt.gov.br>

Vimos encaminhar IMPUGNAÇÃO da empresa BAUMER S.A e solicitações de esclarecimentos da empresa HOSPCOM, concernente aos itens 01,02,03,04,05 e 06 referente ao pregão eletrônico 057.2023, cujo objeto consiste em **“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CENTRAL DE ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, NOS TERMOS CONSTANTE NESTE EDITAL – LISTA 6 (MOBILIÁRIO CIRÚRGICO)”**, para ciência e manifestação em tempo hábil. O prazo para manifestação é de 48(quarenta e oito) horas.

Atenciosamente.

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial/SES

Pregoeiros Oficiais SES/MT

(65) 3613-5456

pregao@ses.mt.gov.br

 CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT**Coordenadoria de Aquisições.** (65) 3613-5410**Superintendência de Aquisições e Contratos**

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT

7 anexos

- Pedido de Esclarecimento 57.2023 - Processo Administrativo nº SES-PRO-2023.43404 (Item 01) (2).pdf**
2455K
- Pedido de Esclarecimento 57.2023 - Processo Administrativo nº SES-PRO-2023.43404 (Item 03).pdf**
2414K
- Pedido de Esclarecimento 57.2023 - Processo Administrativo nº SES-PRO-2023.43404 (Item 02).pdf**
2456K
- Pedido de Esclarecimento 57.2023 - Processo Administrativo nº SES-PRO-2023.43404 (Item 01).pdf**
2450K

 **Pedido de Esclarecimento 57.2023 - Processo Administrativo nº SES-PRO-2023.43404 (Item 04).pdf**
2407K

 **01 - Pedido de Impugnação PE 057.2023 - Baumer - MT.pdf**
151K

 **Pedido de Esclarecimento 57.2023 - Processo Administrativo nº SES-PRO-2023.43404 (Item 05).pdf**
2405K

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>

14 de agosto de 2023 às 11:45

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>, "SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES-MT)"

<cpl@ses.mt.gov.br>

Bom dia, Senhora Pregoeira

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos questionamentos elencados abaixo da empresa "**HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**", interessado em participar do certame, temos a informar o quanto segue acerca dos questionamentos:

Quando ao item 01 "**ESTATIVA DE UTI**"

Ponto 1) Freios pneumáticos/magnéticos realmente não é aplicável para a estativa fixa, sendo assim retificamos a especificações em tela, no qual fazemos constar abaixo, *in verbis*:

ONDE SE LÊ: ITEM 01: ESTATIVA DE UTI ESTATIVA DE UTI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 4-PONTO DE REDE DE DADOS (RJ45) SISTEMA DE FREIO / TRAVA PNEUMÁTICO OU MAGNÉTICO ANCORAGEM DE CABOS (SISTEMA ANTI-DESCONEXÃO) 2 PRATELEIRA NO MÍNIMO, FIXAÇÃO EM PAREDE OU DE TETO FIXA, 10 TOMADAS, 4 PONTOS DE REDE, 3 PONTOS DE O2, 2 PONTOS DE AR, 2 PONTOS DE VACUO, FIXAÇÃO PARA MONITOR, MULTIPARAMETRICO SUPORTE DE BOMBA DE INFUSÃO E SORO PREVER PROJETO E INDICAÇÕES DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, SUPORTE DE SORO COM TRAVA, COMPATÍVEL COM PESO DE NO MÍNIMO 8 BOMBAS DE INFUSÃO ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO.

MANUAIS E MANUTENÇÃO

FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS

FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

LEIA-SE: ITEM 01 ESTATIVA DE ESTATIVA DE UTI: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 4-PONTO DE REDE DE DADOS (RJ45), ANCORAGEM DE CABOS (SISTEMA ANTI-DESCONEXÃO) 2 PRATELEIRA NO MÍNIMO, FIXAÇÃO EM PAREDE OU DE TETO FIXA, 10 TOMADAS, 4 PONTOS DE REDE, 3 PONTOS DE O2, 2 PONTOS DE AR, 2 PONTOS DE VÁCUO, FIXAÇÃO PARA MONITOR, MULTIPARAMÉTRICO SUPORTE DE BOMBA DE INFUSÃO E SORO PREVER PROJETO E INDICAÇÕES DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, SUPORTE DE SORO COM TRAVA, COMPATÍVEL COM PESO DE NO MÍNIMO 8 BOMBAS DE INFUSÃO ITENS DE SEGURANÇA REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO.

MANUAIS E MANUTENÇÃO

FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS

FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Pontos 2, 3, 4, 5 e 6) os questionamentos não condizem com a descrição do edital, sendo assim manteremos e solicitamos seguir com o certame.

Quando ao item 02 "**ESTATIVAS DE ANESTESIA CENTRO CIRÚRGICO**"

Ponto 1) Trata-se de uma estativa com movimento, sendo necessário o freio.

Ponto 2) Trata-se de ponto de entrada de sinal, o sinal deverá entrar na estativa e chegar no monitor repetidor

Ponto 3) Considerar 10 tomadas 127V 20A e 10 tomadas 220V 10A

Ponto 4) O nosso requisito é que seja engate rápido, pois facilita em eventuais necessidade de troca emergencial de equipamento de anestesia de sala.

Ponto 5) O ideal é ter a estativa bem alta para se ter a livre circulação de equipamentos sem colisão, como por exemplo um microscópio, torre de vídeo, etc...

Ponto 6) Precisa ter o ajuste e pode ser pneumático, motorizado ou através de freio magnético.

Quando ao item 03 "**FOCO CIRÚRGICO DE TETO**"

Pontos 1, 2 e 3) Informamos que não se faz necessário adicionar os trechos sugeridos, manteremos a descrição

Ponto 4) Sim, serão aceitos a depender da compatibilidade com o sinal do sistema de videolaparoscopia.

Quando ao item 04 "**FOCO CIRÚRGICO DE TETO UPA**"

Pontos 1,2,3 e 4) Informamos que não se faz necessário adicionar os trechos sugeridos, manteremos a descrição

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Danielle Leite
Assistente de Direção
Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Fwd: PREGÃO 057.2023 - ITEM MESA CIRÚRGICA

1 mensagem

Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite <danielleleite@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

17 de agosto de 2023 às 11:09

----- Forwarded message -----

De: **Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite** <danielleleite@ses.mt.gov.br>
Date: qui., 17 de ago. de 2023 às 11:08
Subject: Fwd: PREGÃO 057.2023 - ITEM MESA CIRÚRGICA
To: PREGÃO - SES <pregao@ses.mt.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Danielle Aparecida Ribeiro da Costa Leite** <danielleleite@ses.mt.gov.br>
Date: sex., 11 de ago. de 2023 às 16:43
Subject: PREGÃO 057.2023 - ITEM MESA CIRÚRGICA
To: PREGÃO - SES <pregao@ses.mt.gov.br>, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES-MT) <cpl@ses.mt.gov.br>

Boa Tarde, Senhora Pregoeira

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção aos questionamentos elencados abaixo das empresas "**BAUMER, HOSPICOM, BIOMEDIC, GRUPO KSS e MEDIFARR**", interessado em participar do certame relativo ao item 05 "**MESA CIRÚRGICA**", temos a informar o quanto segue acerca do questionamento:

Esclarecimento 1) Quanto ao item a descrição passou por reanálise técnica desta área demandante e visando o não direcionamento e maior competitividade entre os participantes, retificamos a especificações em tela, no qual fazemos constar abaixo, *in verbis*:

ONDE SE LÊ: - ITEM 05 MESA CIRÚRGICA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS, DIMENSÕES DA MESA CIRÚRGICA, LARGURA MÍNIMA SEM TRILHOS LATERAIS DE 520 MM MESA MÓVEL COMPRIMENTO MÍNIMO DO TAMPO DE 1900 MM, POSSUIR SEU TAMPO RADIO TRANSPARENTE DIVIDIDO EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES SENDO ELAS: CABECEIRA, APOIO DAS COSTAS, ASSENTO, E PERNEIRAS BIPARTIDAS OPERAÇÕES ELETRO-HIDRÁULICA PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA, QUE PERMITA AO USUÁRIO AJUSTAR A TRAVA DA MESA ATRAVÉS DE UM PAINEL DE COMANDOS E POSICIONÁ-LA NA SALA DE CIRURGIA ATRAVÉS DE RODÍZIOS DEVE SER DOTADA DE TRILHOS LATERAIS PARA A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, COMO APOIO DE BRAÇOS, LATERALIZADORES, FAIXAS DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE.

CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA PARA PACIENTE DE ATÉ 250KG

POSIÇÃO REVERSA, A PLACA DE CABEÇA E AS PLACAS DAS PERNAS DEVEM PERMITIR O INTERCÂMBIO DE SUAS POSIÇÕES, DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS RADIOLÓGICOS, COMO O ARCO CIRÚRGICO E O RAIOS X.

SISTEMA DE ACOLCHOAMENTO EM MATERIAL VISCO ELÁSTICO IMPERMEÁVEL ("ESPUMA DE EFEITO MEMÓRIA") E ANTI ESTÁTICO (CAPA SEM CONDUTIVA) CONTROLE REMOTO COM FIO E SEM FIO, QUE PERMITA AO USUÁRIO UTILIZÁ-LA COM TODOS OS COMANDOS NECESSÁRIOS PARA OS PRINCIPAIS MOVIMENTOS DA MESA DE OPERAÇÕES.

A MESA DEVERÁ POSSUIR BOTÕES DE CONTROLE POSICIONADO NA COLUNA DA MESA

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ELÉTRICO, HIDRÁULICO OU ELETRO-HIDRÁULICO, ACIONADO ATRAVÉS DO PAINEL DE COMANDOS POSICIONADO NA COLUNA DA MESA OU CONTROLE REMOTO COM FIO E SEM FIO.

MOVIMENTO DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE, PELO MENOS, 320 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO.

POSSUIR UM AJUSTE DE ALTURA ENTRE 550 MM A 1280 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO.

DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DE TRENDELENBURG / TRENDELENBURG REVERSO (PROCLIVE) DE, PELO MENOS 25°, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO.

DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO (TILT) LATERAL, TANTO À DIREITA QUANTO À ESQUERDA DE, PELO MENOS 20°.

DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DA PLACA DAS COSTAS DE PELO MENOS, 80° DE ACLIVE E 40° DE DECLIVE.

DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE POSIÇÃO HOME

BATERIA INTERNA QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DA MESA POR, PELO MENOS, 30 PROCEDIMENTOS OU UMA SEMANA.

ABERTURA LATERAL DAS PERNEIRAS TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO, 50HZ (100-240V) **ACESSÓRIOS**

01 UNIDADE-ARCO DE NARCOSE.

01 UNIDADE-PAR DE SUPORTE PARA O BRAÇO.

01 UNIDADE-PAR DE PERNEIRAS PARA POSIÇÃO GINECOLÓGICA.

01 UNIDADE-PAR DE SUPORTE FIXAÇÃO PARA PERNEIRAS PARA POSIÇÃO GINECOLÓGICA.

01 UNIDADE-CINTA DE IMOBILIZAÇÃO

01 UNIDADE-CORINGA (EXTENSÃO)

CONJUNTO DE COXINS DE 3 TAMANHOS (RETANGULAR, REDONDO)

01 UNIDADE-PAR DE CASTANHAS

01 UNIDADE TAMPOS RADIOTRANSARENTE (EXTENÇÃO DE CARBONO) 60 CM MÍNIMO

01 UNIDADE ACESSÓRIO DE OMBRO TRIPARTIDO, COM SUPORTE PARA A CABEÇA

01 UNIDADE ACESSÓRIO DE TRAÇÃO COM SUPORTE DE PÉ POUCOS ITENS

01 UNIDADE CONJUNTO DE PERNEIRA PARA OBESIDADE(COM ABERTURA)

01 UNIDADE MESA DE MÃO

01 UNIDADE MAINFIELD COM TRÊS PONTOS DE TRAVA COM POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ESTRELA DE NAVEGAÇÃO

01 UNIDADE SUPORTE DE CABEÇA COM COXINS TIPO FERRADURA

01 UNIDADE MESA DE APOIO PRESA EM CASTANHA

01 UNIDADE CADEIRA PARA CIRURGIA DE NEURO E OFTALMO

01 UNIDADE ACESSÓRIO PARA POSIÇÃO GENUPEITORAL.

MANUAIS E MANUTENÇÃO

FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS

FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

ITENS DE SEGURANÇA

REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO.

LEIA-SE: - ITEM 05 MESA CIRÚRGICA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DIMENSÕES DA MESA CIRÚRGICA, LARGURA MÍNIMA SEM TRILHOS LATERAIS DE 520 MM PARA ATENDER PACIENTES OBESOS E EVITAR LESÃO DE PELE POR PRESSÃO, MESA MÓVEL,

COMPRIMENTO MÍNIMO DO TAMPO DE 1900 MM; POSSUIR SEU TAMPO RADIOTRANSARENTE DIVIDIDO EM NO MÍNIMO 4 SEÇÕES SENDO ELAS: CABECEIRA, APOIO DAS COSTAS, ASSENTO, E PERNEIRAS BIPARTIDAS. OPERAÇÕES ELETRO-HIDRÁULICA OU ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA, QUE PERMITA AO USUÁRIO AJUSTAR A TRAVA DA MESA ATRAVÉS DE UM PAINEL DE COMANDOS E POSICIONÁ-LA NA SALA DE CIRURGIA ATRAVÉS DE RODÍZIOS. DEVE SER DOTADA DE TRILHOS LATERAIS PARA A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, COMO APOIO DE BRAÇOS, LATERALIZADOS, FAIXAS DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA PARA PACIENTE DE ATÉ 250KG, A PLACA DE CABEÇA E AS PLACAS DAS PERNAS DEVEM PERMITIR O INTERCÂMBIO DE SUAS POSIÇÕES, DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS RADIOLÓGICOS, COMO O ARCO CIRÚRGICO E O RAO X. SISTEMA DE ACOLCHOAMENTO EM MATERIAL VISCO ELÁSTICO IMPERMEÁVEL (“ESPUMA DE EFEITO MEMÓRIA”) E ANTI ESTÁTICO (CAPA SEMI CONDUTIVA) CONTROLE REMOTO COM FIO OU SEM FIO, QUE PERMITA AO USUÁRIO UTILIZÁ-LA COM TODOS OS COMANDOS NECESSÁRIOS PARA OS PRINCIPAIS MOVIMENTOS DA MESA DE OPERAÇÕES. A MESA DEVERÁ POSSUIR BOTÕES DE CONTROLE POSICIONADO NA COLUNA DA MESA. SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ELÉTRICO, HIDRÁULICO OU ELETRO HIDRÁULICO, ACIONADO ATRAVÉS DO PAINEL DE COMANDOS POSICIONADO NA COLUNA DA MESA OU CONTROLE REMOTO COM FIO OU SEM FIO. MOVIMENTO DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE, PELO MENOS, 300 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. POSSUIR UM AJUSTE DE ALTURA ENTRE 550 MM A 1280 MM, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. DEVE POSSUIR O

MOVIMENTO DE TRENDELENBURG / TRENDELENBURG REVERSO (PROCLIVE) DE, PELO MENOS 25°, ATRAVÉS DE AJUSTES PELO PAINEL DE COMANDOS OU CONTROLE REMOTO. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO (TILT) LATERAL, TANTO À DIRETA QUANTO À ESQUERDA DE, PELO MENOS 20°. DEVE POSSUIR O MOVIMENTO DA PLACA DAS COSTAS DE PELO MENOS, +80° DE ACLIVE E -40° DE DECLIVE. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE POSIÇÃO HOME. BATERIA INTERNA QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DA MESA POR, PELO MENOS, 30 PROCEDIMENTOS. ABERTURA LATERAL DAS PERNEIRAS; TENSÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO.

ACESSÓRIOS: 01 UNIDADE ARCO DE NARCOSE; 01 UNIDADE PAR DE SUPORTE PARA O BRAÇO; 01 UNIDADE PAR DE PERNEIRAS PARA POSIÇÃO GINECOLÓGICA; 01 UNIDADE PAR DE SUPORTE FIXAÇÃO PARA PERNEIRAS PARA POSIÇÃO GINECOLÓGICA; 01 UNIDADE-CINTA DE IMOBILIZAÇÃO; 01 UNIDADE-CORINGA (EXTENSÃO) CONJUNTO DE COXINS DE 3 TAMANHOS (RETANGULAR, REDONDO); 01 UNIDADE-PAR DE CASTANHAS; 01 UNIDADE TAMPO RADIOTRANSARENTE (EXTENSÃO) 60 CM MÍNIMO; 01 UNIDADE ACESSÓRIO DE OMBRO TRIPARTIDO, COM SUPORTE PARA A CABEÇA; 01 UNIDADE ACESSÓRIO DE TRAÇÃO COM SUPORTE DE PÉ POUÇOS ITENS; 01 UNIDADE CONJUNTO DE PERNEIRA PARA OBESIDADE(COM ABERTURA); 01 UNIDADE MESA DE MÃO; 01 UNIDADE MANFIELD COM TRÊS PONTOS DE TRAVA COM POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ESTRELA DE NAVEGAÇÃO; 01 UNIDADE SUPORTE DE CABEÇA COM COXINS TIPO FERRADURA; 01 UNIDADE MESA DE APOIO PRESA EM CASTANHA; 01 UNIDADE ACESSÓRIO PARA POSIÇÃO GENUPEITORAL.

MANUAIS E MANUTENÇÃO: FORNECER UM JOGO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; FORNECER PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA; É NECESSÁRIO QUE HAJA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO; TREINAMENTO OPERACIONAL OBRIGATÓRIO.

Atenciosamente.

Danielle Leite
Assistente de Direção
Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT

--

Danielle Leite
Assistente de Direção
Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT

--

Danielle Leite
Assistente de Direção
Gabinete Adjunto de Gestão Hospitalar - SES/MT



RESPOSTA DA CONSULTORIA - MESA CIRÚRGICA.pdf

1696K