



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Pregão 096.2022 - convocação

Luciana Lopes Castanha Souto <lucianasouto@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

27 de julho de 2023 às 10:11

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES – CA/SES.

Sra. Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira oficial/SES

ASSUNTO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS NA SEGUNDA CONVOCAÇÃO – PREGÃO 096/2022

Senhora Pregoeira,

Em resposta a solicitação de análise dos documentos de habilitação das empresas classificadas, Referente ao Processo SES-PRO-2022/24571 Pregão Eletrônico nº 096/2022, cujo objeto é “Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Bens Permanentes, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – LISTA 2, incluindo entrega, montagem, instalações, treinamento assistência técnica e garantia, para atender às necessidades das Unidades da Secretaria de Estado de Saúde/MT, quantos aos itens em referência a qualificação técnica e documentações complementares exigidas no edital, análise da proposta/catálogo/manuais apresentados pelas empresas classificadas na 2º convocação, tenho a informar:

Empresa K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP:

Item 02 – BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA E ANTROPOMÉTRICA: MODELO: LD230 BABY CAPACIDADE 15KG, MARCA: LIDER apresentada pela empresa, **NÃO** atende as especificações do edital. **NÃO** estando em conformidade ao requerido pelo edital e **NÃO** está APTA para seguir com o certame.

O descritivo do edital solicita: FAIXA DE MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICA NA CONCHA DE 0 A 54 CM, não localizado nenhuma referência no manual. DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS, no manual relata: “Display de Cristal líquido com 6 dígitos” ; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BI CROMATIZADO , não localizado no manual encaminhado; PÉS REGULÁVEIS, não localizado referência a esta descrição; BATERIA INTERNA DE 8 HORAS, no manual e catálogo cita a existência de bateria, porém não cita tempo de sua capacidade. CAPACIDADE (KG) ATÉ 16 KG, a balança apresentada tem capacidade de até 15 kg.

Empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA:

Item 05 – BOMBA DE INFUSÃO QUE ATENDAM OS PROCEDIMENTOS DE INFUSÃO ENTERAL E ENDOVENOSA: O modelo apresentado pela empresa “MODELO BENEFUSION VP3, DA MINDRAY”, **ATENDE** O descritivo do Edital, **ESTANDO** em conformidade **ESTÁ APTA** para seguir com o certame.

Empresa FANEM LTDA:

Item 11 – INCUBADORA DE TRANSPORTE: O modelo apresentado pela empresa “MODELO IT 158 TS, DA FANEM”, **ATENDE** O descritivo do Edital, **ESTANDO** em conformidade e **ESTÁ APTA** para seguir com o

certame.

Empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA:

Item 12- INCUBADORA ESTACIONÁRIA: O modelo apresentado pela empresa “INCUBADORA NEONATAL - GRN MILLENIUM, DA GIGANTE”, **NÃO ATENDE** O descritivo do Edital, **NÃO ESTANDO** em conformidade, **NÃO ESTÁ APTA** para seguir com o certame.

No edital solicita: DISPLAY LCD TOUCH SCREEN COLORIDO, ALARMES DE INDICAÇÃO VISUAL E SONORA DE NO MÍNIMO: ALTA TEMPERATURA AR/PELE, BAIXA TEMPERATURA AR/PELE, ALTA CIRCULAÇÃO DO AR, HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR À PELE DO PACIENTE, o equipamento apresentado **NÃO** possui estes itens descritos em seu manual.

Empresa CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA:

Item 21 – OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE MESA: O modelo apresentado pela empresa “OXÍMETRO DE PULSO SP-20 PORTÁTIL e MESA -CREATIVE”, **ATENDE** o descritivo, **ESTANDO** em conformidade ao requerido pelo edital e assim **ESTÁ APTA** para seguir com o certame.

Empresa LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA:

Item 23 – ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA: O modelo apresentado pela empresa “VINNO / X2”, **NÃO** atende a descrição, **NÃO** estando em conformidade ao requerido pelo edital e assim **NÃO ESTÁ APTA** para seguir com o certame.

No descritivo do edital solicita: PAINEL DE CONTROLE COM MONITOR LCD DE NO MÍNIMO 23 POLEGADAS, em seu manual relata: “Monitor de 18.5 " ou 21.5", TECLADO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL, apresenta em seu manual “Teclado alfanumérico físico, não sendo retrátil”, dentre outros itens, o equipamento não atende o descritivo.

Sem mais, atentamente.

Luciana Souto

PTNS-SUS – Perfil Bióloga
Gestão Hospitalar

[Texto das mensagens anteriores oculto]