

Esclarecimento Pregão Eletrônico nº. 015/2023 - 2ª RETIFICAÇÃO.

licitacao@gigante.com.br <licitacao@gigante.com.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>
Cc: comercial2@gigante.com.br, comercial4@gigante.com.br

22 de junho de 2023 às 08:39

Ao

Governo do Estado do Mato Grosso
Secretaria Adjunta de Aquisições e Contratos
Superintendência de Aquisições e Contratos

A/C: Pregoeira Kelly Fernanda Gonçalves e/ou Comissão de Licitação

Prezados, bom dia,

Meu nome é Daiana, sou responsável pelo setor de licitações da Gigante Recém Nascido Ltda, participamos da Feira Hospitalar 2023 realizada em São Paulo no mês de maio/2023 e tivemos a honra de receber a visita da comissão de licitação deste conceituado órgão em nosso estande.

Peço desculpas pelo lapso, porém não me recordo do nome das três representantes que estavam no evento, porém me recordo da receptividade das três em ouvir a explicação dada sobre as características do berço aquecido modelo Neosolution, que inclusive estava exposto e a característica exigida pelo edital do Pregão Eletrônico nº. 015/2023 que já havíamos impugnado e havia sido julgado improcedente pela equipe técnica.


Na ocasião demonstramos que o Pregão Eletrônico nº. 15/2023 exigido para o item 08 BERÇO AQUECIDO solicita "EQUIPAMENTO COM MONITOR DE NO MÍNIMO 10" EM TOUCHSCREEN", sendo está uma **característica exclusiva do equipamento Fanem modelo Ampla@2085 Color**, conforme abaixo demonstrado através das informações extraídas do manual disponível no site da Anvisa através do link: file:///C:/Users/licitacao3/Downloads/MU_AMPLA%20COLOR_09.22.PDF

O Painel do Ampla® 2085 Color é constituído de um monitor colorido com tela **sensível** ao toque de 10,4" com indicadores visuais de Alarmes.



Como estávamos com o berço aquecido Neosolution em nosso estande demonstramos que todas as funcionalidades exigidas pelo edital são encontradas em nosso equipamento que possui painel com tecnologia diferente a do concorrente, sendo composto por "painel frontal em membrana de policarbonato, teclas de simples toque, três mostradores visuais independentes para constante indicação da temperatura programada e real, leds indicativos de aquecimento, falta de energia, alarmes, modo de operação, todos dispostos na parte frontal da coluna. Os displays digitais indicam o nível de potência e a temperatura da pele do paciente. O Display em cristal líquido (LCD) indica o ajuste desejado da temperatura da pele ou da potência, a temperatura ambiente, a leitura da temperatura auxiliar (opcional), o peso (opcional), função relógio, contador Apgar e informações alfa numéricas das condições de alarmes", ou seja, todas as informações são disponibilizadas em um único painel, porém de LCD,

conforme imagens abaixo extraída do manual do berço aquecido disponível no site da Anvisa através do link:
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351419915201587/?cnpj=62413869000115>



GRN REF. 17072BP - INSTRUÇÕES DE USO - BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION - REV06

Página 27 de 83

Nota-se que assim como o painel exigido pelo edital, as funções e indicações estão todas disponíveis no painel do berço aquecido modelo Neosolution, sendo que a Temperatura Real do RN e o Nível de Potência Real são indicados em displays separados, justamente para melhor visualização e identificação do operador.

Diante ao exposto acima e demonstrado na Feira Hospitalar diretamente no equipamento a esta conceituada comissão de licitação, comprova-se que a exigência do edital apenas direciona o item e restringe a competitividade, pois não há qualquer embasamento técnico que fundamente que apenas o berço aquecido com "MONITOR DE NO MÍNIMO 10" EM TOUCHSCREEN", possua qualidade e funcionalidade que atenderá as unidades hospitalares do estado de Mato Grosso, sendo que este ato irá contra os Princípios da Legalidade, Economicidade, Isonomia e etc., princípios que regem os processos licitatórios.

Assim demonstrando as tecnologias disponíveis atualmente, que ambas possuem a mesma finalidade com valores agregados diferentes e comprovado que se mantida a descrição apenas restringe-se a competitividade e consequentemente a aquisição acabará onerando o erário, não atendendo ao critério de julgamento de "MENOR PREÇO".

Como o Pregão Eletrônico nº. 015/2023 – 2º Retificação teve data de abertura definida para o dia 05/07/2023 e não houve alteração na descrição do item, sendo mantido o direcionamento existente é que solicitamos esclarecimento se para item 08 Berço Aquecido serão aceitos equipamentos que possuam “**MONITOR DE NO MÍNIMO 10” EM TOUCHSCREEN**” OU “**PAINEL COM DISPLAY LCD**”, neutralizando assim a descrição e abrangendo o maior número de participantes, objetivo almejado pelo processo licitatório.

Certos da compreensão, aguardamos retorno e nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário.

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente,



Daiana Petean
Depto. Licitação / Comercial

☎ 55 (16) 3969-1000

✉ licitacao@gigante.com.br

🌐 www.gigante.com.br

📞 [licitacao_grm](https://www.linkedin.com/company/licitacao_grm)

📘 Gigante Produtos Médicos

📷 @giganteprodutosmedicos

